

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1599139582463 din 16.09.2020							
Denumirea procedurii de achiziție: Utilaj tehnologic (repetat)							
Nr	Denumirea bunurilor serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Microscop biologic inversat pentru studiul celulelor	ICX41	China	SOPTOP	Conform caietului de sarcini	Sistem optic de minim tip Intinity Optical System sau echivalent Sistem Binocular sau Trinocular, unghiul de înclinare de la 45°, cu port pentru conectarea unei camere digitale Iluminare -. 5W Mecanism de focusare fin Tensiune de intrare 220±20V Teleobiective parfocale de min. 45 mm planachromate pentru lucrul cu: LWD: 4X,10X,40X Lentile Revolver cu 5 poziții, cu slot pentru instalarea prisme DIC, senzor de control Platformă mobilă (masă obiect), farfurie de expansiune, suporturi pentru vase Petri, table Terasaki Inserții: metal, sticlă Condensator: apertură numerică A = 0,3 Suporturi pentru plăci de contrast de fază și relief, amovibil pentru a mări spațiul de lucru	
3	Centrifugă de laborator cu set de eprubete	C2000 + BRK5202	UK	Centurion	Conform caietului de sarcini	Rotații per minut min. 10000/minut, răcire cu aer, greutate max. 30 kg, display LED sau LCD, panou cu atingere, funcționare programabilă, setare date de operare în funcție de cerințe, zgomot redus max. 65 dB, dispozitiv de autoblocare, sistem automat de alarmă, rotor unghiular inclus pentru 8 eprubete a câte 15 ml fiecare, accesorii: set de eprubete pentru rotor unghiular (8 eprubete de 15 ml fiecare).	
4	Spin Coater cu sistem de uscare și tratament termic a probelor	VTC-100PA	SUA	MTI	Conform caietului de sarcini	VTC-100PA, pompă compatibilă de tip EQ-OFP-14	

Semnat: _____ Numele, prenumele: Ghenadie Rusu_ În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL BIO ANALITICA Adresa: str. Podul Inalt 20/2, of.10, or. Chisinau