

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1682677587608 / 21079474 din: 28.04.2023 conform SIARSAP Mtender							
Obiectul achiziției: Masă de operații cu accesorii							
Nr.	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	Bunuri/servicii Masă de operații cu accesorii	MLTOTB-20	TURCIA	MULTIPLUS HASTANE DONANIMLARI MEDIKAL SAN VE TIC AS	Masa de operații cu 5 secțiuni Masa de operații oferă o suprafață corespunzătoare care susține corpul pacientului în timpul procedurilor chirurgicale, stabilizarea poziției pacientului și furnizarea câmpului chirurgical de expunerea optimă. Fabricat din oțel inoxidabil; Tip: masa electro-hidraulică; Mărimile: mesei – lungimea > 200cm, lățimea > 50cm, Secțiile mesei > 5 secții; Grosime saltea min 80mm, înveliș lavabil, cu pad-uri din spuma cu memorie; Poziționarea mesei reglarea înălțimii min 70-110cm; Deplasarea longitudinală > 30cm; Trendelburg > 400; Inversarea trendelburgului > 400= Înclinarea trendelburgului: laterală > 300 Secția cap de la +450 –450 (minim); Secția din spate de la +700 –300 (minim); Secția de la talpa/picior de la +200 –900 (minim), detașabilă, divizată; Secțiune pentru rinichi (kidney bridge) cu înălțime ajustabilă electronic controlabil de la telecomandă și panoul de comandă, min 120mm; Greutatea pacientului: până la 200kg; Baza mobilă, în forma de T cu roți și sistem de frânare centralizat; Motor electric cu acumulator intern, ce permite efectuarea următoarelor operațiuni de la pupitrul de comanda sau telecomanda: reglarea înălțimii, Trendelenburg, Anti-Trendelenburg, înclinări laterale, poziții de nivelare, înclinarea secțiunii spate; ridicarea 44 secțiunii pentru rinichi (elevator de rinichi) reglabil: poziția flex, reflex, revenirea la poziția inițială 0; prin acționare electro-hidraulică, activat de controler și panou de comandă lateral; Alimentarea: 220 V, 50 Hz; Baterie internă cu autonomia > 60 manipulări. Masa are în componență următoarele accesorii: - Suport pubian pentru poziționarea bolnavului – 2 buc; - Suport lateral pentru poziționarea bolnavului – 2 buc; - Suport lateral pentru umăr pentru poziționarea bolnavului – 2 buc; - Suport (accesorii) pentru genunchi pentru poziționarea bolnavului – 2 buc; - Set pentru poziționarea laterală a bolnavului – 1 set; - Clame de fixare – 8 buc. Toate accesoriile vor fi compatibile cu masa. Anul de producere pentru toate elementele 2023. Prețul va include livrarea și instalarea (servicii de montare, darea în exploatare). Documente: proces-verbal de predare-primire, proces-verbal de instalare, proces-verbal de instruire a personalului, factura fiscală, certificat de garanție (cel puțin 24 luni), certificat de calitate și conformitate valabil, fișa (pașaport) tehnică a mărfii, instrucțiune tehnică cu privire la exploatare mărfii în limba română.	Masa de operații cu 5 secțiuni Masa de operații oferă o suprafață corespunzătoare care susține corpul pacientului în timpul procedurilor chirurgicale, stabilizarea poziției pacientului și furnizarea câmpului chirurgical de expunerea optimă. Fabricat din oțel inoxidabil; Tip: masa electro-hidraulică; Mărimile: mesei – lungimea > 200cm, lățimea > 50cm, Secțiile mesei > 5 secții; Grosime saltea min 80mm, înveliș lavabil, cu pad-uri din spuma cu memorie; Poziționarea mesei reglarea înălțimii min 70-110cm; Deplasarea longitudinală > 30cm; Trendelburg > 400; Inversarea trendelburgului > 400= Înclinarea trendelburgului: laterală > 300 Secția cap de la +450 –450 (minim); Secția din spate de la +700 –300 (minim); Secția de la talpa/picior de la +200 –900 (minim), detașabilă, divizată; Secțiune pentru rinichi (kidney bridge) cu înălțime ajustabilă electronic controlabil de la telecomandă și panoul de comandă, min 120mm; Greutatea pacientului: până la 300kg; Baza mobilă, în forma de T cu roți și sistem de frânare centralizat; Motor electric cu acumulator intern, ce permite efectuarea următoarelor operațiuni de la pupitrul de comanda sau telecomanda: reglarea înălțimii, Trendelenburg, Anti-Trendelenburg, înclinări laterale, poziții de nivelare, înclinarea secțiunii spate; ridicarea 44 secțiunii pentru rinichi (elevator de rinichi) reglabil: poziția flex, reflex, revenirea la poziția inițială 0; prin acționare electro-hidraulică, activat de controler și panou de comandă lateral; Alimentarea: 220 V, 50 Hz; Baterie internă cu autonomia > 60 manipulări. Masa are în componență următoarele accesorii: - Suport pubian pentru poziționarea bolnavului – 2 buc; - Suport lateral pentru poziționarea bolnavului – 2 buc; - Suport lateral pentru umăr pentru poziționarea bolnavului – 2 buc; - Suport (accesorii) pentru genunchi pentru poziționarea bolnavului – 2 buc; - Set pentru poziționarea laterală a bolnavului – 1 set; - Clame de fixare – 8 buc. Toate accesoriile vor fi compatibile cu masa. Anul de producere pentru toate elementele 2023. Prețul va include livrarea și instalarea (servicii de montare, darea în exploatare). Documente: proces-verbal de predare-primire, proces-verbal de instalare, proces-verbal de instruire a personalului, factura fiscală, certificat de garanție (cel puțin 24 luni), certificat de calitate și conformitate valabil, fișa (pașaport) tehnică a mărfii, instrucțiune tehnică cu privire la exploatare mărfii în limba română.	CE, ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Perminov Andrei
În calitate de: Administrator Ofertantul: ImpulsProGroup SRL
Adresa: str. Nicolai Zelinski, nr. 31/B, ap. 51

Înălțime 710 mm x 1010 mmÎnălțime (pernă) 760 mm x 1060 mmDimensiuni birou 600 mm x 2150 mmDiviziune cap 225 mm x 355 mmSecțiune spate 530 mm x 625 mmSecțiune scaun 530 mm x 530 mmSecțiune picioare (dreapta) (piston) 255 mm x 710 mmSecțiune picioare (stânga) (piston) 255 mm x 710 mm

mm x 710 mmTensiune 230V 50 HZTensiune de încărcare a bateriei 24 V DCHși tensiune de control 5 V DCEtensiune motor 220VAC, %a- 24V DC 10ABaterie baterie uscată/fără întreținere Capacitatea bateriei 7Ah, 2V DCCapacitatea de încărcare a pacientului 300 kg. Baterie 45 minute