

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție	ocds-b3wdp1-MD-1748940800005	din 11.07.2025
Obiectul achiziției: DISPOZITIVE DE TESTARE (chituri de diagnostic) / VIRUSOLOGIE ȘI BIOLOGIE MOLECULARĂ/ Repetat		

Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciu lui	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1	2	3	4	5	6	7
5	Set imunologic pentru detecția Bolii veziculoase a porcului	PrioCHECK™ Porcine SVDV Ab Kit 7610205	Olanda	ThermoFisher (Prionics)	Conform caietului de sarcini	Set imunologic cu protocol standardizat ce oferă rezultate precise și reproductibile, ce utilizează principiul ELISA pentru detectarea competitivă monoclonală specifică (MAb 5B7) a anticorpilor direcți împotriva virusului bolii veziculoase porcine (SVDV) în probele ser și plasma de la porc - Microplăci din poliester de 96 de godeuri căptușite cu antigen purificat, placa cu 12 stripuri detașabile a câte 8 godeuri, de polisteren, - Conjugat Mab 5B7/Peroxidază conjugată (10X) - Control pozitiv, lichid; - Control negativ, lichid; - Tampon de diluare; -Soluție de spălare concentrată (20X); -Soluție de substrat; -Soluție stop; - Citire la OD 450 nm - Sensibilitatea - min. 98,8% - Specificitatea - 100% Destinat speciilor menționate anterior. Setul de diagnostic e însoțit de instrucțiune/prospectul de la producător. Oferta include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru setul de diagnostic propus ; - raportul de validare a setului cu indicarea rezultatelor de competență; - certificatul de control a calității CoA	CoA ISO

						În ofertă e indicat denumirea comercială a produsului, nr. de referință din catalog, producatorul, țara de origine și lotul de producere. Destinat laboratoarelor sănătatea animală. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 test. Nota: Certificatul de Analiza atasat este doar pentru exemplu. La livrare produsele vor fi însoțite de Certificatele de Analiza conform lotului de producere.	
10	Set pentru identificarea genomului viral la Bluetongue	VetMAX™ BTV NS3 All Genotypes Kit BTVNS3	Franta	ThermoFisher (Laboratoire Service International)	Conform caietului de sarcini	Detectia ARN principiul Real-time RT-PCR, duplex din virusul limbii albastre (BTV) la bovine, ovine și caprine izolate din matrice: sânge integral, țesut (splina) sau de la fetoși abortați (splina, ficat, cord, ganglioni limfatici) IPC endogen Setul include: - Mixul, care conține: - Sondă TaqMan marcată cu FAM NFQ (NFQ = Non-Fluorescent Quencher) (enzime, primeri și sonde); - Sondă TaqMan marcată cu VIC TAMRA (Quencher) (enzime, primeri și sonde); - Bufer, transcriptază inversă, enzime - EPC Control pozitiv la bluetongue; - Fluorescență FAM pentru ARN-ul tuturor serotipurilor BTV cunoscute – 1-36 serotipuri (pan BTV) Setul compatibil cu instrumente PCR : QuantStudio 5, MIC Compatibil speciilor menționate anterior. Oferta include: -instrucțiune/prospect de la producător pentru setul de diagnostic propus; - raportul de validare a setului cu indicarea rezultatelor de competență; - certificatul de control a calității setului propus/Certificat de analiză cu indicarea EPC BTV (Control Pozitiv) cu Ct echipament Applied Biosystems, - certificatul de control a calității setului propus/Certificat de analiză cu indicarea IPC endogen cu Ct echipament Applied Biosystems În ofertă e indicată denumirea comercială a produsului, nr. de referință din catalog, producatorul, țara de origine și lotul de producere. Destinat laboratoarelor sănătatea animală. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc = 1 test. Nota: Certificatul de Analiza atasat este doar pentru exemplu. La livrare produsele vor fi însoțite de Certificatele de Analiza conform lotului de producere.	CoA ISO

12	Lot 12. Set de amplificare moleculară cu control intern. Se va procura de la un producător						
12.1	IC-RNA (Controlul amplificării/controlul pozitiv pentru extracția ARN)	VetMAX™ Xeno™ Internal Positive Control RNA A29761	SUA	ThermoFisher (Life Technologies)	Conform caietului de sarcini	IC-RNA este un ARN de control heterolog. Este utilizat ca control de amplificare pentru a exclude rezultatele fals negative cauzate de inhibitorii PCR și ca control pentru extracția ARN-ului. IC-RNA concentrația (ca. 8×10^5 copies/μl) 1 fl x 1 ml IC-RNA să fie compatibil cu primerii: - EGFP-11-F- CAG CCA CAA CGT CTA TAT CAT G - EGFP-Cy5- Cy5-AGC ACC CAG TCC GCC CTG AGC A-BHQ2 - EGFP-2-R - GAA CTC CAG CAG GAC CAT G Destinat laboratoarelor sănătatea animală. Oferta include: instrucțiuni/ prospectul de utilizare, certificat CoA, și informații complete despre produs (denumire comercială, număr de referință, producător, țara de origine și lotul de producție). Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.)1buc=1 tub Nota: Certificatul de Analiza atasat este doar pentru exemplu. La livrare produsele vor fi însoțite de Certificatele de Analiza conform lotului de producere.	CoA ISO
12.2	Master Mix	VetMAX™-Plus Multiplex One Step RT-PCR Kit 4415330	SUA	ThermoFisher (Life Technologies)	Conform caietului de sarcini	Set molecular cu protocol standardizat ce oferă amplificarea în timp real a unui singur sau multiple ținte de acid nucleic cu control intern și încorporat, pentru amplificare sau/și extracție. - detectează simultan multiple ținte - permite amplificarea în timp real a țintelor unice sau multiple de acid nucleic; - conține atât transcriptază inversă, cât și polimerază pentru a amplifica ADN și ARN și a țintelor - conține primerii și sonda pentru a identifica controlul intern - grunduri și sonde integrate pentru control intern integrate chiar în amestec. - asigură o validare internă a extracției și amplificării pentru rezultate fiabile. - nu e necesar operațiuni suplimentare pentru control intern - compatibil cu termocicloare PCR obișnuite: - Mecanism de control intern validat integrat - Primeri și sonde încorporate permit utilizarea aceluiași amestec principal pentru extracție sau aplicații de control al amplificării. Control flexibil al extracției sau al amplificării. Compatibil cu IC pentru controlul extracției și amplificării testat și furnizează rezultate tolerante și reproductibile la inhibitori;	CoA ISO

						foarte sensibile și cu capacități de multiplexare, fără pierdere de sensibilitate, cu asigurarea unei mari varietăți de matrice de probe biologice și agenți patogeni de min. 4 canale fluorescente simultan (FAM, HEX, Cy5, ROX). Destinat laboratoarelor sănătatea animală. Unitatea de măsură se consideră o bucată (buc.) 1buc. = 1 tub. <i>Nota: Certificatul de Analiza atasat este doar pentru exemplu. La livrare produsele vor fi însoțite de Certificatele de Analiza conform lotului de producere.</i>	
--	--	--	--	--	--	---	--

Semnat: Numele, prenumele: Ghenadie Rusu_ În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL BIO ANALITICA Adresa: str. Podul Înalt 20/2, of.10, or. Chișinău