

Specificații tehnice

Numărul licitației:	LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1656676449424 din 02.08.2022		Data: „02.08.2022”	Alternativa nr.: _____
Denumirea licitației:	Achiziția Dispozitivelor medicale, conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă		Lot: 1	Pagina: ____ din ____

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificare a tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Valoarea estimată	Beneficiar
1	2			3	4	5	6	7		8
3310000-1	1	Brancarda sanitara de urgență (caracteristici avansate) -	Brancarda sanitara de urgență (caracteristici avansate) -	CYCLONE	Turcia	Schröder (Proma Medikal)	Conform caietului de sarcini	Cod 140380 Descriere Brancardă destinată pentru transportarea pacienților Parametru Specificație Tip hidraulic Secțiuni - 4 Poziționare Tredelinburg cu ajutorul unui amortizor 18° "Antitredelinburg cu ajutorul unui amortizor" 18° Spătarul reglabil cu ajutorul unui amortizor cu gaz - 90° Control manual da, din ambele părți Transparență la razele x-ray (radiografie, brac C) da		

								Nișe pentru casete x-ray - 3 buc. Reglabilă pe înălțime in domeniul 54 - 82 cm Bare laterale, pliabile da Roți Diametru ≥ 20 cm "Frine cu blocare centrală la toate 4 roți" da "Posibilitatea de blocare a direcției roților" da Roata nr.5 de mijloc da Material "oțel inox vopsit electrostatic" – da Sarcina maximă 375 kg Dimensiuni 215 x 84 cm Mînere pentru transportarea brancardei da Saltea, rezistentă la prelucrare și apă da, detașabilă Suport pentru balon de oxigen da "Dotat cu roțile/bamper de protecție în toate patru colțuri pentru evitarea lovirii de perete"		
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--

Semnat: Numele, prenumele: Ghenadie Rusu_ În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL BIO ANALITICA Adresa: str. Podul Inalt 20/2, of.10, or. Chisinau