

## Specificații Tehnice

Numărul procedurii de achiziție: Achiziție de valoare mică nr. ocds-b3wdp1-MD-1729689156679 din 29.10.2024						
Obiectul de achiziției: Achiziționare test rapid						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri:</b>						
<b>Lot 1. Test rapid Step A, din exudat farinifian, caseta</b>	GCSTR-502a	China	ZHEJIANG ORIENT GENE BIOTECH CO.,LTD	Test rapid Step A, din exudat farinifian, caseta, include : Instrucțiune de utilizare Sensibilitatea: > 80 % Specificitatea : >95 % Simplitate în aplicare (1-2 etape maxim) Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui nu mai puțin de 80% din teremenul total al produsului, dar nu mai mic de 12luni.	Test rapid Step A, din exudat farinifian, caseta, include : Instrucțiune de utilizare Sensibilitatea = 97.1 % Specificitatea = 99.4 % Simplitate în aplicare (2 etape) Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui nu mai puțin de 80% din teremenul total al produsului, dar nu mai mic de 12luni. <b>Instrucțiunea de la producător se anexează.</b>	Declarație de conformitate CE, Certificat ISO, Autorizație.
<b>Lot 2. Test rapid Influenza A+B, din probe nazale, caseta</b>	GCFLU(A/B)-502a	China	ZHEJIANG ORIENT GENE BIOTECH CO.,LTD	Test rapid Influenza A+B, din probe nazale, caseta, include Sensibilitatea: > 80 % Specificitatea : >95 % Simplitate în aplicare (1-2 etape maxim) Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui nu mai puțin de 80% din teremenul total al produsului, dar nu mai mic de 12luni.	Test rapid Influenza A+B, din probe nazale, caseta, include Tip A - Sensibilitatea: = 92.6 %, Specificitatea : = 96.4 %, Tip B - Sensibilitatea: = 90.0 %, Specificitatea : = 95.8 %. Simplitate în aplicare (2 etape) Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui nu mai puțin de 80% din teremenul total al produsului, dar nu mai mic de 12luni. <b>Instrucțiunea de la producător se anexează.</b>	Declarație de conformitate CE, Certificat ISO, Autorizație.

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, prenumele: Goreacii Vitalie. În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Sanmedico Adresa: Mun Chișinău, str. A.Corobceanu 7A, ap.9