

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5.]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1770895129102 din 12.02.2026
Obiectul achiziției: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților Instituțiilor Medico Sanitare Publice (lista suplimentară 4)

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lot nr. 5 Monitor pacient mobil cu trolu						
Lot nr. 5 Monitor pacient mobil cu trolu	Monitor pacient mobil cu trolu Model X8 AMDM DM000577955	China	EDAN INSTRUMENTS, INC.	Monitor pacient mobil cu trolu Descriere generală Monitor pacient portabil, destinat supravegherii parametrilor vitali în secții de terapie, urgență și transport intern. Aparatul va fi montat pe trolu mobil, stabil, cu roți pivotante și frâne, pentru deplasare facilă între saloane și utilizare la patul pacientului. Cerințe tehnice minime Parametri monitorizați (obligatoriu): SpO ₂ (saturația de oxigen); NIBP (tensiune arterială non-invazivă); ECG (minim 3 derivații); temperatură corporală. Afișaj: ecran color ≥ 7 inch, lizibil, cu interfață simplă. Alarmer: vizuale și sonore pentru valori critice. Memorie: stocare date pacient ≥ 12 ore. Alimentare: rețea 220V și acumulator intern cu autonomie ≥ 2 ore. Construcție: carcasă compactă, rezistentă la dezinfectanți. Trolu mobil	Parametri monitorizați (obligatoriu): Edan SpO ₂ (saturația de oxigen) (pag.2 X8 data sheet); Edan NIBP (tensiune arterială non-invazivă); (pag.2 X8 data sheet) ECG (3-5 derivații); (pag.1 X8 data sheet) temperatură corporală (pag.2 X8 data sheet) Afișaj: ecran color 8 inch, lizibil, cu interfață simplă. (pag.1 X8 data sheet) Alarmer: vizuale și sonore pentru valori critice. (pag.15-16 X8 user manual) Memorie: stocare date pacient 240 ore (pag.174 X8 user manual). Alimentare: rețea 220V și acumulator intern 2550 mAh cu autonomie 4 ore. (pag.1 X8 data sheet) Construcție: carcasă compactă, rezistentă la dezinfectanți. (pag.1 X8 data sheet) Trolu mobil MT206S ref code: 83.60.262072 (pag. 202 X8 user manual) Structură: metal vopsit. Mobilitate: 4 roți pivotante, diametru 100 mm, 2 cu frâne.	

				Structură: metal vopsit sau inox medical. Mobilitate: 4 roți pivotante, diametru ≥ 100 mm, cel puțin 2 cu frâne. Stabilitate: bază lată, anti-răsturnare. Accesorii: suport pentru cabluri și senzori, coș pentru accesorii. Să fie inclus setul minim de accesorii (toate modulele solicitate) pentru punerea dispozitivului în funcțiune. Servicii asociate: Garanție minimă: 24 luni. Service post-vânzare: disponibil în Republica Moldova, timp de intervenție ≤ 72 ore.	Stabilitate: bază lată, anti-răsturnare. Accesorii: suport pentru cabluri și senzori, coș pentru accesorii. Este inclus setul minim de accesorii (toate modulele solicitate) pentru punerea dispozitivului în funcțiune. Servicii asociate: Garanție - 24 luni. Service post-vânzare: disponibil în Republica Moldova, timp de intervenție ≤ 72 ore.	
Lot nr. 15 Pat multifunctional pentru adulți (6-8 poziții)						
Lot nr. 15 Pat multifunctional pentru adulți (6-8 poziții)	Pat multifunctional pentru adulți (6-8 poziții) Model WANS 4060 AMDM DM000670135	Turcia	SCHRODER MEDIKAL TICARET A.S.	Descriere Paturi motorizate pentru secții de ATI și secții de reanimare Parametrul Specificația Tip multifuncțional cu 6-8 poziții Tip pacient adult Controlul pacientului tip Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice Funcționalități: poziționare sedentară poziționare Trendelenburg poziționare anti-Trendelenburg Controlul de către asistentă Blocarea control pacient obligatoriu Greutatea maximă admisă de încărcare Cu etichetă pe pat ≥ 220 kg Înălțime Ajustabilă ≥ 75 cm Rotile: Diametru ≥ 12.5 cm Sistem de blocare la minim 2 rotile Parapete de protecție laterale formate din minim 2 secțiuni separate pe fiecare parte a patului (stânga, dreapta) Secțiunea spate să aibă cadru pentru detector radiologic $\geq 43 \times 43$ cm Reglare manuală a părților importante în caz de lipsă de energie electrică opțională Alimentare 220 V, 50 Hz Saltele lavabile ortopedică inclusă	Tip multifuncțional cu 6-8 poziții Da (pag 2 brochura) Tip pacient adult Da (pag 2 brochura) Controlul pacientului tip Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice Da (pag 2 brochura) Funcționalități: poziționare sedentară Da (pag 2 brochura) poziționare Trendelenburg Da (pag 2 brochura) poziționare anti-Trendelenburg Da (pag 2 brochura) Controlul de către asistentă Da (pag 2 brochura) Blocarea control pacient Da (pag 2 brochura) Greutatea maximă admisă de încărcare Cu etichetă pe pat 270 kg (pag 7 brochura) Înălțime Ajustabilă 39-80cm (pag 7 brochura) Rotile: Diametru 15cm (pag 7 brochura) Sistem de blocare la minim 2 rotile Da (pag 7 brochura) Parapete de protecție laterale formate din 2 secțiuni separate pe fiecare parte a patului (stânga, dreapta)	

				antidecubit +accesorii inclusă	Secțiunea spate aibă cadru pentru detector radiologic 43 x 55 cm (pag 7 brochura) Alimentare 220 V, 50 Hz (pag 7 brochura) Saltele lavabile ortopedică inclusă antidecubit MT 02 + IV-pole (pag 7 brochura)	
TOTAL						

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Cobzari-Țurcan Rodica
În calitate de: Administrator
Ofertantul: Aelo Grup SRL
Adresa: Mun. Chișinău, str. Ialoveni 107, bl. 6