

Formularul ofertei (F3.1)

Data depunerii ofertei: **Conform SIA RSAP**

Procedura de achiziție Nr.: **ocds-b3wdp1-MD-1607325703481**

Anunt de participare Nr.: **Plasat pe M-TENDER**

Către: **Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dezabilitati (adulte) mun. Balti**

SA TEHOPTIMED declară că:

a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de atribuire, inclusiv modificările nr.

b) **SA TEHOPTIMED** se angajează să furnizeze/presteze, în conformitate cu documentele de atribuire și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, următoarele bunuri
Achiziționarea Echipamente medicale conform necesităților IMSP Polyclinica de Stat

c) Suma totală a ofertei fără TVA constituie:
43666,67 (Patruzeci și trei de mii șase sute șazeci și șase, 67 bani) lei MDL

d) Suma totală a ofertei cu TVA constituie:
52400,00 (Cincizeci și doi patru sute lei, 00 bani) lei MDL

e) Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în **FDA3.8.**, începând cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu **FDA4.2.**, va rămâne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

f) În cazul acceptării prezentei oferte, **SA TEHOPTIMED** se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu **FDA7**, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.

g) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu punctul, în conformitate cu art. 74 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

h) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice.

Semnat: _____

Nume: **Stela POTINGA**

În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **SA TEHOPTIMED**

Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție **IDENTIFICATOR - ocde-b3wdp1-MD-1607000181237**

Denumirea procedurii de achiziție: **Achiziții cu costuri mici-Echipament electric Repetat**

Autoritatea contractanta: **Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dezabilitati (adulte) mun. Balti**

Co d CP V	Nr. Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitate a de măsură	Canti- tatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de Livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
3160000-2	1.	Electrocardiograf	buc	1	10666,67	12800,00	10666,67	12800,00	până la 31.12.2020	
		Aparat pentru darsonvalizare	buc	1	1000,00	1200,00	1000,00	1200,00		
		Lampă bactericidă cu ozon	buc	15	666,67	800,00	10000,00	12000,00		
		Aparat de frecvență înaltă	buc	1	22000,00	26400,00	22000,00	26400,00		
		TOTAL:					43666,67	52400,00		

Semnat: Numele, Prenumele: **Stela POTINGA** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **SA TEHOPTIMED** Adresa: MD 2052, str. Maria Dragan 19A, Chisinau, Republica Moldova

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție **IDENTIFICATOR - ocds-b3wdp1-MD-1607000181237**

Denumirea procedurii de achiziție: **Achiziții cu costuri mici-Echipament electric Repetat**

Autoritatea contractanta: **Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dezabilitati (adulte) mun. Balti**

Cod CPV	Nr.lot.	Denumirea bunurilor/serVICIILOR	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
31600000-2	1.	Electrocardiograf	ЭК 3Т-01 "P-Д"	Federația Rusă	Monitor Ltd.	Echivalent/tip ЭК 3Т-01- "P-Д" , dispozitiv portabil, înregistrarea simultană a 12 derivații și imprimarea a 1, 2, 3 derivații de-a lungul hârtie termice În set: 1. Blocul electrocardiografului 2. Cablu de electrozi 3. Cablu de rețea 4. Set de electrozi 5. Hîrtie termică, 57±2mm 6. Gel ECG 7. Geanta Garanție nu mai puțin – 12 luni, pașaport.	Echivalent/tip ЭК 3Т-01- "P-Д" , dispozitiv portabil, înregistrarea simultană a 12 derivații și imprimarea a 1, 2, 3 derivații de-a lungul hârtie termice În set: 1. Blocul electrocardiografului 2. Cablu de electrozi 3. Cablu de rețea 4. Set de electrozi 5. Hîrtie termică, 57±2mm 6. Gel ECG 7. Geanta Garanție nu mai puțin – 12 luni, pașaport.	ISO, CE
		Aparat pentru darsonvalizare	CORONA	Ucraina	Novator	Echivalent/tip CORONA Tensiunea amplitudinii la ieșirea aparatului, kV (8 ÷ 25) ± 20% Rata de repetare a impulsului, Hz 100 ± 10% Frecvența de umplere a impulsurilor, kHz 110 ± 25% Alimentare, V 220; Frecvența de rețea, Hz 50 Puterea consumată de rețea, VA nu mai mult de 50 Dimensiuni totale, mm, nu mai mult de 110 x 210 x 260 Setul de livrare al dispozitivului include: Unitatea electronică – 1buc Electrozii înlocuiți:de bază (ciupercă, pieptene, punct) – cite 1bucata Garanție nu mai puțin – 12 luni, pașaport.	Echivalent/tip CORONA Tensiunea amplitudinii la ieșirea aparatului, kV (8 ÷ 25) ± 20% Rata de repetare a impulsului, Hz 100 ± 10% Frecvența de umplere a impulsurilor, kHz 110 ± 25% Alimentare, V 220; Frecvența de rețea, Hz 50 Puterea consumată de rețea, VA nu mai mult de 50 Dimensiuni totale, mm, nu mai mult de 110 x 210 x 260 Setul de livrare al dispozitivului include: Unitatea electronică – 1buc Electrozii înlocuiți:de bază (ciupercă, pieptene, punct) – cite 1bucata Garanție nu mai puțin – 12 luni, pașaport.	Declarație de conformitate
		Lampă bactericidă cu ozon	OBB 15 P	Ucraina	BactoSfera	Echivalent/tip CORONA Tensiunea amplitudinii la ieșirea aparatului, kV (8 ÷ 25) ± 20% Rata de repetare a impulsului, Hz 100 ± 10% Frecvența de umplere a impulsurilor, kHz 110 ± 25% Alimentare, V 220; Frecvența de rețea, Hz 50 Puterea consumată de rețea, VA nu mai mult de 50 Dimensiuni totale, mm, nu mai mult de 110 x 210 x 260 Setul de livrare al dispozitivului include: Unitatea electronică – 1buc Electrozii înlocuiți:de bază (ciupercă, pieptene, punct) – cite 1bucata Garanție nu mai puțin – 12 luni, pașaport.	Echivalent/tip CORONA Tensiunea amplitudinii la ieșirea aparatului, kV (8 ÷ 25) ± 20% Rata de repetare a impulsului, Hz 100 ± 10% Frecvența de umplere a impulsurilor, kHz 110 ± 25% Alimentare, V 220; Frecvența de rețea, Hz 50 Puterea consumată de rețea, VA nu mai mult de 50 Dimensiuni totale, mm, nu mai mult de 110 x 210 x 260 Setul de livrare al dispozitivului include: Unitatea electronică – 1buc Electrozii înlocuiți:de bază (ciupercă, pieptene, punct) – cite 1bucata Garanție nu mai puțin – 12 luni, pașaport.	Certificat de Conformitate

		Aparat de frecvență înalță	YBЧ-30	Federația Rusă	NanEma	<p>Echivalent/tip YBЧ-30 Setul dispozitivului include: un set de electrozi Ø 36 mm, Ø 80 mm, Ø 113 mm, 2 buc, un aplicator pentru curenți turbionari EVT, suporturi de electrozi, un indicator pentru setarea dispozitivelor UHF, inserții fuzibile, sârmă, cleme. Alimentare CA: - tensiune 220 V - frecvență 50 Hz Puterea consumată din rețea 160 V • A Frecvența de oscilație 27,12 MHz ± 0,16 MHz Puterea maximă de ieșire: - pas 1 - 10 W ± 2 W - pas 2 - 20 W ± 4 W - pas 3 - 30 W ± 6 W Dimensiuni totale 425x230x260 mm Greutate, nu mai mult de 10 kg Garanție nu mai puțin – 12 luni, pașaport.</p>	<p>Echivalent/tip YBЧ-30 Setul dispozitivului include: un set de electrozi Ø 36 mm, Ø 80 mm, Ø 113 mm, 2 buc, un aplicator pentru curenți turbionari EVT, suporturi de electrozi, un indicator pentru setarea dispozitivelor UHF, inserții fuzibile, sârmă, cleme. Alimentare CA: - tensiune 220 V - frecvență 50 Hz Puterea consumată din rețea 160 V • A Frecvența de oscilație 27,12 MHz ± 0,16 MHz Puterea maximă de ieșire: - pas 1 - 10 W ± 2 W - pas 2 - 20 W ± 4 W - pas 3 - 30 W ± 6 W Dimensiuni totale 425x230x260 mm Greutate, nu mai mult de 10 kg Garanție nu mai puțin – 12 luni, pașaport.</p>	Certificat de Conformitate
--	--	----------------------------------	--------	-------------------	--------	--	--	-------------------------------

Semnat:

Numele, Prenumele: **Stela POTINGA** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **SA TEHOPTIMED** Adresa: MD 2052, str. Maria Dragan 19A, Chisinau, Republica Moldova