

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1708358657648 din 14.03.2024
Obiectul achiziției: Achiziția Dispozitivelor Medicale conform necesităților AMT Râșcani pentru anul 2024

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 17 Dispozitiv pentru Magnetoterapie (caracteristici avansate).	MAGNETRONIC MF-12 +accesorii AS-600K AS-315K AP-2D	Polonia	Elektronika i elektromedycyna m. Lewandowski sp.j.	Frecvență 1-100 Hz , tensiune 220V/50Hz, cu 2 canale independente și taimer PAT, 2 bobine de diferite dimensiuni 60-30 cm și aplicatori locali 65x40 cm (± 5 cm) . Schimbarea intensității impuls mag 0-20 Mt, Programe speciale min. 2 .	Frecvență 1-100 Hz , tensiune 220V/50Hz. Cu 2 canale (prize) independente și taimer PAT Cu 2 bobine de diferite dimensiuni: 1)AS-600K applicator - Aplicator de câmp magnetic cu aspect foarte frumos și modern pentru utilizare cu modelele de magnetoterapie MF-12, cu diametrul de 60 cm. Data sheet pag 26 2)AS-315K applicator - Aplicator de câmp magnetic cu aspect clasic pentru utilizare cu modelele de magnetoterapie MF-12, diametru de 31,5 cm. Data sheet pag 26 Aplicatori locali AP-2D applicator-Aplicator al câmpului magnetic, dimensiune: 65x42cm, grosime 4cm. Data sheet pag 27 Schimbarea intensității impuls mag 0-20 Mt Programe speciale min. 2. Data sheet pag 25 AMDMDM0000674815 Rg04-000040	Declaration of conformity

<u>Lotul 18</u> Cardiomonitor fetal, Doppler.	BT - 200T	Coreea Sud	BISTOS CO. LTD.	Măsurare precisă, 1.Ecranul TFT de min. 2,0 inch afișează valoarea FHR, forma de undă a inimii fetale; 2. Trei moduri de măsurare: Numărătoare în timp real, medie și manuală; 3. Difuzor încorporat și interfață de ieșire a sunetului; 4. Sondă cu ultrasunete de înaltă sensibilitate cu 2.0MHz-3.0MHz; 5. Detectarea și indicarea sondei oprite; 6. Luminozitate și volum reglabile 7. Baterii reincarcabile ,cablu de conctare la 220V.	1. Ecranul TFT de min. 2,0 inch afișează valoarea FHR, forma de undă a inimii fetale- Da pag 9 operation manual; 2. Trei moduri de măsurare: Numărătoare în timp real, medie și manuală – Da ; 3. Difuzor încorporat și interfață de ieșire a sunetului – Da pag 7 operation manual; 4. Sondă cu ultrasunete de înaltă sensibilitate cu 3.0MHz - Da pag 7 Broșură; 5. Detectarea și indicarea sondei oprite – Da; 6. Luminozitate și volum reglabile – Da pag 8 operation manual; 7. Baterii reincarcabile + încărcător; AMDM DM000499710 Rg04-000101	Declaration of conformity
TOTAL						

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Cobzari-Țurcan Rodica
În calitate de: Administrator
Ofertantul: „Aelo Grup” SRL
Adresa: Mun.Chișinău, str.Petru Movilă 23/5,ap (of)3