

3310000-1	4	Electroencefalograf pentru monitorizarea EEG continuă	Descriere Electroencefalograful care măsoară, amplifică, filtrează și înregistrează semnalul EEG și prindează datele pentru proceduri de diagnostic. De asemenea aici intră monitoare-EEG dedicate pentru utilizarea continuă. Parametrul Specificația Aplicații Diagnosticul EEG da Monitorizarea EEG da PSG (Polysomnography) da LTM (Long Term Monitoring) da Electroencefalografia da Altele da Numărul de canale EEG ≥ 32 Rezoluția datelor EEG, bit ≥ 24 Gama frecvenței de lucru, Hz > 200 Display Funcția freez da Afișare derivații ≥ 32 Dimensiuni ≥ 20 inci EEG în timp real da Verificarea impedenței electrodului Automată Filtru de rejecție comună, dB 100 la 50 Hz Impedența preamplificatorului, Mohm ≥ 10 Calibrarea automată da Rata de calibrare selectată de utilizator da Detectarea și interpretarea datelor da Alarmer da Video digital Camera tip IR LTM da minim. SD da Sincronizarea cu EEG da Capacitatea de stocare video/EEG ≥ 24 h Camera amplasată pe stativ separat da Fotostimulator amplasat pe stativ separat da	Natus NeuroWorks 9.x Acquisition Software with Spike / Event, High Res Video Da Da Da Da Da Da Da, 32, 842-683100 - V32 amplificator Da Da, 1000Hz Da Da, 32 Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da, HD Da Da Da, separat EXP1103, LED Photic Stim Plus Roll Stand
-----------	---	---	---	---

		* Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie *Certificat CE și declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Instruire Training pentru utilizatori Da Module necesare: Prezentare generală, pregătire de lucru, operarea cu dispozitivul, întreținere Da Training pentru personal tehnic Da Module necesare: Modul de efectuare a mentenanței periodice, modul de testare a funcționalității Documentație Manualul de utilizare română sau rusă, tipărit și în format electronic Da Manualul de service Engleză Da Logistică Da Transportare la adresa solicitată Da Instalare Da Testare și darea în exploatare Da Garanție Perioada de garanție Minim 3 ani, cu efectuarea lucrărilor de mentenanță conform recomandărilor producătorului, Da	
--	--	--	--

3310000-1	9	Videogastroskop	Descriere Este un un accesoriu pentru sistemele de endoscopie flexibilă Parametrul Specificația Este compatibil cu sistemul video Olympus Evis Exera III Directia de vedere Direct Profundimea câmpului de vedere 3 – 100 mm Unghiul de vedere 140 grade Diametrul extern al inelului distal 9,2 mm Diametrul extern al părții flexibile 9,2 mm Canalul pentru instrumente 2,8 mm Unghiul de deflexie a capului distal Sus 210 grade, jos 90 grade, dreapta și stînga 100 grade Lungimea de lucru 1000 mm Standarte și certificate Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie *Certificat CE și declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	GIF-H185, Olympus, Da Da Da, 2-100 Da, 140 Da, 9.2 Da, 9.2 Da, 2.8 Da, 210/90-100/100 Da, 1030 Da, CE, înregistrat la AMED
-----------	---	-----------------	--	--

			Documentație Manualul de utilizare română sau rusă, tipărit și în format electronic Logistică Transportare la adresa solicitată Da Instalare Da Testare și darea în exploatare Da Garanție Perioada de garanție Minim 2 ani, cu efectuarea lucrărilor de mentenanță conform recomandărilor producătorului,	
--	--	--	--	--

3310000-1	10	Dispozitiv electro-chirurgical (cu tehnologia de sigilare a vaselor) cu troliu	Parametrul Specificația Descriere Dispozitiv destinat pentru tăierea și coagularea țesuturilor biologice în procesul actului chirurgical care utilizează curenți electrici de frecvență înaltă. "Modul de sigilare a vaselor care conține:" Tăierea țesutului și sigilare să se facă cu o frecvență înaltă Sigilarea vaselor să se facă prin tehnologie bipolară "Electrocoagulatorul de înalta performanță " "Să asigure sigilarea vaselor de minim 7 mm " Afisaj digital cu tehnologie "touch screen" Implicarea simultană a min. 4 instrumente bipolare cu configurare independentă "Posibilitate de lucru cu regimuri de frecventa inalta " monopolare si bipolare Canale de ieșire Monopolar izolat Comutator de mână da Comutator de picior tip pedală dublă Bipolar da Moduri de lucru Monopolar Tăiere, pina la min. 350 W min. 350 Ohm Coagulare, pina la min. 230 W min. 180 Ohm Bipolar Tăiere, pina la min. 110 W min. 300 Ohm Coagulare, pina la min. 40 W min. 100 Ohm "Regimuri de lucru preselectate" Blend, strong soft, spray, etc. minimum 10 regimuri	MAXIUM system, KLS-Martin, fara TVA Da Da Da Da Da Da, 7mm Da, touch screen 8.4" Da, 4 instrumente configurate independent prin adapter Da Da Da Da Da Da, 360W Da Da, 320W Da Da, 120W Da Da, 50W Da Da, >40 regimuri
-----------	----	--	--	--

		Funcție de autotestare da Canal de ieșire independentă da Indicatoare acustic vizual Control volum sunet da Accesorii: Cablu pentru electrod neutru reutilizabil, min. 2 metri 2 buc. Electrod neutru reutilizabil, tip adult 2 buc. Bisturiu electric cu două butoane (tăiere/cuagulare), reutilizabil minim 100 clicluri, cablu min 2 metri 2 buc. Lame reutilizabile pentru bisturiu (la solicitare) 10 buc. Electrod / pencetă bipolar, tip reutilizabil 1 buc. Cablu pentru electrod bipolar reutilizabil, min. 2 metri 1 buc. Pedală pentru de sigilare a vaselor 1 buc. Pedală dublă pentru coagulare și tăiere 1 buc. Modulul pentru lucru în regimul de rezecție în soluție salină 1 buc. Mâner cu tub reutilizabil, tip Maryland pentru sigilarea vaselor la operații deschise: min. 20 cm, cu conector tip cu sistem de auto-recunoaștere a instrumentului 1 set. "Vârfuri de unica folosință pentru mânerul cu tub reutilizabil, tip Maryland de min. 20 cm " 50 buc. Mâner cu tub, tip Maryland pentru sigilarea vaselor la operații laparoscopice: min. 40 cm, cu conector tip cu sistem de auto-recunoaștere a instrumentului 1 set. "Vârfuri de unica folosință pentru mânerul cu tub reutilizabil, tip Maryland de min. 40 cm " 50 buc.	Da Da Da Da Da Da, 80-294-44-04, 4m Da, 80-342-07-04 Da, 80-210-21-04 Da, 2x80-580-06-04 Da, 80-986-20-04 Da, 80-287-90-04 Da, 80-811-50-04 Da, 80-811-30-04 Da, 80-093-00-04 Da, 80-633-03-04, 23cm Da, 80-633-14-04, 23 cm Da, 80-633-01-04, 45cm Da, 80-633-16-04, 45 cm
--	--	--	---

		Pensă / forceps de sigilare, reutilizabil, pentru operații fine cu vase până la 7mm: min. 16 cm, cu conector tip cu sistem de auto-recunoaștere a instrumentului 1 set. Vârfuri de unica folosință tip Maryland pentru instrumentul de sigilare reutilizabil cu min. 16 cm 30 buc. "Cablul bipolar angular reutilizabil pentru conectarea instrumentelor bipolare, min. 2 metri, min. 100 cicluri" 1 buc. Casoletă pentru sterilizarea instrumentelor reutilizabile după operație 1 buc. Troliu Să se indice modelul oferit model Mobil pe 4 roți da Minim 2 roți cu frână da Minim 1 sertar/coș/poliță pentru accesorii da Mîner pentru transportare da. certifice termenul de garanție pentru echipament și accesorii nu mai mic de 24 luni din momentul instalării/darii în exploatare a bunului. Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie *Certificat CE și declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei	Da, 80-632-18-04, 18cm Da, 80-632-00-04, 18cm Da, 80-293-40-04 55-803-75-04 + 55-803-73-04 Da, 80-070-00-04 Da Da Da Da
--	--	---	--

			indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;	
--	--	--	--	--