

Specificații tehnice							
Numărul licitației: 21575362 / ocde-b3wdp1-MD-1772547732662							
Obiectul achiziției: Servicii de mentenanță periodică și corectivă a dispozitivelor medicale pentru anul 2026							
Nr. Ord	Cod CPV	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
		Lotul 1					
1	50421000-2	Analizator biochimic automat Arhitect c4000 (secția LAM)	USA	ABBOTT LAB	conform specificația tehnica din Anuntul de participare	1. Lucrări de întreținere a dispozitivului conform manualului de service și recomandările producătorului dispozitivului medical. 2. Numărul de servicii necesare periodice: 2 (una la 6 luni). 3. Lucrări de mentenanță preventivă: curățare exterioară, verificarea senzorilor, calibrarea echipamentului, verificarea și înlocuirea componentelor consumabile, testarea performanței, verificarea conexiunilor electrice și ale alimentării. 4. Lucrări de mentenanță corectivă: remedierea problemelor de citire a senzorilor, reparații ale sistemului de alimentare, intervenția asupra software-ului, verificarea sistemului de ventilație și răcire, testarea sistemului de alarmă, etc. 5. Intervenția specialistului în cazul unor defecțiuni neprevăzute și stabilirea acestora. La solicitare raspuns la telefon 5 ore/intervenire 24 ore.	ISO 9001
		Lotul 4					
1	50421000-2	Analizator imunologic STAT FAX 4700 (secția LAM)	USA	AWARENESS TECHN	conform specificația tehnica din Anuntul de participare	Lucrări de întreținere a dispozitivului conform manualului de service și recomandările producătorului dispozitivului medical. 2. Numărul de servicii necesare periodice: 2 (una la 6 luni). Lucrări de mentenanță preventivă: curățarea suprafețelor exterioare, verificarea alimentării cu energie și conexiunilor, monitorizarea erorilor software, curățarea camerei de măsurare, verificarea sursei de lumină (lampă cu halogen sau LED), testarea acurateții absorbției, calibrarea sistemului optic, curățarea filtrelor optice și a lentilelor, verificarea plăcii de referință, etc. 3. Lucrări de mentenanță corectivă (la necesitate): înlocuirea lampii de detecție, în cazul în care cititorul prezintă probleme de sensibilitate, diagnosticarea și actualizarea software-ului pentru a remedia erorile sistemului, repararea sau înlocuirea componentelor optice în cazul unor defecțiuni majore, teste de funcționare și siguranță: testarea absorbției optice cu soluții de control pentru a verifica precizia analizorului, verificarea uniformității măsurărilor între godeuri pentru a detecta posibile erori de aliniere, confirmarea timpului de citire și stabilității datelor pentru a preveni erorile de interpretare a rezultatelor, etc. 4. Intervenția specialistului în cazul unor defecțiuni neprevăzute și stabilirea acestora. La solicitare raspuns la telefon 5 ore/intervenire 24 ore.	ISO 9001
		Lotul 6					
1	50421000-2	Imunoanalizator FIC-Q100N (Cititor -Dry Fluorescent) (secția LAM)	CHINA	DYNAMIKER	conform specificația tehnica din Anuntul de participare	1. Lucrări de întreținere a dispozitivului conform manualului de service și recomandările producătorului dispozitivului medical. 2. Numărul de servicii necesare periodice: 1 (una la 12 luni). 3. Lucrări de mentenanță preventivă: curățarea suprafețelor exterioare, verificarea alimentării și a cablurilor, monitorizarea afișajului și a mesajelor de eroare, păstrarea camerei de citire curate, curățarea senzorilor optici și a camerei de măsurare, verificarea acurateții măsurărilor, testarea funcționării ecranului și a butoanelor (dacă este cazul) pentru a detecta eventuale probleme de operare, calibrarea sistemului optic, verificarea sursei de lumină fluorescentă curățarea filtrului de aer, etc 4. Lucrări de mentenanță corectivă (la nevoie): înlocuirea sursei de lumină (dacă este necesar) în cazul în care intensitatea fluorescentă scade, actualizarea software-ului pentru a remedia eventualele erori sau a îmbunătăți performanța, diagnosticarea și repararea componentelor defecte, dacă apar erori frecvente sau probleme de funcționare, teste de funcționare și siguranță: testarea cu soluții de control standard pentru a verifica precizia analizorului, compararea rezultatelor cu un dispozitiv de referință pentru a detecta eventuale deviații, confirmarea timpului de citire și stabilității datelor pentru a evita interpretările greșite ale rezultatelor, etc. 5. Intervenția specialistului în cazul unor defecțiuni neprevăzute și stabilirea acestora. La solicitare raspuns la telefon 5 ore/intervenire 24 ore.	ISO 9001

		Lotul 8					
1	50421000-2	Analizator p/u determinarea Echilibrului Acido Bazic, EasyStat (secția LAM)	USA	MEDICA CORP.	conform specificatia tehnica din Anuntul de participare	1. Lucrări de întreținere a dispozitivului conform manualului de service și recomandările producătorului dispozitivului medical. 2. Numărul de servicii necesare periodice: 2 (una la 6 luni). 3. Lucrări de mentenanță preventivă: curățare exterioară, verificarea senzorilor, calibrarea echipamentului, verificarea și înlocuirea componentelor consumabile, testarea performanței, verificarea conexiunilor electrice și ale alimentării. 4. Lucrări de mentenanță corectivă: remedierea problemelor de citire a senzorilor, reparații ale sistemului de alimentare, intervenția asupra software-ului, verificarea sistemului de ventilare și răcire, testarea sistemului de alarmă, etc. 5. Intervenția specialistului în cazul unor defecțiuni neprevăzute și stabilirea acestora. 6. La solicitare raspuns la telefon 5 ore/intervenire 24 ore.	ISO 9001
		Lotul 9					
1	50421000-2	Analizator de echilibru Acido-Bazic Prime-Plus (secția ATI)	USA	NOVA BIOMEDICAL	conform specificatia tehnica din Anuntul de participare	Lucrări de întreținere a dispozitivului conform manualului de service și recomandările producătorului dispozitivului medical. 2. Numărul de servicii necesare periodice: 1 (una la 12 luni). 3. Lucrări de mentenanță preventivă: curățare exterioară, verificarea senzorilor, calibrarea echipamentului, verificarea și înlocuirea componentelor consumabile, testarea performanței, verificarea conexiunilor electrice și ale alimentării. 4. Lucrări de mentenanță corectivă: remedierea problemelor de citire a senzorilor, reparații ale sistemului de alimentare, intervenția asupra software-ului, verificarea sistemului de ventilare și răcire, testarea sistemului de alarmă, etc. 5. Intervenția specialistului în cazul unor defecțiuni neprevăzute și stabilirea acestora. La solicitare raspuns la telefon 5 ore/intervenire 24 ore.	ISO 9001
		Lotul 11					
1	50421000-2	Instalatie de purificare a apei, AQUALINE (secția LAM)			conform specificatia tehnica din Anuntul de participare	Lucrări de întreținere a dispozitivului conform manualului de service și recomandările producătorului dispozitivului medical. 2. Numărul de servicii necesare periodice: 2 (una la 6 luni). 3. Lucrări de mentenanță preventivă: curățare exterioară, verificarea senzorilor, calibrarea echipamentului, verificarea și înlocuirea componentelor consumabile, testarea performanței, verificarea conexiunilor electrice și ale alimentării. 4. Lucrări de mentenanță corectivă: remedierea problemelor de citire a senzorilor, reparații ale sistemului de alimentare, intervenția asupra software-ului, verificarea sistemului de ventilare și răcire, testarea sistemului de alarmă, etc. 5. Intervenția specialistului în cazul unor defecțiuni neprevăzute și stabilirea acestora. La solicitare raspuns la telefon 5 ore/intervenire 24 ore.	ISO 9001
		Lotul 20					
1	50421000-2	Centrifugă Hettich Rotina 380R (secția LNR-2/ LRR-1)	GERMANIA	ANDREAS HETTICH	conform specificatia tehnica din Anuntul de participare	Lucrări de întreținere a dispozitivului conform manualului de service și recomandările producătorului dispozitivului medical. 2. Numărul de servicii necesare periodice: 1 (una la 12 luni). 2. Lucrări de mentenanță preventivă: curățarea camerei de centrifugare (îndepărtarea reziduurilor și a eventualelor contaminanți),verificarea echilibrării rotorului și a brațelor de susținere (lubrifierea lagărelor și a componentelor mobile inspectarea cablurilor de alimentare și a mufelor), verificarea și calibrarea vitezei și a forței centrifuge (RCF) 3. Lucrări de mentenanță corectivă (la nevoie): înlocuirea rotorului sau a coșurilor de transport (în cazul în care sunt fisurate sau uzate), repararea sau înlocuirea sistemului de control electronic, înlocuirea garniturilor și a componentelor de siguranță, teste de funcționare și siguranță: testarea senzorilor de siguranță, verificarea funcției de răcire, confirmarea vitezei și a timpului de funcționare, etc. 4. Intervenția specialistului în cazul unor defecțiuni neprevăzute și stabilirea acestora. La solicitare raspuns la telefon 5 ore/intervenire 24 ore.	ISO 9001
2		Centrifugă Rotina 420 (secția LRR)					
3		Centrifugă Micro 200 (secția LRR)					

Semnat:_____

Numele, Prenumele: Inga Besirik

În calitate de: administrator

Ofertantul: “Intermed-Service” SRL

Adresa: mun. Chișinău, str. Albisoara 64/2