



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE AL REPUBLICII MOLDOVA
INSTITUȚIA MEDICO-SANITARĂ PUBLICĂ
INSTITUTUL DE MEDICINĂ URGENTĂ

MD - 2004, mun. Chișinău, str. Toma Ciorbă, nr.1

Tel: (022) 250-704

Nr. 01-8/ 1590 din «10» octombrie 2019

La COP Nr.21012008 din 20.09.2019

SRL «Life Med»

aleksander@inbox.ru

Prin prezenta, grupul de lucru pentru achiziții în cadrul IMSP Institutul de Medicină Urgentă vă comunică că, în conformitate cu prevederile legale în domeniul achizițiilor publice, oferta/mostra Dvs., prezentată în cadrul COP nr.21012008 din 20.09.2019 privind achiziționarea «Consumabile angiografice – 2019», nu a fost desemnată câștigătoare din motiv că nu corespunde cerințelor solicitate, și anume: cateterul este rigid cu flexibilitate redusă (mai traumatic în timpul catetizării), plasticul ce îndreaptă vârful cateterului este fragil și incomod p/u manipulații (Anexa: Adnotare).

Pentru pozițiile licitate, în conformitate cu prevederile pct. 6.1 FDA (Fișa de date a achiziției), au fost desemnate câștigătoare oferta la cel mai mic preț fără TVA cu corespunderea tuturor cerințelor solicitate.

Vă mulțumim pentru participare.

Președintele grupului de lucru

Mihail Ciocanu


Adnotare

lot.1

Dupa examinarea mostrei prezentate de compania LifeMed SRL, am apreciat ca cateterul diagnostic tip Simmons 1 de la Merit Medical este mai rigid cu flexibilitate mai redusa, intr-un cuvint este mai traumatic in timpul cateterizarii. La cateter tip pig-tail de la MeritMedical pe linga calitatile expuse mai sus, plasticul ce indreapta virful cateterului este mai fragil si incomod pentru manipulatii.

07.10.2019

Seful LMI IMU



R.Smolnitchi