

Caiet de sarcini pentru echipamente de reabilitare medicală

Nr. crt	Denumirea	U.M	Cantitate buc	Preț unitar estimat, lei (cu T.V.A.)	Valoare estimată lei (cu T.V.A.)	Caracteristici
1	Inhalator cu ultrasunet “ ULTRASONIC Nebulizer	Buc	1	2700	2700	Tip: nebulizator cu ultrasunet, frecvența cu ltrasunete 1,7 MHz, viteza de pilverizare – 4 ml/min Dimensiunea particulelor -1-5 mkm Capacitatea recipientului pentru medicamente- 60 ml Timpul procedurii fără întrerupere – 0-60 min Dimenseuni de gabarit – 160 mm x 310 mm x270 mm
2	Aparat p/u magnetoterapie”Almag 02 ”	Buc	1	25000	25000	Almag + a fost creat special pentru tratamentul articulațiilor și vă ajută la nivel profesional: elimina eficient inflamația și durerea; promovează restabilirea activității; ameliorează spasmul muscular și edemul țesutului; preveni exacerbarea bolilor cronice; încetini progresia bolii; element pentru îmbunătățirea funcției motorului. Aparatul este operabil cu alimentare electrică de la rețeaua de curent alternativ cu frecvența de 50 Hz și tensiunea de (230 +23 -23) V.Puterea consumată de aparat de la rețeaua de

						curent alternativ nu depășește 45 VA cu o abatere de maximum 10%. Lungimea cablului de conectare la blocul de alimentare și control – (2,7 +0,2 -0,1) m. Din punct de vedere al siguranței, aparatul respectă cerințele GOST R IEC 60601-1: 2010 și aparține clasei II, cu partea activă de tip BF. Valoarea amplitudinii inducției pe suprafața inductorilor : Curgător” – 25 mT la frecvența de impulsuri de 1 până la 75 imp/s, de la 2 până la 20 mT la frecvența de 1 până la 100 imp/s. „Staționar” – de la 2 până la 6 mT la frecvența de 1 până la 16 imp/s. Emitător local – de la 2 până la 30 mT la frecvența de impulsuri de 1 până la 100 imp/s sau de la 35 până la 45 mT la frecvența de 1 până la 50 imp/s. Abaterea absolută a valorii amplitudinii inducției față de valoarea setată: Pentru valori de 2 până la 20 mT – în limitele $\pm (0,2A + 0,6)$ mT Pentru valori de 25 până la 45 mT – în limitele $\pm 6,3$ Frecvența impulsurilor: între 1 și 100 imp/s Durata impulsului și pauza în modul de expunere intermitentă: între 1 și 20 secunde

