

			Specificații tehnice (F4.1)					
			[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]					
Numărul licitației:			LP nr ocds-b3wdp1-MD-1695909003700 din 11.12.2023					Data: „08” decembrie 2023
Denumirea licitației:			Achiziționarea dispozitivelor medicale (aparate auditive), în vederea realizării Programului Național privind protezarea auditivă, pentru anul 2024					Lot: 1-6
								Pagina: __ din __
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	
33100 00-1	1	Proteze auditive pentru surditate ușoară-moderată	Interton Move MV470-DW	Danemarca	Interton A/S	Durata lansarii pe piața mondială (anul lansării) - nu mai mult de 5 ani Experiență clinică a PA - Nu mai puțin de 1 an Înălțimea maximă - 128 dB și mai mult, Câștigul maximal - 56-80 dB Nivelul de zgomot - Nu mai înalt 24 dB Limita inferioară a diapazonului frecvențial ≤ 200Hz Limita superioară a diapazonului frecvențial ≥5500Hz Coefficientul distorsiunelor armonice (de indicat valoarea)- Nu mai mare de 5% Anti-feedback-Prezent Numarul canalelor de prelucrare numerica a sunetului (pentru adulți)- 12 și mai multe Accesoriile unui set PA – 1 buc. Baterie “Zinc-Air”12buc Obligator 1 olivă individuală pentru fiecare proteză (eliberată în termen nu mai mare de 21 zile de la data eliberării aparatului) Reglajul protezei auditive obligator Pe perioada garanției reglajul gratuit a PA fiecare 3 luni (dupa datele audiogramei). Termenul de garanție 24 luni (din data eliberării aparatului la pacient de către medic) Prezența în republică a cabinetului autorizat de deservire ale PA ale companiei echipat cu utilajul necesar și specialiști de profil (Chişinău și pentru nordul republicii – Bălți), ori asigurarea de către agentul economic a asistenței în teritoriu conform unui grafic coordonat cu medicul ORL-audiolog din Bălți cu deplasarea echipei de specialiști ai companiei respective. Obligator Prezentarea mostrelor la ședința comisiei de lucru Obligator Cerințele către parametrii electroacustici ai protezelor auditive digitale necesita a fi prezentate conform standardelor IEC 118-0 (ureche artificială).	Durata lansarii pe piața mondială (anul lansării): 2021, Experiență clinică a PA: Nu mai puțin de 1an, Înălțimea maximă: 134 dB, Câștigul maximal: 66 dB. Nivel de zgomot 24 db; Limita inferioară a diapazonului frecvențial:100 Hz Limita superioară a diapazonului frecvențial: 6790 Hz. Coeficientul distorsiunelor armonice (de indicat valoarea)- 0,9/1,2/1,0%. Numarul canalelor de prelucrare numerica a sunetului-12. Accesoriile unui set: PA – 1 buc. Baterie “Zinc-Air”-12 buc. Anti-feedback (Feedback Manager Plus) -prezent; Obligator 1 olivă individuală pentru fiecare proteză (eliberată în termen nu mai mare de 21 de zile de la data eliberării aparatului). Pe perioada garanției reglarea gratuită a aparatului fiecare 3 luni (dupa datele audiogramei). Termenul de garanție: 24 luni (din data eliberării aparatului la pacient de către medic). Prezența în republică a cabinetului autorizat de deservire ale PA ale companiei echipat cu utilajul necesar și specialiști de profil (Chişinău și pentru nordul republicii – Bălți), ori asigurarea de către agentul economic a asistenței în teritoriu conform unui grafic coordonat cu medicul ORL-audiolog din Bălți cu deplasarea echipei de specialiști ai companiei respective - Prezent în Chişinău și Bălți. Prezentarea mostrelor: Obligator. Notă: Pentru aparatul auditiv oferit producătorul nu a stabilit codul produsului după care acesta ar putea fi identificat în catalogul producătorului. Astfel, aparatul oferit poate fi identificat în felul următor: În fișa tehnică Interton (Technical Specifications anexat) după denumire: modelul MV470-DW (pag. 1) și MV 70-DW (Closed) (pag. 2). În catalog după denumire din gama modelelor Interton Move, Form factor BTE 70, nivelul tehnologiei (Technology levels) 4, (pag. 13,14 din catalog “Interton Move New full-family hearing solution” anexat). Toate datele tehnice sunt suplimentar indicate în certificatul IEC 118-0 (ureche artificială) (anexat).	
33100 00-1	2	Proteze auditive pentru surditate moderată-severă	Interton Move MV490-DW	Danemarca	Interton A/S	Durata lansarii pe piața mondială (anul lansării) nu mai mult de 5 ani Experiență clinică a PA Nu mai puțin de 1an Înălțimea maximă 134 dB și mai mult, Câștigul maximal 75 dB și mai mult Nivelul de zgomot Nu mai înalt 24 dB Limita inferioară a diapazonului frecvențial ≤ 220 Hz Limita superioară a diapazonului frecvențial ≥5500Hz Coefficientul distorsiunelor armonice (de indicat valoarea) Nu mai mare de 5% Anti-feedback Prezent Numarul canalelor de prelucrare numerica a sunetului (pentru adulți) 12 și mai multe Accesoriile unui set PA – 1 buc. Baterie “Zinc-Air”-12 buc Obligator 1 olivă individuală pentru fiecare proteză (eliberată în termen nu mai mare de 21 zile de la data eliberării aparatului) Reglajul protezei auditive obligator Pe perioada garanției reglajul gratuit a PA fiecare 3 luni (dupa datele audiogramei). Termenul de garanție 24 luni (din data eliberării aparatului la pacient de către medic) Prezența în republică a cabinetului autorizat de deservire ale PA ale companiei echipat cu utilajul necesar și specialiști de profil (Chişinău și pentru nordul republicii – Bălți), ori asigurarea de către agentul economic a asistenței în teritoriu conform unui grafic coordonat cu medicul ORL-audiolog din Bălți cu deplasarea echipei de specialiști ai companiei respective. Obligator Prezentarea mostrelor la ședința comisiei de lucru Obligator Cerințele către parametrii electroacustici ai protezelor auditive digitale necesita a fi prezentate conform standardelor IEC 118-0 (ureche artificială).	Durata lansarii pe piața mondială (anul lansării): 2021, Experiență clinică a PA: Nu mai puțin de 1an, Înălțimea maximă: 144 dB, Câștigul maximal: 86 dB. Nivel de zgomot 23 db; Limita inferioară a diapazonului frecvențial:100 Hz Limita superioară a diapazonului frecvențial: 6120 Hz. Coeficientul distorsiunelor armonice (de indicat valoarea)- 4,7/0,8/0,8%. Numarul canalelor de prelucrare numerica a sunetului-12. Accesoriile unui set: PA – 1 buc. Baterie “Zinc-Air”-12 buc. Anti-feedback (Feedback Manager Plus) prezent; Obligator 1 olivă individuală pentru fiecare proteză (eliberată în termen nu mai mare de 21 de zile de la data eliberării aparatului). Pe perioada garanției reglarea gratuită a aparatului fiecare 3 luni (dupa datele audiogramei). Termenul de garanție: 24 luni (din data eliberării aparatului la pacient de către medic) Prezența în republică a cabinetului autorizat de deservire ale PA ale companiei echipat cu utilajul necesar și specialiști de profil (Chişinău și pentru nordul republicii – Bălți), ori asigurarea de către agentul economic a asistenței în teritoriu conform unui grafic coordonat cu medicul ORL-audiolog din Bălți cu deplasarea echipei de specialiști ai companiei respective. - Prezent în Chişinău și Bălți. Prezentarea mostrelor: Obligator Notă: Pentru aparatul auditiv oferit producătorul nu a stabilit codul produsului după care acesta ar putea fi identificat în catalogul producătorului. Astfel, aparatul oferit poate fi identificat în felul următor: În fișa tehnică Interton (Technical Specifications anexat) după denumire: modelul MV490-DW (pag. 1) și MV 90-DW (pag. 2). În catalog după denumire din gama modelelor Interton Move, Form factor BTE 90, nivelul tehnologiei (Technology levels) 4, (pag. 13,14 din catalog “Interton Move New full-family hearing solution” anexat). Toate datele tehnice sunt suplimentar indicate în certificatul IEC 118-0 (ureche artificială) (anexat).	
33100 00-1	3	Proteze auditive pentru surditate profundă	Interton Move MV490-DW	Danemarca	Interton A/S	Durata lansarii pe piața mondială (anul lansării) - nu mai mult de 5 ani Experiență clinică a PA- Nu mai puțin de 1an Înălțimea maximă - 140 dB și mai mult, Câștigul maximal- 81dB și mai mult Nivelul de zgomot - Nu mai înalt 24 dB Limita inferioară a diapazonului frecvențial ≤ 220 Hz Limita superioară a diapazonului frecvențial ≥5500 Hz Coefficientul distorsiunelor armonice (de indicat valoarea) Nu mai mare de 5% Anti-feedback Prezent Numarul canalelor de prelucrare numerica a sunetului (pentru adulți) 12 și mai multe Accesoriile unui set PA – 1 buc. Baterie “Zinc-Air”-12 buc Obligator 1 olivă individuală pentru fiecare proteză (eliberată în termen nu mai mare de 21 zile de la data eliberării aparatului) Reglajul protezei auditive obligator Pe perioada garanției reglajul gratuit a PA fiecare 3 luni (dupa datele audiogramei). Termenul de garanție 24 luni (din data eliberării aparatului la pacient de către medic) Prezența în republică a cabinetului autorizat de deservire ale PA ale companiei echipat cu utilajul necesar și specialiști de profil (Chişinău și pentru nordul republicii – Bălți), ori asigurarea de către agentul economic a asistenței în teritoriu conform unui grafic coordonat cu medicul ORL-audiolog din Bălți cu deplasarea echipei de specialiști ai companiei respective. Obligator Prezentarea mostrelor la ședința comisiei de lucru Obligator Cerințele către parametrii electroacustici ai protezelor auditive digitale necesita a fi prezentate conform standardelor IEC 118-0 (ureche artificială).	Durata lansarii pe piața mondială (anul lansării): 2021, Experiență clinică a PA: Nu mai puțin de 1an, Înălțimea maximă: 144 dB, Câștigul maximal: 86 dB. Nivel de zgomot 23 db; Limita inferioară a diapazonului frecvențial:100 Hz Limita superioară a diapazonului frecvențial: 6120 Hz. Coeficientul distorsiunelor armonice (de indicat valoarea)- 4,7/0,8/0,8%. Numarul canalelor de prelucrare numerica a sunetului-12. Accesoriile unui set: PA – 1 buc. Baterie “Zinc-Air”-12 buc. Anti-feedback- (Feedback Manager Plus) prezent; Obligator 1 olivă individuală pentru fiecare proteză (eliberată în termen nu mai mare de 21 de zile de la data eliberării aparatului). Pe perioada garanției reglarea gratuită a aparatului fiecare 3 luni (dupa datele audiogramei). Termenul de garanție: 24 luni (din data eliberării aparatului la pacient de către medic) Prezența în republică a cabinetului autorizat de deservire ale PA ale companiei echipat cu utilajul necesar și specialiști de profil (Chişinău și pentru nordul republicii – Bălți), ori asigurarea de către agentul economic a asistenței în teritoriu conform unui grafic coordonat cu medicul ORL-audiolog din Bălți cu deplasarea echipei de specialiști ai companiei respective. - Prezent în Chişinău și Bălți; Prezentarea mostrelor: Obligator Notă: Pentru aparatul auditiv oferit producătorul nu a stabilit codul produsului după care acesta ar putea fi identificat în catalogul producătorului. Astfel, aparatul oferit poate fi identificat în felul următor: În fișa tehnică Interton (Technical Specifications anexat) după denumire: modelul MV490-DW (pag. 1) și MV 90-DW (pag. 2). În catalog după denumire din gama modelelor Interton Move, Form factor BTE 90, nivelul tehnologiei (Technology levels) 4, (pag. 13,14 din catalog “Interton Move New full-family hearing solution” anexat). Toate datele tehnice sunt suplimentar indicate în certificatul IEC 118-0 (ureche artificială) (anexat).	
33100 00-1	4	Proteze auditive pentru surditate ușoară-moderată	Interton Move MV670-DW	Danemarca	Interton A/S	Durata lansarii pe piața mondială (anul lansării) nu mai mult de 5 ani (prezentarea referințelor) Înălțimea maximă 128 dB și mai mult, Câștigul maximal 56-80 dB Nivelul de zgomot Nu mai înalt 23 dB Limita inferioară a diapazonului frecvențial ≤ 200Hz Limita superioară a diapazonului frecvențial ≥5500Hz Coefficientul distorsiunelor armonice (de indicat valoarea) - Nu mai mare de 5% Numarul canalelor de prelucrare numerica a sunetului (pentru copii) - 18 și mai mare Possibilitatea de conectare PA la sistemele în grup (FM) fără necesitatea în dispozitive suplimentare Obligator (pentru copii) Specificarea dată să fie menționată în fișa tehnică a PA Anti-feedback - prezent, Dimensiuni minime ale aparatului auditiv - Solicitat pentru copii Sincronizare și coordonare binaural - obligator pentru copii Accesoriile unui set PA – 1 buc. Baterie “Zinc-Air”12buc Obligator 1 olivă individuală pentru fiecare proteză (eliberată în termen nu mai mare de 21 zile de la data eliberării aparatului) Pentru copii olivă individuală, moale, Reglajul protezei auditive obligator Pe perioada garanției reglajul gratuit a PA fiecare 3 luni (dupa datele audiogramei). Termenul de garanție 24 luni (din data eliberării aparatului la pacient de către medic) Prezența în republică a centrului autorizat de deservire ale PA ale companiei echipat cu utilajul necesar și specialiști de profil Obligator. Prezentarea mostrelor la ședința comisiei de lucru Obligator. Cerințele către parametrii electroacustici ai protezelor auditive digitale necesita a fi prezentate conform standardelor IEC 118-0 (ureche artificială).	Durata lansarii pe piața mondială (anul lansării): 2021, Experiență clinică a PA: Nu mai puțin de 1an, Înălțimea maximă: 134 dB, Câștigul maximal: 66 dB. Nivel de zgomot 24 db; Limita inferioară a diapazonului frecvențial:100 Hz Limita superioară a diapazonului frecvențial: 6790 Hz. Coeficientul distorsiunelor armonice (de indicat valoarea)- 0,9/1,2/1,0%. Numarul canalelor de prelucrare numerica a sunetului-17. Posibilitatea de conectare PA la sistemele în grup (FM) fără necesitatea în dispozitive suplimentare: (Telecoil, DAI) Obligator. Dimensiuni minime ale aparatului auditiv. Anti-feedback- (Feedback Manager Plus) prezent; Sincronizare și coordonarea binaural - (Synchronised Auto-Stereoed Directionality, Synchronised Acclimatization Manager, Ear to Ear Communication) prezent. Accesoriile unui set: PA – 1 buc. Baterie “Zinc-Air”-12 buc. Obligator 1 olivă „moale”, individuală pentru fiecare proteză. Reglarea protezei obligatorii Pe perioada garanției reglarea gratuită a aparatului fiecare 3 luni. Termenul de garanție: 24 luni. Prezența în republică a centrului autorizat de deservire ale PA ale companiei echipat cu utilajul necesar și specialiști de profil: - Prezent în Chişinău și Bălți. Prezentarea mostrelor: Obligator. Notă: Pentru aparatul auditiv oferit producătorul nu a stabilit codul produsului după care acesta ar putea fi identificat în catalogul producătorului. Astfel, aparatul oferit poate fi identificat în felul următor: În fișa tehnică Interton (Technical Specifications anexat) după denumire: modelul MV670-DW (pag. 1) și MV 70-DW (Closed) (pag. 2). În catalog după denumire din gama modelelor Interton Move, Form factor BTE 70, nivelul tehnologiei (Technology levels) 6, (pag. 13,14 din catalog “Interton Move New full-family hearing solution” anexat). Toate datele tehnice sunt suplimentar indicate în certificatul IEC 118-0 (ureche artificială) (anexat).	

33100 00-1	5	Proteze auditive pentru surditate severă	Interton Move MV690-DW	Danemar ca	Interton A/S	Durata lansarii pe piata mondiala (anul lansării) nu mai mult de 5 ani Experiență clinică a aparatelor auditive în țările avansate în protezarea pediatrică Nu mai puțin de 1an (prezentarea referințelor) Ieșirea maximală 134 dB și mai mult, Câștigul maximal 75 dB și mai mult Nivelul de zgomot Nu mai înalt 23 dB Limita inferioară a diapazonului frecvențial ≤ 220 Hz Limita superioară a diapazonului frecvențial ≥5500Hz Coeficientul distorsiunelor armonice (de indicat valoarea) Nu mai mare de 5% Numarul canalelor de prelucrare numerica a sunetului (pentru copii) - 18 și mai mare Posibilitatea de conectare PA la sistemele în grup (FM) fără necesitatea în dispozitive suplimentare Obligator (pentru copii) Specificarea dată să fie menționată în fișa tehnică a PA Anti-feedback Prezent, Dimensiuni minime ale aparatului auditiv Solicitat pentru copii Sincronizare și coordonare binaural obligator pentru copii Accesorile unui set PA – 1 buc. Baterie “Zinc-Air”-12 buc Obligator 1 olivă individuală pentru fiecare proteză (eliberată în termen nu mai mare de 21 zile de la data eliberării aparatului) Pentru copii olivă individuală,, moale, Reglajul protezei auditive obligator Pe perioada garanției reglajul gratuit a PA fiecare 3 luni (dupa datele audiogramei), Termenul de garanție 24 luni (din data eliberării aparatului la pacient de către medic), Prezența în republică a centrului autorizat de deservire ale PA ale companiei echipat cu utilajul necesar si specialiști de profil Obligator, Prezentarea mostrelor la ședința comisiei de lucru Obligator, Cerințele către parametrii electroacustici ai protezlor auditive digitale necesita a fi prezentate conform standardelor IEC 118-0 (ureche artificială).	Durata lansarii pe piata mondiala (anul lansării): 2021, Experiență clinică a PA: Nu mai puțin de 1an, Ieșirea maximal: 144 dB, Câștigul maximal: 86 dB. Nivel de zgomot 23 db; Limita inferioară a diapazonului frecvențial:100 Hz Limita superioara a diapazonului frecvențial: 6120 Hz. Coeficientul distorsiunelor armonice (de indicat valoarea)- 4,7/0,8/0,8%, Numarul canalelor de prelucrare numerica a sunetului-17, Posibilitatea de conectare PA la sistemele în grup (FM) fără necesitatea în dispozitive suplimentare: (Telecoii, DAI) Obligator. Dimensiuni minime ale aparatului auditiv. Anti-feedback- (Feedback Manager Plus) prezent; Sincronizare și coordonarea binaural — (Synchronised Auto-Steered Directionality, Synchronised Acclimatization Manager, Ear to Ear Communication) prezent. Accesoriile unui set: PA – 1 buc. Baterie “Zinc-Air”-12 buc. Obligator 1 olivă,,moale,, individuală pentru fiecare proteză. Reglarea protezei obligatoriu: Pe perioada garanției reglarea gratuită a aparatului fiecare 3 luni. Termenul de garanție: 24 luni ; Prezența în republică a centrului autorizat de deservire ale PA ale companiei echipat cu utilajul necesar si specialiști de profil: - Prezent în Chișinău și Bălți. Prezentarea mostrelor: Obligator.Notă: Pentru aparatul auditiv oferat producatorul nu a stabilit codul produsului după care acesta ar putea fi identificat în catalogul producatorului. Astfel, aparatul oferat poate fi identificat în felul urmator: În fișa tehnică Interton (Technical Specifications anexat) după denumire: modelul MV690-DW (pag. 1) și MV 90-DW (pag. 2). În catalog după denumire din gama modelelor Interton Move, Form factor BTE 90, nivelul tehnologiei (Technology levels) 6, (pag. 13,14 din catalog “Interton Move New full-family hearing solution” anexat). Toate datele tehnice sunt suplimentar indicate în certificatul IEC 118-0 (ureche artificială) (anexat).
33100 00-1	6	Proteze auditive pentru surditate profundă	Interton Move MV690-DW	Danemar ca	Interton A/S	Durata lansarii pe piata mondiala (anul lansării) nu mai mult de 5 ani Experiență clinică a aparatelor auditive în țările avansate în protezarea pediatrică Nu mai puțin de 1an (prezentarea referințelor) Ieșirea maximală 140 dB și mai mult, Câștigul maximal 81dB și mai mult Nivelul de zgomot Nu mai înalt 23 dB Limita inferioară a diapazonului frecvențial ≤ 220 Hz Limita superioara a diapazonului frecvențial ≥5500 Hz Coeficientul distorsiunelor armonice (de indicat valoarea) Nu mai mare de 5% Numarul canalelor de prelucrare numerica a sunetului (pentru copii) 18 și mai mare Posibilitatea de conectare PA la sistemele în grup (FM) fără necesitatea în dispozitive suplimentare Obligator (pentru copii) Specificarea dată să fie menționată în fișa tehnică a PA Anti-feedback Prezent, Dimensiuni minime ale aparatului auditiv Solicitat pentru copii Sincronizare și coordonare binaural obligator pentru copii Accesorile unui set PA – 1 buc. Baterie “Zinc-Air”-12 buc Obligator 1 olivă individuală pentru fiecare proteză (eliberată în termen nu mai mare de 21 zile de la data eliberării aparatului) Notă pentru copii olivă individuală „moale, Reglajul protezei auditive obligator Pe perioada garanției reglajul gratuit a PA fiecare 3 luni (dupa datele audiogramei), Termenul de garanție 24 luni (din data eliberării aparatului la pacient de către medic), Prezența în republică a centrului autorizat de deservire ale PA ale companiei echipat cu utilajul necesar si specialiști de profil Obligator, Prezentarea mostrelor la ședința comisiei de lucru Obligator, Cerințele către parametrii electroacustici ai protezlor auditive digitale necesita a fi prezentate conform standardelor IEC 118-0 (ureche artificială).	Durata lansarii pe piata mondiala (anul lansării): 2021, Experiență clinică a PA: Nu mai puțin de 1an, Ieșirea maximal: 144 dB, Câștigul maximal: 86 dB. Nivel de zgomot 23 db; Limita inferioară a diapazonului frecvențial:100 Hz Limita superioara a diapazonului frecvențial: 6120 Hz. Coeficientul distorsiunelor armonice (de indicat valoarea)- 4,7/0,8/0,8%, Numarul canalelor de prelucrare numerica a sunetului-17, Posibilitatea de conectare PA la sistemele în grup (FM) fără necesitatea în dispozitive suplimentare: (Telecoii, DAI) Obligator. Dimensiuni minime ale aparatului auditiv. Anti-feedback (Feedback Manager Plus)- prezent; Sincronizare și coordonarea binaural — (Synchronised Auto-Steered Directionality, Synchronised Acclimatization Manager, Ear to Ear Communication) prezent. Accesoriile unui set: PA – 1 buc. Baterie “Zinc-Air”-12 buc. Obligator 1 olivă,,moale,, individuală pentru fiecare proteză. Reglarea protezei obligatoriu: Pe perioada garanției reglarea gratuită a aparatului fiecare 3 luni. Termenul de garanție: 24 luni ; Prezența în republică a centrului autorizat de deservire ale PA ale companiei echipat cu utilajul necesar si specialiști de profil: - Prezent în Chișinău și Bălți. Prezentarea mostrelor: Obligator. Notă: Pentru aparatul auditiv oferat producatorul nu a stabilit codul produsului după care acesta ar putea fi identificat în catalogul producatorului. Astfel, aparatul oferat poate fi identificat în felul urmator: În fișa tehnică Interton (Technical Specifications anexat) după denumire: modelul MV690-DW (pag. 1) și MV 90-DW (pag. 2). În catalog după denumire din gama modelelor Interton Move, Form factor BTE 90, nivelul tehnologiei (Technology levels) 6, (pag. 13,14 din catalog “Interton Move New full-family hearing solution” anexat). Toate datele tehnice sunt suplimentar indicate în certificatul IEC 118-0 (ureche artificială) (anexat).
		Semnat: Numele, Prenumele: Serghei Casminin În calitate de: Administrator					
		Ofertantul: Sirexton SRL Adresa: Moldova, Chisinau, bl. Traian 23/1-300					