

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocde-b3wdp1-MD-1650022082843 din: 15.04.2022

Obiectul achiziției: Servicii de deservire și reparație a dispozitivelor medicale a.2022

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumire a modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
	1	2	3	4	5	6	7
	Bunuri/servicii						
504200 00-5	Lot 6 Videogastroscoop GIF-HQ190, Prod. Olympus	-	-	-	Înlăturarea aerului la maneta de tracțiune sus-jos mai mare de 50° (2 dispozitive). Reparație în cazul defecțiunilor neprevăzute, schimbarea cauciucului distal.	Înlăturarea aerului la maneta de tracțiune sus-jos mai mare de 50° (2 dispozitive). Reparație în cazul defecțiunilor neprevăzute, schimbarea cauciucului distal.	-
504200 00-5	Lot 9 Ultrasonograf HI VISION Avius, Prod. HITACHI, anul 2014, S/N: G320243414.	BOARD RDBF/AVI HMP-7513907A	Japonia	FUJIFILM (Hitachi)	În timpul funcționării apar artefacte pe imaginea diagnosticată. Problema este prezentă la utilizarea cu toate transductoarele în orice regim de lucru. Este necesar înlocuirea plăcii de procesare video (RDBF). Testarea dispozitivului în urma lucrărilor îndeplinite.	Garanție 6 luni Înlocuirea plăcii de procesare video (RDBF). Testarea dispozitivului în urma lucrărilor îndeplinite. Garanție 12 luni	-

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 17/6**