

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul licitației:		LP nr. 21279983/ ocds-b3wdp1-MD-1726668202990						Data: „09” 11 2024	
Denumirea licitației:		Achiziționarea dispozitivelor medicale, testelor și consumabilelor de laborator pentru realizarea Programului Național de prevenire și control HIV/SIDA și ITS pentru anul 2025						Pagina: 1 din 2	
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2		3		4	5	6		7
3310000-1	3	Virfuri sterile 10-100 ul, N96	Virfuri sterile 10-100 ul, N96	640405, DM000421986	China	Boen	Virfuri sterile 10-100 ul, N96 ;Vârfuri cu filtru sterile de ARN/ADN	Vârfuri cu filtru sterile de ARN/AND,100 mkl,nr.96	CE,ISO
3310000-1	4	Virfuri sterile 100-1000 ul, N96	Virfuri sterile 100-1000 ul, N96	640407, DM000421988	China	Boen	Virfuri sterile 100-1000 ul, N96; Vârfuri cu filtru sterile de ARN/ADN	Vârfuri cu filtru sterile de ARN/AND,1000 mkl,nr.96	CE,ISO
3310000-1	8	Criotuburi sterile, 1,8 -2,0 ml	Criotuburi sterile, 1,8 -2,0 ml	661802 DM000422028	China	Boen	Criotuburi sterile, 1,8 -2,0 ml Criotuburi sterile cu capac filetat, rezistente la -80 grade	Criotuburi cu capac filetat, rezistente la -80 °C/Cryovial Tube with External Threadi,round bottom sterile, 2 ml	CE,ISO
3310000-1	9	Ac cu holder universal	Ac cu holder universal	631808 + 632201 DM000420906	China	Boen	Ac cu holder universal compatibil cu Vacutainer K3 EDTA 3 ml și Vacutainer K3 EDTA 8 ml	Ac G 21 cu holder universal compatibil cu vacutainer K3 EDTA3 ml și Vacutainer K3 EDTA 8 ml	CE,ISO
3310000-1	24	Teste TPHA – pentru detecția anticorpilor anti-Treponema palidum în serul sanguin uman prin microhemaglutinare,	Teste TPHA – pentru detecția anticorpilor anti-Treponema palidum în serul sanguin uman prin microhemaglutinare	043100A,100 teste, DM000380700	Marea Britanie	Lorne	Test TPHA este un test serologic care detectează anticorpi specifici anti-Treponema palidum. Metoda este bazată pe reacția de hemaglutinare indirectă. Trusa va conține tot necesarul pentru 100 de teste. Set pentru 100 teste Componenta setului: 1. TPHA reagent; 2. Diluent salină cu absorbant; 3. Ser de control pozitiv; 4. Ser de control negativ; Sensibilitatea ≥ 99.0% Specificitatea ≥ 99.0%	Test TPHA este un test serologic care detectează anticorpi specifici anti-Treponema palidum. Metoda este bazată pe reacția de hemaglutinare indirectă. Trusa conține tot necesarul pentru 100 de teste. Set pentru 100 teste Componenta setului: 1. TPHA reagent; 2. Diluent salină cu absorbant; 3. Ser de control pozitiv; 4. Ser de control negativ; Sensibilitatea 100.0% Specificitatea 100.0%	CE,ISO

3310000-1	25	Set imunoenzimatic pentru aprecierea anticorpilor IgM anti Treponema palidum.	Set imunoenzimatic pentru aprecierea anticorpilor IgM anti Treponema palidum.	EI 2111-9601 M Treponema pallidum IgM,96 teste DM000561958	Germania	Euroimmun	Stripuri sensibilizate cu anticorpi specifici IgM anti Treponema palidum. Stripuri detaşabile cu posibilitatea folosirii godeurilor unice. Trusa trebuie să conţină toţi reactivi şi consumabilele necesare realizării testului. Sensibilitatea $\geq 99.0\%$ Specificitatea $\geq 99.0\%$	Stripuri sensibilizate cu anticorpi specifici IgM anti Treponema palidum. Stripuri detaşabile cu posibilitatea folosirii godeurilor unice. Trusa contin toţi reactivi şi consumabilele necesare realizării testului. Sensibilitatea 100.0% Specificitatea 100.0%	CE,ISO
3310000-1	26	Set imunoenzimatic pentru detectarea anticorpilor IgG anti Treponema palidum.	Set imunoenzimatic pentru detectarea anticorpilor IgG anti Treponema palidum.	EI 2111-9601 G Treponema pallidum IgG,96 teste DM000561957	Germania	Euroimmun	Stripuri sensibilizate cu anticorpi specifici Ig G anti Treponema palidum. Stripuri detaşabile cu posibilitatea folosirii godeurilor unice. Trusa trebuie să conţină toţi reactivi şi consumabilele necesare realizării testului. Sensibilitatea $\geq 98.0\%$ Specificitatea $\geq 99.0\%$	Stripuri sensibilizate cu anticorpi specifici Ig G anti Treponema palidum. Stripuri detaşabile cu posibilitatea folosirii godeurilor unice. Trusa contine toţi reactivi şi consumabilele necesare realizării testului. Sensibilitatea 100.0% Specificitatea 100.0%	CE,ISO
3310000-1	27	Test sisteme pentru diagnosticul bolii sifilis prin Western blot Ig M	Test sisteme pentru diagnosticul bolii sifilis prin Western blot Ig M	Anti-Treponema pallidum- Westernblot IgM , 24 teste/DY 2111-2401M DM000106806	Germania	Euroimmun	Test westernblot pentru detectarea proteinelor specifice pentru IgM pentru confirmarea Sifilisului. Trusa trebuie să conţină toţi reactivi şi consumabilele necesare realizării testului. Sensibilitatea $\geq 99.0\%$ Specificitatea $\geq 98.0\%$	Test westernblot pentru detectarea proteinelor specifice pentru IgM pentru confirmarea Sifilisului. Trusa contine toţi reactivi şi consumabilele necesare realizării testului. Sensibilitatea - 100.0% Specificitatea - 98.0%	CE,ISO
3310000-1	28	Test sisteme pentru diagnosticul bolii sifilis prin Western blot Ig G	Test sisteme pentru diagnosticul bolii sifilis prin Western blot Ig G	Anti-Treponema pallidum- Westernblot IgG ,24 teste/ DY 2111-2401G, DM000106804	Germania	Euroimmun	Test westernblot pentru detectarea proteinelor specifice pentru IgG pentru confirmarea Sifilisului. Trusa trebuie să conţină toţi reactivi şi consumabilele necesare realizării testului. Sensibilitatea $\geq 99.0\%$ Specificitatea $\geq 99.0\%$	Test westernblot pentru detectarea proteinelor specifice pentru IgG pentru confirmarea Sifilisului. Trusa contine toţi reactivi şi consumabilele necesare realizării testului. Sensibilitatea - 100.0% Specificitatea - 100.0%	CE,ISO

Semnat: _____ Numele, prenumele: Tudor Ceaicovschi În calitate de: Director General

Ofertantul: „GBG-MLD” SRL Adresa: mun.Chişinău, str.Albisoara, 64/2, tel/fax: (022) 54 73 73.