

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5]

Numărul procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1746595393007 din 07.05.2025
Obiectul achiziției: <u>Servicii de verificare metrologică și etalnoare a utilajului medical</u>

Denumirea bunurilor / serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Verificare metrologică						
Lot 1. Termostate						
1.1. Termostat cu CO2 IG150, 3006765, 2000 (Lab. Virusologic)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Termostate	
1.2. Termostat HCP-246; H3080022 (Lab. Virusologic)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Termostate	
1.3 Termostat IFA- 170-8 . Nr 2013-86507, ESCO - Isotherm, SUA (CSP Hincesti)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Termostate	
1.4. Termostat LSIS B2V/IC 55 D, nr. uzina 110611, Incucell (CSP Hincesti)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Termostate	

1.5. Termostat ST1+, nr. S01BF 13194, POL-EKO-APARATURA (Tox exp.)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Termostate	
1.6. Termostat TB 80-1, nr 72 Rusia (CSP Hincesti)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Termostate	
1.7. Termostat TC-80M,nr.5459 fabricat 21.05.1980 (CSP Bălți)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Termostate	
1.8.Termostat TC-80M-2, nr. 404 (Tox exp.)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Termostate	
1.9. Termostat WNB 14;Nr.L415 0187 (CSP Soroca)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Termostate	
1.10. Termostat,ST2+ N SO2CF130877;130882 (CSP Soroca)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Termostate	
1.11. Termostat,МИМ -104 T 52690 (CSP Soroca)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Termostate	
1.12. Termostat cu răcire POL-EKO, producător POL-EKO-APARATURA sp.j Poland, model ST 2+, №S02CF130890, 2013 (CSP Comrat)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Termostate	
1.13. Termostat cu răcire POL-EKO, producător POL-EKO-APARATURA sp.j Poland, model ST 2+, Nr.S02CF130873, 2013	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică	Termostate	

(CSP Comrat)				cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare		
1.14. Termostat Esco, producător ESCO Group Singapore, model IFA-170-8, №2013-86497, 2013 (CSP Comrat)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Termostate	
1.15. Termostat TC-80M Model TC-80M, №0168, 1982 (CSP Comrat)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Termostate	
1.16. Termostat TC-80M Model TC-80M, №5106, 1982 (CSP Comrat)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Termostate	
1.17. Termostat TC-80M, model TC-80M, №4842, 1982 (CSP Comrat)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Termostate	
1.18. Termostat TC-80M, model TC-80M, №4956, 1982 (CSP Comrat)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Termostate	
1.19. Termostat TC-80M. Model TC-80M, №298, 1982 (CSP Comrat)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Termostate	
1.20. Termostat TC-80M. Model TC-80M, №4612, 1982 (CSP Comrat)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Termostate	
1.21. Termostat cu CO2 nr 13065 (CSP Chișinău)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Termostate	

1.22. Termostat Incucell V 404 –Cehia Nr. 062405 (CSP Chișinău)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Termostate	
1.23. Termostat ST Nr. SO 2AE 11680 Polonia (CSP Chișinău)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Termostate	
1.24. Termostat ST2+ Pol Eco Nr.S02CF130889 Polonia (CSP Chișinău)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Termostate	
1.25. Termostat TCbJI-80 597 (CSP Cahul)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Termostate	
1.26. Termostat tip IFA -170-8 nr. 2013-86516, anul 2014; tip ST2+ nr. SO2 CF 130878, anul 2013; tip TC-80M nr.1282, anul 1984; tip TC-80M nr. 1126, anul 1984 (CSP Edineț)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Termostate	
1.27. Termostat CO2CELL190,Nr.LC13063,RF Germana.Ultima verificare 13.08.2023 pina la 13.08.2025 (CSP Ungheni)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Termostate	
1.28. Termostat ESCOL LIFESCINCES GROUP IFA-170-8,Nr.2013-86500,RF Singapore.Ultima verificare 13.08.2023 pina la 13.08.2025 (CSP Ungheni)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Termostate	
1.29. Termostat ESCOL LIFESCINCES GROUP IFA-170-8, Nr.2013-86505,RF Singapore.Ultima verificare 13.08.2023 pina la 13.08.2025 (CSP Ungheni)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Termostate	
1.30. Termostat POL-ECO-APARATURA ST2+, Nr.S02CF130872, RF Polona.Ultima verificare 13.08.2023 pina la 13.08.2025	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică	Termostate	

(CSP Ungheni)				cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare		
1.31. Termostat POL-ECO-APARATURA ST2+, Nr.SO2CF130874, RF Polona.Ultima verificare 13.08.2023 pina la 13.08.2025 (CSP Ungheni)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Termostate	
1.,32.Termostat TC-80M-1,Nr.86, Fed.Rusa, Ultima verificare 13.08.2023 pina la 13.08.2025 (CSP Ungheni)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Termostate	
1.33.Termostat TC-80M-1,Nr.87,Fed.Rusa, Ultima verificare 13.08.2023 pina la 13.08.2025 (CSP Ungheni)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Termostate	
1.34. Termostat TC-80M-2,Nr.1883,Fed.Rusa,Ultima verificare 13.08.2023 pina la 13.08.2025 (CSP Ungheni)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Termostate	
1.35. Termostat TC-80M-2,Nr.3519,Fed.Rusa,Ultima verificare 13.08.2023 pina la 13.08.2025 (CSP Ungheni)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Termostate	
1.36. Termostat – TC-80M-2 – nr.2325 (LICH)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Termostate	
1.37. Termostat – TC-80M-2 – nr.213 (LICH)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Termostate	
1.38. Termostate TC-80 (CSP Orhei)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Termostate	

1.39. Termostat HI-52 nr. HI-080 (CSP Orhei)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Termostate	
1.40. Termostat tip.ST2+ nr.SO2CF 130879,130876 (CSP Orhei)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Termostate	
1.41.Termostat tip CO2 CELL 190 Comfort SO2 nr. LC 13061 (CSP Orhei)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Termostate	
1.42.Termostat IFA-170-8 nr. 2013-86503 ESCO (CSP Orhei)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Termostate	
Lot 2. Termometre						
2.1. Termometru din sticlă cu contacte electrice 0-30 °,TIIK nr.146.>0,1 °C (CSP Hincesti)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Termometru din sticlă inclusiv cu contacte electrice	
2.2.Termometru din sticlă cu contacte electrice TIIK 0-300°,nr.090.> 0,1 °C (CSP Hincesti)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Termometru din sticlă inclusiv cu contacte electrice	
2.3.Termometru din sticla cu lichid TC-7-M1 nr. 35967> 0,1 °C (Lab.Virusologic)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Termometru din sticlă cu lichid, inclusiv cu contact (val. diviziunii > 0,2 °C)	
2.4. Termometru din sticla cu lichid TC-7-M1 nr. 50885> 0,1 °C (Lab.Virusologic)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Termometru din sticlă cu lichid, inclusiv cu contact (val. diviziunii > 0,2 °C)	

2.5. Termometru din sticla cu lichid TC-7-M1 nr. 69899> 0,1 °C (Lab.Virusologic)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Termometru din sticlă cu lichid, inclusiv cu contact (val. diviziunii > 0,2 °C)	
2.6. Termometru din sticla cu lichid TC-7-M1 nr. 96983> 0,1 °C (Lab.Virusologic)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Termometru din sticlă cu lichid, inclusiv cu contact (val. diviziunii > 0,2 °C)	
2.7. Termometru din sticla cu lichid TTж-M; 08291> 0,1 °C (Lab.Virusologic)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Termometru din sticlă cu lichid, inclusiv cu contact (val. diviziunii > 0,2 °C)	
2.8. Termometru din sticla cu lichid TTж-M; 10279> 0,1 °C (Lab.Virusologic)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Termometru din sticlă cu lichid, inclusiv cu contact (val. diviziunii > 0,2 °C)	
2.9. Termometru din sticla cu lichid (autoclav) TP-7 nr. 51> 0,1 °C (Lab.Virusologic)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Termometru din sticlă cu lichid, inclusiv cu contact (val. diviziunii > 0,2 °C)	
2.10. Termometru din sticla cu lichid (cong) TC-7-M1 nr. 15111> 0,1 °C (Lab.Virusologic)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Termometru din sticlă cu lichid, inclusiv cu contact (val. diviziunii > 0,2 °C)	
2.11. Termometru din sticla cu lichid (cong) TC-7-M1 nr. 35923> 0,1 °C (Lab.Virusologic)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Termometru din sticlă cu lichid, inclusiv cu contact (val. diviziunii > 0,2 °C)	
2.12. Termometru din sticla cu lichid (cong) TC-7-M1 nr. 45139> 0,1 °C (Lab.Virusologic)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Termometru din sticlă cu lichid, inclusiv cu contact (val. diviziunii > 0,2 °C)	
2.13. Termometru din sticla cu lichid (cong) TC-7-M1 nr. 51138> 0,1 °C (Lab.Virusologic)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică	Termometru din sticlă cu lichid, inclusiv cu contact (val. diviziunii > 0,2 °C)	

				cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare		
2.14. Termometru din sticla cu lichid (frig) TC-7-M1 nr. 46696 > 0,1 °C (Lab.Virusologic)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Termometru din sticlă cu lichid, inclusiv cu contact (val. diviziunii > 0,2 °C)	
2.15. Termometru din sticla cu lichid (frig) TC-7-M1 nr. 48029 > 0,1 °C (Lab.Virusologic)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Termometru din sticlă cu lichid, inclusiv cu contact (val. diviziunii > 0,2 °C)	
2.16. Termometru din sticla cu lichid (frig) TC-7-M1 nr. 49576 > 0,1 °C (Lab.Virusologic)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Termometru din sticlă cu lichid, inclusiv cu contact (val. diviziunii > 0,2 °C)	
2.17. Termometru din sticla cu lichid (frig) TC-7-M1 nr. 54701 > 0,1 °C (Lab.Virusologic)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Termometru din sticlă cu lichid, inclusiv cu contact (val. diviziunii > 0,2 °C)	
2.18. Termometru din sticlă cu lichid >0.2 / 0-150°, nr.24 > 0,1 °C (CSP Hincesti)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Termometru din sticlă cu lichid, inclusiv cu contact (val. diviziunii > 0,2 °C)	
2.19. Termometru din sticlă cu lichid >0.2 / 0-150°, nr.65 > 0,1 °C (CSP Hincesti)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Termometru din sticlă cu lichid, inclusiv cu contact (val. diviziunii > 0,2 °C)	
2.20. Termometru din sticlă cu lichid >0.2 / 0-200°, nr.18 > 0,1 °C (CSP Hincesti)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Termometru din sticlă cu lichid, inclusiv cu contact (val. diviziunii > 0,2 °C)	
2.21. Termometru din sticla cu lichid TC-7M1, nr. 36279 > 0,1 °C (Lab Virus. et. 5)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Termometru din sticlă cu lichid, inclusiv cu contact (val. diviziunii > 0,2 °C)	

2.22.Termometru din sticla cu lichid TC-7M1, nr. 37196> 0,1 °C (Lab Virus. et. 5)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Termometru din sticlă cu lichid, inclusiv cu contact (val. diviziunii > 0,2 °C)	
2.23. Termometru din sticla cu lichid TC-7M1, nr. 51268> 0,1 °C (Lab Virus. et. 5)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Termometru din sticlă cu lichid, inclusiv cu contact (val. diviziunii > 0,2 °C)	
2.24.Termometru din sticla cu lichid TC-7M1, nr. 53788> 0,1 °C (Lab Virus. et. 5)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Termometru din sticlă cu lichid, inclusiv cu contact (val. diviziunii > 0,2 °C)	
2.25.Termometru din sticla cu lichid TC-7M1, nr. 56679> 0,1 °C (Lab Virus. et. 5)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Termometru din sticlă cu lichid, inclusiv cu contact (val. diviziunii > 0,2 °C)	
2.26.Termometru din sticla cu lichid TC-7M1, nr. 65615> 0,1 °C (Lab Virus. et. 5)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Termometru din sticlă cu lichid, inclusiv cu contact (val. diviziunii > 0,2 °C)	
2.27.Termometru din sticla cu lichid TC-7M1, nr. 66426> 0,1 °C (Lab Virus. et. 5)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Termometru din sticlă cu lichid, inclusiv cu contact (val. diviziunii > 0,2 °C)	
2.28.Termometru Higrometru digital, tip TA 298, nr. inventariere 314102450, a. 2023> 0,1 °C (LMS)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Termometru din sticlă cu lichid, inclusiv cu contact (val. diviziunii > 0,2 °C)	
2.29.Termometru Higrometru digital, tip TA 298, nr. inventariere 314102451, a. 2023> 0,1 °C (LMS)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Termometru din sticlă cu lichid, inclusiv cu contact (val. diviziunii > 0,2 °C)	
2.30.Termometru din sticla cu lichid (cu mercur) TJI C-4 № 00706> 0,1 °C (CSP Comrat)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică	Termometru din sticlă cu lichid, inclusiv cu contact (val. diviziunii > 0,2 °C)	

				cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare		
2.31. Termometru din sticla cu lichid (cu mercur) maximal ЦИ-83М №00669, 00155; $\pm 1^{\circ}\text{C} > 0,1^{\circ}\text{C}$ (CSP Comrat)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Termometru din sticlă cu lichid, inclusiv cu contact (val. diviziunii $> 0,2^{\circ}\text{C}$)	
2.32. Termometru din sticla cu lichid (cu mercur) ЦП-21 №140,122; ЦП-64 №1938; $\pm 0,5^{\circ}\text{C} > 0,1^{\circ}\text{C}$ (CSP Comrat)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Termometru din sticlă cu lichid, inclusiv cu contact (val. diviziunii $> 0,2^{\circ}\text{C}$)	
2.33. Termometru din sticla cu lichid (cu mercur) ТЛ-7, $\pm 0,2^{\circ}\text{C} > 0,1^{\circ}\text{C}$ (CSP Comrat)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Termometru din sticlă cu lichid, inclusiv cu contact (val. diviziunii $> 0,2^{\circ}\text{C}$)	
2.34. Termometru din sticla cu lichid (cu mercur) ТП-7 №166,95, 178-5, 186-151; $\pm 1^{\circ}\text{C} > 0,1^{\circ}\text{C}$ (CSP Comrat)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Termometru din sticlă cu lichid, inclusiv cu contact (val. diviziunii $> 0,2^{\circ}\text{C}$)	
2.35. Termometru din sticla cu lichid (cu mercur) ТТ, №14,37,18,7,1252,19 $\pm 1^{\circ}\text{C} > 0,1^{\circ}\text{C}$ (CSP Comrat)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Termometru din sticlă cu lichid, inclusiv cu contact (val. diviziunii $> 0,2^{\circ}\text{C}$)	
2.36. Termometru din sticla cu lichid (cu mercur) ТТЖ, №50307, 50690, 50384 $\pm 1^{\circ}\text{C} > 0,1^{\circ}\text{C}$ (CSP Comrat)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Termometru din sticlă cu lichid, inclusiv cu contact (val. diviziunii $> 0,2^{\circ}\text{C}$)	
2.37. Termometru din sticla cu lichid (cu mercur) ТЛ С-4 № 00706 $\pm 0,2^{\circ}\text{C} > 0,1^{\circ}\text{C}$ (CSP Comrat)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Termometru din sticlă cu lichid, inclusiv cu contact (val. diviziunii $> 0,2^{\circ}\text{C}$)	
2.38. Термометр электроконтактный ТПК $> 0,1^{\circ}\text{C}$ (CSP Comrat)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai	Termometru din sticlă inclusiv cu contacte electrice	

				sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare		
2.39. Termometru cu lichid pentru frigidere > 0,1 °C (CSP Chișinău)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Termometru din sticlă cu lichid, inclusiv cu contact (val. diviziunii > 0,2 °C)	
2.40. Termometru din sticla cu contact electric TIK, nr. 102-424 > 0,1 °C (CSP Cahul)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Termometru din sticlă inclusiv cu contacte electrice	
2.41. Termometru din sticla cu contact electric TIK, nr. 22-614 > 0,1 °C (CSP Cahul)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Termometru din sticlă inclusiv cu contacte electrice	
2.42. Termometru din sticla cu lichid CII-15, nr. 0078701 > 0,1 °C (CSP Cahul)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Termometru din sticlă cu lichid, inclusiv cu contact (val. diviziunii > 0,2 °C)	
2.43. Termometru din sticla cu lichid TJI-2, nr. 239, nr. 17, nr. 1159, nr. 52, nr. 51 > 0,1 °C (CSP Cahul)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Termometru din sticlă cu lichid, inclusiv cu contact (val. diviziunii > 0,2 °C)	
2.44. Termometru din sticla cu lichid TT M, nr. 9 > 0,1 °C (CSP Cahul)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Termometru din sticlă cu lichid, inclusiv cu contact (val. diviziunii > 0,2 °C)	
2.45. Termometru pentru frigider nr. SN483327 "-40° -+30°" > 0,1 °C (CSP Cahul)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Termometru din sticlă cu lichid, inclusiv cu contact (val. diviziunii > 0,1; 0,2 °C)	
2.46. Termometru pentru frigider nr. SN483330 "-40° -+30°" > 0,1 °C (CSP Cahul)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Termometru din sticlă cu lichid, inclusiv cu contact (val. diviziunii > 0,1; 0,2 °C)	

2.47.Termometru din sticlă cu contacte electrice tip ТПК nr. 29-515> 0,1 °C (CSP Edinet)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Termometru din sticlă inclusiv cu contacte electrice	
2.48.Termometru din sticlă cu lichid seria nr SN483336 ; nr. SN483335; nr. SN483334 > 0,1 °C (CSP Edinet)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Termometru din sticlă cu lichid, inclusiv cu contact (val. diviziunii > 0,2 °C)	
2.49.Termometru din sticla 1992.TV 25-2021.010-89 TT,200 grade.> 0,1°C (CSP Ungheni)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Termometru din sticlă cu lichid, inclusiv cu contact (val. diviziunii > 0,2 °C)	
2.50.Termometru din sticla 3-1982 ГОСТ 2045-71 ЦП-64,Ultime verificare 2016, 85 grade.> 0,1 °C (CSP Ungheni)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Termometru din sticlă cu lichid, inclusiv cu contact (val. diviziunii > 0,2 °C)	
2.51.Termometru din sticlă 4-1982 ГОСТ 2045-71 ЦП-64,Ultime verificare 2004, 85 grade.> 0,1 °C (CSP Ungheni)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Termometru din sticlă cu lichid, inclusiv cu contact (val. diviziunii > 0,2 °C)	
2.52.Termometru din sticlă cu lichid rosu ТТЖ-М исп.1 nr.40252. Ultima verificare 2021, 50 grade > 0,1 °C (CSP Ungheni)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Termometru din sticlă cu lichid, inclusiv cu contact (val. diviziunii > 0,2 °C)	
2.53.Termometru din sticlă cu lichid rosu ТТЖ-М исп.1 nr.45684. Ultima verificare 2018, 50 grade> 0,1 °C (CSP Ungheni)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Termometru din sticlă cu lichid, inclusiv cu contact (val. diviziunii > 0,2 °C)	
2.54.Termometru din sticlă cu lichid rosu ТТЖ-М исп.1 nr.53859. Ultima verificare 2018, 50 grade> 0,1 °C (CSP Ungheni)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Termometru din sticlă cu lichid, inclusiv cu contact (val. diviziunii > 0,2 °C)	
2.55.Termometru din sticlă cu lichid rosu ТТЖ-М исп.1 nr.58277. Ultima verificare 2018, 50 grade +/-0,2 > 0,1 °C	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică	Termometru din sticlă cu lichid, inclusiv cu contact (val. diviziunii > 0,2 °C)	

(CSP Ungheni)				cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare		
2.56.Termometru din sticlă cu lichid roșu ТТЖ-М исп.1 nr.78070. Ultima verificare 2021, 50 grade> 0,1 °C (CSP Ungheni)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Termometru din sticlă cu lichid, inclusiv cu contact (val. diviziunii > 0,2 °C)	
2.57.Termometru din sticlă ТТЖ-М исп.5 nr.02541. Ultima verificare 2014, 200 grade> 0,1 °C (CSP Ungheni)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Termometru din sticlă cu lichid, inclusiv cu contact (val. diviziunii > 0,2 °C)	
2.58.Termometru din sticlă TY 25-2021.010-89 TTM nr.224177,Ultima verificare 2021 200grade.> 0,1 °C (CSP Ungheni)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Termometru din sticlă cu lichid, inclusiv cu contact (val. diviziunii > 0,2 °C)	
2.59.Termometru din sticlă TY25-2010.010-89TT,100 grade.> 0,1 °C (CSP Ungheni)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Termometru din sticlă cu lichid, inclusiv cu contact (val. diviziunii > 0,2 °C)	
2.60.Termometru din sticlă TY25-2021.010-89TT,100grade, ultima verificare 2019> 0,1 °C (CSP Ungheni)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Termometru din sticlă cu lichid, inclusiv cu contact (val. diviziunii > 0,2 °C)	
2.61.Termometru cu contact electric > 0,1 °C (CSP Căușeni)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Termometru din sticlă inclusiv cu contacte electrice	
2.62.Termometru din sticlă cu lichid 0-300(10 buc)> 0,1 °C (CSP Căușeni)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Termometru din sticlă cu lichid, inclusiv cu contact (val. diviziunii > 0,2 °C)	
Lot 3. Thermo-Sheiker						
3.1.Thermo-sheiker bioSan Tip TS-100 C for microtubes and plates PCR S/N 1014320060437 (CSP Cahul)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai	Termostate	

				sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare		
3.2.Termo-sheiker bioSan Tip TS-100 C for microtubes and plates PCR S/N 01014321040612 (CSP Cahul)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Termostate	
3.3.Termo-sheiker bioSan Tip TS-100 C for microtubes and plates PCR S/N 01014320060439 (CSP Cahul)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Termostate	
Lot 4. Ionometru						
4.1.Ionometru И-160 M Nr. 750146 anul fabricării 2005 (CSP Comrat)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	pH-metru	
4.2.Ionometru И-160 Nr. 0068 anul fabricării 2010 (CSP Comrat)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	pH-metru	
4.3.Ionometru de laboratorИ -160 Nr. 0138, Nr.120048 (CSP Chișinău)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	pH-metru	
4.4.Ionometru de laborator – Shimadzu, F-71G – nr.V3A90JXI (LICH)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	pH-metru	
4.5.Ionometru de laborator – И-160 – nr.0001 (LICH)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	pH-metru	
4.6.Ionometru U160 M nr.0223 (CSP Căușeni)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică	pH-metru	

				cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare		
Lot 5. Spectrofotometru						
5.1.Spectrofotometru T-60U, nr.UX17165-01-0458, (CSP Hâncești)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Analizator semiautomat	
5.2.Spectrofotometru UV VIS Specord 200 plus Nr. 22E1576 anul fabricării 2013 (CSP Comrat)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Analizator semiautomat	
5.3.Analizator biochimic semiautomat tip DM Specord 200 Plus nr. 223E1580, anul 2014; tip DM КФК-3-01 ЗОМЗ nr. 0700185, anul 2006 (CSP Edineț)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Analizator semiautomat	
5.4.Spectrofotometru – SP-830 plus – nr.83004183 (LICh)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Analizator semiautomat	
5.5.Spectrofotometru – SP-830 plus – nr.83004200 (LICh)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Analizator semiautomat	
5.6.Spectrofotometru cu absorbție atomică – PG 990 – nr.18-0998-0018 (LICh)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Analizator automat	
5.7.Spectrofotometru Specord 200 Plus, nr.223E1560 (CSP Orhei)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Analizator semiautomat	
Lot 6. Analizator de gaze						
6.1.Analizator de gaze – Паладий -3 – nr.84 (LICh)	Verificare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea	Analizor de gaze, inclusiv cu funcție de semnalizare	

	metrologică			lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare		
6.2.Analizator de gaze Cometa –M -5 nr 31223 (CSP Chișinău)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Analizor de gaze, inclusiv cu funcție de semnalizare	
6.3.Analizator de gaze staționar „Палладий-3” Nr.16Rusia (CSP Chișinău)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Analizor de gaze, inclusiv cu funcție de semnalizare	
Lot 7. Refractometru						
7.1.Refractometru RL-3 Nr. 14009 (CSP Comrat)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Refractometre pentru determinarea concentrației de zahăr	
7.2.Refractometru ИПФ 454.Б, nr.851512 (CSP Hâncești)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Refractometre pentru determinarea concentrației de zahăr	
7.3.Refractometru УРЛ-1М Nr.87-32294 (CSP Chișinău)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Refractometre pentru determinarea concentrației de zahăr	
7.4.Refractometru РЛ-2, nr. 62-947 (CSP Cahul)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Refractometre pentru determinarea concentrației de zahăr	
7.5.Refractometru tip RL 3 nr.22243/90, anul 1996 (CSP Edineț)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Refractometre pentru determinarea concentrației de zahăr	

7.6.Refractometru-tip.ИРФ-454Б,nr.881041,Rusia Data ultimei verifi;19,09,2024-valabi-19,09, 2025 (CSP Ungheni)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Refractometre pentru determinarea concentrației de zahăr	
7.7.Refractometru – ИРФ-454 – nr.871209 (LICH)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Refractometre pentru determinarea concentrației de zahăr	
Lot 8. Centrifuga						
8.1.Centrifuga Hettich Micro185 nr 002534-02 (Lab.virusologic)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Centrifugă de laborator	
8.2.Centrifugă Microspin FV-2400, nr.01020119070334 (CSP Soroca)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Centrifugă de laborator	
8.3.Centrifuga tip EBA-20S Nr. 0000414 anul fabricării 2012 (CSP Comrat)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Centrifugă de laborator	
8.4.Centrifuga tip ОПН-8 Nr. 1489 anul fabricării 1982 (CSP Comrat)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Centrifugă de laborator	
8.5.Centrifugă Universal 320 TYP 401 002966-02-00 (CSP Cahul)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Centrifugă de laborator	
8.6.Centrifuga de laborator,SIGMA 3-16KL,Nr.150784,RF Germana,Verificat 13.09.2023 valabil 13.09.2025. (CSP Ungheni)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Centrifugă de laborator	

8.7.Centrifugă de laborator – HC-16A – nr.220929004 (LICH)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Centrifugă de laborator	
8.8.Centrifuga de laborator tip SIGMA 3-18 nr. 114424 , anul 2006; tip ОНН-3УХЛ 4.2 nr. 6381, anul 1984 ; tip ОНН-3УХЛ 4.2 nr. 6647, anul 1984; tip Vortex FYL 2400 N cu rotor SR-16, nr. 01020221040656, anul 2020 (CSP Edinet)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Centrifugă de laborator	
8.9.Centrifugă model „Sigma” tip 3-16 KL (100..4700) tur/min, nr.150793 (CSP Orhei)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Centrifugă de laborator	
Lot 9. Incubator						
9.1.Incubator BIOBASE BJPX-M64II S/N 201164 (CSP Cahul)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Incubatoare pu nou-născuți, incubatoare mobile, mese de resuscitare pu nou născuți	
9.2.Incubator cu Co2 CO2Cell 190 Confort SO2Line LC 13060 (CSP Cahul)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Incubatoare pu nou-născuți, incubatoare mobile, mese de resuscitare pu nou născuți	
9.3.Incubator cu convecție forțată Esco IFA170-8 2013-86514 (CSP Cahul)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Incubatoare pu nou-născuți, incubatoare mobile, mese de resuscitare pu nou născuți	
9.4.Incubator cu convecție forțată Esco IFA170-8 2013-86512 (CSP Cahul)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Incubatoare pu nou-născuți, incubatoare mobile, mese de resuscitare pu nou născuți	
9.5.Incubator – IC 802 – nr.55400351R (LICH)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Incubatoare pu nou-născuți, incubatoare mobile, mese de resuscitare pu nou născuți	

Lot 10. Fotocolorimetru						
10.1.Fotoelectrocolorimetru КФК-2 МП (CSP Comrat)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Analizator semiautomat	
10.2.Fotometru КФК-3-013-01 Nr. 0601150, Nr. 0700194 (CSP Chișinău)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Analizator semiautomat	
10.3.Fotocolorimetru – KFK-301 „3OM3„ – nr.0601006 (LICH)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Analizator semiautomat	
10.4.Fotocolorimetru – KFK-3 – nr.1570493 (LICH)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Analizator semiautomat	
10.5.Fotocolorimetru – KFK-301 YXJI 4.2 – nr.9006686 (LICH)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Analizator semiautomat	
10.6.Fotocalorimetru CFC 2MP nr.9015977 (CSP Căușeni)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Analizator semiautomat	
10.7.Fotocolorimetru tip,КФК-3-01-3OM3 nr.601146 (CSP Soroca)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Analizator semiautomat	
Lot 11. Ajustarea balantei de laborator						
11.1.Ajustarea balantei de laborator (CSP Soroca)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai	Aparat de cântărit cu funcționare neautomată (Ajustare)	

				sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare		
11.2.Ajustarea balantei de laborator (Toxicologie experimentală)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Aparat de cântărit cu funcționare neautomată (Ajustare)	
11.3.Ajustarea balantei de laborator (CSP Hâncești)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Aparat de cântărit cu funcționare neautomată (Ajustare)	
11.4.Ajustarea balantei de laborator (CSP Comrat)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Aparat de cântărit cu funcționare neautomată (Ajustare)	
11.5.Ajustarea balantei de laborator (CSP Cahul)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Aparat de cântărit cu funcționare neautomată (Ajustare)	
11.6.Ajustarea balantei de laborator (CSP Ungheni)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Aparat de cântărit cu funcționare neautomată (Ajustare)	
11.7.Ajustarea balantei de laborator (CSP Căușeni)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Aparat de cântărit cu funcționare neautomată (Ajustare)	
Lot 12. Manometru						
12.1.Manometru , ЭКМ 1Y,N 347638;357623;453534,1985 (CSP Soroca)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Manometre de toate tipurile (cu contacte electrice, O ₂ , de măsurat presiunea dinamică cu lichid sau membrană) clasa de precizie 1,0/1,5/2,0/ 2,5/ 4,0/5,0	
12.2.Manometru cu contacte electrice EKM-1Y 302226	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea	Manometre de toate tipurile (cu contacte	

(Lab.virusologic)				lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	electrice, O ₂ , de măsurat presiunea dinamică cu lichid sau membrană) clasa de precizie 1,0/1,5/2,0/ 2,5/ 4,0/5,0	
12.3.Manometru MBTII-160,nr.749773 (CSP Soroca)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Manometre de toate tipurile (clasa de precizie 1,0/1,5/2,0/ 2,5/4,0/5,0)	
12.4.Manometru cu contacte electrice tip- ЭKM-1Y.nr.115115.Rusia.Data ultimi verificari 29.06.2023 valabil 29,06,2024 (CSP Ungheni)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Manometre de toate tipurile (cu contacte electrice, O ₂ , de măsurat presiunea dinamică cu lichid sau membrană) clasa de precizie 1,0/1,5/2,0/ 2,5/ 4,0/5,0	
12.5.Manometru cu contacte electrice tip- ЭKM-1Y.nr.3450.Rusia.Data ultimii verificării.29.06.2023-valabil-29.06.2024 (CSP Ungheni)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Manometre de toate tipurile (cu contacte electrice, O ₂ , de măsurat presiunea dinamică cu lichid sau membrană) clasa de precizie 1,0/1,5/2,0/ 2,5/ 4,0/5,0	
12.6.Manometru MTII-100.nr.925729.Rusia ultima verificării.12.08.2024- valabil-12.08.2025. (CSP Ungheni)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Manometre de toate tipurile (clasa de precizie 1,0/1,5/2,0/ 2,5/4,0/5,0)	
12.7.Manometru ЭKM-1Y.nr.380666.Rusia.Data ultimii verificării.12.08.2024-valabil-12.08.2025 (CSP Ungheni)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Manometre de toate tipurile (clasa de precizie 1,0/1,5/2,0/ 2,5/4,0/5,0)	
12.8.Manometru – ДМ050636 – nr.2106086569 (LICH)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Manometre de toate tipurile (clasa de precizie 1,0/1,5/2,0/ 2,5/4,0/5,0)	
12.9.Manometru cu contracte electrice (CSP Orhei)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai	Manometre de toate tipurile (cu contacte electrice, O ₂ , de măsurat presiunea dinamică cu	

				sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	lichid sau membrană) clasa de precizie 1,0/1,5/2,0/ 2,5/ 4,0/5,0	
12.10.Monometru cu contact electric ЭКМ-1У nr.546338 (CSP Căușeni)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Manometre de toate tipurile (cu contacte electrice, O ₂ , de măsurat presiunea dinamică cu lichid sau membrană) clasa de precizie 1,0/1,5/2,0/ 2,5/ 4,0/5,0	
Lot 13. Sonometru						
13.1.Sonometru cu filtre ,БІІІВ-003,-М-2, N 4736 cu microfon M-101 N 897031991 (CSP Soroca)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Sonometru cu filtre ,БІІІВ-003,-М-2, N 4736 cu microfon M- 101 N 897031991 (CSP Soroca)	Sonometru cu filtre	
13.2.Sonometru cu filtre RION ,NA-28 ,N 30842043 cu microfon UC-59 N 06958,2015 (CSP Soroca)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Sonometru cu filtre	
13.3.Sonometru, AKTAKOM-TT- 9000,2007 (CSP Soroca)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Sonometru	
13.4.Sonometru,SUPCO EM5,nr.1604F22006P, 2007 (CSP Soroca)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Sonometru	
13.5.Sonometru,TESTO-815,N 30803383/703,30- 130db,2007 (CSP Soroca)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Sonometru	
13.6.Sonometru ATT - 9000 Nr. B37019 (CSP Comrat)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Sonometru	
13.7.Sonometru Экофизика 110-A; Nr. AB130081 (CSP Comrat)	Verificare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea	Sonometru cu filtre	

	metrologică			lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare		
13.8.Sonometru Octava 110 nr A 122434, Ecofizica 110 nr. AB 130080, Testo 816 nr 5638165 (CSP Chișinău)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Sonometru cu filtre	
13.9.Sonometru (Taraclia),SL-4011, nr. I.300524 (CSP Cahul)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Sonometru	
13.10.Sonometru Vebrometru cu filtre ЭКОФИЗИКА-110А, nr. AB 130053 cu micr.M-201 nr. 0718 (CSP Cahul)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Sonometru cu filtre	
13.11.Sonometru БИИБ-3 М nr. Uzină nr. 1982, anul producerii 1989 (Cantemir) (CSP Cahul)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Sonometru cu filtre	
13.12.Sonometru tip БИИБ 003М3, nr. 1348, anul 2007; tip filter RION NA-28 nr. 30842044, anul 2000 (CSP Edineț)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Sonometru cu filtre	
13.13.Sonometru RION-NA-28nr.30842042 (CSP Ungheni)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Sonometru cu filtre	
13.14.Aparat p/u masurarea Zgamotului Sonometru cu filtre БИИБ -003-2 (Anenii Noi) (CSP Căușeni)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Sonometru cu filtre	
13.15.Aparat p/u masurarea Zgamotului Sonometru cu filtre БИИБ -003-2 (Ștefan Vodă) (CSP Căușeni)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Sonometru cu filtre	

13.16.Aparat p/u masurarea Zgamotului Sonometru cu filtre BIII B -003-2 nr 6202 cu microfon M-101 nr.4605 (CSP Căușeni)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Sonometru cu filtre	
Lot 14. Aspirator pentru prelevarea probelor/Analizator de gaze						
14.1.Analizator de gaze staționar IIY-4Э, nr.6006 (CSP Hîncești)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Analizor de gaze, inclusiv cu funcție de semnalizare	
14.2.Analizator de gaze tip IIY-4Э,nr 6010, Rusia (CSP Hîncești)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Analizor de gaze, inclusiv cu funcție de semnalizare	
14.3.Analizor de gaze tip.IIY-4Э,nr.6005 (CSP Soroca)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Analizor de gaze, inclusiv cu funcție de semnalizare	
14.4.Aspirator p/u prelevarea probelor de aer IIY-4Э Nr.8213, 2016 (CSP Comrat)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Analizor de gaze, inclusiv cu funcție de semnalizare	
14.5.Aspirator de aer PU- 4Ă nr. 5403,Nr. 5360, Nr. 5404, Nr. 5964 (CSP Chișinău)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC).Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Analizor de gaze, inclusiv cu funcție de semnalizare	
14.6.Aspirator IIY-4Э, nr. 5965	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Analizor de gaze, inclusiv cu funcție de semnalizare	
14.7.Aspirator – IIY -4Э – nr.9157 (LICH)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Analizor de gaze, inclusiv cu funcție de semnalizare	

14.8.Aspirator – ПУ –4Э – nr.6314 (LICH)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Analizor de gaze, inclusiv cu funcție de semnalizare	
14.9.Aspirator АПВ -4-220V-40 (CSP Căușeni)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Analizor de gaze, inclusiv cu funcție de semnalizare	
14.10.Analizator de gaze staționar ПУ-4Э	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Analizor de gaze, inclusiv cu funcție de semnalizare	
Lot 15. Autoclav						
15.1.Autoclav ADELA-3D; 2195, 2020 (Lab.Virusologic)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Sterilizatoare cu aer uscat și aburi (autoclave) (cu aburi)	
15.2.Autoclav Nuve NUVE OT 100V, №01.0338, 2013 (CSP Comrat)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Sterilizatoare cu aer uscat și aburi (autoclave) (cu aburi)	
15.3.Autoclav vertical Sumer Adela-3D, type vertical №2020/01-033 2020 (CSP Comrat)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Sterilizatoare cu aer uscat și aburi (autoclave) (cu aburi)	
15.4.Autoclav semiatomat cu aburi tip 5075 MLV Nr.1103925 Tuttnauer Israel (CSP Chișinău)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Sterilizatoare cu aer uscat și aburi (autoclave) (cu aburi)	
15.5.Autoclav semiautomat) cu aburi tip 5050 ML Nr.2902689 Tuttnauer Israel (CSP Chișinău)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Sterilizatoare cu aer uscat și aburi (autoclave) (cu aburi)	

15.6.Autoclav10/16 Sreragar 10/16 SeriaA7-3145 (CSP Cahul)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Sterilizatoare cu aer uscat și aburi (autoclave) (cu aburi)	
Lot 16. Dozator						
16.1.Doзатор DACPETTE DX05986 (Lab.Virusologic)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Dozator mecanic și electronic de laborator (pentru 1 interval)	
16.2.Doзатор Discovery 843030984 (Lab.Virusologic)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Dozator mecanic și electronic de laborator (pentru 1 interval)	
16.3.Doзатор Discovery 843030987 (Lab.Virusologic)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Dozator mecanic și electronic de laborator (pentru 1 interval)	
16.4.Doзатор Discovery 843030987 (Lab.Virusologic)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Dozator mecanic și electronic de laborator (pentru 1 interval)	
16.5.Doзатор Discovery 843040620 (Lab.Virusologic)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Dozator mecanic și electronic de laborator (pentru 1 interval)	
16.6.Doзатор Discovery 843040633 (Lab.Virusologic)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Dozator mecanic și electronic de laborator (pentru 1 interval)	
16.7.Doзатор Discovery 843040644 (Lab.Virusologic)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Dozator mecanic și electronic de laborator (pentru 1 interval)	

16.8.Doзатор Discovery 843051295 (Lab.Virusologic)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Dozor mecanic și electronic de laborator (pentru 1 interval)	
16.9.Doзатор Discovery 843061008 (Lab.Virusologic)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Dozor mecanic și electronic de laborator (pentru 1 interval)	
16.10.Doзатор Discovery 843061884 (Lab.Virusologic)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Dozor mecanic și electronic de laborator (pentru 1 interval)	
16.11.Doзатор Discovery10-100mkl 843040834 (Lab.Virusologic)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentatbuletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Dozor mecanic și electronic de laborator (pentru 1 interval)	
16.12.Doзатор Discovery843031006 (Lab.Virusologic)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Dozor mecanic și electronic de laborator (pentru 1 interval)	
16.13.Dozor mecanic (CSP Soroca)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Dozor mecanic și electronic de laborator (pentru 1 interval)	
16.14.Dozor mecanic de laborator, DACpette 100-1000µl, nr. KE 0046211 (Toxicologie experimentală)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (dupăefectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Dozor mecanic și electronic de laborator (pentru 1 interval)	
16.15.Dozor mecanic de laborator, DACpette 20-200µl, nr. DT 38780 (Toxicologie experimentală)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Dozor mecanic și electronic de laborator (pentru 1 interval)	
16.16.Dozor mecanic de laborator, DACpette 2-20µl, nr. GP 16391	Verificare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea	Dozor mecanic și electronic de laborator	

(Toxicologie experimentală)	periodică			lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	(pentru 1 interval)	
16.17.Doзатор mecanic de laborator, DLAB 100-1000µl, nr. YM22AAU0005485 (Toxicologie experimentală)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Doзатор mecanic și electronic de laborator (pentru 1 interval)	
16.18.Doзатор mecanic de laborator, DLAB 100-1000µl, nr. YM22AAU0005499 (Toxicologie experimentală)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Doзатор mecanic și electronic de laborator (pentru 1 interval)	
16.19.Doзатор mecanic de laborator, Plastomed 100µl, nr. CA-1649 (Toxicologie experimentală)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Doзатор mecanic și electronic de laborator (pentru 1 interval)	
16.20.Doзатор mecanic de laborator, Thermoscientific 20-200µl, nr. BK22357 (Toxicologie experimentală)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Doзатор mecanic și electronic de laborator (pentru 1 interval)	
16.21.Doзатор mechanic, CAPPBRAVO, JL10315, 2015 (Lab. Virus. et 5)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Doзатор mecanic și electronic de laborator (pentru 1 interval)	
16.22.Doзатор mechanic, CAPPBRAVO, KB10209, 2015 (Lab. Virus. et 5)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Doзатор mecanic și electronic de laborator (pentru 1 interval)	
16.23.Doзатор mechanic, CAPPBRAVO, KB11012, 2015 (Lab. Virus. et 5)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Doзатор mecanic și electronic de laborator (pentru 1 interval)	
16.24.Doзатор mechanic, LENPIPETTE, 2019143, 2020 (Lab. Virus. et 5)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Doзатор mecanic și electronic de laborator (pentru 1 interval)	

16.25.Doзатор mechanic, LENPIPETTE, 2019147, 2020 (Lab. Virus. et 5)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Doзатор mecanic și electronic de laborator (pentru 1 interval)	
16.26.Doзатор mechanic, LENPIPETTE, 2019149, 2020 (Lab. Virus. et 5)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Doзатор mecanic și electronic de laborator (pentru 1 interval)	
16.27.Doзатор mechanic, LENPIPETTE, 2019150, 2022 (Lab. Virus. et 5)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Doзатор mecanic și electronic de laborator (pentru 1 interval)	
16.28.Doзатор mechanic, LENPIPETTE, 2019154, 2020 (Lab. Virus. et 5)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Doзатор mecanic și electronic de laborator (pentru 1 interval)	
16.29.Doзатор mechanic, LENPIPETTE, 1920536, 2022 (Lab. Virus. et 5)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Doзатор mecanic și electronic de laborator (pentru 1 interval)	
16.30.Doзатор mechanic, LENPIPETTE, BK27675, 2007 (Lab. Virus. et 5)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Doзатор mecanic și electronic de laborator (pentru 1 interval)	
16.31.Doзатор mechanic, Thermoscientific, 2016615, 2021 (Lab. Virus. et 5)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Doзатор mecanic și electronic de laborator (pentru 1 interval)	
16.32.Doзатор mechanic, Thermoscientific, 2028280, 2021 (Lab. Virus. et 5)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Doзатор mecanic și electronic de laborator (pentru 1 interval)	
16.33.Doзатор medical de laborator, Thermoscientific, 2019306, 2021	Verificare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea	Doзатор mecanic și electronic de laborator	

(Lab. Virus. et 5)	periodică			lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	(pentru 1 interval)	
16.34.Doзатор medical de laborator, Thermoscientific, 2028261, 2021 (Lab. Virus. et 5)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Doзатор mecanic și electronic de laborator (pentru 1 interval)	
16.35.Doзатор medical de laborator, Thermoscientific, 2028261, 2022 (Lab. Virus. et 5)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Doзатор mecanic și electronic de laborator (pentru 1 interval)	
16.36.Doзатор medical de laborator, Thermoscientific, 2028262, 2021 (Lab. Virus. et 5)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Doзатор mecanic și electronic de laborator (pentru 1 interval)	
16.37.Doзатор medical de laborator, Thermoscientific, 2028263, 2021 (Lab. Virus. et 5)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Doзатор mecanic și electronic de laborator (pentru 1 interval)	
16.38.Doзатор medical de laborator, Thermoscientific, 2027142, 2021 (Lab. Virus. et 5)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Doзатор mecanic și electronic de laborator (pentru 1 interval)	
16.39.Doзатор medical de laborator, Thermoscientific, 2027143, 2021 (Lab. Virus. et 5)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Doзатор mecanic și electronic de laborator (pentru 1 interval)	
16.40.Doзатор medical de laborator, Thermoscientific, 2027144, 2021 (Lab. Virus. et 5)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Doзатор mecanic și electronic de laborator (pentru 1 interval)	
16.41.Doзатор medical de laborator, Thermoscientific, 2027145, 2021 (Lab. Virus. et 5)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Doзатор mecanic și electronic de laborator (pentru 1 interval)	

16.42.Doзатор medical cu un canal Thermo Scientific ДПОП-1-100-100 10-100 mkl Nr. 2018297; Nr. 2027935; Nr. 2018299 (CSP Comrat)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Dozor mecanic și electronic de laborator (pentru 1 interval)	
16.43.Doзатор medical cu un canal Thermo Scientific ДПОП-1-100-1000 100-1000 mkl Nr. 2028302; Nr. 2028292; Nr. 2019296 (CSP Comrat)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Dozor mecanic și electronic de laborator (pentru 1 interval)	
16.44.Doзатор medical cu un canal Thermo Scientific ДПОП-1-20-200 20-200 mkl Nr. 2111940; Nr. 2111939; Nr. 2111941 (CSP Comrat)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Dozor mecanic și electronic de laborator (pentru 1 interval)	
16.45.Doзатор medical cu un canal Thermo Scientific ДПОП-1-2-20 1-20 mkl Nr. 2113375; Nr. 2113358; Nr. 2113367 (CSP Comrat)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Dozor mecanic și electronic de laborator (pentru 1 interval)	
16.46.Doзатор cu un canal 20-200mkl(50, 0; 100,0; 200,0) Nr. 357534 (CSP Chișinău)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Dozor mecanic și electronic de laborator (pentru 1 interval)	
16.47.Doзатор de volum-micropipeta cu capacitatea(0,5-10) μl MICROLIT, India, nr. 14216732 (CSP Chișinău)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Dozor mecanic și electronic de laborator (pentru 1 interval)	
16.48.Doзатор mechanic tip MICROLIT, India, 200-1000 ml, nr. 05063099 (CSP Chișinău)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Dozor mecanic și electronic de laborator (pentru 1 interval)	
16.49.Doзатор mechanic tip MICROLIT, India, 40-200 ml nr. 05031798 (CSP Chișinău)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Dozor mecanic și electronic de laborator (pentru 1 interval)	
16.50.Doзатор medica pentru un interval 0,5-10μl Thermoshcientific (CSP Cahul)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică	Dozor mecanic și electronic de laborator (pentru 1 interval)	

				cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare		
16.51.Doзатор medical pentru un interval 2-20µl ,Thermoshcientific (CSP Cahul)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Doзатор mecanic și electronic de laborator (pentru 1 interval)	
16.52.Doзатор medical cu un canal, DAC Pette, Thermoshcientific (CSP Cahul)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Doзатор mecanic și electronic de laborator (pentru 1 interval)	
16.53.Doзатор medical pentru un interval Thermoshcientific 100-1000µl (CSP Cahul)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Doзатор mecanic și electronic de laborator (pentru 1 interval)	
16.54.Doзатор medical pentru un interval Thermoshcientific 10-100µl (CSP Cahul)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Doзатор mecanic și electronic de laborator (pentru 1 interval)	
16.55.Doзатор medical pentru un interval 20-200µl Thermoshcientific (CSP Cahul)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Doзатор mecanic și electronic de laborator (pentru 1 interval)	
16.56.Doзатор medical pentru un interval 2-20µl Thermoshcientific (CSP Cahul)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Doзатор mecanic și electronic de laborator (pentru 1 interval)	
16.57.Doзатор mecanic tip DACpette, seria nr. YE4A247206, anul 2015; tip CAPBRAVO nr. J110563; tip CAPBRAVO nr. KL14302; tip Thermo scientific nr. 2113363; tip 5607 nr. A56070217; tip Thermo scientific nr. 2113363 (CSP Edinet)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Doзатор mecanic și electronic de laborator (pentru 1 interval)	
16.58.Doзатор mecanic tip.MICROLIT, nr.04082575.Volum-100-1000µl (CSP Ungheni)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Doзатор mecanic și electronic de laborator (pentru 1 interval)	

16.59.Doзатор mecanic tip.ЛЕНПИПЕТ, nr.BN 39108.Rusia.Volum-100-1000µl (CSP Ungheni)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Dozator mecanic și electronic de laborator (pentru 1 interval)	
16.60.Doзатор mecanic tip.ЛЕНПИПЕТ, nr.BN216882, Rusia, Volume-100-1000µl (CSP Ungheni)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Dozator mecanic și electronic de laborator (pentru 1 interval)	
16.61.Doзатор medical cu 1 canal Blăk ДПОП-1-100-1000 mcl, Rusia, nr. 2028296 a.2020 (CSP Căușeni)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Dozator mecanic și electronic de laborator (pentru 1 interval)	
16.62.Doзатор medical cu 1 canal Blăk ДПОП-1-10-100 mcl, Rusia, nr. 2018295 a.2020 (CSP Căușeni)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Dozator mecanic și electronic de laborator (pentru 1 interval)	
16.63.Doзатор medical cu 1 canal Blăk ДПОП-1-20-200 mcl, Rusia, nr. 2027153 a.2020 (CSP Căușeni)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Dozator mecanic și electronic de laborator (pentru 1 interval)	
16.64.Doзатор medical cu 1 canal Blăk ДПОП-1-2-20 mcl, Rusia, nr.2113369 a.2020 (CSP Căușeni)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Dozator mecanic și electronic de laborator (pentru 1 interval)	
16.65.Doзатор mechanic tip CAPP BRAVO Danemarca B 200-1;20-200mkl, Nr. KB 10203 (CSP Chișinău)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Dozator mecanic și electronic de laborator (pentru 1 interval)	
Lot 17. Dozator mecanic (CSP Orhei)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Dozator mecanic și electronic de laborator (pentru 1 interval)	
Lot 18. Dulap de uscat/sterilizat						

18.1.Dulap de sterilizare, SLW 240 STD Nr SW2SF 130874 (CSP Soroca)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Sterilizatoare cu aer uscat și aburi (autoclave) (cu aer uscat)	
18.2.Dulap de uscat CЭIII-3M, nr. 06833, anul producției 1988 (CSP Cahul)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Sterilizatoare cu aer uscat și aburi (autoclave) (cu aer uscat)	
18.3.Dulap de uscare – SNOL 58/350 – nr.1810 (LICH)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Sterilizatoare cu aer uscat și aburi (autoclave) (cu aer uscat)	
Lot 19. Anemometru Testo 425 (CSP Chișinău)	-	-	-	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	-	
Lot 20. Baie de apa cu termoreglare (CSP Căușeni)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Sterilizatoare cu aer uscat și aburi (autoclave) (cu aer uscat)	
Lot 21. Conductometru Consort						
21.1. Conductometru Consort C3010 Nr. 107570 anul fabricării 2016 (CSP Comrat)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	pH-metru	
21.2. Conductometru tip CONSORT C3010 nr. 110683, anul 2018 (CSP Edineț)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	pH-metru	
Lot 22. Cromatograf						
22.1. Cromatograf Agilent 7890B Nr. CN 13443013 anul fabricării 2013 (CSP Comrat)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai	Cromatograf cu gaz sau lichid	

				sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare		
22.2.Cromatograf lichid LC 20 A D,,Shimadzu” Nr. L20104674618US (CSP Chişinău)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Cromatograf cu gaz sau lichid	
22.3.Cromatograf cu gaz Agilent 7890B cu detector ECD/NPD/FID cu generator de hidrogen si injector automatic, nr. US 13453036, 2014 (CSP Cahul)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Cromatograf cu gaz sau lichid	
22.4.Cromatograf tip Agilent 7890B cu ECD, nr. CN13433118, anul 2014 (CSP Edineţ)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Cromatograf cu gaz sau lichid	
Lot 23. Cronometru						
23.1.Cronometru (CSP Bălţi)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Cronometru (de 60 min) <i>(Pentru cronometre digitale se va elibera raport de măsurare)</i>	
23.2.Cronometru CAPPBRAVO, nr. 10, 2015 (Lab. Virus. et 5)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Cronometru (de 60 min) <i>(Pentru cronometre digitale se va elibera raport de măsurare)</i>	
23.3.Cronometru CAPPBRAVO, nr. 11, 2015 (Lab. Virus. et 5)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Cronometru (de 60 min) <i>(Pentru cronometre digitale se va elibera raport de măsurare)</i>	
23.4.Cronometru CAPPBRAVO, nr. 12, 2015 (Lab. Virus. et 5)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Cronometru (de 60 min) <i>(Pentru cronometre digitale se va elibera raport de măsurare)</i>	
23.5.Cronometru,CAAP , nr.38-39 (CSP Soroca)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai	Cronometru (de 60 min) <i>(Pentru cronometre digitale se va elibera raport de măsurare)</i>	

				sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare		
23.6.Cronometru,60min, tip COC np 2B-2-000, nr 5686 (CSP Chișinău)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Cronometru (de 60 min) <i>(Pentru cronometre digitale se va elibera raport de măsurare)</i>	
23.7.Cronometru COC np 26-2-000, nr. 6713 (CSP Cahul)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Cronometru (de 60 min) <i>(Pentru cronometre digitale se va elibera raport de măsurare)</i>	
23.8.Cronometru tip CJC np-1, nr. 0131836, anul 1991 (CSP Edineț)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Cronometru (de 60 min) <i>(Pentru cronometre digitale se va elibera raport de măsurare)</i>	
23.9.Cronometru – ISOLAB – nr.8 (LICH)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Cronometru (de 60 min) <i>(Pentru cronometre digitale se va elibera raport de măsurare)</i>	
23.10.Cronometru – DT CD/UP – nr.06 (LICH)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Cronometru (de 60 min) <i>(Pentru cronometre digitale se va elibera raport de măsurare)</i>	
Lot 24. Cuptor de calcinare/cu mufă						
24.1.Cuptor de calcinare SNOL7.2/1100 nr.0011730 (CSP Hâncești)	-	-	-	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	-	
24.2.Cuptor de calcinare tip SNOL 8,2/1100, nr. 0011729, anul 2013 (CSP Edineț)	-	-	-	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	-	
24.3.Cuptor cu mufa cu termoreglare (CSP Căușeni)	-	-	-	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai	-	

				sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare		
Lot 25. Hettich MICRO						
25.1.Hettich MICRO 185 zentrifugen Germany (24 tuburi) 0002556-02 (CSP Cahul)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Centrifugă de laborator	
25.2.Hettich MICRO 200 R zentrifugen Germany (24 tuburi) 0006204-14 (CSP Cahul)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Centrifugă de laborator	
Lot 26.Luxmetru						
26.1.Luxmetru ,model IO-116, nr.14160,1989 (CSP Soroca)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Luxmetru	
26.2.Luxmetru BL-10L, nr.12127802 (CSP Hâncești)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Luxmetru	
26.3.Luxmetru pentru un element , T-10A,N 20012846,2015 (CSP Soroca)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Luxmetru	
26.4.Luxmetru T-10A, nr.31012821,a.2015 (CSP Hâncești)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Luxmetru	
26.5.Luxmetru TESTO, nr.01636962 (CSP Hâncești)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Luxmetru	
26.6.Luxmetru tip IO116, nr 002701, Rusia (CSP Hâncești)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea	Luxmetru	

				lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare		
26.7.Luxmetru -ghigrometru TKA-ΠΚΜ Nr.431619 (CSP Comrat)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Luxmetru	
26.8.Luxmetru p-u un element T-10A; 20012864/31012812; (CSP Comrat)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Luxmetru	
26.9.Luxmetru nr. Nr.01636979/812, Nr.01636966/812 (CSP Chișinău)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Luxmetru	
26.10.Luxmetre (pentru un element) T-10MA, nr. 20012862/31012814 (CSP Cahul)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Luxmetru	
26.11.Luxmetru Hanna HI 97500, nr. 588701, (CSP Cahul)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Luxmetru	
26.12.Luxmetru IO-116 (Taraclia), nr. 004134, nr. 005092, nr. 001810 (CSP Cahul)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Luxmetru	
26.13.Luxmetru tip T-10A nr. 31012813, anul 2014 (CSP Edineț)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Luxmetru	
26.14.Luxametrul-marca-TKA-JIIOKC,nr.de uzină 336668,fabricat în Rusia,anul fabricării-2014.Data ultimii verificări;09.12.2021. (CSP Ungheni)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Luxmetru	

26.15.Luxmetru-tip/marca ЭКОЛИАЙТ-02,nr.00542-13/01569-13,Federația Rusă.Data ultimei verif;09,12,2020-valabi-09,12,2021 (CSP Ungheni)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Luxmetru	
26.16.Luxmetru Tip-10A nr.20012848/310128141; Japonia (CSP Ungheni)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Luxmetru	
26.17.Luxmetru T-10MA nr 31012818/30012858 (CSP Căușeni)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Luxmetru	
26.18.Luxmetru IO116 nr.001776 (CSP Căușeni)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Luxmetru	
26.19.Luxmetru IO116 nr.001777 (CSP Căușeni)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Luxmetru	
26.20.Luxmetru IO116 nr.007477 (CSP Căușeni)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Luxmetru	
26.21.Luxmetru (p/u un element) IO-116 nr.008328 (CSP Orhei)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Luxmetru	
Lot 27. Meteoscop						
27.1.Meteoscop nr. M 1011313 (CSP Chișinău)	-	-	-	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	-	

27.2.Meteoscop nr. M 18608 (CSP Chișinău)	-	-	-	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	-	
27.3.Masurator al parametrilor microclimatici Meteoscop-M 100813 (CSP Cahul)	-	-	-	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	-	
27.4.Meteoscop – M nr.de uzină 101513, anul 2014 (CSP Edineț)	-	-	-	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	-	
Lot 28.Microcentrifuga/ Minicentrifuga						
28.1.Microcentrifuga Micro 200R Mikro 200R зав.№ 0006196-14, 2021 (CSP Comrat)	-	-	-	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	-	
28.2.Minicentrifuga Vortex FVL-2400N FVL-2400N зав.№ 01020221050789, 2021 (CSP Comrat)	-	-	-	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	-	
28.3.Minicentrifuga Vortex FVL-2400N FVL-2400N зав.№ 01020221050822, 2021 (CSP Comrat)	-	-	-	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	-	
28.4.Microcentrifuga Micro 200R Mikro 200R зав.№ 0006193-14, 2021 (CSP Comrat)	-	-	-	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	-	
28.5.Minicentrifugă Phoenix instrument c D2012 Plus (pentru 12 probe) LP19CAL0000719 (CSP Cahul)	-	-	-	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	-	

Lot 29. Monovacumetru						
29.1.Monovacumetru MBП3-Y nr.601681 (CSP Căușeni)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Manometre de toate tipurile (clasa de precizie 1,0/1,5/2,0/2,5/4,0/5,0)	
29.2.Monovacumetru MBП3-Y nr.987125 (CSP Căușeni)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Manometre de toate tipurile (clasa de precizie 1,0/1,5/2,0/2,5/4,0/5,0)	
Lot 30.pH - metru						
30.1.pH - metru pH-150M Nr. 0069 (CSP Comrat)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	pH-metru	
30.2.PH-metru de laborator pH 720 Germania Nr.06230434, Nr.06230435 (CSP Chișinău)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	pH-metru	
30.3.PH METER tip F-71G nr. M1DFY 07H HORIBA LAQUA, anul 2014; CONSORT PH-nitrat tip C3030 nr. 115534, anul 2020 (CSP Edineț)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	pH-metru	
30.4.pH metru de laborator HI5222 (CSP Soroca)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	pH-metru	
30.5.pH metru de laborator model pH-150M, nr.0069, 2012 (CSP Comrat)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	pH-metru	
30.6.pH metru de laborator inoLab Ph Level 1,nr.3180042 (CSP Ungheni)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai	pH-metru	

				sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare		
30.7.pH metru ionomer de laborator (CSP Cahul)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	pH-metru	
Lot 31. Spectrofotometru cu absorbție atomică						
31.1.Spectrofotometru cu absorbție atomică ZEEnit 700 P Nr. 150Z7P1135 anul fabricării 2013 (CSP Comrat)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Analizator automat	
31.2.Spectrometru cu absorbție atomică ZEEnit 700 P, Analitic Jena, Germania Nr. 150 Z 7P1134 (CSP Chișinău)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Analizator automat	
31.3.Spectrometru cu absorbție atomică Analytik Jena ZEEnit 700P, nr. 150z7p1133 (CSP Cahul)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Analizator automat	
Lot 32. Aparat de cântărit/Balanță						
32.1.Aparat de cântărit cu funcționare neautomată ,clasa I, AS220/C/2,N 406264,358866 (CSP Soroca)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Aparat de cântărit cu funcționare neautomată (clasa I, II, pentru fiecare interval de măsurare)	
32.2.Aparat de cântărit cu funcționare neautomată BS-30D1.3-5, nr. T4783 (Toxicologie experimentală)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Aparat de cântărit cu funcționare neautomată (până la 500 kg inclusiv) <i>(Verificarea se efectuează doar pentru aparatele de cântărit incluse în Registrul de stat al mijloacelor de măsurare)</i>	
32.3.Aparat de cântărit cu funcționare neautomată tip AS220/C/2; nr. 410112/13 (Toxicologie experimentală)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai	Aparat de cântărit cu funcționare neautomată (clasa I, II, pentru fiecare interval de măsurare)	

32.11. Aparat de cântărit digetal cu funcționare neautomată, <i>AXIS AD 200</i> ; Nr.3321 (CSP Căușeni)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Aparat de cântărit cu funcționare neautomată (clasa I, II, pentru fiecare interval de măsurare)	
32.12. Balanță de laborator electronică KERNEB-500-1 (CSP Hâncești)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Aparat de cântărit cu funcționare neautomată (clasa I, II, pentru fiecare interval de măsurare)	
32.13. Balanță electronică -1,5 BN D1.3 (CSP Hâncești)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Aparat de cântărit cu funcționare neautomată (pînă la 500 kg inclusiv) <i>(Verificarea se efectuează doar pentru aparatele de cântărit incluse în Registrul de stat al mijloacelor de măsurare)</i>	
32.14. Balanță mecanică cu cadra C7:C50n neautomată PH-3I13Y Nr.00410 (CSP Chișinău)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	ACFN (Balanță mecanică cu cadran pînă la 20 kg, inclusiv)	
32.15. Balanță mecanică cu cadra C7:C50n neautomată PH-3I13Y Nr.23852 (CSP Chișinău)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	ACFN (Balanță mecanică cu cadran pînă la 20 kg, inclusiv)	
32.16. Balanță mecanică cu cadra C7:C50n neautomată PH-3I13Y Nr.20732 (CSP Chișinău)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	ACFN (Balanță mecanică cu cadran pînă la 20 kg, inclusiv)	
32.17. Balanță analitică de laborator AS220/C/2 nr.406260/13 max220g-min10g.2013 (CSP Ungheni)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Aparat de cântărit cu funcționare neautomată (clasa I, II, pentru fiecare interval de măsurare)	
32.18. Cîntar digital; Model: HT-600 NA; Nr. ALHNH200011 (CSP Căușeni)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Aparat de cântărit cu funcționare neautomată (clasa I, II, pentru fiecare interval de măsurare)	

Lot 33.Higrometru						
33.1.Higrometru psihrometric ВИТ-1,ВИТ-2 nr.a697,C207,C634,B-411,006,C-605 (CSP Hâncești)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Higrometre și psihrometre	
33.2.Higrometru psihrometric VIT-2 0 (CSP Bălți)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Higrometre și psihrometre	
33.3.Higrometru psihrometric ВИТ-2 nr.Б 6024;C339;H 2069;2072;C339-336326 (CSP Soroca)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Higrometre și psihrometre	
33.4.Higrometru VIT2, Nr. 8875, a. 2012 (LMS)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Higrometre și psihrometre	
33.5.Higrometru-psihrometric, ВИТ-2, nr. H2056 (Lab. Virusologic. et 5)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Higrometre și psihrometre	
33.6.Higrometru-psihrometric, ВИТ-2, nr. n2146, 2022 (Lab. Virusologic. et 5)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Higrometre și psihrometre	
33.7.Higrometru-psihrometric, ВИТ-2, nr. n2146, 2022 (Lab. Virusologic et 5)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Higrometre și psihrometre	
33.8.Higrometru-psihrometric, ВИТ-2, nr. n2163, 2022 (Lab. Virusologic et 5)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Higrometre și psihrometre	

33.9. Higrometru-psihrometric, ВИТ-2, nr. п2185, 2022 (Lab. Virusologic. et 5)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Higrometre și psihometre	
33.10. Higrometru-psihrometric, ВИТ-2, nr. п2213, 2022 (Lab. Virusologic. et 5)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Higrometre și psihometre	
33.11. Higrometru-psihrometric, ВИТ-2, nr. п2263, 2022 (Lab. Virusologic. et 5)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Higrometre și psihometre	
33.12. Higrometru-psihrometric, ВИТ-2, nr. п2365, 2022 (Lab. Virusologic et 5)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Higrometre și psihometre	
33.13. Higrometru psihrometric ВИТ-1; ВИТ-2 (CSP Comrat)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Higrometre și psihometre	
33.14. Higrometru psihrometru nIT2, nr. n 2303 (CSP Cahul)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Higrometre și psihometre	
33.15. Higrometru psihrometru nIT2, nr. n 2190 (CSP Cahul)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Higrometre și psihometre	
33.16. Higrometru psihrometru nIT2, nr. n 2225 (CSP Cahul)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Higrometre și psihometre	
33.17. Higrometru psihrometru VIT2, nr. O0605 (CSP Cahul)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică	Higrometre și psihometre	

				cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare		
33.18.Higrometru psihrometru VIT2, nr. Y2906 (CSP Cahul)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Higrometre și psihometre	
33.19.Higrometru psihrometru VIT2, nr. Y2935 (CSP Cahul)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Higrometre și psihometre	
33.20.Higrometru psihrometru ВИТ-2, nr. Y2907 (CSP Cahul)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Higrometre și psihometre	
33.21.Higrometru psihrometru ВИТ-2, nr. Y2919 (CSP Cahul)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Higrometre și psihometre	
33.22.Higrometru psihrometru ВИТ-2, nr. Y2929 (CSP Cahul)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Higrometre și psihometre	
33.23.Higrometru psihrometru T 113, nr. Y2917 (CSP Cahul)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Higrometre și psihometre	
33.24.Higrometru psihrometric ВИТ -1,Higrometru psihrometric ВИТ -2 (CSP Cahul)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Higrometre și psihometre	
33.25.Higrometru electronic tip Indoor Outdoor, nr. TA298, anul 2023 (CSP Edinet)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Higrometre și psihometre	

33.26.Higrometru psihometric tip ВИТ-1 nr. 48 anul 2009; nr. c 727, anul 2009; nr. c 750 anul 2011; nr. c140, anul 2011; nr. 722, anul 2011; nr. Ю 8538, anul 2017; nr. 16, anul 2006 (CSP Edineț)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Higrometre și psihometre	
33.27.Higrometru psihometric- ВИТ-1, nr.13544, Ucraina. Data ultimii verificari.26.06.2023-valabil-26.06.2025. (CSP Ungheni)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Higrometre și psihometre	
33.28.Higrometru psihometric- ВИТ-2, nr.27,Federatia Rusa. Data ultimii verificari.26.06.2023-valabil-26.06.2025. (CSP Ungheni)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Higrometre și psihometre	
33.29.Higrometru psihometric- ВИТ-2,nr.32,Ucraina. Data ultimii verificari.26.06.2023-valabil-26.06.2025. (CSP Ungheni)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Higrometre și psihometre	
33.30.Higrometru psihometric- ВИТ-2,nr.33,Federatia Rusa. Data ultimii verificari.26.06.2023-valabil-26.06.2025. (CSP Ungheni)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Higrometre și psihometre	
33.31.Higrometru psihometric- ВИТ-2,nr.A 205,Ucraina. Data ultimii (CSP Ungheni)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Higrometre și psihometre	
33.32.Higrometru psihometric- ВИТ-2,nr.A 210,Ucraina. Data ultimii verificari.26.06.2023-valabil-26.06.2025. (CSP Ungheni)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Higrometre și psihometre	
33.33.Higrometru psihometric- ВИТ-2,nr.A 212,Ucraina. Data ultimii verificari.26.06.2023-valabil-26.06.2025. (CSP Ungheni)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Higrometre și psihometre	
33.34.Higrometru psihometric- ВИТ-2,nr.A 910,Ucraina. Data ultimii verificari.26.06.2023-	Verificare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea	Higrometre și psihometre	

valabil-26.06.2025. (CSP Ungheni)	metrologică			lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare		
33.35.Higrometru psihometric- ВИТ-2,nr.A200, Ucraina. Data ultimii verificari. 26.06.2023-valabil-26.06.2025. (CSP Ungheni)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Higrometre și psihometre	
33.36.Higrometru psihometric- ВИТ-2,nr.B 538,Ucraina. Data ultimii verificari. 26.06.2023-valabil-26.06.2025. (CSP Ungheni)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Higrometre și psihometre	
33.37.Higrometru psihometric- ВИТ-2,nr.C602, Ucraina. Data ultimii verificari. 26.06.2023-valabil-26.06.2025. (CSP Ungheni)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Higrometre și psihometre	
33.38.Higrometru psihometric- ВИТ-2,nr.H 815,Ucraina. Data ultimii verificari.26.06.2023-valabil-26.06.2025. (CSP Ungheni)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Higrometre și psihometre	
33.39.Higrometru psihometric- ВИТ-2,nr.H940,Ucraina. Data ultimii verificari.26.06.2023-valabil-26.06.2025. (CSP Ungheni)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Higrometre și psihometre	
33.40.Higrometru psihometric- ВИТ-2,nr.T 260,Ucraina. Data ultimii verificari. 26.06.2023-valabil-26.06.2025. (CSP Ungheni)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Higrometre și psihometre	
33.41.Higrometru psihometric- ВИТ-2,nr.Z 429,Ucraina. Data ultimii verificari.26.06.2023-valabil-26.06.2025. (CSP Ungheni)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Higrometre și psihometre	
33.42.Higrometru psihometric-ВИТ-2,nr.A176,Ucraina. Data ultimii verificari. 26.06.2023-valabil-26.06.2025. (CSP Ungheni)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Higrometre și psihometre	

33.43.Higrometru psihometric-ВІТ-2,nr.A214, Ucraina. Data ultimii verificări. 26.06.2023-valabil-26.06.2025. (CSP Ungheni)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Higrometre și psihometre	
33.44.Higrometru psihometric-ВІТ-2,nr. A201,Ucraina. Data ultimii verificări. 26.06.2023-valabil-26.06.2025. (CSP Ungheni)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Higrometre și psihometre	
33.45.Higrometru Testo;610, nr.39204728/710,Germania.2007. (CSP Ungheni)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Higrometre și psihometre	
33.46.Higrometru psihometric – ВІТ-1 – nr.24 (LICH)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Higrometre și psihometre	
33.47.Higrometru psihometric – ВІТ-1 – nr.10 (LICH)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Higrometre și psihometre	
33.48.Higrometru psihometric – ВІТ-1 – nr.17 (LICH)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Higrometre și psihometre	
33.49.Higrometru psihometric – ВІТ-1 – nr.b446 (LICH)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Higrometre și psihometre	
33.50.Higrometru psihometric – ВІТ-1 – nr.26 (LICH)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Higrometre și psihometre	
33.51.Higrometru psihometric – ВІТ-1 – nr.L793 (LICH)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică	Higrometre și psihometre	

				cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare		
33.52.Higrometru psihrometric – ВИТ-1 – nr.Ю8539 (LICH)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Higrometre și psihometre	
33.53.Higrometru psihrometric – ВИТ-2 – nr.y283 (LICH)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Higrometre și psihometre	
33.54.Higrometru psihrometric – ВИТ-2 – nr.A887 (LICH)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Higrometre și psihometre	
33.55.Higrometru psihrometric – ВИТ-2 – nr.Y2043 (LICH)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Higrometre și psihometre	
33.56.Higrometru psihrometric – ВИТ-2 – nr.8 (LICH)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Higrometre și psihometre	
33.57.Higrometru psihrometric – ВИТ-2 – nr.46 (LICH)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Higrometre și psihometre	
33.58.Higrometru psihrometric – ВИТ-2 – nr.y318 (LICH)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Higrometre și psihometre	
33.59.Higrometru psihrometric – ВИТ-2 – nr.14 (LICH)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Higrometre și psihometre	

33.60.Higrometru psihrometric – ВИТ-2 – nr.40 (LICH)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Higrometre și psihrometre	
33.61.Higrometru psihrometric – ВИТ-2 – nr.A881 (LICH)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Higrometre și psihrometre	
33.62.Higrometru psihrometric – ВИТ-2 – nr.A883 (LICH)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Higrometre și psihrometre	
33.63.Higrometru psihrometric – ВИТ-2 – nr.X0097 (LICH)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Higrometre și psihrometre	
33.64.Higrometru psihrometric – ВИТ-2 – nr.Y2901 (LICH)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Higrometre și psihrometre	
33.65.Higrometru psihrometric – ВИТ-2 – nr.Y2910 (LICH)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Higrometre și psihrometre	
33.66.Higrometru VIT- 1 (CSP Căușeni)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Higrometre și psihrometre	
33.67.Higrometru Vit-2 (CSP Căușeni)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Higrometre și psihrometre	
33.68.Higrometru psihrometric (CSP Orhei)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică	Higrometre și psihrometre	

				cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare		
33.69.Psihrometru higrometric VIT-2, diap. 2 grade, Nr. D 277, nr. A 206, nr.03, nr. A 207, nr. G596, nrA 660, nr. D 930, Nr. D301, nr.0504, nr. H 527, nr. D 245Nr. D-254 , Nr. D-275 ,Nr. A 107,Nr.T 066 ,Nr.T 064,nr. D-256 ,Nr. A 094,Nr. A 102, Nr.G 517, Nr. D-265, nr.D244, nrD267, nr. 430, nr. A 558, , nr. T045, nr. T 124, (CSP Chișinău)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Higrometre și psihrometre	
Lot 34. Analizator imunologic, Stat Fax-3200 , N 3200-1353, 2014 (CSP Soroca)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Analizator semiautomat	
Lot 35. Gama spectrometru tip DIGIBASE, sistem de spectrometrie a radiațiilor Gama (CSP Bălți)	-	-	-	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	-	
Lot 36. Manovacuumetru						
36.1.Manovacuumetru MBIT3-YY2; A000005800 (Lab.virusologic)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Manometre de toate tipurile (clasa de precizie 1,0/1,5/2,0/2,5/4,0/5,0)	
36.2.Manovacuummetre (CSP Orhei)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Manometre de toate tipurile (clasa de precizie 1,0/1,5/2,0/2,5/4,0/5,0)	
Lot 37. Sterilizator cu abur/aer uscat						
37.1.Sterilizator cu abur (autoclav),BK-75,nr. 6124 (CSP Soroca)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Sterilizatoare cu aer uscat și aburi (autoclave) (cu aburi)	
37.2.Sterilizator cu abur (autoclav)NUVE-100, ADELA SUMER (CSP Soroca)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai	Sterilizatoare cu aer uscat și aburi (autoclave) (cu aburi)	

				sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare		
37.3.Sterilizator cu abur (autoclav) Steragar 10,nr.31662 (CSP Soroca)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Sterilizatoare cu aer uscat și aburi (autoclave) (cu aburi)	
37.4.Sterilizator cu aer uscat 2B-151nr.5219, a.f.1979 (CSP Bălți)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Sterilizatoare cu aer uscat și aburi (autoclave) (cu aer uscat)	
37.5.Sterilizator cu aer uscat SLW 240STD, nr.SW2SF 130871, a.f.2013 (CSP Bălți)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Sterilizatoare cu aer uscat și aburi (autoclave) (cu aer uscat)	
37.6.Sterilizator cu aer uscat UNE500; C5090153 (Lab.virusologic)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Sterilizatoare cu aer uscat și aburi (autoclave) (cu aer uscat)	
37.7.Sterilizator cu aer uscat IIICC-80П, nr.208, 180°C, a.f.1995 (CSP Bălți)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Sterilizatoare cu aer uscat și aburi (autoclave) (cu aer uscat)	
37.8.Sterilizator cu aer uscat, SLW 115 STD, nr. SW1SF 131273, POL-EKO-APARATURA (Toxicologie experimentală.)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Sterilizatoare cu aer uscat și aburi (autoclave) (cu aer uscat)	
37.9.Sterilizator cu aer uscat,ГП-80 МО ,nr. 2776,nr. 589 (CSP Soroca)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Sterilizatoare cu aer uscat și aburi (autoclave) (cu aer uscat)	
37.10.Sterilizator cu aer uscat (etuva) ŞS-80 nr. 14780 Rusia (CSP Chişinău)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Sterilizatoare cu aer uscat și aburi (autoclave) (cu aer uscat)	

37.11.Sterilizator cu aer uscat NUVE, FN 120 N , nr 04.2098 Turcia, tip DM, (CSP Chișinău)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Sterilizatoare cu aer uscat și aburi (autoclave) (cu aer uscat)	
37.12.Sterilizator cu aer uscat (etuva) 2B -151 Rusia nr. 1859 (CSP Chișinău)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Sterilizatoare cu aer uscat și aburi (autoclave) (cu aer uscat)	
37.13.Sterilizator cu aer uscat (etuva) SNOL 220/300 nr. 128, Lituania (CSP Chișinău)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Sterilizatoare cu aer uscat și aburi (autoclave) (cu aer uscat)	
37.14.Sterilizator cu aer uscat (Pupinel) ГП-80 CITY Nr. 32857 Rusia (CSP Chișinău)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Sterilizatoare cu aer uscat și aburi (autoclave) (cu aer uscat)	
37.15.Sterilizator cu aer uscat (etuva) 2B -151 nr. 2285 Rusia (CSP Chișinău)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Sterilizatoare cu aer uscat și aburi (autoclave) (cu aer uscat)	
37.16.Sterilizator cu aer uscat (etuva) SĂȘ-3M nr. 04488 Rusia (CSP Chișinău)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Sterilizatoare cu aer uscat și aburi (autoclave) (cu aer uscat)	
37.17.Sterilizator cu aer uscat (etuva) SNOL-3,9.4.5.3,9/3,5-1nr. 0053 Rusia (CSP Chișinău)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Sterilizatoare cu aer uscat și aburi (autoclave) (cu aer uscat)	
37.18.Sterilizator cu aburi Autoclavă NUVE OT 100, nr. 01-0336 (CSP Orhei)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Sterilizatoare cu aer uscat și aburi (autoclave) (cu aburi)	
37.19.Sterilizator cu aer uscat SOV 140A nr. 5019 si SLW 240 STD; nr. SW2SF nr. 130872, (CSP Orhei)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică	Sterilizatoare cu aer uscat și aburi (autoclave) (cu aer uscat)	

				cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare		
37.20.Sterilizator cu aburi (autoclav) tip BK-75 (CSP Orhei)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Sterilizatoare cu aer uscat și aburi (autoclave) (cu aburi)	
Lot 38.Termohigrometru digital						
38.1.Termohigrometru digital tip WS1 Pro nr.F59520BAWS1P (Lab.virusologic)	-	-	-	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	-	
38.2.Termohigrometru digital tip WS1 Pro nr.X63QDTAXWS1P (Lab.virusologic)	-	-	-	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	-	
Lot 39. Sistem p/u prepararea mediilor de cultura Systec (3 componente) - preparator (autoclav) (CSP Comrat)	-	-	-	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	-	
Lot 40. Sterilizator cu abur/ cu aer						
40.1.Sterilizator cu abur (Autoclav) AES-110 RAYPAAES 110 with 3x CV75 №43400, 2022 (CSP Comrat)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Sterilizatoare cu aer uscat și aburi (autoclave) (cu aburi)	
40.2.Sterilizator cu aer uscat Pol-Eko SLN 115 ECO SLN 115 ECO №SN1ED08834, 2008 (CSP Comrat)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Sterilizatoare cu aer uscat și aburi (autoclave) (cu aer uscat)	
40.3.Sterilizator cu aer uscat Pol-Eko SLW 240 STD SLW 240 STD №SW2SF130875, 2013 (CSP Comrat)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Sterilizatoare cu aer uscat și aburi (autoclave) (cu aer uscat)	
40.4.Sterilizator cu aer uscat Pol-Eko SLW 53STD Nr.SW5SC07472, 2013	Verificare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea	Sterilizatoare cu aer uscat și aburi (autoclave) (cu	

(CSP Comrat)	periodică			lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	aer uscat)	
40.5.Sterilizator cu aer uscat Advantage-LAB ALO1-02-100 заВ.№08-40912 2012 (CSP Comrat)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Sterilizatoare cu aer uscat și aburi (autoclave) (cu aer uscat)	
40.6.Sterilizator cu aer POL EKO SLW 240 STD SW2SF130873 (CSP Cahul)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Sterilizatoare cu aer uscat și aburi (autoclave) (cu aer uscat)	
40.7.Sterilizator cu aburi (Autoclav) tip Nuve OT100V (YE) nr. 01-0339 anul 2014; tip Sumer Adela-3D, nr. 2020/01-040 anul 2022 (CSP Edineț)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Sterilizatoare cu aer uscat și aburi (autoclave) (cu aburi)	
40.8.Sterilizator cu aer uscat tip 2B-151, nr. 5408, anul 1976; tip SLW 240 STD nr. SW 2 SF 130878 Pol-Eko, anul 2013 (CSP Edineț)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Sterilizatoare cu aer uscat și aburi (autoclave) (cu aer uscat)	
40.9.Sterilizator cu aer uscat SNOL58/350 Nr.10491, 2010 (CSP Comrat)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Sterilizatoare cu aer uscat și aburi (autoclave) (cu aer uscat)	
40.10.Sterilizator cu aer uscat,POL-EKO-APARATURA SL W240STD,Nr.SW2SF130869,Rep.Polonia.Ultima verificare 13.08.2023 pina la 13.08.2025. (CSP Ungheni)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Sterilizatoare cu aer uscat și aburi (autoclave) (cu aer uscat)	
40.11.Sterilizator cu aer uscat,ГП-40МО,Nr.69, Fed.Rusa.Ultima verificare 13.08.2023 pina la 13.08.2025. (CSP Ungheni)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Sterilizatoare cu aer uscat și aburi (autoclave) (cu aer uscat)	
40.12.Sterilizator cu aer uscat,ГП-80МО, Nr.558, Fed.Rusa. Ultima verificare 13.08.2023 pina la 13.08.2025. (CSP Ungheni)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Sterilizatoare cu aer uscat și aburi (autoclave) (cu aer uscat)	

40.13.Sterilizator cu aer uscat,IIICC-80II,Nr.295, Fed.Rusa. Ultima verificare 13.08.2023 pina la 13.08.2025. (CSP Ungheni)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Sterilizatoare cu aer uscat și aburi (autoclave) (cu aer uscat)	
40.14.Sterilizator cu aer uscat,IIICC-80II, Nr.5671, Fed.Rusa. Ultima verificare 13.08.2023 pina la 13.08.2025. (CSP Ungheni)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Sterilizatoare cu aer uscat și aburi (autoclave) (cu aer uscat)	
40.15.Sterilizator cu aer SLW 240 STD (CSP Căușeni)	Verificare periodică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Sterilizatoare cu aer uscat și aburi (autoclave) (cu aer uscat)	
Lot 41. Termo-higrometru						
41.1.Termo-higrometru HI 9161 (CSP Chișinău)	-	-	-	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	-	
41.2.Termo-higrometru TA 298 (CSP Chișinău)	-	-	-	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	-	
Lot 42. Aparat volumetric cu piston Dac-Pette, nr. YE168AA0001930. Volumul: 10-100μl. (CSP Cahul)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Dozator mecanic și electronic de laborator (pentru 1 interval)	
Lot 43. Dispozitiv de recoltare a probelor de aer, SIBATA MP-Σ30NII, nr. 4X0465 (CSP Cahul)	-	-	-	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	-	
Lot 44. Psihrometre prin aspiratie (Cahul), MB-4M (Assman), nr. 24015, nr. 15586, nr. 18588 (CSP Cahul)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Higrometre psihometrice prin aspirare	

Lot 45. Sistem de spectrometrie a radiației Gamma Z 084. Tip Base on Ortec FODGUAR-D1 8020.net.260248-8030 (CSP Cahul)	-	-	-	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	-	
Lot 46. Micropipetă cu volum reglabil tip Thermo/Scientific Black, nr.4642082; nr.4642082; nr.4642062; nr.4642062; nr.4642092; nr.4642092; nr.4642072; nr.4642072 (CSP Edineț)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Dozator mecanic și electronic de laborator (pentru 1 interval)	
Lot 47. Greutăți						
47.1. Greutăți – Γ-2-210 – nr.1166 (LICH)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Greutăți de lucru (clasa F1, până la 500 g, pentru o unitate)	
47.2. Greutăți Γ-4-211,10 nr.0000098 (CSP Căușeni)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Greutăți de lucru (clasa M1, până la 500 g, pentru o unitate)	
Lot 48. Psihrometru prin aspirație MB-4M, nr.16089 (CSP Orhei)	Verificare metrologică	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea verificărilor metrologice (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat buletinul de verificare metrologică cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 15 zile lucrătoare	Higrometre psihometrice prin aspirare	
Etalonarea utilajului medical						
Lot 49. Aparat de cântărit/Balanță						
49.1. Aparat de cântărit cu funcționare neautomată, nr. de serie 294071/10 (ANSP central, Laboratorul toxicologia experimentală cu vivarium)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentat certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (1-500 g)	ACFN (Balanță electronică de laborator, pentru fiecare interval de măsurare)	
49.2. Aparat de cântărit AS220/C/2nr.337015/11 an.2011	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea	ACFN (Balanță electronică de laborator,	

(CSP Ungheni)				lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (1g, 10 g, 25 g, 50)	pentru fiecare interval de măsurare)	
49.3.Aparat de cîntarit AS220/C/2nr.337016/11 an.2011 (CSP Ungheni)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (0,1 g, 50 g, 5 g, 100 g, 200)	ACFN (Balanță electronică de laborator, pentru fiecare interval de măsurare)	
49.4.Aparat de cîntarit medii ALEX S\$E BS - 1,5D1.3 nr.TO129 an.2012 (CSP Ungheni)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (10, 25, 50, 500, 1000)	ACFN (Balanță electronică de laborator, pentru fiecare interval de măsurare)	
49.5.Aparat de cîntarit cu funcționare neautomată AEP-450G, nr. AE 167118175, anul producției 2007 (CSP Cahul)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (10 g, 50 g, 100 g)	ACFN (Balanță electronică de laborator, pentru fiecare interval de măsurare)	
49.6.Aparat de cîntarit cu funcționare neautomată Scout Pro SPU-22, nr. 7124320532, anul producției 2007 (CSP Cahul)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (10 g, 20 g, 50 g, 100g)	ACFN (Balanță electronică de laborator, pentru fiecare interval de măsurare)	
49.7.Aparat de cîntărit cu funcționare neautomată ,clasa I, HT-300 , 2004 (CSP Soroca)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (1,5,10g±0,1)	ACFN (Balanță electronică de laborator, pentru fiecare interval de măsurare)	
49.8.Aparat de cîntărit cu funcționare neautomată ,clasa I, HT-600 , 2020 (CSP Soroca)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (1g;10g;50g±0,01)	ACFN (Balanță electronică de laborator, pentru fiecare interval de măsurare)	
49.9.Aparat de cîntărit cu funcționare neautomată ,clasa II, KERN-440-35A, N 00739591,2007 (CSP Soroca)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu	ACFN (Balanță electronică de laborator, pentru fiecare interval de	

				simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (1g;10g;50g ±0,01)	măsurare)	
49.10.Aparat de cântărit cu funcționare neautomată ,clasa II, AQT-600, N 30910203 (CSP Soroca)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (10, 25, 50g ±0,1)	ACFN (Balanță electronică de laborator, pentru fiecare interval de măsurare)	
49.11.Aparat de cântărit cu funcționare neautomată ,clasa II, AQT-600, N 30911615 (CSP Soroca)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (10, 50,100g ±0,1)	ACFN (Balanță electronică de laborator, pentru fiecare interval de măsurare)	
49.12.Aparat de cântărit cu funcționare neautomată AS 220/C/2 Nr.406266/13, 2013 (CSP Comrat)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (0,01g, 0,1g, 1g, 50g, 220g)	ACFN (Balanță electronică de laborator, pentru fiecare interval de măsurare)	
49.13.Aparat de cântărit cu funcționare neautomată HT-600NA S/N:ALHNAH220100, 2022 (CSP Comrat)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (5g, 10g, 100g, 300g, 600g)	ACFN (Balanță electronică de laborator, pentru fiecare interval de măsurare)	
49.14.Aparat de cântărit cu funcționare neautomată tip AS 220/C/2 nr. 406261/13, anul 2013; tip AQT-600, nr. AE30910356, anul 2006; tip BS-1,5D1,3-1, nr. T1650, anul 2013; tip HT-600NA, nr. ALHNAH200033, anul 2020 (CSP Edineț)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (0,01g, 0,1g, 1g, 50g, 220g)	ACFN (Balanță electronică de laborator, pentru fiecare interval de măsurare)	
49.15.Aparat de cântărit PRIS Model, 6 HT-600NA, 600g x0,01 S/N: ALHNA220089 (CSP Cahul)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (1,0g 10g 20g)	ACFN (Balanță electronică de laborator, pentru fiecare interval de măsurare)	
49.16.Aparat de cântărit cu funcționare neautomată – BJIIP-200g, nr. 944 Interval de măsurare: (0÷200)g Certificat de etalonare: nr.6.3-478/2022 din	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus	ACFN (Balanță de laborator cu brațe egale, cu cadran, de torsiune)	

15.12.2022 (LICh)				se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare ((0÷200)g)		
49.17.Aparat de cântărit cu funcționare neautomată – BJIP-200g, nr. 763 Interval de măsurare: (0÷200)g Certificat de etalonare: nr.6.3-477/2022 din 15.12.2022 (LICh)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare ((0÷200)g)	ACFN (Balanță de laborator cu brațe egale, cu cadran, de torsiune)	
49.18.Aparat de cântărit cu funcționare neautomată – Sartorius GP 3202-OCE nr. 13707955 Interval de măsurare: (0,5÷3200)g Certificat de etalonare: nr. 6.3-404/2023 din 20.12.2023 (LICh)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (1g; 5g; 10g; 25g și 50g)	ACFN (Balanță electronică de laborator, pentru fiecare interval de măsurare)	
49.19.Aparat de cântărit cu funcționare neautomată – PS 210. R2, nr.606045 Interval de măsurare: (0÷210)g Certificat de etalonare: nr.6.3-483/2022 din 16.12.2022 (LICh)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (1g; 5g; 10g; 20g și 50g)	ACFN (Balanță electronică de laborator, pentru fiecare interval de măsurare)	
49.20.Aparat de cântărit cu funcționare neautomată – PS 210. R2, nr.629425 Interval de măsurare: (0÷210)g Certificat de etalonare: nr. 6.3-407/2023 din 20.12.2023 (LICh)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (1g; 5g; 10g; 20g și 50g)	ACFN (Balanță electronică de laborator, pentru fiecare interval de măsurare)	
49.21.Aparat de cântărit cu funcționare neautomată – AS 220. R2 PLUS, nr.676460 Interval de măsurare: (0÷220)g Certificat de etalonare: 8.3-361/2021 din 17.12.2021 (LICh)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (10mg; 20mg; 50mg; 100 mg și 1g)	ACFN (Balanță electronică de laborator, pentru fiecare interval de măsurare)	
49.22.Aparat de cântărit cu funcționare neautomată – AS 220. R2 PLUS, nr.676462 Interval de măsurare: (0÷220)g Certificat de etalonare: nr. 6.3-402/2023 din 20.12.2023 (LICh)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (10mg; 20mg; 50mg; 100 mg și 1g)	ACFN (Balanță electronică de laborator, pentru fiecare interval de măsurare)	
49.23.Aparat de cântărit cu funcționare neautomată – ASB 220-C2 nr.300274/10 Interval de măsurare: (0÷220)g Certificat de etalonare: nr.6.3-486/2022 din 16.12.2022	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare	ACFN (Balanță electronică de laborator, pentru fiecare interval de măsurare)	

(LICH)				(0,05g; 0,1g; 0,5g; 1g și 5g)		
49.24.Aparat de cântărit cu funcționare neautomată – ASB- 220-C2, nr.300275/10 Interval de măsurare: (0÷220)g Certificat de etalonare: nr. 6.3-403/2023 din 20.12.2023 (LICH)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (0,3g; 0,5g; 1g; 5g și 10g)	ACFN (Balanță electronică de laborator, pentru fiecare interval de măsurare)	
49.25.Aparat de cântărit cu funcționare neautomată – Scout Pro SPU 202, nr. 7124320635 Interval de măsurare: (0÷220)g Certificat de etalonare: nr.6.3-480/2022 din 15.12.2022 (LICH)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (0,3g; 0,5g; 1g; 5g și 10g)	ACFN (Balanță electronică de laborator, pentru fiecare interval de măsurare)	
49.26.Aparat de cântărit cu funcționare neautomată – AD-200, nr.4084 Interval de măsurare: (0÷200)g Certificat de etalonare: nr.6.3-479/2022 din 15.12.2022 (LICH)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (1g; 5g; 10g; 20g și 50g)	ACFN (Balanță electronică de laborator, pentru fiecare interval de măsurare)	
49.27.Aparat de cântărit cu funcționare neautomată – SL-600, nr.6021 Interval de măsurare: (0÷600)g Certificat de etalonare: nr. 6.3-405/2023 din 20.12.2023 (LICH)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (20g; 40g; 60g; 70g și 100g)	ACFN (Balanță electronică de laborator, pentru fiecare interval de măsurare)	
49.28.Aparat de cântărit cu funcționare neautomată – AA-160, nr.0100024 Interval de măsurare: (0÷160)g Certificat de etalonare: nr. 6.3-406/2023 din 20.12.2023 (LICH)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (10g; 20g; 30g; 40g și 50g)	ACFN (Balanță electronică de laborator, pentru fiecare interval de măsurare)	
49.29.Balanță electronică de laborator, PS 210.R2, Nr. 629426 (Laboratorul Microbiologic)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (50g, 100g, 200g)	ACFN (Balanță electronică de laborator, pentru fiecare interval de măsurare)	
49.30.Balanță AN220/C/2 (CSP Hâncești)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare	ACFN (Balanță electronică de laborator, pentru fiecare interval de măsurare)	

				(1g,10g,50g)		
49.31.Balanță analitică digitală cu calibrare automată AS 220/C2 RADWAG nr.406265/13, anul producției 2013 (CSP Cahul)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (1 g, 10 g, 50 g)	ACFN (Balanță electronică de laborator, pentru fiecare interval de măsurare)	
49.32.Balanță analitică, tip BJI-200 clasa II, nr.uzină 322, anul 1980 (CSP Edineț)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (1g, 10 g, 50 g)	ACFN (Balanță de laborator cu brațe egale, cu cadran, de torsiune)	
49.33.Balanță de laborator (CSP Căușeni)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (1g, 10 g, 50 g)	ACFN (Balanță electronică de laborator, pentru fiecare interval de măsurare)	
49.34.Balanță de laborator cu cadran, BJKT-500,N 336,1989 (CSP Soroca)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (5g; 25g;50g)	ACFN (Balanță de laborator cu brațe egale, cu cadran, de torsiune)	
49.35.Balanta de laborator BJKT-500r-M nr.210 an.1990 (CSP Ungheni)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (10, 20, 500g)	ACFN (Balanță de laborator cu brațe egale, cu cadran, de torsiune)	
49.36.Balanta de torsion BT-500nr/2915 an.1990 (CSP Ungheni)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (0,1 g, 0,5g)	ACFN (Balanță de laborator cu brațe egale, cu cadran, de torsiune)	
49.37.Balanta electronica ABS-120-4, nr. WB 0700094 (CSP Cahul)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare	ACFN (Balanță electronică de laborator, pentru fiecare interval de măsurare)	

				(5 g, 10 g, 50 g)		
49.38.Balanță electronică AEP 450 (CSP Cahul)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (10g, 25 g, 50g)	ACFN (Balanță electronică de laborator, pentru fiecare interval de măsurare)	
49.39.Balanța electronica de laborator, producător AXIS Polonia, model AD 510 nr.9786 II clasa, 2013 (CSP Comrat)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (1g, 10 g, 15 g , 25g, 50g)	ACFN (Balanță electronică de laborator, pentru fiecare interval de măsurare)	
49.40.Balanța electronica de laborator, producător KERN, Germania, model EMB 200-2 nr.WD080062014 II clasa, 2009 (CSP Comrat)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (0,5g, 1 g, 10 g)	ACFN (Balanță electronică de laborator, pentru fiecare interval de măsurare)	
49.41.Balanta electronica PRIS HT-600NA . Nr de uzina ALHNAH 220090, China, 2022 (CSP Hâncești)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (10g, 25g)	ACFN (Balanță electronică de laborator, pentru fiecare interval de măsurare)	
49.42.Balanță electronică YP SERIES MODEL YP 5002 0,1g-500g d= 0,01g (CSP Cahul)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (10g, 30 g, 100g)	ACFN (Balanță electronică de laborator, pentru fiecare interval de măsurare)	
49.43.Balanță electronică, PS 1000R2, nr 785631 (CSP Soroca)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (100g; 400g; 800g±0,01)	ACFN (Balanță electronică de laborator, pentru fiecare interval de măsurare)	
49.44.Cîntar cu funcționare neautomată PRIS model HT-600NA, S/N: ALHNAH200035 (CSP Cahul)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare	ACFN (Balanță electronică de laborator, pentru fiecare interval de măsurare)	

				(20g 50g 100g)		
49.45.Cîntar electric de laborator PS 1000.R2, nr. 785630, a. 2023 (LMS)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (1 g., 10 g., 25 g.)	ACFN (Balanță electronică de laborator, pentru fiecare interval de măsurare)	
49.46.Cîntar PS 210.R2, a. 2015 (LMS)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (1g., 50 g., 100 g.)	ACFN (Balanță electronică de laborator, pentru fiecare interval de măsurare)	
49.47.Cîntar PS 600.R2,Nr. 481095, a. 2015 (LMS)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (1 g., 10 g., 25 g.)	ACFN (Balanță electronică de laborator, pentru fiecare interval de măsurare)	
49.48.Balanță de laborator BJLP-200g nr. 748 (CSP Orhei)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (1g, 10 g,)	ACFN (Balanță de laborator cu brațe egale, cu cadran, de torsiune)	
49.49.Balanță de laborator BJKT-500g-M, nr.180,160,61 GOSMETR (CSP Orhei)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (5,0g,10,0g,50,0g,100,0g)	ACFN (Balanță de laborator cu brațe egale, cu cadran, de torsiune)	
49.50.Balanță electronică de laborator RADWAG (CSP Orhei)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (0,01g,50,0g)	ACFN (Balanță electronică de laborator, pentru fiecare interval de măsurare)	
49.51.Balanța electronica de laborator, producător KERN, Germania, model EW 420-3NMnr.087730117 II clasa, 2008 (CSP Comrat)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare	ACFN (Balanță electronică de laborator, pentru fiecare interval de măsurare)	

				(1g, 10 g, 30 g, 50g, 100g)		
Lot 50. Ajustarea balantei de laborator						
50.1. Ajustarea balantei de laborator (CSP Edineț)	Etalonare	MDA	CMAC	Lucrările de ajustare a balanțelor se vor efectua conform documentației tehnice a aparatului și instrucțiunilor tehnice în vigoare. Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare	Ajustarea aparatului de cântărit cu funcționare neautomată (electronic)	
50.2. Ajustarea balanței de laborator (CSP Căușeni)	Etalonare	MDA	CMAC	Lucrările de ajustare a balanțelor se vor efectua conform documentației tehnice a aparatului și instrucțiunilor tehnice în vigoare. Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare	Ajustarea aparatului de cântărit cu funcționare neautomată (electronic)	
50.3. Ajustarea balantei de laborator (LMS)	Etalonare	MDA	CMAC	Lucrările de ajustare a balanțelor se vor efectua conform documentației tehnice a aparatului și instrucțiunilor tehnice în vigoare. Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare	Ajustarea aparatului de cântărit cu funcționare neautomată (electronic)	
50.4. Ajustarea balantei de laborator (CSP Orhei)	Etalonare	MDA	CMAC	Lucrările de ajustare a balanțelor se vor efectua conform documentației tehnice a aparatului și instrucțiunilor tehnice în vigoare. Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare	Ajustarea aparatului de cântărit cu funcționare neautomată (electronic)	
50.5. Ajustarea balantei de laborator (ANSP central, Laboratorul toxicologia experimentală cu vivarium)	Etalonare	MDA	CMAC	Lucrările de ajustare a balanțelor se vor efectua conform documentației tehnice a aparatului și instrucțiunilor tehnice în vigoare. Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare	Ajustarea aparatului de cântărit cu funcționare neautomată (electronic)	
50.6. Ajustarea balanței AD 200 nr.3314, AXIS (CSP Orhei)	Etalonare	MDA	CMAC	Lucrările de ajustare a balanțelor se vor efectua conform documentației tehnice a aparatului și instrucțiunilor tehnice în vigoare. Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare	Ajustarea aparatului de cântărit cu funcționare neautomată (electronic)	
50.7. Ajustarea balantei de laborator (ANSP, Laboratorul Microbiologic)	Etalonare	MDA	CMAC	Lucrările de ajustare a balanțelor se vor efectua conform documentației tehnice a aparatului și instrucțiunilor tehnice în vigoare. Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare	Ajustarea aparatului de cântărit cu funcționare neautomată (electronic)	
Lot 51. Autoclav						
51.1. Autoclav vertical cu aburi tip 5057 MLV Tuttnauer, Israel Nr.1103926	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea	Incinte termostate (pt 2 puncte)	

(CSP Chișinău)				lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (132±3 °C)		
51.2.Autoclav orizontal) cu aburi tip 5050 ML Nr.2902693 Tuttnauer Israel (CSP Chișinău)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (121,0±3 °C)	Incinte termostate (pt 2 puncte)	
51.3.Autoclav Raypa AES-75 nr.36390 (CSP Cahul)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (121 grade)	Incinte termostate (pt 2 puncte)	
51.4.Autoclav Sumer MODEL ADELA -3D series N/S 2020/01-039 (CSP Cahul)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (134 ±2 grade)	Incinte termostate (pt 2 puncte)	
51.5.Autoclav vertical NC 90M (90 l), nr. 01.0141, a. 2018 (LMS)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (121±1 grade, 134±2 grade,)	Incinte termostate (pt 2 puncte)	
51.6.Autoclav, Vertical CLG-40, Nr. 900129, a. 2015 (LMS)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (121±1 grade, 134±2 grade,)	Incinte termostate (pt 2 puncte)	
Lot 52. Cronometru						
52.1.Cronometru tip;COC np-2b-2-000;nr31430134 (CSP Ungheni)	-	-	-	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (10min,40 min,60min)	-	

52.2.Cronometru COII np-2a-3-000 nr. 9205 (CSP Orhei)	-	-	-	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (10min,40 min,60min)	-	
Lot 53.Cuptor de calcinare/cu mufă						
53.1.Cuptor de calcinare SNOL 7-2/900, nr. 0011733 (CSP Cahul)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (450°C)	Incinte termostate (pt 2 puncte)	
53.2.Cuptor de calcinare SNOL 7-2/900, nr. 06571 (CSP Cahul)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (450 °C)	Incinte termostate (pt 2 puncte)	
53.3.Cuptor cu mufa cu termoreglare SNOL 8.2-644 (CSP Căușeni)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (450 ±5; 650±5 grade C)	Incinte termostate (pt 2 puncte)	
53.4.Cuptor de calcinare SNOL 1,9,3,1/10 Nr.48-Ж, Rusia (CSP Chișinău)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (450±10 °C)	Incinte termostate (pt 2 puncte)	
53.5.Cuptor de calcinare cu mufă SNOL 8,2/1100 nr. 08888, Letonia (CSP Chișinău)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (550±10 °C)	Incinte termostate (pt 2 puncte)	
53.6.Cuptor de calcinare SNOL (CSP Orhei)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare	Incinte termostate (pt 2 puncte)	

				(800,0 C)		
53.7.Cuptor de calcinare SNOL (CSP Orhei)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (600,0 C)	Incinte termostate (pt 2 puncte)	
53.8.Cuptor de calcinare SNOL8.2/1100 Nr.0011725, Spania (CSP Chișinău)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (500±10 °C)	Incinte termostate (pt 2 puncte)	
53.9.Cuptor de calcinare,CHOJI 8.2/1100, N 0011726,2015; CHOJI 1.6,N 12241,2013 (CSP Soroca)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (450°C; 800°C)	Incinte termostate (pt 2 puncte)	
53.10.Cuptor de calcinareSNOL7.2/1100 nr.06487 (CSP Hâncești)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (500°C)	Incinte termostate (pt 2 puncte)	
53.11.Cuptor de calcinare – SNOL 30/1100 nr.01762 Interval de măsurare: (0÷1100)°C Certificat de etalonare: nr.6.2-702/2022 din 15.12.2022 (LICH)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (105°C, 180°C, 300°C, 500°C, 800°C)	Incinte termostate (pt 2 puncte)	
53.12.Cuptor de calcinare – SNOL 7.2/1200 nr. 0539 Interval de măsurare: (0÷1100)°C Certificat de etalonare: nr.6.2.-700/2022 din 15.12.2022 (LICH)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (150°C, 300°C, 500°C)	Incinte termostate (pt 2 puncte)	
53.13.Cuptor de calcinare – SNOL 7.2/1100 nr. 2092 Interval de măsurare: (0÷1100) °C Certificat de etalonare: nr.6.2-701/2022 din 15.12.2022	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare	Incinte termostate (pt 2 puncte)	

(LICH)				(150°C, 300°C, 500°C, 800°C)		
53.14.Cuptor de calcinare – SNOL 7.2/1100 nr. 10139 Interval de măsurare: (0÷1100) °C Certificat de etalonare: nr.6.2-704/2022 din 15.12.2022 (LICH)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (150°C, 300°C, 500°C)	Incinte termostate (pt 2 puncte)	
53.15.Cuptor de calcinare 2200851/N-8L, Nr.0011728, 2013 (CSP Comrat)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (500°C)	Incinte termostate (pt 2 puncte)	
53.16.Cuptor de calcinare SNOL 1,6,2,5.1/11-M2 Nr.03834, 1982 (CSP Comrat)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (800°C)	Incinte termostate (pt 2 puncte)	
53.17.Cuptor de calcinare SNOL 7,2/1100 Nr.05407, 2016 (CSP Comrat)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (500°C)	Incinte termostate (pt 2 puncte)	
Lot 54. Dozator						
54.1.Dozatoar Dacpette DT80297 20-200mkl (ANSP Lab. Virusologic)	-	-	-	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (20-200 mkl)	-	
54.2.Dozatoar Dacpette DU89781 2-20mkl (ANSP Lab. Virusologic)	-	-	-	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (2-20 mkl)	-	
54.3.Dozatoare mecanice (CSP Orhei)	-	-	-	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu	-	

				simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (100 mcl)		
54.4.Dozatoare mecanice (CSP Orhei)	-	-	-	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (200 mcl)	-	
54.5.Dozatoare mecanice (CSP Orhei)	-	-	-	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (1000 mcl)	-	
54.6.Dozator automat Thermofisher, ДПОП-1-100-1000 (dozator mecanic), nr. 2019313, a. 2020 (LMS)	-	-	-	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (100 mkl, 1000 mkl)	-	
54.7.Dozator de volum-micropipetă cu capacitatea (100-1000)mkl, nr.YM22AAU0005481, MicroPette Plus (LMS)	-	-	-	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (100 mkl, 1000 mkl)	-	
54.8.Dozator de volum-micropipetă cu capacitatea (100-1000)mkl, nr.YM22AAU0005489, MicroPette Plus (LMS)	-	-	-	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (100 mkl, 1000 mkl)	-	
54.9.Dozator de volum-micropipetă cu capacitatea (100-1000)mkl, nr.YM22AAU0005519, MicroPette Plus (LMS)	-	-	-	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (100 mkl, 1000 mkl)	-	
54.10.Dozator Discovery100-1000mkl 843061881 (ANSP Lab. Virusologic)	-	-	-	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus	-	

				se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (100-1000 mkl)		
54.11.Doзатор Discovery 0,5-10mkl 843021018 (ANSP Lab. Virusologic)	-	-	-	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (0,5-10 mkl)	-	
54.12.Doзатор Discovery 100-1000mkl 843061912 (ANSP Lab. Virusologic)	-	-	-	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (100-1000 mkl)	-	
54.13.Doзатор Discovery 100-100mkl 843040634 (ANSP Lab. Virusologic)	-	-	-	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (10-100)	-	
54.14.Doзатор Discovery 10-100mkl 843040624 (ANSP Lab. Virusologic)	-	-	-	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (10-100 mkl)	--	
54.15.Doзатор Discovery 10-100mkl 843040631 (ANSP Lab. Virusologic)	-	-	-	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (10-100 mkl)	-	
54.16.Doзатор Discovery 20-200mkl 843051282 (ANSP Lab. Virusologic)	-	-	-	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (20-200 mkl)	-	
54.17.Doзатор Discovery 2-20mkl 843030975 (ANSP Lab. Virusologic)	-	-	-	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare	-	

				(2-20 mkl)		
54.18.Doзатор Discovery 2-20mkl 843030978 (ANSP Lab. Virusologic)	-	-	-	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (2-20 mkl)	-	
54.19.Doзатор Discovery 2-20mkl 843030985 (ANSP Lab. Virusologic)	-	-	-	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (2-20 mkl)	-	
54.20.Doзатор Discovery 2-20mkl 843030987 (ANSP Lab. Virusologic)	-	-	-	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (2-20 mkl)	-	
54.21.Doзатор Discovery 2-20mkl 843030996 (ANSP Lab. Virusologic)	-	-	-	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (2-20 mkl)	-	
54.22.Doзатор Discovery100-1000 mk 843061877 (ANSP Lab. Virusologic)	-	-	-	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (100-1000 mkl)	-	
54.23.Doзатор Discovery100-1000mkl 843061867 (ANSP Lab. Virusologic)	-	-	-	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (100-1000)	-	
54.24.Doзатор Discovery10-100mkl 843040627 (ANSP Lab. Virusologic)	-	-	-	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare	-	

				(10-100 mkl)		
54.25.Doзатор Discovery20-200843051289 (ANSP Lab. Virusologic)	-	-	-	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (20-200 mkl)	-	
54.26.Doзатор Discovery20-200mkl 843051307 (ANSP Lab. Virusologic)	-	-	-	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (20-200)	-	
54.27.Doзатор HT Optipette 0,5-10mkl A56020288 (ANSP Lab. Virusologic)	-	-	-	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (0,5-10 mkl)	-	
54.28. Doзатор mecanic Bravo, JL10318, CAPP, a.2017 (CSP Bălți)	-	-	-	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (10µkl, 100µkl, 500µkl, 1000µkl)	-	
54.29.Doзатор mecanic Bravo, KB10207,CAPP, a.2017 (CSP Bălți)	-	-	-	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (20µkl, 50µkl, 100µkl)	-	
54.30. Doзатор mecanic Bravo, KB10994, CAPP, a.2017 (CSP Bălți)	-	-	-	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (2µkl, 5µkl, 10µkl)-	-	
54.31.Doзатор mecanic CAPBRAVO, JL10057, (CSP Ungheni)	-	-	-	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare	-	

				(100µkl, 1000µkl)		
54.32.Doзатор mecanic CAPBRAVO, nr.KB10583 (CSP Ungheni)	-	-	-	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (10µkl, 100µkl)	-	
54.33.Doзатор mecanic Колор BN13791, ЛЕНПИПЕТ, а.2016 (CSP Bălți)	-	-	-	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (20µl, 200µl)	-	
54.34.Doзатор mecanic Колор BN27749, ЛЕНПИПЕТ, а.2016 (CSP Bălți)	-	-	-	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (5µl, 10µl, 50µl)	-	
54.35.Doзатор mecanic Колор BN39109, ЛЕНПИПЕТ, а.2016 (CSP Bălți)	-	-	-	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (100µl, 200µl, 1000µl)	-	
54.36.Doзатор mecanic volum 100-1000mkl producător CAPP Denmark, model CAPPBravo B100-1 (дозатор пипеточный одноканальный), №JK10088, 2015г. (CSP Comrat)	-	-	-	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (100µl, 500µl, 1000µl)	-	
54.37.Doзатор mecanic volum 10-100mkl, producător CAPP Denmark, model CAPPBravo B100-1 (дозатор пипеточный одноканальный), №KB10600, 2015г. (CSP Comrat)	-	-	-	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în term-en de 30 zile lucrătoare (10µl, 50µl, 100µl)-	-	
54.38.Doзатор mecanic, Lenpipete,BN 21685 (CSP Soroca)	-	-	-	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare	-	

				(100,500,1000µl)		
54.39.Doзатор mecanic,CAAPPBRAVO,KB 10319 (CSP Soroca)	-	-	-	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare	-	
54.40.Doзатор mecanic,tipДПОП-1-100-1000,nr.2028294 , 2028291 (CSP Soroca)	-	-	-	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (100,500,1000µl)	-	
54.41.Doзатор mechanic, CAPPBRAVO, JL10300, 2015 (Lab. Virusologic et. 5)	-	-	-	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (10-100 µl)	-	
54.42.Doзатор mechanic, CAPPBRAVO, KB11004, 2015 (Lab. Virusologic et. 5)	-	-	-	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (2-20 µl)	-	
54.43.Doзатор mechanic, LENPIPETTE, 1920533, 2020 (Lab. Virusologic et. 5)	-	-	-	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (100-1000 µl)	-	
54.44.Doзатор mechanic,nr.2027152, 2027942 (CSP Soroca)	-	-	-	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (100,500,1000µl)	-	
54.45.Doзатор mechanic,nr.2028301 (CSP Soroca)	-	-	-	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (100,500,1000µl)	-	

54.46.Doзатор mechanic, TH nr.21007 (CSP Soroca)	-	-	-	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (100,500,1000µl)	-	
54.47.Doзатор medical DAC pette 200 -1000 mkl Nr. YE171AA0161178, 2017 (CSP Comrat)	-	-	-	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (200µl, 500µl, 1000µl)	-	
54.48.Doзатор medical ЛЕНПИПЕТ 1-10 ml Nr.BP85079, 2017 (CSP Comrat)	-	-	-	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (3000µl, 5000µl, 10000µl)	-	
54.49.Doзатор medical ЛЕНПИПЕТ 40-200 mkl Nr.0013, 2017 (CSP Comrat)	-	-	-	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (40µl, 100µl, 200µl)	-	
54.50.Doзатор medical cu un canal DAC Pette, nr. YE171AA0161089. Volumul: 2-20µl. (CSP Cahul)	-	-	-	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (2-20µl.)	-	
54.51.Doзатор medical cu un canal Thermoshcientific. Volumul: 100-1000µl. (CSP Cahul)	-	-	-	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (100-1000µl.)	-	
54.52.Doзатор medical cu un canal Thermoshcientific. Volumul: 20-200µl. (CSP Cahul)	-	-	-	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (20-200µl.)	-	

54.53.Doзатор medical cu un canal Thermo Scientific ДПОП-1-2-20 2-20 mkl Nr.2113341, 2017 (CSP Comrat)	-	-	-	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (2µl, 10µl, 20µl)	-	
54.54.Doзатор medical de laborator,Microlit (100-1000)Me N16317836 R-INDIA (CSP Ungheni)	-	-	-	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (100µkl, 1000µkl)	-	
54.55.Doзатор Medical, Nr. DV28173, a. 2009 (LMS)	-	-	-	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (100 mkl, 1000 mkl)	-	
54.56.Doзатор Medical, Nr. DV28175, a. 2009 (LMS)	-	-	-	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (100 mkl, 1000 mkl)	-	
54.57.Doзатор medical pentru un interval Thermoshcientific 100-1000µl (CSP Cahul)	-	-	-	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (1000µl)	-	
54.58.Doзатор medical pentru un interval 20-200µl Thermoshcientific (CSP Cahul)	-	-	-	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (100µl)	-	
54.59.Doзатор medical pentru un interval 2-20µl , Thermoshcientific (CSP Cahul)	-	-	-	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (10µl)	-	

54.60.Doзатор de volum – DACpette nr. YE5E411056 Interval de măsurare: (1000÷5000)µl Certificat de etalonare: MD 10 3.2-1080/2024 din 05.12.2024 (LICH)	-	-	-	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare ((1000÷5000)µl)	-	
54.61.Doзатор de volum – MicroPettePlus, nr. YM22AAU0005486 Interval de măsurare: (100÷1000)µl Certificat de etalonare: MD 10 3.2-1081/2024 din 05.12.2024 (LICH)	-	-	-	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare ((100÷1000)µl)	-	
54.62.Doзатор de volum – MicroPettePlus, nr. YM22AAU0005487 Interval de măsurare: (100÷1000)µl Certificat de etalonare: MD 10 3.2-1085/2024 din 05.12.2024 (LICH)	-	-	-	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare ((100÷1000)µl)	-	
54.63.Doзатор de volum – DACpette nr. YE3K032926 Interval de măsurare: (100÷1000)µl Certificat de etalonare: MD 10 3.2-1084/2024 din 05.12.2024 (LICH)	-	-	-	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare ((100÷1000)µl)	-	
54.64.Doзатор de volum – DACpette nr. YE4E409041 Interval de măsurare: (100÷1000)µl Certificat de etalonare: MD 10 3.2-1083/2024 din 05.12.2024 (LICH)	-	-	-	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare ((100÷1000)µl)	-	
54.65.Doзатор de volum – CAPP Bravo, nr. JI 10569 Interval de măsurare: (10÷100)µl Certificat de etalonare: MD 10 3.2-1089/2024 din 05.12.2024 (LICH)	-	-	-	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare ((10÷100)µl)	-	
54.66.Doзатор de volum – DACpette nr. DY 65304 Interval de măsurare: (10÷100)µl Certificat de etalonare: MD 10 3.2-1082/2024 din 05.12.2024 (LICH)	-	-	-	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare ((10÷100)µl)	-	

54.67.Doзатор de volum – DACpette nr. KE0046189 Interval de măsurare: (20÷200)μl Certificat de etalonare: MD 10 3.2-1088/2024 din 05.12.2024 (LICH)	-	-	-	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare ((20÷200)μl)	-	
54.68.Doзатор de volum – CAPP Bravo nr. KB10202 Interval de măsurare: (20÷200)μl Certificat de etalonare: MD 10 3.2-1086/2024 din 05.12.2024 (LICH)	-	-	-	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare ((20÷200)μl)	-	
54.69.Doзатор de volum – ecoMED nr. CU0148949 Interval de măsurare: (50÷200)μl Certificat de etalonare: MD 10 3.2-1087/2024 din 05.12.2024 (LICH)	-	-	-	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare ((50÷200)μl)	-	
54.70.Doзатор de volum – CAPP Bravo nr. KB10998 Interval de măsurare: (2÷20)μl Certificat de etalonare: MD 10 3.2-1090/2024 din 05.12.2024 (LICH)	-	-	-	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare ((2÷20)μl)	-	
54.71.Doзатор de volum – CAPP Bravo nr. KB10289 Interval de măsurare: (0,5÷10)μl Certificat de etalonare: MD 10 3.2-1091/2024 din 05.12.2024 (LICH)	-	-	-	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare ((0,5÷10)μl)	-	
Lot 55.Dulap de uscat						
55.1. Dulap de uscat 2B-151, nr. 7211, anul producției 1979 (CSP Cahul)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (105±2 °C)	Incinte termostate (pt 2 puncte)	
55.2.Dulap de uscat CЭIII-3M, nr. 06833, anul producției 1988 (CSP Cahul)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare	Incinte termostate (pt 2 puncte)	

				(130±2 °C)		
Lot 56. Incubator						
56.1.Incubator cu dioxid de carbon MCO-170AIC-PE, Nr. 16010011 (ANSP, Laboratorul Microbiologic)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (36±1)	Incinte termostate (pt 2 puncte)	
56.2.Incubator cu răcire POL- EKO ST 2+ S02CF130875 (CSP Cahul)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (44±0,5 grade)	Incinte termostate (pt 2 puncte)	
56.3.Incubator cu răcire POL- EKO ST 2+ S02CF130880 (CSP Cahul)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (36±2 grade)	Incinte termostate (pt 2 puncte)	
56.4.Incubator de laborator MIR-262-PE, Nr. 14120176, a. 2015 (ANSP, LMS)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (41,5± 0,5 grade)	Incinte termostate (pt 2 puncte)	
56.5.Incubator de plăci Memmert IPP 200-500, C.3245228 (ANSP, Laboratorul Microbiologic)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (35±1)	Incinte termostate (pt 2 puncte)	
56.6.Incubator de plăci Memmert IPP 200-500, Nr. C.324523 (ANSP, Laboratorul Microbiologic)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (32±3, 36±1)	Incinte termostate (pt 2 puncte)	
56.7.Incubator de plăci Panasonic MIR-262-PE, Nr. 14120175 (ANSP, Laboratorul Microbiologic)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu	Incinte termostate (pt 2 puncte)	

				simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (36±1)		
56.8.Incubator MCO-170AIC-PE, Nr. 16010034 (ANSP, Laboratorul Microbiologic)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (36±1, 41±1)	Incinte termostate (pt 2 puncte)	
Lot 57. Pipetă automatizată/ Aparat volumetric cu piston						
57.1.Pipetă automatizată Nr. CB 52631 (Laboratorul Microbiologic)	-	-	-	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (2 - 20 µl)	-	
57.2.Pipetă automatizată Nr. JH 20250 (Laboratorul Microbiologic)	-	-	-	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (50-200 µl)	-	
57.3.Pipetă automatizată Nr. KE0046176 (Laboratorul Microbiologic)	-	-	-	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (20-200 µl)	-	
57.4.Pipetă automatizată nr.58678 (Laboratorul Microbiologic)	-	-	-	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (0, 5 - 10 µl)	-	
57.5.Pipetă automatizată cu 8 canale, ДПОП-1-30-300 БЛЭК, Nr. 2018341 (Laboratorul Microbiologic)	-	-	-	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (30 - 300 µl)	-	
57.6.Pipeta automatizată Gram neg (-) V1221, Nr. 17503812	-	-	-	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea	-	

(Laboratorul Microbiologic)				lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (145 µl)		
57.7.Pipeta automatizată Gram pos (+) V1222, Nr. 16611859 (Laboratorul Microbiologic)	-	-	-	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare	-	
57.8.Pipeta automatizată Nr. 064114 (Laboratorul Microbiologic)	-	-	-	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (100-1000 µl)	-	
57.9.Pipeta automatizată Nr. 075972 (Laboratorul Microbiologic)	-	-	-	Pipeta automatizată Nr. 075972 (Laboratorul Microbiologic) Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (50 µl)	-	
57.10.Pipeta automatizată Nr. 077218 (Laboratorul Microbiologic)	-	-	-	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare	-	
57.11. Pipetă automatizată Nr. 14657 (Laboratorul Microbiologic)	-	-	-	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (50 µl)	-	
57.12.Pipeta automatizată Nr. 2019344 (Laboratorul Microbiologic)	-	-	-	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (100 - 1000 µl)	-	

57.13.Pipetă automatizată Nr. A42710236 (Laboratorul Microbiologic)	-	-	-	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (0,1 - 2 µl)	-	
57.14.Pipeta automatizată Nr. BL50941 (Laboratorul Microbiologic)	-	-	-	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (50-200 µl)	-	
57.15.Pipetă automatizată Nr. C40420222 (Laboratorul Microbiologic)	-	-	-	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (0,5 - 10 µl)	-	
57.16.Pipetă automatizată Nr. C40420235 (Laboratorul Microbiologic)	-	-	-	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (0,5 - 10 µl)	-	
57.17.Pipetă automatizată Nr. C40430184 (Laboratorul Microbiologic)	-	-	-	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (2 - 20 µl)	-	
57.18.Pipetă automatizată Nr. C40440252 (Laboratorul Microbiologic)	-	-	-	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (10 - 100 µl)	-	
57.19.Pipetă automatizată Nr. C40440266 (Laboratorul Microbiologic)	-	-	-	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (10 - 100 µl)	-	

57.20.Pipetă automatizată Nr. C40450283 (Laboratorul Microbiologic)	-	-	-	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (20 - 200 µl)	-	
57.21.Pipetă automatizată Nr. C40450325 (Laboratorul Microbiologic)	-	-	-	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (20 - 200 µl)	-	
57.22.Pipetă automatizată Nr. C40460593 (Laboratorul Microbiologic)	-	-	-	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (100-1000 µl)	-	
57.23.Pipetă automatizată Nr. C40460595 (Laboratorul Microbiologic)	-	-	-	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (100-1000 µl)	-	
57.24.Pipetă automatizată Nr. EN93459 (Laboratorul Microbiologic)	-	-	-	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (1-10 µl)	-	
57.25.Pipeta automatizată Nr. FN93459 (Laboratorul Microbiologic)	-	-	-	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (100-1000 µl)	-	
57.26.Pipetă automatizată Nr. GA 89915 (Laboratorul Microbiologic)	-	-	-	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (2 - 20 µl)	-	

57.27.Pipeta automatizată Nr. HJ442197 (Laboratorul Microbiologic)	-	-	-	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (5-50 µl)	-	
57.28.Pipetă automatizată Nr. JJ21222 (Laboratorul Microbiologic)	-	-	-	Pipetă automatizată Nr. JJ21222 (Laboratorul Microbiologic) Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (200 - 1000 µl)	-	
57.29.Pipetă automatizată Nr. JK10168 (Laboratorul Microbiologic)	-	-	-	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (100-1000 µkl)	-	
57.30.Pipetă automatizată Nr. KB10986 (Laboratorul Microbiologic)	-	-	-	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (2- 20 µkl)	-	
57.31.Pipeta automatizată Nr. KE0046212 (Laboratorul Microbiologic)	-	-	-	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (100 - 1000 µl)	-	
57.32.Pipetă automatizată Nr. MM71819 (Laboratorul Microbiologic)	-	-	-	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (20-200 µkl)	-	
57.33.Pipetă automatizată Nr. MN 50280 (Laboratorul Microbiologic)	-	-	-	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus	-	

				se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (100 - 1000 µl)		
57.34.Pipetă automatizată Nr. MN 50500 (Laboratorul Microbiologic)	-	-	-	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (20-200 µl)	-	
57.35.Pipeta automatizată Nr. MN50502 (Laboratorul Microbiologic)	-	-	-	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (20-200 µl)	-	
57.36.Pipeta automatizată Nr. NM 50279 (Laboratorul Microbiologic)	-	-	-	Pipeta automatizată Nr. NM 50279 (Laboratorul Microbiologic) Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (100 - 1000 µl)	-	
57.37.Pipeta automatizată Nr.MM 51568 (Laboratorul Microbiologic)	-	-	-	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (100-1000 µl)	-	
57.38.Pipetă automatizată ДПИМП-8-30-300, TY9443-008-33189998 (Laboratorul Microbiologic)	-	-	-	Pipetă automatizată ДПИМП-8-30-300, TY9443-008-33189998 (Laboratorul Microbiologic) Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (30-300 µl)	-	
57.39.Pipetă automatizată ДПОП-1-20-200 БЛЭК, Nr. 2016611 (Laboratorul Microbiologic)	-	-	-	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus	-	

				se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (20-200 µl)		
57.40.Aparat volumetric cu piston Dac-Pette, nr. YE168AA0001930. Volumul: 10-100µl. (CSP cahul)	-	-	-	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (10-100µl.)	-	
57.41.Pipetă automatizată Accumax PRO, Nr. 058673 (Laboratorul Microbiologic)	-	-	-	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (1000 µl)	-	
Lot 58.Set greutăți						
58.1.Set Greutăți (ANSP, Laboratorul toxicologia experimentală cu vivariu)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (200 g, 10 g, 500 mg, 50 mg)	Greutate clasa F1 (categoria 2) pînă la 500 g pentru o unitate	
58.2.Set Greutăți cl . II (CSP Hâncești)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (1g,10g,50g)	Greutate clasa F1 (categoria 2) pînă la 500 g pentru o unitate	
58.3.Set Greutăți G-2-210 Nr.456 (CSP Chișinău)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (Conform greutăților nominale)	Greutate clasa F1 (categoria 2) pînă la 500 g pentru o unitate	
58.4.Set Greutăți tip Γ-2-210, nr. 420 anul 2015 (CSP Edineț)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (1g, 2g, 5g, 10g, 20g, 100g)	Greutate clasa F1 (categoria 2) pînă la 500 g pentru o unitate	
58.5.Set Greutăți cl . II E2 (ANSP, Deservire Utilaj)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu	Greutate clasa F1 (categoria 2) pînă la 500 g pentru o unitate	

				simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (1-500g)		
58.6.Set de greutăți Γ-2-210 Nr.392 (9 buc- 1 set) , 2006 (CSP Comrat)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (1g, 2g, 5g, 10g, 20g, 20g, 50g, 100g)	Greutate clasa F1 (categoria 2) până la 500 g pentru o unitate	
58.7.Set de greutate Γ-2-210, nr. 6424 (CSP Cahul)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (1g, 2g, 5g, 10g, 20g, 20g, 50g, 100g)	Greutate clasa F1 (categoria 2) până la 500 g pentru o unitate	
58.8.Set de greutăți Γ-41111,10 №10 a.1996 (10mg-500g; 9 buc1 set) (CSP Bălți)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (1g,5g,10g,50g,100g)	Greutate clasa M1 (categoria IV) , M2, M3 până la 500 g, pentru o unitate	
58.9.Set greutăți Γ-2-210 nr.1575 (1 set) (CSP Orhei)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (1g, 2g, 5g,10 g, 20g, 50 g ,100g.)	Greutate clasa F1 (categoria 2) până la 500 g, pentru o unitate	
58.10.Greutăți – TROEMNER, nr. 09599 Interval de măsurare: 20mg ÷100g Certificat de etalonare: nr. 6.3-330/2023 din 15.11.2023 (LICH)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (20mg ÷100g)	Greutate clasa F1 (categoria 2) până la 500 g, pentru o unitate	
Lot 59. Prelevator a probelor de aer						
59.1.Prelevator a probelor de aer AIS-2 s/nCY-230510097, 2023-05 (CSP Comrat)	-	-	-	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (100m³, 250m³, 500m³,1000m³)	-	
59.2.Prelevator a probelor de aer microbiologie Microbial air sampler Model AIS-2 Seria nr.CY -	-	-	-	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea	-	

230510098 (CSP Cahul)				lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (1 m³)		
Lot 60. Sterilizator cu aburi/ cu aer						
60.1.Sterilizator cu abur (Autoclav) Adela -3D. Nr de uzina 2020/01-034, Sumer,Turcia 2020 (CSP Hâncești)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (134±1 °C)	Incinte termostate (pt 2 puncte)	
60.2.Sterilizator cu aburi NUVE OT 100T. Nr de uzina 31450367, Turcia 2013 (CSP Hâncești)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (121±1 °C)	Incinte termostate (pt 2 puncte)	
60.3.Sterilizator cu aer POL EKO SLW 240 STD SW2SF140016 (CSP Cahul)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (180±2 grade)	Incinte termostate (pt 2 puncte)	
60.4.Sterilizator cu aer uscat CLW 240 STD. Nr de uzina SW 2 SF 130877,Polonia (CSP Hâncești)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (180±1 °C)	Incinte termostate (pt 2 puncte)	
60.5.Sterilizator cu aer uscat Venticell 222, nr 062402-222, Germania (CSP Chișinău)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (180±1 °C)	Incinte termostate (pt 2 puncte)	
60.6.Sterilizator SLW 240 STD Polonia Pol eco Aparatura Nr.SW2SF130876 (CSP Chișinău)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (180±1 °C)	Incinte termostate (pt 2 puncte)	

Lot 61. Termostat						
61.1.Termostat Frigider ICP 400 (CSP Căușeni)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (44 ± 0,5 grade C)	Incinte termostate (pt 2 puncte)	
61.2.Termostat cu apă 3IQ – 1125;nr.940 (CSP Căușeni)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (37 ± 1 grade C)	Incinte termostate (pt 2 puncte)	
61.3.Termostat .TC-80M-2,Nr5309, (CSP Ungheni)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (37,41,55±0,5°C)	Incinte termostate (pt 2 puncte) (2 intervale)	
61.4.Termostat cu aer uscat TCBJI -80. Nr de uzina 582,Rusia 2006 (CSP Hâncești)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (30±1 °C)	Incinte termostate (pt 2 puncte)	
61.5.Termostat cu aer uscat TCBJI -80. Nr de uzina 646,Rusia 2006 (CSP Hâncești)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (44,5±1 °C)	Incinte termostate (pt 2 puncte)	
61.6.Termostat cu răcire FC 111Friocel Germania Nr. C 112479 (CSP Chișinău)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (24±1 °C)	Incinte termostate (pt 2 puncte)	
61.7.Termostat cu răcire FC 111Friocel Germania Nr.C 112478 (CSP Chișinău)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare	Incinte termostate (pt 2 puncte)	

				(55±1 °C)		
61.8.Termostat cu răcire POL-EKO, producător POL-EKO-APARATURA sp.j Poland, model ST 2+, №S02CF130890, 2013 (CSP Comrat)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (25±1, 24±2, 22,5±2,5 grade)	Incinte termostate (pt 2 puncte) (2 intervale)	
61.9.Termostat cu sistem de răcire SMART ST 4C, nr. ST04200050 (Laboratorul Microbiologic)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (35±1)	Incinte termostate (pt 2 puncte)	
61.10.Termostat cu sistem de răcire SMART ST 4C, nr. ST04190111 (Laboratorul Microbiologic)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (36±1)	Incinte termostate (pt 2 puncte)	
61.11.Termostat cu sistem de racire ST 4 COMF, Nr. SO4BF171036 (Laboratorul Microbiologic)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (22±1, 55±1, 60±1)	Incinte termostate (pt 2 puncte) (2 intervale)	
61.12.Termostat cu sistem de racire ST 4C SMART, Nr. STO4200049 (Laboratorul Microbiologic)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (36±1)	Incinte termostate (pt 2 puncte)	
61.13.Termostat Esco, producător ESCO Group Singapore, model IFA-170-8, №2013-86497, 2013r. (CSP Comrat)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (36±2, 37±1 grade)	Incinte termostate (pt 2 puncte)	
61.14.Termostat IFA-170-8, ESCO izotherm, , nr2013-86504 Israel (CSP Chişinău)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare	Incinte termostate (pt 2 puncte)	

				(44±1 °C)		
61.15.Termostat IFA-170-8, ESCO izotherm, nr2013-86502, Israel (CSP Chișinău)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (41,5±1 °C)	Incinte termostate (pt 2 puncte)	
61.16.Termostat IFA-170-8,nr.86501, a.2013, 55°C (CSP Bălți)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (42°C±1,0°C;)	Incinte termostate (pt 2 puncte)	
61.17.Termostat Incucell V 404 CehiaNr. B 062404 (CSP Chișinău)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (30±1 °C)	Incinte termostate (pt 2 puncte)	
61.18.Termostat Incucell V 404 BTM Nr. 062403 Cehia (CSP Chișinău)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (36±2 °C)	Incinte termostate (pt 2 puncte)	
61.19.Termostat refrigerent XT-3/70-2; Nr. 415 Rusia (CSP Chișinău)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (24±1°C)	Incinte termostate (pt 2 puncte)	
61.20.Termostat ST 2+. Nr de SO2CF. Nr de uzina 130884. Pol-Eko-Aparatura (CSP Hâncești)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (24±1 °C)	Incinte termostate (pt 2 puncte)	
61.21.Termostat ST 2+. Nr de SO2CF. Nr de uzina 130887. Pol-Eko-Aparatura (CSP Hâncești)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare	Incinte termostate (pt 2 puncte)	

				(37±1 °C)		
61.22.Termostat ST2+ Nr.ST2CF 130885, POL ECO , Polonia (CSP Chișinău)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (36±1 °C)	Incinte termostate (pt 2 puncte)	
61.23.Termostat ST2+,nr.SO2CF 130881 a.2013, 70°C (CSP Bălți)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (36°C±1,0°C;42°C±1,0°C;)	Incinte termostate (pt 2 puncte)	
61.24.Termostat TC – 80, M 2 nr. 8313 (CSP Căușeni)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (30 ± 1; 32,5 ± 2,5; grade C)	Incinte termostate (pt 2 puncte)	
61.25.Termostat TC – 80, nr. 18 (CSP Căușeni)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (41 ± 0,5 grade C)	Incinte termostate (pt 2 puncte)	
61.26.Termostat TC-80,nr.6535, a.1978, 55°C (CSP Bălți)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (36°C±1,0°C;)	Incinte termostate (pt 2 puncte)	
61.27.Termostat TC-80M, model TC-80M, №4842 1982r. (CSP Comrat)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (30±1, 32,5±2,5, 41,5±1, 44±0,5 grade)	Incinte termostate (pt 2 puncte) (2 intervale)	
61.28.Termostat TC-80M, model TC-80M, №4956, 1982r. (CSP Comrat)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare	Incinte termostate (pt 2 puncte) (2 intervale)	

				(41±0,5, 41,5±1, 44±0,5 grade)		
61.29.Termostat,ST2+ N SO2CF130877 (CSP Soroca)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (37,41,55±0,5°C)	Incinte termostate (pt 2 puncte) (2 intervale)	
Lot 62. Termometru						
62.1.Termometre cu lichid TJI-3 1 buc si SP83 2buc > 0,2 °C (CSP Căușeni)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (30; 45; 130; 180 ±1; 650±5 grade C)	Termometru din sticlă cu lichid cu valoarea diviziunii > 0,1 °C (pt 5 puncte)	
62.2.Termometre maximal (mercur) TII-7 1984 0 ⁰ - +150 ⁰ preț diviziune 1 ⁰ nr. 199 > 0,2 °C (CSP Cahul)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (121±2 grade)	Termometru din sticlă cu lichid cu valoarea diviziunii > 0,1 °C (pt 5 puncte)	
62.3.Termometru cu mercur cu contact electric nr. 40 > 0,2 °C (CSP Orhei)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (110,0 C)	Termometru din sticlă cu lichid cu valoarea diviziunii > 0,1 °C (pt 5 puncte)	
62.4.Termometru cu mercur TJI-2 > 0,2 °C (CSP Orhei)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (22,0 C,36,0 C)	Termometru din sticlă cu lichid cu valoarea diviziunii > 0,1 °C (pt 5 puncte)	
62.5.Termometru cu lichid nr.605 > 0,2 °C (CSP Chișinău)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (20°C)	Termometru din sticlă cu lichid cu valoarea diviziunii > 0,1 °C (pt 5 puncte)	
62.6.Termometru cu lichid nr130 > 0,2 °C (CSP Chișinău)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu	Termometru din sticlă cu lichid cu valoarea diviziunii > 0,1 °C (pt 5	

				simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (103°C și 150 °C)	puncte)	
62.7.Termometru cu lichid nr145 > 0,2 °C (CSP Chișinău)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (40°C)	Termometru din sticlă cu lichid cu valoarea diviziunii > 0,1 °C (pt 5 puncte)	
62.8.Termometru cu lichid nr254 > 0,2 °C (CSP Chișinău)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (103°C și 150 °C)	Termometru din sticlă cu lichid cu valoarea diviziunii > 0,1 °C (pt 5 puncte)	
62.9.Termometru cu lichid nr506 > 0,2 °C (CSP Chișinău)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (60°C și 70 °C)	Termometru din sticlă cu lichid cu valoarea diviziunii > 0,1 °C (pt 5 puncte)	
62.10.Termometru cu lichid nr78-30, > 0,2 °C (CSP Chișinău)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (103°C și 150 °C)	Termometru din sticlă cu lichid cu valoarea diviziunii > 0,1 °C (pt 5 puncte)	
62.11.Termometru cu lichid nr801TJI-2 > 0,2 °C (CSP Chișinău)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (80°C și 85 °C)	Termometru din sticlă cu lichid cu valoarea diviziunii > 0,1 °C (pt 5 puncte)	
62.12.Termometru cu lichid FOCT 2045-71 CII-64; 2-1980 > 0,2 °C (CSP Ungheni)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (30,37,41 grade)	Termometru din sticlă cu lichid cu valoarea diviziunii > 0,1 °C (pt 5 puncte)	
62.13.Termometru cu lichid FOCT 2045-71 CII-64;4-1980 > 0,2 °C (CSP Ungheni)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus	Termometru din sticlă cu lichid cu valoarea diviziunii > 0,1 °C (pt 5 puncte)	

				se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (30,37,41 grade)		
62.14.Termometru cu lichid ГОСТ 215-73ТЛ-4;4-1978 > 0,2 °C (CSP Ungheni)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (22,30,36 grade)	Termometru din sticlă cu lichid cu valoarea diviziunii < 0,1 °C (pt 5 puncte)	
62.15.Termometru cu lichid ТТЖ-М исп.1Nr.45760 > 0,2 °C (CSP Ungheni)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (37,42,55 grade)	Termometru din sticlă cu lichid cu valoarea diviziunii > 0,1 °C (pt 5 puncte)	
62.16.Termometru cu lichid ТУ 25-2021.003-88ТЛ-4;1991 > 0,2 °C (CSP Ungheni)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (24,30,37,44 grade)	Termometru din sticlă cu lichid cu valoarea diviziunii > 0,1 °C (pt 5 puncte)	
62.17.Termometru digital > 0,2 °C (CSP Orhei)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (22,0 C,36,0 C, 41,5 C, 44,0 C)	Termometru digital (pt 3 puncte)	
62.18.Termometru digital > 0,2 °C (CSP Orhei)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (22,0 C, 30,0 C,36,0 C, 41,5 C, 44,0 C)	Termometru digital (pt 3 puncte)	
62.19.Termometru digital Data logger de temperatura, WiFi, model WS1P, nr. HG3EG647WS1P (LMS)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (32,5 grade, 37 grade , 41,5 grade)	Termometru digital (pt 3 puncte)	
62.20.Termometru digital Data logger de temperatura, WiFi, model WS1P, nr. SB81H74TWS1P (LMS)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare	Termometru digital (pt 3 puncte)	

				(24 grade, 30 grade, 44 grade)		
62.21.Termometru din sticlă cu lichid Nr 613 > 0,2 °C (CSP Chișinău)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (la 121,0 132,0 și 130,0 °C)	Termometru din sticlă cu lichid cu valoarea diviziunii > 0,1 °C (pt 5 puncte)	
62.22.Termometru din sticlă cu lichid Nr 61517 > 0,2 °C (CSP Chișinău)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (la 24,0 30,0 37,0 41,5 44,0 °C)	Termometru din sticlă cu lichid cu valoarea diviziunii > 0,1 °C (pt 5 puncte)	
62.23.Termometru din sticlă cu lichid Nr 80639 > 0,2 °C (CSP Chișinău)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (24 °C 37 și 55 °C)	Termometru din sticlă cu lichid cu valoarea diviziunii > 0,1 °C (pt 5 puncte)	
62.24.Termometru din sticlă cu lichid Nr 94094 > 0,2 °C (CSP Chișinău)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (12 la 24,0 30,0 36,0 41,5 44,0 °C)	Termometru din sticlă cu lichid cu valoarea diviziunii > 0,1 °C (pt 5 puncte)	
62.25.Termometru din sticlă cu lichid Nr 94892 > 0,2 °C (CSP Chișinău)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (la 34,0 ; 30,0 37,0 41,5 44,0 °C)	Termometru din sticlă cu lichid cu valoarea diviziunii > 0,1 °C (pt 5 puncte)	
62.26.Termometru din sticlă cu lichid Nr 00695 > 0,2 °C (CSP Chișinău)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (la 24°C, 30°C, 37°C, 41,5°C 44°C)	Termometru din sticlă cu lichid cu valoarea diviziunii > 0,1 °C (pt 5 puncte)	
62.27.Termometru din sticlă cu lichid Nr 01427 > 0,2 °C (CSP Chișinău)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare	Termometru din sticlă cu lichid cu valoarea diviziunii > 0,1 °C (pt 5 puncte)	

				(la 121,0 130,0 132,0 și 180,0 °C)		
62.28.Termometru din sticlă cu lichid Nr 06426 > 0,2 °C (CSP Chișinău)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (30 °C; 37 °C)	Termometru din sticlă cu lichid cu valoarea diviziunii > 0,1 °C (pt 5 puncte)	
62.29.Termometru din sticlă cu lichid Nr 10834 > 0,2 °C (CSP Chișinău)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (la 37 °C 44 °C 55 °C)	Termometru din sticlă cu lichid cu valoarea diviziunii > 0,1 °C (pt 5 puncte)	
62.30.Termometru din sticlă cu lichid Nr 11998 > 0,2 °C (CSP Chișinău)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (36 °C 41,5 °C 44 °C)	Termometru din sticlă cu lichid cu valoarea diviziunii > 0,1 °C (pt 5 puncte)	
62.31.Termometru din sticlă cu lichid Nr 1391 > 0,2 °C (CSP Chișinău)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (180 °C)	Termometru din sticlă cu lichid cu valoarea diviziunii > 0,1 °C (pt 5 puncte)	
62.32.Termometru din sticlă cu lichid Nr 19324 > 0,2 °C (CSP Chișinău)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (la 24, 30 și 37 gr)	Termometru din sticlă cu lichid cu valoarea diviziunii > 0,1 °C (pt 5 puncte)	
62.33.Termometru din sticlă cu lichid Nr 20 > 0,2 °C (CSP Chișinău)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (37 °C)	Termometru din sticlă cu lichid cu valoarea diviziunii > 0,1 °C (pt 5 puncte)	
62.34.Termometru din sticlă cu lichid Nr 291 > 0,2 °C (CSP Chișinău)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare	Termometru din sticlă cu lichid cu valoarea diviziunii > 0,1 °C (pt 5 puncte)	

				(180°C)		
62.35.Termometru din sticlă cu lichid Nr 60599 > 0,2 °C (CSP Chișinău)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (la 41,5 , și 44,0 °C)	Termometru din sticlă cu lichid cu valoarea diviziunii > 0,1 °C (pt 5 puncte)	
62.36.Termometru din sticlă cu lichid Nr 607 > 0,2 °C (CSP Chișinău)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (la 121,0 132,0 și 130,0 °C)	Termometru din sticlă cu lichid cu valoarea diviziunii > 0,1 °C (pt 5 puncte)	
62.37.Termometru din sticlă cu lichid Nr 61440 > 0,2 °C (CSP Chișinău)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (la 24,0 30,0 37,0 41,5 44,0 °C)	Termometru din sticlă cu lichid cu valoarea diviziunii > 0,1 °C (pt 5 puncte)	
62.38.Termometru din sticlă cu lichid Nr 696 > 0,2 °C (CSP Chișinău)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (132 °C)	Termometru din sticlă cu lichid cu valoarea diviziunii > 0,1 °C (pt 5 puncte)	
62.39.Termometru din sticlă cu lichid Nr 78845 > 0,2 °C (CSP Chișinău)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (24°C)	Termometru din sticlă cu lichid cu valoarea diviziunii > 0,1 °C (pt 5 puncte)	
62.40.Termometru din sticlă cu lichid Nr 80186 > 0,2 °C (CSP Chișinău)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (la 41,5 , și 44,0 °C)	Termometru din sticlă cu lichid cu valoarea diviziunii > 0,1 °C (pt 5 puncte)	
62.41.Termometru din sticlă cu lichid Nr 94040 > 0,2 °C (CSP Chișinău)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare	Termometru din sticlă cu lichid cu valoarea diviziunii > 0,1 °C (pt 5 puncte)	

				(la 24,0 30,0 37,0 41,5 și 44,0 °C)		
62.42.Termometru din sticlă cu lichid Nr. 60634 > 0,2 °C (CSP Chișinău)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (41,5°C, 55 °C)	Termometru din sticlă cu lichid cu valoarea diviziunii > 0,1 °C (pt 5 puncte)	
62.43.Termometru din sticlă cu lichid Nr19148 > 0,2 °C (CSP Chișinău)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (la 30°C și 37°C)	Termometru din sticlă cu lichid cu valoarea diviziunii > 0,1 °C (pt 5 puncte)	
62.44.Termometru din sticlă cu lichid Nr60634 > 0,2 °C (CSP Chișinău)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (la 37 ; 41,5 și 55°C)	Termometru din sticlă cu lichid cu valoarea diviziunii > 0,1 °C (pt 5 puncte)	
62.45.Termometru din sticlă cu lichid TC –7-M.1., «-30 ⁰ - +50 ⁰ « preț diviziune 1 ⁰ , N 38380 > 0,2 °C (CSP Cahul)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (5±3 grade)	Termometru din sticlă cu lichid cu valoarea diviziunii > 0,1 °C (pt 5 puncte)	
62.46.Termometru din sticlă cu lichid TC –7-M.1., «-30 ⁰ - +50 ⁰ « preț diviziune 1 ⁰ , N 78490 > 0,2 °C (CSP Cahul)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (37±1 grade)	Termometru din sticlă cu lichid cu valoarea diviziunii > 0,1 °C (pt 5 puncte)	
62.47.Termometru din sticla cu lichid (cu mercur) TJI C-4 № 00706 (±0,3°C) > 0,2 °C (CSP Comrat)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (35°C,36°C,37°C,41°C,41,5°C,44°C)	Termometru din sticlă cu lichid cu valoarea diviziunii > 0,1 °C (pt 5 puncte)	
62.48.Termometru din sticla cu lichid (cu mercur) maximal CII-82M №165, ±1°C > 0,2 °C (CSP Comrat)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare	Termometru din sticlă cu lichid cu valoarea diviziunii > 0,1 °C (pt 5 puncte)	

				(105°C, 130°C, 150°C)		
62.49.Termometru din sticla cu lichid (cu mercur) maximal CII-83M №00669, 00155; $\pm 1^{\circ}\text{C}$ $> 0,2^{\circ}\text{C}$ (CSP Comrat)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (la 121,0 130,0 132,0 și 180,0 °C)	Termometru din sticlă cu lichid cu valoarea diviziunii $> 0,1^{\circ}\text{C}$ (pt 5 puncte)	
62.50.Termometru din sticla cu lichid (cu mercur) maximal CII-83M №01920, $\pm 1^{\circ}\text{C}$ $> 0,2^{\circ}\text{C}$ (CSP Comrat)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (105°C, 150°C, 180°C)	Termometru din sticlă cu lichid cu valoarea diviziunii $> 0,1^{\circ}\text{C}$ (pt 5 puncte)	
62.51.Termometru din sticla cu lichid (cu mercur) TJI C-6 № 00431 ($\pm 0,5^{\circ}\text{C}$) $> 0,2^{\circ}\text{C}$ (CSP Comrat)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (25°C, 24°C, 22,5°C)	Termometru din sticlă cu lichid cu valoarea diviziunii $> 0,1^{\circ}\text{C}$ (pt 5 puncte)	
62.52.Termometru din sticla cu lichid (cu mercur) TJI C-6 № 00436 ($\pm 0,5^{\circ}\text{C}$) $> 0,2^{\circ}\text{C}$ (CSP Comrat)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (35°C, 36°C, 37°C)	Termometru din sticlă cu lichid cu valoarea diviziunii $> 0,1^{\circ}\text{C}$ (pt 5 puncte)	
62.53.Termometru din sticla cu lichid (cu mercur) TJI-7, №594, ($\pm 0,3^{\circ}\text{C}$) $> 0,2^{\circ}\text{C}$ (CSP Comrat)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (35°C, 36°C, 37°C)	Termometru din sticlă cu lichid cu valoarea diviziunii $> 0,1^{\circ}\text{C}$ (pt 5 puncte)	
62.54.Termometru din sticla cu lichid (cu mercur) TJI-7, №918, ($\pm 0,3^{\circ}\text{C}$) $> 0,2^{\circ}\text{C}$ (CSP Comrat)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (25°C, 24°C, 22,5°C)	Termometru din sticlă cu lichid cu valoarea diviziunii $> 0,1^{\circ}\text{C}$ (pt 5 puncte)	
62.55.Termometru din sticlă cu lichid (mercur) TV –25-2021.010-89 TTM «-0 ⁰ - +200 ⁰ « preț diviziune 1 ⁰ nr. 38 $> 0,2^{\circ}\text{C}$ (CSP Cahul)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare	Termometru din sticlă cu lichid cu valoarea diviziunii $< 0,1^{\circ}\text{C}$ (pt 5 puncte)	

				(180±2 grade)		
62.56.Termometru din sticlă cu lichid (mercur) ТЛ 5 0 ⁰ –100 ⁰ preț diviziune 1,0 nr.561 Russia > 0,2 °C (CSP Cahul)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare	Termometru din sticlă cu lichid cu valoarea diviziunii < 0,1 °C (pt 5 puncte)	
62.57.Termometru din sticlă cu lichid (керосин roșu) cu vârful lung ТТЖ – М Ucraina «-50 ⁰ - +50 ⁰ preț diviziune 0,5 ⁰ nr. 58244 > 0,2 °C (CSP Cahul)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (41±0,5 grade)	Termometru din sticlă cu lichid cu valoarea diviziunii > 0,1 °C (pt 5 puncte)	
62.58.Termometru din sticlă cu lichid Nr.78845 diap. 1 grad > 0,2 °C (CSP Chișinău)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (24°C și 55°C)	Termometru din sticlă cu lichid cu valoarea diviziunii > 0,1 °C (pt 5 puncte)	
62.59.Termometru din sticlă cu lichid pentru frigider > 0,2 °C (CSP Chișinău)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (5± 1 °C)	Termometru din sticlă cu lichid cu valoarea diviziunii > 0,1 °C (pt 5 puncte)	
62.60.Termometru din sticlă cu lichid TC-7-M1, nr.26212 > 0,2 °C (CSP Bălți)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (100°C÷1,0°C;121°C÷1,0°C;134°C÷1,0°C)	Termometru din sticlă cu lichid cu valoarea diviziunii > 0,1 °C (pt 5 puncte)	
62.61.Termometru din sticlă cu lichid ТЛ-2 М (mercur) 0 ⁰ – 150 ⁰ preț diviziune 1 ⁰ nr.109 > 0,2 °C (CSP Cahul)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (44±0,5 grade)	Termometru din sticlă cu lichid cu valoarea diviziunii > 0,1 °C (pt 5 puncte)	
62.62.Termometru din sticla cu lichid ТЛ-19, nr. 186 (interval de etalonare 20,0+0,2 °C) > 0,1 °C (CSP Cahul)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare	Termometru din sticlă cu lichid cu valoarea diviziunii < 0,1 °C (pt 5 puncte)	

				(20,0±0,2 °C)		
62.63.Termometru din sticla cu lichid TJI-2M, nr. 194 (interval de etalonare 130±2 °C) > 0,2 °C (CSP Cahul)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (130±2 °C)	Termometru din sticlă cu lichid cu valoarea diviziunii < 0,1 °C (pt 5 puncte)	
62.64.Termometru din sticla cu lichid TJI-3, nr. 420 (temperatura de etalonare 180°C, 450 °C) > 0,2 °C (CSP Cahul)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (180°C, 450 °C)	Termometru din sticlă cu lichid cu valoarea diviziunii > 0,1 °C (pt 5 puncte)	
62.65.Termometru din sticla cu lichid TJI-4, nr. 1159 (temperatura de etalonare 19,8°C, 19,9°C, 20,0°C, 20,1°C, 20,2°C) (interval de etalonare 20,0±0,2 °C) > 0,2 °C (CSP Cahul)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (19,8°C, 19,9°C, 20,0°C, 20,1°C, 20,2°C)	Termometru din sticlă cu lichid cu valoarea diviziunii > 0,1 °C (pt 5 puncte)	
62.66.Termometru din sticlă cu lichid 2-1970 00 - +200 ⁰ preț diviziune 2 ⁰ nr. 125 > 0,2 °C (CSP Cahul)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (180±2 grade)	Termometru din sticlă cu lichid cu valoarea diviziunii > 0,1 °C (pt 5 puncte)	
62.67.Termometru din sticlă cu lichid TJI-2 (mercur), 0 ⁰ – 100 ⁰ , preț diviziune 1 ⁰ nr.157 > 0,2 °C (CSP Cahul)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (36±2,grade)	Termometru din sticlă cu lichid cu valoarea diviziunii > 0,1 °C (pt 5 puncte)	
62.68.Termometru din sticlă cu lichid, tip imersie parțială, nr.253/63-2 (±0,2°C) > 0,1 °C (CSP Comrat)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (30°C,32,5°C,41,5°C,44°C)	Termometru din sticlă cu lichid cu valoarea diviziunii > 0,1 °C (pt 5 puncte)	
62.69.Termometru din sticlă cu lichid, CII-82nr.193,186,a.1987,cu valoarea diviziunii 1,0°C > 0,2 °C (CSP Bălți)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare	Termometru din sticlă cu lichid cu valoarea diviziunii > 0,1 °C (pt 5 puncte)	

				(121°C÷1,0°C; 134°C÷1,0°C)		
62.70.Termometru din sticlă cu lichid, TJI-2 cu valoarea diviziunii 1,0 °C > 0,2 °C (CSP Bălți)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (100°C÷1,0°C;121°C÷1,0°C;200°C÷1,0°C;360°C÷1,0°C)	Termometru din sticlă cu lichid cu valoarea diviziunii > 0,1 °C (pt 5 puncte)	
62.71.Termometru din sticlă cu lichid, TJI-2 cu valoarea diviziunii 1,0 °C,a.1988 > 0,2 °C (CSP Bălți)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (100°C÷1,0°C;121°C÷1,0°C;134°C÷1,0°C)	Termometru din sticlă cu lichid cu valoarea diviziunii > 0,1 °C (pt 5 puncte)	
62.72.Termometru din sticlă cu lichid, TT cu valoarea diviziunii 0,2 (0°C ÷ 200°C) > 0,2 °C (CSP Bălți)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (100°C÷1,0°C; 121°C÷1,0°C; 123°C÷1,0°C; 134°C÷1,0°C)	Termometru din sticlă cu lichid cu valoarea diviziunii > 0,1 °C (pt 5 puncte)	
62.73.Termometru din sticlă cu lichid,TJI-19 cu valoarea diviziunii 0,1 °C, a.1990 > 0,2 °C (CSP Bălți)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (10°C÷0,2°C)	Termometru din sticlă cu lichid cu valoarea diviziunii < 0,1 °C (pt 5 puncte)	
62.74.Termometru din sticlă CII-82 N 138 > 0,2 °C (CSP Soroca)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (14,20,25°C)	Termometru din sticlă cu lichid cu valoarea diviziunii > 0,1 °C (pt 5 puncte)	
62.75.Termometru din sticlă,TJI-2,N 177-11 > 0,2 °C (CSP Soroca)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (36°C)	Termometru din sticlă cu lichid cu valoarea diviziunii > 0,1 °C (pt 5 puncte)	
62.76.Termometru din stilă cu lichid (imersie parțială) Nr. 0156695 0°C ÷ 150°C > 0,2 °C (CSP Comrat)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare	Termometru din sticlă cu lichid cu valoarea diviziunii > 0,1 °C (pt 5 puncte)	

				(20,0°C, 40,0°C, 100°C)		
62.77.Termometru din sticlă cu lichid TJI-13 Nr.26 0°C ÷ 500°C > 0,2 °C (CSP Comrat)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (150°C, 300°C, 500°C)	Termometru din sticlă cu lichid cu valoarea diviziunii < 0,1 °C (pt 5 puncte)	
62.78.Termometru p/u congelator/frigider , nr. SN483348, a. 2023 > 0,2 °C (LMS)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (plus 5±3 grade, minus 25±5 grade,)	Termometru din sticlă cu lichid cu valoarea diviziunii > 0,1 °C (pt 5 puncte)	
62.79.Termometru p/u congelator/frigider , nr. SN483349, a. 2023 > 0,2 °C (LMS)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (plus 5±3 grade, minus 25±5 grade,)	Termometru din sticlă cu lichid cu valoarea diviziunii > 0,1 °C (pt 5 puncte)	
62.80.Termometru p/u congelator/frigider , nr. SN483350, a. 2023 > 0,2 °C (LMS)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (plus 5±3 grade, minus 25±5 grade,)	Termometru din sticlă cu lichid cu valoarea diviziunii > 0,1 °C (pt 5 puncte)	
62.81.Termometru p/u congelator/frigider , nr. SN483351, a. 2023 > 0,2 °C (LMS)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (plus 5±3 grade, minus 25±5 grade,)	Termometru din sticlă cu lichid cu valoarea diviziunii > 0,1 °C (pt 5 puncte)	
62.82.Termometru pentru frigider nr. SN483328 ”-40 ⁰ -+30 ⁰ ” > 0,2 °C (CSP Cahul)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (36±2,)	Termometru din sticlă cu lichid cu valoarea diviziunii > 0,1 °C (pt 5 puncte)	
62.83.Termometru din sticlă cu lichid – TTЖ-M, nr.47582 Interval de măsurare: (0÷100)°C> 0,2 °C Certificat de etalonare: nr.6.2-720/2022 din 27.12.2022	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare	Termometru din sticlă cu lichid cu valoarea diviziunii > 0,1 °C (pt 5 puncte)	

(LICH)				(30°C, 50°C, 100°C)		
62.84.Termometru – 0-500 °C> 0,2 °C (LICH)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (100°C, 150°C, 300°C, 500°C)	Termometru din sticlă cu lichid cu valoarea diviziunii > 0,1 °C (pt 5 puncte)	
62.85.INDOOR OUTDOOR THERMOMETER WITH HYQROMETER CLOK,TA298. (CSP Ungheni)	Etalonare	MDA	CMAC	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (30 grade, 37 grade , 41 grade)	Termometru digital (pt 3 puncte)	
62.86.LogTag Temperature Recorder model UTREL 30-16 nr.A0AC001238MH (CSP Cahul)	-	-	-	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (5±3)	-	
Lot 63. Termohigrometru						
63.1.Termohigrometru (logtag) tip UTREL 30-16, s/n A0AC001226TT (CSP Comrat)	-	-	-	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (30,36,40±0,5°)	-	
63.2.Termohigrometru digital tip WS 1 Pro nr. QFB7M615WS1P, anul 2023 (CSP Edinet)	-	-	-	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (30,36,40±0,5°)	-	
63.3.Termohigrometru digital tip WS1 Pro nr F59520BAWS1P (ANSP Lab. Virusologic)	-	-	-	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (70±)	-	
63.4.Termohigrometru digital tip WS1 Pro nr X63QDTAXWS1P (ANSP Lab. Virusologic)	-	-	-	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu	-	

				simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (70±)		
63.5.Termohigrometru digital tip WS1 Pro Nr. T91746V4WS1P (CSP Comrat)	-	-	-	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (30,36,41±0,2°C)	-	
63.6.Termohigrometru digital tip WSI Pro nr X99GNVP2WS1P (CSP Soroca)	-	-	-	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (30,36,41±0,2°C)	-	
63.7.Termohigrometru digital tip. EM5,nr.11030044282,2017 (CSP Soroca)	-	-	-	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (30,36,41±0,2°C)	-	
63.8.Termohigrometru model UTREL 30-16 (CSP Soroca)	-	-	-	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (30,36,40±0,5°C)	-	
63.9.UBIBOT Data logger Termohigrometru digital tit WS 1 Pro nr.HG3EG647WS1P (CSP Cahul)	-	-	-	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare ("-80°")	-	
Lot 64. Meteoscop						
64.1.Indicator de temperatură și umiditate-Meteoscop-M,N 101613,2014 (CSP Soroca)	-	-	-	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (T-ra 10,25,40°C;Umiditatea relativă 50,60,85%;Presiunea 80,85,90,95,100,110kPa)	-	

64.2.Masurator ai parametr. microcl. Meteoscop (CSP Căușeni)	-	-	-	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (18 ±0.5; 30±0,5 grade C)	-	
64.3.METEOСКОП M, aparat de măsurarea a parametrilor meoclimatici (temperatura, umeditatea, viteza curenților de aer, temperatura iradiantă, nr. De uzină100813, produs în Russia, НТМ-Защита (CSP Cahul)	-	-	-	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (25°C; 80,0kPa, 85,0kpa, 90,0kPa, 95kPa, 100,0kPa, 102,00kPa, 104,0kPa, 106,0kPa)	-	
64.4.Aparat p/u măsurare parametrilor microclimei tip METEOСКОП-M Nr. 102813, 2013 (CSP Comrat)	-	-	-	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (25°C; 80,0kPa, 85,0kpa, 90,0kPa, 95kPa, 100,0kPa, 102,00kPa, 104,0kPa, 106,0kPa)	-	
Lot 65. Aparat pentru recoltarea aerului						
65.1.Aparat p/u colectarea probe de aer SAS ISO SAS Super ISO 100 s/n 13-03-2498, 2013 (CSP Comrat)	-	-	-	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (100m³, 250m³, 500m³,1000m³)	-	
65.2.Aparat p/u colectarea probe de aer SAS ISO SAS Super ISO 100 s/n 1804-4068, 2018 (CSP Comrat)	-	-	-	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (100m³, 200m³, 500m³,1000m³)	-	
65.3.Aparat pentru recoltarea aerului N.13-03-2486 SAS Super (CSP Soroca)	-	-	-	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare	-	
65.4.Aparat pentru recoltarea aerului N18-04-4067 SAS Super (CSP Soroca)	-	-	-	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus	-	

				se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (250,500,1000m3)		
Lot 66. Diluator gravimetric DiluFlow Elite, nr. 503101S00351, a. 2019 (LMS)	-	-	-	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (10 g., 25 g./ 90 ml, 225 ml)	-	
Lot 67. Luxmetru digital tip. EM5,nr.11030044282,2017 (CSP Soroca)	-	-	-	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare	-	
Lot 68. Spectrofotometru UV VIS, SPECORD 200 PLUS, nr 223E1551 (CSP Chișinău)	-	-	-	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare (425nm, 530 nm, 670 nm)	-	
Lot 69. Dozimetru "Radiameter FH 4006- L 10 030435 Zeich, nr. uzină 42540/08 cu microfon α, β, γ F.- 11051, Z.- 42540/34, producător Termo Fisher, Germania"	-	-	-	Serviciile să fie prestate de entitatea desemnată pentru efectuarea serviciilor de etalonare (după efectuarea lucrărilor să fie prezentate certificatul de etalonare cu simbolul MOLDAC). Prestarea serviciilor indicate mai sus se efectuează în termen de 30 zile lucrătoare	-	

Semnat: _____

Numele, Prenumele: **Dorin ȘERBAN**

În calitate de: **Vice Administrator**

Ofertantul: **Î.S. "Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare"**

Adresa: **mun. Chișinău, str. E. Coca, 28**