

SPECIFICAȚII TEHNICE (F4.1)

Numărul licitației: 21006790	Data: 15.04.2019	Alternativa nr.
Denumirea licitației: Reactivi de laborator și consumabile (Histologie medico-legală)	Lot: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 15	Pagina 1 din 1

Nr. d/o	Codul CPV	Denumirea mărfii	Mode-lul articolei	Țara de origine	Produce-torul	Canti-tatea	Specificarea tehnică deplină solicitată	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant [se va completa rînd cu rînd alături de cerințele din coloana6]	Standard
1	1	2	3	4	5	7	6	7	8
		Bunuri/Service							
1	33696500-0	Casete histologice Mega	07-7300	Italia	Bio-Optica	6000	Dim. 40x25x10mm Material: plastic		ISO, CE
2	33696500-0	Mediu Histologic de montare a secțiunilor pe lama	05-BMHM508	Italia	Bio-Optica	6	Montarea secțiunilor pe lamă		ISO, CE
3	33696500-0	Lame pentru microtom profil low	14035838925	Germania	Leica Biosystems	500	Pentru țesuturi dure și mostre dificile Potrivit pentru secționarea de rutină și panglică Compresie scăzută Durată de viață mai lungă Timp scurt de tăiere Tăiere specială finisată Material: oțel inoxidabil Lungime: 80 mm Înălțime: 8 mm Unghiul lamei: 35 ° Dispenser (cutie): cite 50 buc.		ISO, CE
4	33696500-0	Lame	09-OMB95	Italia	Bio-Optica	10000	fabricate din sticla sodica clasa hidrolitica dimensiuni: 76 x 26 mm, grosime: 1.1 mm lama cu margine mata de 20 mm (la un capăt, pe ambele parti) cu cap rotat la 45° pre-curatate gata de utilizare autoclavabile in cutii de 50 de bucati		ISO, CE
5	33696500-0	Lamele	09-2060	Italia	Bio-Optica	15000	transparente și achromatic - practic fără culoare, fără deformări Omogenitate optică ridicată - practic fără incluziuni, dungi, bule etc. Transmisie spectrală înaltă Planaritate bună Stabilitate chimică foarte bună Indicele de refracție ajustat pentru microscopie Fabricate din sticlă borosilicată Destinate pentru aparate de acoperire automatizată Dim. 24mmx60mm, nr.1		ISO, CE
6	33696500-0	Colorant Eozina	05-10002/L	Italia	Bio-Optica	5	Solutie apoasă		ISO, CE
7	33696500-0	Colorant Hematoxilina	05-06004E	Italia	Bio-Optica	5	Solutie apoasă		ISO, CE
12	33696500-0	Parafină pentru procesare histologică	08-7915	Italia	Bio-Optica	50	omogenizată pentru procesare a blocurilor histologice cu temperatura de topire 52-54 grade		ISO, CE
13	33696500-0	Parafină pentru impregnare blocuri histologice	08-7910/20	Italia	Bio-Optica	50	Omogenizată pentru procesare a blocurilor histologice cu temperatura de topire 56-58 grade		ISO, CE
15	33696500-0	Xilenă	06-1304Q	Italia	Bio-Optica	100	Xilena purificată pentru histologie		ISO, CE
		Total							

Semnat: _____ Numele, prenumele: Sergiu RATA În calitate de: Director General
Ofertantul: S.C. Imunotchnomed S.R.L. Adresa: Str. Gheorghe Asachi 42, MD-2028, Chisinau, Moldova