



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

Anexa nr. 22
la Documentatia standard nr. 115
din 15 Septembrie 2021

Specificatii tehnice

Numarul procedurii de achizitie: 21271806 MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1724422723102 din 24.09.2024
Obiectul de achizitie: Dispozitive medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (lista suplimentară 19)

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine Producător	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
Lot 21					
Autoclav 21-25 L, cu vacuum, clasa B (270110)	Phoenix Blu LED Print 24L	Guarisco Medical Sterilizer S.r.l. Italia	Autoclav 21-25L, cu vacuum, clasa B Cod 270110 Descriere Sterilizatoare cu aburi clasa B utilizează aburi sub presiune care generează căldură umedă ce ajuta la eliminarea microbilor viabili din dispozitive medicale nontermicsensibile, inclusiv produse tolerante la căldură folosite pentru îngrijirea pacientului cu scopuri chirurgicale și generale. Construcția interioară este din oțel inoxidabil. Parametrul Specificația Clasa autoclavului Clasa B Construcția interioară camera de sterilizare din oțel inox Exterior metalic galvanizat sau oțel inox sau alt material rezistent la coroziuni Securitate la supraîncălzire obligatoriu Securitate la suprapresiune obligatoriu Alarmer acustică vizuală Durata sterilizării reglabilă obligatoriu	Autoclav 21-25L, cu vacuum, clasa B Cod 270110 Descriere Sterilizatoare cu aburi clasa B utilizează aburi sub presiune care generează căldură umedă ce ajuta la eliminarea microbilor viabili din dispozitive medicale nontermicsensibile, inclusiv produse tolerante la căldură folosite pentru îngrijirea pacientului cu scopuri chirurgicale și generale. Construcția interioară este din oțel inoxidabil. – DA Parametrul Specificația Clasa autoclavului Clasa B – DA Construcția interioară camera de sterilizare din oțel inox – DA Exterior metalic galvanizat sau oțel inox sau alt material rezistent la coroziuni – DA Securitate la supraîncălzire obligatoriu – DA Securitate la suprapresiune obligatoriu – DA	DM000614459

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN000000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
 Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

		Control Microprocesor Sistem de blocare a uşii autoclavului care împiedică pornirea ciclului dacă este uşa deschisă obligatoriu Uşa rămâne blocată pana la finisarea procesului de sterilizare obligatoriu Suprafata exterioara să nu se încălzească Setarea de catre utilizator a modului de lucru dorit obligatoriu Imprimanta obligatoriu Afişaj alfanumeric Ciclu de strilizare Ciclu de presiune pozitivă Ciclu de vacuum obligatoriu Pre şi post vacuum da, selectabil 3 cicluri de prevacuum si uscare vacuumata Sistem de uscare obligatoriu Facilităţi de setare timp temperatura eliberare automată a vaporilor racire rapidă Volum interior 21 - 25 L Precizie timp de sterilizare 1 min Rafturi da, min. 3 tavi Regimuri de sterilizare minim 4 regimuri Temperatura de sterilizare 121°C, 134°C Gama de temperatură diapazon minim 105 - 134 grade C Cicluri preprogramate Sterilizare, uscare Înregistrator date obligatoriu Tip date data timp temperatura presiune Capacitatea rezervorului de apă min. 4 l Alimentare 220V, 50 Hz	Alarme acustică vizuală – DA Durata sterilizartii reglabilă obligatoriu – DA Control Microprocesor – DA Sistem de blocare a uşii autoclavului care împiedică pornirea ciclului dacă este uşa deschisă obligatoriu – DA Uşa rămâne blocată pana la finisarea procesului de sterilizare obligatoriu – DA Suprafata exterioara să nu se încălzească Setarea de catre utilizator a modului de lucru dorit obligatoriu – DA Imprimanta obligatoriu Afişaj alfanumeric – DA Ciclu de strilizare Ciclu de presiune pozitivă – DA Ciclu de vacuum obligatoriu – DA Pre şi post vacuum da, selectabil 3 cicluri de prevacuum si uscare vacuumata – DA Sistem de uscare obligatoriu – DA Facilităţi de setare timp – DA temperatura eliberare automată a vaporilor – DA racire rapidă Volum interior 21 - 25 L – DA Precizie timp de sterilizare 1 min Rafturi da, min. 3 tavi – DA, pag. 15 Regimuri de sterilizare minim 4 regimuri – DA, 12 regimuri Temperatura de sterilizare 121°C, 134°C – DA, pag. 16 Cicluri preprogramate Sterilizare, uscare – DA Înregistrator date – DA Tip date data – DA timp – DA temperatura – DA	
--	--	---	---	--

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN000000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

				presiune – DA Capacitatea rezervorului de apă min. 4 l – DA, pag. 16 Alimentare 220V, 50 Hz – DA	
Lot 22					
Mașină de spălare și dezinfectare a instrumentariului chirurgical 60 L (270250)	Adela-1 60 L	Turcia Sumer	Masina de spalare si dezinfectare a instrumentariului chirurgical, 60L Cod 270250 Descriere Mașină de spălare și dezinfectare a instrumentariului chirurgical și altor ustensile din oțel Domeniul de utilizare instrumente chirurgicale, ustensile din oțel inoxidabil Sistem deschis de utilizare a detergenților și dezinfectanților obligatoriu Volumul camerei ≥ 60 L Carcasa exterioară din oțel inoxidabil AISI 304 Camera de spălare construită din oțel inoxidabil AISI 316L Nișa interioară specializată pentru dezinfectant și detergent obligatoriu Pompa de apă, internă obligatoriu Pompa de aer, internă obligatoriu Răcitor pentru sistemul de drenaj, cu funcția de reducere a temperaturii apei de scurgere $\leq 90^\circ \text{C}$ obligatoriu Sistem intern de condensare a aburului, care reduce cantitatea de abur în timpul uscării și împiedică scurgerea aburului obligatoriu Procesul de spălare și dezinfectare total automat, controlat de microprocesor obligatoriu Numărul de uși 1 unitate Ușa cu geam din sticlă astfel încât materialele din interiorul camerei să poată fi vizibil obligatoriu Iluminare internă a camerei obligatoriu Programe de dezinfecție implicite Min. 10	Masina de spalare si dezinfectare a instrumentariului chirurgical, 60L Cod 270250 Descriere Mașină de spălare și dezinfectare a instrumentariului chirurgical și altor ustensile din oțel Domeniul de utilizare instrumente chirurgicale, ustensile din oțel inoxidabil Sistem deschis de utilizare a detergenților și dezinfectanților obligatoriu Volumul camerei - 60 L Carcasa exterioară din oțel inoxidabil AISI 304 – DA, pag. 4 Broșură Camera de spălare construită din oțel inoxidabil AISI 316L – DA, pag. 4 Broșură Nișa interioară specializată pentru dezinfectant și detergent obligatoriu – DA Pompa de apă, internă obligatoriu – DA, pag. 2 Broșură Pompa de aer, internă obligatoriu – DA, pag. 3 Broșură Răcitor pentru sistemul de drenaj, cu funcția de reducere a temperaturii apei de scurgere $\leq 90^\circ \text{C}$ obligatoriu – DA, pag. 3 Broșură Sistem intern de condensare a aburului, care reduce cantitatea de abur în timpul uscării și împiedică scurgerea aburului obligatoriu – DA, pag. 2 Broșură Procesul de spălare și dezinfectare total automat, controlat de microprocesor obligatoriu – DA, pag. 2 Broșură Numărul de uși 1 unitate – DA, pag. 4 Broșură	DM000321631

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN000000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

		Programe care pot fi programate de către utilizator Min. 30 Ecran LCD, color obligatoriu Afișare ecran: indicarea ciclului, mesaj text și reprezentări grafice a procesului, temperatura apei, timpul rămas, numărul programului obligatoriu Limbajul interfeței și meniului română / rusă Butoane tactile rapide, dedicate programelor de dezinfecție obligatoriu Buton de anulare a alarmelor și stopare a programului obligatoriu Imprimantă termică, integrată obligatoriu Temperatura de uscare ≥ 125 grade Filtrarea aerului HEPA filtru Min. 2 pompe de dozare a detergentului si dezinfectantului obligatoriu Min. 2 senzori de flux de dozare a detergentului se dezinfectantului obligatoriu Brațe rotative pentru jetul de apă ≥ 1 unități Monitorizarea temperaturii în cameră prin intermediul a min. 2 senzori de temperatură electronice de precizie înaltă obligatoriu Senzori de depistare a nivelului de dezinfectant și detergent în interiorul canistrelor obligatoriu Alarmer sonore și vizuale Alarmer cu afișarea codului și descrieri complete a problemei cit și acțiunilor de remediere obligatoriu Alarma de finalizare a ciclului obligatoriu Tensiunea de alimentare 380V, 50 Hz Accesorii și consumabile: Sistem de osmoză inversă compatibilă cu mașina de spălat care va fi compusă din: min. 4 nivele de prefiltrare, manometre de control a filtrelor, sistem de dedurizare a apei	Ușa cu geam din sticlă astfel încât materialele din interiorul camerei să poată fi vizibil obligatoriu – DA, pag. 2 Broșură Iluminare internă a camerei obligatoriu – DA, pag. 1 Broșură (imagine) Programe de dezinfecție implicite Min. 10 – DA Programe care pot fi programate de către utilizator Min. 30 – DA, 86 Ecran LCD, color obligatoriu – DA, pag. 2 Broșură Afișare ecran: indicarea ciclului, mesaj text și reprezentări grafice a procesului, temperatura apei, timpul rămas, numărul programului obligatoriu – DA, pag. 2-3 Broșură Limbajul interfeței și meniului română / rusă – DA Butoane tactile rapide, dedicate programelor de dezinfecție obligatoriu – DA, pag. 3 Broșură Buton de anulare a alarmelor și stopare a programului obligatoriu – DA, pag. 3 Broșură Imprimantă termică, integrată obligatoriu – DA, pag. 4 Broșură Temperatura de uscare ≥ 125 grade – DA Filtrarea aerului HEPA filtru – DA, pag. 4 Broșură Min. 2 pompe de dozare a detergentului si dezinfectantului obligatoriu – DA, pag. 4 Broșură Min. 2 senzori de flux de dozare a detergentului se dezinfectantului obligatoriu – DA, pag. 3 Broșură Brațe rotative pentru jetul de apă ≥ 1 unități – DA, pag. 3 Broșură Monitorizarea temperaturii în cameră prin intermediul a min. 2 senzori de temperatură electronice de precizie înaltă obligatoriu – DA, pag. 2 Broșură	
--	--	---	--	--

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN00000002242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
 Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

			cu cap electronic, sistemul de osmoză inversă cu membrana și sistem de monitorizare a calității apei. da, sa se indice modelul oferit Suport pentru mașina de spălat 1 buc., să se indice codul produsului Rafturi de încărcare 2 buc., să se indice codul produsului Coșuri pentru instrumente min. 5, să se indice codul produsului Hîrtie imprimantă 30 buc., să se indice codul produsului Detergent, volum min. 5L, pentru min. 100 cicluri, să se indice codul produsului Dezinfectant, volum min. 5L, pentru min. 100 cicluri, să se indice codul produsului	Senzori de depistare a nivelului de dezinfectant și detergent în interiorul canistrelor obligatoriu – DA, pag. 2 Broșură Alarmer sonore și vizuale – DA Alarmer cu afișarea codului și descrierei complete a problemei cît și acțiunilor de remediere obligatoriu – DA Alarma de finalizare a ciclului obligatoriu – DA Tensiunea de alimentare 380V, 50 Hz – DA Accesorii și consumabile: Sistem de osmoză inversă compatibilă cu mașina de spălat care va fi compusă din: min. 4 nivele de prefiltrare, manometre de control a filtrelor, sistem de dedurizare a apei cu cap electronic, sistemul de osmoză inversă cu membrana și sistem de monitorizare a calității apei. da, sa se indice modelul oferit – Ecosoft cros 90 + ecosoft F4 1013 Cab DVUP + Filtre + Rezervor + manometre Suport pentru mașina de spălat 1 buc., să se indice codul produsului – YDM-1 Rafturi de încărcare 2 buc., să se indice codul produsului – Basic washing basket Coșuri pentru instrumente min. 5, să se indice codul produsului – Adela-1 60 L DIN Hîrtie imprimantă 30 buc., să se indice codul produsului – Adela PP Detergent, volum min. 5L, pentru min. 100 cicluri, să se indice codul produsului – THERMOTION C Dezinfectant, volum min. 5L, pentru min. 100 cicluri, să se indice codul produsului – THERMOTION N	
Lot 23					
Masina de spalat si dezinfectare instrumentar chirurgical (270271)	Adela-2 250 L	Turcia Sumer	Masina de spalare si dezinfectare a instrumentariului chirurgical, 250L cu 2 uși Cod 270271	Masina de spalare si dezinfectare a instrumentariului chirurgical, 250L cu 2 uși Cod 270271	DM000321645

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN000000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
 Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

			Descriere Mașină de spălare și dezinfectare a instrumentariului chirurgical și altor ustensile din oțel Domeniul de utilizare instrumente chirurgicale, ustensile din oțel inoxidabil Sistem deschis de utilizare a detergenților și dezinfectanților obligatoriu Volumul camerei ≥ 250 L Carcasa exterioră din oțel inoxidabil AISI 304 Camera de spălare construită din oțel inoxidabil AISI 316L Nișa interioară specializată pentru dezinfectant și detergent obligatoriu Pompa de apă, internă obligatoriu Pompa de aer, internă obligatoriu Răcitor pentru sistemul de drenaj, cu funcția de reducere a temperaturii apei de scurgere $\leq 90^\circ\text{C}$ obligatoriu Sistem intern de condensare a aburului, care reduce cantitatea de abur în timpul uscării și împiedică scurgerea aburului obligatoriu Procesul de spălare și dezinfectare total automat, controlat de microprocesor obligatoriu Numărul de uși 2 unitate Sistem vertical automatiza de deschidere a ușii obligatoriu Ușa cu geam din sticlă astfel încât materialele din interiorul camerei să poată fi vizibil obligatoriu Iluminare internă a camerei obligatoriu Programe de dezinfecție implicite Min. 10 Programe care pot fi programate de către utilizator Min. 30 Ecran LCD, color obligatoriu Afișare ecran: indicarea ciclului, mesaj text și reprezentări grafice a procesului, temperatura apei, timpul rămas, numărul programului obligatoriu Limbajul interfeței și meniului română / rusă	Descriere Mașină de spălare și dezinfectare a instrumentariului chirurgical și altor ustensile din oțel Domeniul de utilizare instrumente chirurgicale, ustensile din oțel inoxidabil Sistem deschis de utilizare a detergenților și dezinfectanților – DA Volumul camerei - 250 L Carcasa exterioră din oțel inoxidabil AISI 304 – DA, pag. 2 Broșură Camera de spălare construită din oțel inoxidabil AISI 316L – DA, pag. 2 Broșură Nișa interioară specializată pentru dezinfectant și detergent obligatoriu – DA Pompa de apă, internă obligatoriu – DA, pag. 3 Broșură Pompa de aer, internă obligatoriu – DA, pag. 3 Broșură Răcitor pentru sistemul de drenaj, cu funcția de reducere a temperaturii apei de scurgere $\leq 90^\circ\text{C}$ – DA Sistem intern de condensare a aburului, care reduce cantitatea de abur în timpul uscării și împiedică scurgerea aburului – DA Procesul de spălare și dezinfectare total automat, controlat de microprocesor – DA, pag. 19 User Manual Numărul de uși 2 unitate – DA, pag. 6 Broșură Sistem vertical automatiza de deschidere a ușii – DA, pag. 6 Broșură Ușa cu geam din sticlă astfel încât materialele din interiorul camerei să poată fi vizibil – DA, pag. 6 Broșură Iluminare internă a camerei – DA Programe de dezinfecție implicite Min. 10 – DA, pag. 4 Broșură Programe care pot fi programate de către utilizator Min. 30 – DA, pag. 4 Broșură	
--	--	--	---	---	--

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN000000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
 Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
 Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
 office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

		Butoane tactile rapide, dedicate programelor de dezinfectie obligatoriu Buton de anulare a alarmelor si stopare a programului obligatoriu Imprimanta termica, integrata obligatoriu Temperatura de uscare ≥ 125 grade Filtrarea aerului HEPA filtru, clasa H14 Min. 2 pompe de dozare a detergentului si dezinfectantului obligatoriu Min. 2 senzori de flux de dozare a detergentului se dezinfectantului obligatoriu Brațe rotative pentru jetul de apă ≥ 3 unități Monitorizarea temperaturii în cameră prin intermediul a min. 2 senzori de temperatură electronice de precizie înaltă obligatoriu Senzori de depistare a nivelului de dezinfectant și detergent în interiorul canistrelor obligatoriu Alarmer sonore și vizuale Alarmer cu afișarea codului și descrierii complete a problemei cît și acțiunilor de remediere obligatoriu Alarma de finalizare a ciclului obligatoriu Tensiunea de alimentare 380V, 50 Hz Accesorii și consumabile: Sistem de osmoză inversă compatibilă cu mașina de spălat care va fi compusă din: min. 4 nivele de prefiltrare, manometre de control a filtrelor, sistem de dedurizare a apei cu cap electronic, sistemul de osmoză inversă cu membrana și sistem de monitorizare a calității apei. da, sa se indice modelul oferit Troleu cu rafturi de încărcare 1 buc., să se indice codul produsului	Ecran LCD, color obligatoriu – DA, pag. 19 User Manual Afișare ecran: indicarea ciclului, mesaj text și reprezentări grafice a procesului, temperatura apei, timpul rămas, numărul programului – DA, pag. 33-37 User Manual Limbaajul interfeței și meniului română / rusă – DA Butoane tactile rapide, dedicate programelor de dezinfectie – DA, pag. 25 User Manual Buton de anulare a alarmelor și stopare a programului – DA, pag. 23 User Manual Imprimantă termică, integrată – DA, pag.19 User Manual Temperatura de uscare ≥ 125 grade – DA Filtrarea aerului HEPA filtru, clasa H14 – DA, pag.18 User Manual Min. 2 pompe de dozare a detergentului si dezinfectantului – DA, pag.18 User Manual Min. 2 senzori de flux de dozare a detergentului se dezinfectantului – DA Brațe rotative pentru jetul de apă ≥ 3 unități – DA, pag. 20 User Manual Monitorizarea temperaturii în cameră prin intermediul a min. 2 senzori de temperatură electronice de precizie înaltă – DA, pag. 42 User Manual Senzori de depistare a nivelului de dezinfectant și detergent în interiorul canistrelor – DA Alarmer sonore și vizuale – DA, pag. 23 User Manual Alarmer cu afișarea codului și descrierii complete a problemei cît și acțiunilor de remediere – DA, pag. 24 User Manual Alarma de finalizare a ciclului – DA	
--	--	---	---	--



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

			Coșuri pentru instrumente min. 8, să se indice codul produsului Hîrtie imprimantă 30 buc., să se indice codul produsului Detergent, volum min. 5L, pentru min. 100 cicluri, să se indice codul produsului Dezinfectant, volum min. 5L, pentru min. 100 cicluri, să se indice codul produsului	Tensiunea de alimentare 380V, 50 Hz – DA, pag. 18 User Manual Accesorii și consumabile: Sistem de osmoză inversă compatibilă cu mașina de spălat care va fi compusă din: min. 4 nivele de prefiltrare, manometre de control a filtrelor, sistem de dedurizare a apei cu cap electronic, sistemul de osmoză inversă cu membrana și sistem de monitorizare a calității apei. – DA, model Ecosoft Cross90 + Ecosoft Metalic 50LT + Ecosoft BB20 + CPV452020ECOEXP + Ecosoft FU 1054 CI (5 PS) și accesorii Troleu cu rafturi de încărcare 1 buc., - DA, Adela-2 250 L ET Coșuri pentru instrumente min. 8 – DA, Adela-2 250 L DIN Hîrtie imprimantă 30 buc. – DA Adela PP Detergent, volum min. 5L, pentru min. 100 cicluri, - DA, Thermotion C Dezinfectant, volum min. 5L, pentru min. 100 cicluri, - DA, Thermotion N	
--	--	--	--	---	--

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Ioan-Răzvan Cârstocea În calitate de: Administrator
Ofertantul: ÎCS EYECON MEDICAL SRL Adresa: mun. Chișinău, Piața D. Cantemir 1

Anexa nr. 23
la Documentatia standard nr. 115
din 15 Septembrie 2021

Cod Fiscal 1012600036108; MD58RN000000022242011247 - MDL; Banca Comerciala Romana Chisinau S.A.



I.C.S. EYECON MEDICAL S.R.L.
Piata D.Cantemir nr.1, Chisinau, Republica Moldova
Tel: +373 22 / 99-60-10, Fax: +373 22 / 99-60-11
office@eyeconmedical.md

w w w . e y e c o n m e d i c a l . m d

Specificații de preț

Numarul procedurii de achizitie: 21271806 MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1724422723102 din 24.09.2024
Obiectul de achizitie: Dispozitive medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (lista suplimentară 19)

Cod CPV	Nr. Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33100000-1	21	Autoclav 21-25 L, cu vacuum, clasa B (270110)	Buc.	1	60.000,00	72.000,00	60.000,00	72.000,00	DDP – Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS	Conform SIA RSAP
	22	Mașină de spălare și dezinfectare a instrumentariului chirurgical 60 L (270250)	Buc.	1	286.000,00	343.200,00	286.000,00	343.200,00		Conform SIA RSAP
	23	Mașină de spălare și dezinfectare a instrumentariului chirurgical (270271)	Buc.	1	460.000,00	552.000,00	460.000,00	552.000,00		Conform SIA RSAP
TOTAL							806.000,00	967.200,00		

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Ioan-Răzvan Cârstocea În calitate de: Administrator
Ofertantul: ÎCS EYECON MEDICAL SRL Adresa: mun. Chișinău, Piața D. Cantemir 1