

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție		ocds-b3wdp1-MD-1659013693951 din 14.09.2022					
Obiectul achiziției:		Achiziționarea centralizată de consumabile medicale conform necesităților IMSP, pentru anul 2023					
Nr. Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	
27	Cateter i/v periferic 14G	Vasofix safety 14G, ref. 4269225S	Germania	B. Braun	1.dimensiune: 14 G 2. port lateral 3.capac colorat în conformitate cu dimensiunea branlei 3.steril 4.de unică folosință 5.Material: poliuretan, Rg contrastabil 6.cameră transparentă 7. Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împingere accidentală 8.Aripiare flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire 9.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire 10. Atrombogen, Termoelastice 11.Ambalaj individual. *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezenta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .	1.dimensiune: 14 G 2. port lateral 3.capac colorat în conformitate cu dimensiunea branlei 3.steril 4.de unică folosință 5.Material: poliuretan, Rg contrastabil 6.cameră transparentă 7. Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împingere accidentală 8.Aripiare flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire 9.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire 10. Atrombogen, Termoelastice 11.Ambalaj individual. Dispozitiv medical înregistrat în RM, vezi Extras anexat.	CE, ISO
28	Cateter i/v periferic 16G	Vasofix safety 16G ref. 4269179S	Germania	B. Braun	1.dimensiune: 16 G 2. port lateral 3.capac colorat în conformitate cu dimensiunea branlei 3.steril 4.de unică folosință 5.Material: poliuretan, Rg contrastabil 6.cameră transparentă 7. Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împingere accidentală 8.Aripiare flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire 9.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire 10. Atrombogen, Termoelastice 11.Ambalaj individual. *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezenta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .	1.dimensiune: 16 G 2. port lateral 3.capac colorat în conformitate cu dimensiunea branlei 3.steril 4.de unică folosință 5.Material: poliuretan, Rg contrastabil 6.cameră transparentă 7. Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împingere accidentală 8.Aripiare flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire 9.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire 10. Atrombogen, Termoelastice 11.Ambalaj individual. Dispozitiv medical înregistrat în RM, vezi Extras anexat.	CE, ISO
29	Cateter i/v periferic 18G	Vasofix safety 18G, ref. 4269136S	Germania	B. Braun	1.dimensiune: 18 G2. port lateral 3.capac colorat în conformitate cu dimensiunea branlei 3.steril 4.de unică folosință 5.Material: poliuretan, Rg contrastabil 6.cameră transparentă 7. Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împingere accidentală 8.Aripiare flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire 9.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire 10. Atrombogen, Termoelastice 11.Ambalaj individual. *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezenta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .	1.dimensiune: 18 G2. port lateral 3.capac colorat în conformitate cu dimensiunea branlei 3.steril 4.de unică folosință 5.Material: poliuretan, Rg contrastabil 6.cameră transparentă 7. Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împingere accidentală 8.Aripiare flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire 9.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire 10. Atrombogen, Termoelastice 11.Ambalaj individual. Dispozitiv medical înregistrat în RM, vezi Extras anexat.	CE, ISO
30	Cateter i/v periferic 20G	Vasofix safety 20G, ref. 4269110S	Germania	B. Braun	1.dimensiune: 20 G 2. port lateral 3.capac colorat în conformitate cu dimensiunea branlei 3.steril 4.de unică folosință 5.Material: poliuretan, Rg contrastabil 6.cameră transparentă 7. Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împingere accidentală 8.Aripiare flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire 9.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire 10. Atrombogen, Termoelastice 11.Ambalaj individual. *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezenta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .	1.dimensiune: 20 G 2. port lateral 3.capac colorat în conformitate cu dimensiunea branlei 3.steril 4.de unică folosință 5.Material: poliuretan, Rg contrastabil 6.cameră transparentă 7. Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împingere accidentală 8.Aripiare flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire 9.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire 10. Atrombogen, Termoelastice 11.Ambalaj individual. Dispozitiv medical înregistrat în RM, vezi Extras anexat.	CE, ISO
31	Cateter i/v periferic 22G	Vasofix safety 22G ,ref. 4269098S	Germania	B. Braun	1.dimensiune: 22 G 2. port lateral 3.capac colorat în conformitate cu dimensiunea branlei 3.steril 4.de unică folosință 5.Material: poliuretan, Rg contrastabil 6.cameră transparentă 7. Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împingere accidentală 8.Aripiare flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire 9.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire 10. Atrombogen, Termoelastice 11.Ambalaj individual. *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezenta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .	1.dimensiune: 22 G 2. port lateral 3.capac colorat în conformitate cu dimensiunea branlei 3.steril 4.de unică folosință 5.Material: poliuretan, Rg contrastabil 6.cameră transparentă 7. Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împingere accidentală 8.Aripiare flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire 9.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire 10. Atrombogen, Termoelastice 11.Ambalaj individual. Dispozitiv medical înregistrat în RM, vezi Extras anexat.	CE, ISO
32	Cateter i/v periferic 24G	Vasofix safety 24G, ref. 4269071S	Germania	B. Braun	1.dimensiune: 24 G 2. port lateral 3.capac colorat în conformitate cu dimensiunea branlei 3.steril 4.de unică folosință 5.Material: poliuretan, Rg contrastabil 6.cameră transparentă 7. Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împingere accidentală 8.Aripiare flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire 9.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire 10. Atrombogen, Termoelastice 11.Ambalaj individual. *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezenta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .	1.dimensiune: 24 G 2. port lateral 3.capac colorat în conformitate cu dimensiunea branlei 3.steril 4.de unică folosință 5.Material: poliuretan, Rg contrastabil 6.cameră transparentă 7. Acul cateterului cu mecanism automat de protecție de împingere accidentală 8.Aripiare flexibile, rezistente la manevre repetate de îndoire 9.Lumenul cu risc minim de obstrucție, flexibil, rezistent la manevre repetate de îndoire 10. Atrombogen, Termoelastice 11.Ambalaj individual. Dispozitiv medical înregistrat în RM, vezi Extras anexat.	CE, ISO
86	Set pentru anestezie epidurală, cu filtru, ac G18	Perifix 401, ref. 4514017	Germania	B. Braun	I. 1.ac tip Tuohy 2. mărime: 18 G, 8cm 3. marcat la fiecare 10 mm II. 1. cateter mărime 19G-20G, 2. Lungimea 90 cm-100cm 3. radiopac III. Adaptor Tuohy Bors (TBA) sau Conector (cum ar fi NRFi) pentru fixarea cateterului. IV.Filtru hidrofilic antibacterian - 0.2 µm V. 1.seringă de plastic LOR (Loos of Resistance)- 10-20 ml- sterilă, Latex Free *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezenta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .	I. 1.ac tip Tuohy 2. mărime: 18 G, 8cm 3. marcat la fiecare 10 mm II. 1. cateter mărime 19G-20G, 2. Lungimea 90 cm-100cm 3. radiopac III. Adaptor Tuohy Bors (TBA) sau Conector (cum ar fi NRFi) pentru fixarea cateterului. IV.Filtru hidrofilic antibacterian - 0.2 µm V. 1.seringă de plastic LOR (Loos of Resistance)- 10-20 ml- sterilă, Latex Free. Dispozitiv medical înregistrat în RM, vezi Extras anexat.	CE, ISO
44	Cearsafuri medicale ~ 200*150 cm	NONSTERILE MEDICAL BEDSHEET, model 22681	Turcia	SENMED MEDIKAL LTD. STI	1.material: nețesut, SMS, 29-35 g/m.p. 2.dimensiune: ~200*150 cm *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezenta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .	1.material: nețesut, SMS, 29-35 g/m.p. 2.dimensiune: ~200*150 cm *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezenta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .	CE, ISO
45	Cearsafuri medicale ~ 50*40cm	NONSTERILE MEDICAL BEDSHEET, model 22682	Turcia	SENMED MEDIKAL LTD. STI	1.material: nețesut, SMS, 29-35 g/m.p. 2.dimensiune: ~50*40 cm *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezenta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .	1.material: nețesut, SMS, 29-35 g/m.p. 2.dimensiune: ~50*40 cm *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezenta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .	CE, ISO

Specificații tehnice

[illegible]

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție		ocds-b3wdp1-MD-1659013693951 din 14.09.2022					
Obiectul achiziției:		Achiziționarea centralizată de consumabile medicale conform necesităților IMSP, pentru anul 2023					
Nr. Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	
58	Halat chirurgical steril XL	STANDARD SURGICAL GOWN, marime XLARGE	Turcia	ZEYNI MEDİKAL TEKSTİL İNŞ.SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ	1.mărimea: XL 2.Material nețesut 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeană) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin Legături 8. Lungime nu mai puțin de 140 cm 9. Halatul să corespundă standardului EN 13795 sau echivalentul. *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezenta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .	1.mărimea: XL 2.Material nețesut 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80 cm H2O conform testului EN 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeană) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin Legături 8. Lungime nu mai puțin de 140 cm 9. Halatul să corespundă standardului EN 13795 sau echivalentul. *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezenta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .	CE, ISO
59	Halat chirurgical steril XXL	STANDARD SURGICAL GOWN, marime XXLARGE	Turcia	ZEYNI MEDİKAL TEKSTİL İNŞ.SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ	1.mărimea: L 2.Material nețesut 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80 cm H2O conform testului EN; 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeană) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin Legături 8. Lungime nu mai puțin de 150 cm 9. Halatul să corespundă standardului EN 13795 sau echivalentul. *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezenta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .	1.mărimea: L 2.Material nețesut 3 straturi SMS rezistentă la penetrare de lichide în limita 50-80 cm H2O conform testului EN; 20811:1981(metoda de testare a organismului de certificare europeană) 3.cu manșete elastice, tricotate 4.steril 5.ambalat individual 6.ajustare la nivelul gâtului 7.închidere suprapusă la spate prin Legături 8. Lungime nu mai puțin de 150 cm 9. Halatul să corespundă standardului EN 13795 sau echivalentul. *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezenta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .	CE, ISO
60	Halate de unica folosinta cu legaturi	DISPOSABLE NONSTERILE MEDICAL GOWN, REF 2268x	Turcia	SENMED MEDİKAL LTD. ŞTİ	Halat medical de uz unic, material nețesut, densitatea min 35g/m.p. Înălțimea mărimea S (110 cm ±5 cm), mărimea M (110 cm ±5 cm), L (115 cm ±5 cm), XL (120 cm ±5 cm), XXL (130 cm ±5 cm), XXXL (140 cm ±5 cm), cu fixare spate prin legături în două nivele, fixare ajustată la gât, manșetă pentru fixare la mânci. Mărimi disponibile (S,M,L,XL,XXL, XXXL), Certificat CE/ Declarație de conformitate sau certificat de la ANSP(pentru producătorii autohtoni) în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului). *Pentru producătorii autohtoni: Sa se prezinte Certificatele la materia primă *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit semnat electronic * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulate internaționala) *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezenta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .	Halat medical de uz unic, material nețesut, densitatea min 35g/m.p. Înălțimea mărimea S (110 cm ±5 cm), mărimea M (110 cm ±5 cm), L (115 cm ±5 cm), XL (120 cm ±5 cm), XXL (130 cm ±5 cm), XXXL (140 cm ±5 cm), cu fixare spate prin legături în două nivele, fixare ajustată la gât, manșetă pentru fixare la mânci. Mărimi disponibile (S,M,L,XL,XXL, XXXL), Certificat CE/ Declarație de conformitate sau certificat de la ANSP(pentru producătorii autohtoni) în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul dat. Certificat ISO 13485 și/sau ISO 9001 (în dependență de categoria produsului). *Pentru producătorii autohtoni: Sa se prezinte Certificatele la materia primă *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit semnat electronic * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. * Mostre - Se vor prezenta 2 buc. ambalate si etichetate (se accepta inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulate internaționala) *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezenta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .	CE, ISO
82	Set chirurgical pentru intervenții laborioase (de durată lungă), steril	UNIVERSAL SET FOR BIG SURGICAL OPERATIONS, model Z10-072-01	Turcia	ZENMED TIBBİ CİHAZLAR VE SAĞLIK URUNLERİ SAN. VE TİC.	"Camp pentru masa de instrumente cu Zona reînforșată din SMS 150x190cm (+/-10cm) - 1 buc Camp pentru Masa Mayo cu reînforșare SMS 80x140 cm(+/-10 cm) - 1 buc Servetel pentru absorbție- sa nu lase scame- 30x35 cm (+/- 10 cm) - 2 buc Camp in forma de U. 200x310 cm (+/-10cm) - 1 buc • Zona de incizie-10x110 cm (+/-5 cm); • Banda de pozitionare - pe toată suprafața zonei de incizie, impregnate în tesatura, latimea de >5cm; • Zona absorbanta - pe toată suprafața zonei de incizie; rezistența la penetrare lichide de min. 150 cm de H2O/cm2 • Fixatoare pentru tuburi - 4 buc. din SMS; • Material SMS pe toată suprafața campului, cu rezistența lichide > 50 cm H2O/cm2 Camp parte superioara. 150x270 cm (+/- 10 cm) - 1 buc • Banda de pozitionare- pe toată suprafața zonei de incizie, impregnate în tesatura, latimea de > 5 cm; • Zona absorbanta- pe toată suprafața zonei de incizie; rezistența la penetrare lichide de min. 150 cm de H2O/cm2 • Material SMS pe toată suprafața campului, cu rezistența lichide min. 150 cm H2O/cm2 Camp parte laterala. 95*105 cm (+/- 10 cm) - 2 buc • Banda de pozitionare- pe toată suprafața zonei de incizie, impregnate în tesatura, latimea de >5 cm; • Zona absorbanta- pe toată suprafața zonei de incizie; rezistența la penetrare lichide de min 150 cm de H2O/cm2 • Material SMS pe toată suprafața campului, cu rezistența lichide min. 150 cm H2O/cm2 Banda de pozitionare 10*50 (+/-5cm) - 1 buc *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezenta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .	"Camp pentru masa de instrumente cu Zona reînforșată din SMS 150x190cm (+/-10cm) - 1 buc Camp pentru Masa Mayo cu reînforșare SMS 80x140 cm(+/-10 cm) - 1 buc Servetel pentru absorbție- sa nu lase scame- 30x35 cm (+/- 10 cm) - 2 buc Camp in forma de U. 200x310 cm (+/-10cm) - 1 buc • Zona de incizie-10x110 cm (+/-5 cm); • Banda de pozitionare - pe toată suprafața zonei de incizie, impregnate în tesatura, latimea de >5cm; • Zona absorbanta - pe toată suprafața zonei de incizie; rezistența la penetrare lichide de min. 150 cm de H2O/cm2 • Fixatoare pentru tuburi - 4 buc. din SMS; • Material SMS pe toată suprafața campului, cu rezistența lichide > 50 cm H2O/cm2 Camp parte superioara. 150x270 cm (+/- 10 cm) - 1 buc • Banda de pozitionare- pe toată suprafața zonei de incizie, impregnate în tesatura, latimea de > 5 cm; • Zona absorbanta- pe toată suprafața zonei de incizie; rezistența la penetrare lichide de min. 150 cm de H2O/cm2 • Material SMS pe toată suprafața campului, cu rezistența lichide min. 150 cm H2O/cm2 Camp parte laterala. 95*105 cm (+/- 10 cm) - 2 buc • Banda de pozitionare- pe toată suprafața zonei de incizie, impregnate în tesatura, latimea de >5 cm; • Zona absorbanta- pe toată suprafața zonei de incizie; rezistența la penetrare lichide de min 150 cm de H2O/cm2 • Material SMS pe toată suprafața campului, cu rezistența lichide min. 150 cm H2O/cm2 Banda de pozitionare 10*50 (+/-5cm) - 1 buc *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezenta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .	CE, ISO
83	Set chirurgical standard steril	UNIVERSAL SET STANDARD, model Z10-001-01	Turcia	ZENMED TIBBİ CİHAZLAR VE SAĞLIK URUNLERİ SAN. VE TİC.	"Camp pentru masa de instrumente cu Zona reînforșată din SMS 150x190cm (+/-10cm) - 1 buc Camp pentru Masa Mayo cu reînforșare SMS 80x140 cm(+/-10 cm) - 1 buc Servetel pentru absorbție- sa nu lase scame - 30x35 cm (+/- 10 cm) - 2 buc Camp parte inferioara. 190 x 195 cm (+/-10cm) - 1 buc • Banda de pozitionare- pe toată suprafața zonei de incizie, impregnate în tesatura, latimea de > 5 cm; • Zona absorbanta - pe toată suprafața zonei de incizie; rezistența la penetrare lichide de min. 150 cm de H2O/cm2 • Material SMS pe toată suprafața campului, cu rezistența lichide > 50 cm H2O/cm2 Camp parte superioara. 150x270 cm (+/- 10 cm) - 1 buc • Banda de pozitionare- pe toată suprafața zonei de incizie, impregnate în tesatura, latimea de > 5 cm; • Zona absorbanta- pe toată suprafața zonei de incizie; rezistența la penetrare lichide de min 150 cm de H2O/cm2 • Material SMMS pe toată suprafața campului, cu rezistența lichide min. 150 cm H2O/cm2 Banda de pozitionare 10*50 (+/-5cm) - 1 buc *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezenta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .	"Camp pentru masa de instrumente cu Zona reînforșată din SMS 150x190cm (+/-10cm) - 1 buc Camp pentru Masa Mayo cu reînforșare SMS 80x140 cm(+/-10 cm) - 1 buc Servetel pentru absorbție- sa nu lase scame - 30x35 cm (+/- 10 cm) - 2 buc Camp parte inferioara. 190 x 195 cm (+/-10cm) - 1 buc • Banda de pozitionare- pe toată suprafața zonei de incizie, impregnate în tesatura, latimea de > 5 cm; • Zona absorbanta - pe toată suprafața zonei de incizie; rezistența la penetrare lichide de min. 150 cm de H2O/cm2 • Material SMS pe toată suprafața campului, cu rezistența lichide > 50 cm H2O/cm2 Camp parte superioara. 150x270 cm (+/- 10 cm) - 1 buc • Banda de pozitionare- pe toată suprafața zonei de incizie, impregnate în tesatura, latimea de > 5 cm; • Zona absorbanta- pe toată suprafața zonei de incizie; rezistența la penetrare lichide de min 150 cm de H2O/cm2 • Material SMMS pe toată suprafața campului, cu rezistența lichide min. 150 cm H2O/cm2 Banda de pozitionare 10*50 (+/-5cm) - 1 buc *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezenta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .	CE, ISO

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție		ocds-b3wdp1-MD-1659013693951 din 14.09.2022					
Obiectul achiziției:		Achiziționarea centralizată de consumabile medicale conform necesităților IMSP, pentru anul 2023					
Nr. Lot	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7
84	Set de nastere steril	DELIVERY SET, model Z10-016-01	Turcia	ZENMED TIBBI CIHAZLAR VE SAGLIK URUNLERi SAN. VE TIC.	1. 1. cearșaf laminat 2.mărime: 100 X 75 cm 3. 1 bucată II. 1.șervețele absorbante dense 2.mărime 80 X 70 cm (+/-5 cm) 3.4 bucăți III.1.scutec (protector) 2. mărime :90 X 60 cm 3.1 bucată IV.1șorț laminat 2.1 buc V. 1. bonetă 2.1 bucată VI.1.masă chirurgicală 2. trei straturi cu elastic 3. 1 bucată VII. 1.cerșaf 2. material: SMS 3.mărime: 130 X 75 cm 4.1 bucată VIII.1.camă ombelicală 2. 1 bucată IX.1.mini rului de vată 2. 2 buc *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .	1. 1. cearșaf laminat 2.mărime: 100 X 75 cm 3. 1 bucată II. 1.șervețele absorbante dense 2.mărime 80 X 70 cm (+/-5 cm) 3.4 bucăți III.1.scutec (protector) 2. mărime :90 X 60 cm 3.1 bucată IV.1șorț laminat 2.1 buc V. 1. bonetă 2.1 bucată VI.1.masă chirurgicală 2. trei straturi cu elastic 3. 1 bucată VII. 1.cerșaf 2. material: SMS 3.mărime: 130 X 75 cm 4.1 bucată VIII.1.camă ombelicală 2. 1 bucată IX.1.mini rului de vată 2. 2 buc *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .	CE, ISO
87	Set pentru cezariana	CESAREAN SET, model Z10-018-01	Turcia	ZENMED TIBBI CIHAZLAR VE SAGLIK URUNLERi SAN. VE TIC.	1. 1. cerșaf pentru masa de instrumente 2. material: SMMS 3. mărime: ~150 x 200 cm - 1 buc. II. 1.cearșaf pentru cezariană cu buzunar colector 2.mărime: ~ 200 x 300 cm - 1 buc. III. 1.cearșaf pentru nou-nascut 2.mărime: ~ 75 x 90 cm. 1 buc. IV.1. clamă ombilicală - 1 buc. V.1.halat chirurgical (material SMS) ranforsat 2. mărime: L (universală) - 2buc. VI.1. prosop pentru mîini 2.mărime: 40 x 40 cm - 2 buc. VII.1. cearșaf 2.mărime: 100 x 100 cm - 1 buc. *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .	1. 1. cerșaf pentru masa de instrumente 2. material: SMMS 3. mărime: ~150 x 200 cm - 1 buc. II. 1.cearșaf pentru cezariană cu buzunar colector 2.mărime: ~ 200 x 300 cm - 1 buc. III. 1.cearșaf pentru nou-nascut 2.mărime: ~ 75 x 90 cm. 1 buc. IV.1. clamă ombilicală - 1 buc. V.1.halat chirurgical (material SMS) ranforsat 2. mărime: L (universală) - 2buc. VI.1. prosop pentru mîini 2.mărime: 40 x 40 cm - 2 buc. VII.1. cearșaf 2.mărime: 100 x 100 cm - 1 buc. *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .	CE, ISO
89	Sisteme stomice	Coloplast Recipient de mase fecale Alterna cu drenaj transparent 10-70mm (174550) + filtru Filtrodor (005090)	Danemarca	Coloplast A/S	Sistem stomic drenabil dintr-o singură piesă 1.cu evacuare 2. de tip deschis 3.dimensiuni: ~ 30 x 15 cm 4.sac din polipropilenă cu fereastra de vizualizare 5. flansa adevzivă pentru fixare ≥ 24 ore 6. mecanism de eliminare de tip deschis 7.O clemă la maximum 5 puncte 8.cu filtru de cărbune activat 9.Gaura de tăiere (dimensiune ochi) min 10-15 mm până la max 65-70 mm 10. Flanșă flexibilă cu suport de adeziv hidrocoloid special hipoalergenic cu aderență sigură și protecție maximă a pielii. *Vor fi contractate doar dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, pentru care se va prezinta - extras din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale .	Sistem stomic drenabil dintr-o singură piesă 1.cu evacuare 2. de tip deschis 3.dimensiuni: ~ 30 x 15 cm 4.sac din polipropilenă cu fereastra de vizualizare 5. flansa adevzivă pentru fixare ≥ 24 ore 6. mecanism de eliminare de tip deschis 7.O clemă la maximum 5 puncte 8.cu filtru de cărbune activat 9.Gaura de tăiere (dimensiune ochi) min 10 mm până la max 70 mm 10. Flanșă flexibilă cu suport de adeziv hidrocoloid special hipoalergenic cu aderență sigură și protecție maximă a pielii. Dispozitiv medical înregistrat în RM cu Nr. DM000138749, DM000138784.	CE, ISO

Semnăt: _____ Numele, prenumele: **Perepelita Igor**

În calitate de: **Director General**

Adresa: **mun. Chișinău, Str. Calea Orheiului 103/3**