

**Specificații tehnice**

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

**Numărul procedurii de achiziție: 21565953 din 03.04.2026****Obiectul de achiziție: Achiziționarea dispozitivelor medicale cu specificații tehnice generice conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice PARTEA I**

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specific tehnică deplina solicitată	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/servicii</b>						
<b>Lotul 8</b>						
Butelie oxigen până la 5 L 110510	BO.100.15015	Italia	SUN O SUB MBB SRL	<p>Butelie oxigen Cod 110510</p> <p>Descriere Dispozitiv utilizat pentru combaterea hipoxiei pacientului.</p> <p>Parametru Specificație Tip portabil Volum <math>\geq 5</math> litri Material oțel/metal galvanizat Manometru de control pe reductor Flowmetru presiune diapazon min. 0-15 l/min Presiune de încărcare <math>\geq 200</math> atm Tub pentru conectare la butelia de oxigen "<math>\geq 2</math> buc., să se indice codul produsului" Mască facială "<math>\geq 2</math> buc., să se indice codul produsului" Canulă nazală "<math>\geq 2</math> buc., să se indice codul produsului" Geanta de transport da</p>	<p>Butelie oxigen Descriere Dispozitiv utilizat pentru combaterea hipoxiei pacientului.</p> <p>Parametru Specificație Tip portabil Volum 5 litri Material oțel/metal galvanizat Manometru de control pe reductor Flowmetru presiune diapazon 0-15 l/min Presiune de încărcare <math>\geq 200</math> atm Tub pentru conectare la butelia de oxigen 2 buc., OS/40 Mască facială 2 buc., OS/80 Canulă nazală 2 buc., OS/12A Geanta de transport da</p>	ISO, CE
<b>Total lot 8</b>						
<b>Lotul 10</b>						
Laringoscop adult cu fibra optica, LED 110610	90.003.09.000 + 90.003.10.500 + Stație de încărcare	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	<p>Laringoscop adult cu fibra optica, LED Cod 110610</p> <p>Descriere Este un dispozitiv portabil, destinat pentru examinarea și vizualizarea laringelui. Efectuarea de laringoscopii de către secțiile primire urgente, reanimare, anestezie etc.</p> <p>Parametru Specificație Lamele laringoscop oțel inoxidabil mat obligatoriu tip pacient adult iluminare prin fibră optică Lamele tip: McIntosh obligatoriu mărimea 2 obligatoriu mărimea 3 obligatoriu mărimea 4 obligatoriu mărimea 5 obligatoriu autoclavabile la 134°C, 5min. obligatoriu <math>\geq 2000</math> cicluri de sterilizare obligatoriu Maner laringoscop "fabricat din metal cromat sau AISI 304/316" fabricat din metal cromat sau AISI 304/316 fixarea rapidă cu lamele obligatoriu bec cu instalarea în miner obligatoriu diametru miner standard: 28mm, <math>\pm 2</math>mm obligatoriu Acumulator "acumulator reîncărcabil, cu autonomie de <math>\geq 3</math> ore" obligatoriu Bec LED, intensitatea luminii <math>\geq 2000</math> lux obligatoriu <math>\geq 2.5V</math> obligatoriu lumină albă sau neutră lumină albă sau neutră Accesorii "Stație de încărcare a laringoscopului fără a extrage bateriile" de la priză de perete 220V, 50Hz obligatoriu, să se indice codul produsului Trusă trusă pentru păstrare/depozitarea dispozitivului în funcție de complectarea lamelor solicitate obligatoriu, să se indice codul produsului</p>	<p>Laringoscop adult cu fibra optica, LED Descriere Este un dispozitiv portabil, destinat pentru examinarea și vizualizarea laringelui. Efectuarea de laringoscopii de către secțiile primire urgente, reanimare, anestezie etc.</p> <p>Lamele laringoscop oțel inoxidabil mat da tip pacient adult iluminare prin fibră optică Lamele tip: McIntosh da mărimea 2 da mărimea 3 da mărimea 4 da mărimea 5 da autoclavabile la 134°C, 2 bar, 5min. da (metod prevacuum) Maner laringoscop fabricat din metal cromat da fixarea rapidă cu lamele da bec cu instalarea în miner da diametru miner standard: 28mm, <math>\pm 2</math>mm da Acumulator reîncărcabil, da Bec LED, da 2.5V da lumină albă da Accesorii Stație de încărcare (401079 Akkuplanet GmbH) 220V, 50Hz da directă a laringoscopului fără scoate acumulatorul 220V, 50Hz NU Trusă trusă pentru păstrare/depozitarea dispozitivului în funcție de complectarea lamelor solicitate da</p>	DM000512791 + DM000512801
<b>Total lot 10</b>						
<b>TOTAL</b>						

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, prenumele: Ermicev Alexandr în calitate de: Director

Ofertantul: LABROMED LABORATOR SRL Adresa: MD 2038, Chișinău, str.str. Trandafirilor, 15 , tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23