

Anexa nr. 7
la Documentația standard nr. 21529845
din „_____” decembrie 2025

CERERE DE PARTICIPARE

Către: **IMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii nr. 1**
Adresa: MD2004, R. Moldova, mun. Chișinău, str. S. Lazo nr.7
(denumirea autorității/entității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, MTender ID ocde-b3wdp1-MD-1766490077288, nr. 21529845 din 07.ianuarie.2026, privind aplicarea procedurii Cererea ofertelor de prețuri (bunuri), pentru procurare de Reactivi și consumabile pentru analizoare de tip închis pentru anul 2026,

(denumirea contractului de achiziție publică)

noi I.C.S. „Diamedix Impex” S.R.L., am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării: 31 decembrie 2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat

I.C.S. „Diamedix Impex” S.R.L.

Administrator: Teodor Marinescu Alin

(semnatura autorizată)



Anexa nr. 8
la Documentația standard nr. 21529845
din „ ____ ” decembrie 2025

DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei

Către: **IMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii nr. 1**
Adresa: MD2004, R. Moldova, mun. Chișinău, str. S. Lazo nr.7
(denumirea autorității/entității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea
- Reactivi și consumabile pentru analizoare de tip închis pentru anul 2026,

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție Cererea ofertelor de prețuri (bunuri)

(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de 30 zile, (treizeci de zile), respectiv până la data de 07.02.2026, și ea va
rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de
valabilitate.

Data completării: 31 decembrie 2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat

I.C.S. „Diamedix Impex” S.R.L.

Administrator: Leah Mariaescu Alin

(semnătura autorizată)



APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. din _____2020

FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC DE ACHIZIȚII EUROPEAN

1. Documentul unic de achiziții europene, (în continuare, DUAЕ) este o declarație pe proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova.
2. Formularul este completat, semnat electronic și transmis autorității contractante la depunerea ofertei.
3. Un DUAЕ depus de către operatorul economic în cadrul unei proceduri de achiziție publică anterioară poate fi reutilizat, cu condiția ca informațiile cuprinse în formular să fie corecte și valabile la data depunerii acestuia.
4. Ofertantul care prezintă în DUAЕ informații false sau documentele justificative prezentate nu confirmă informația indicată în documentul prezentat este exclus din procedura de achiziție publică și/sau poate răspunde conform legislației.
5. Formularul DUAЕ este constituit din 7 capitole, și anume:
 - 1) Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă;
 - 2) Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic;
 - 3) Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică;
 - 4) Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici;
 - 5) Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de selecție a operatorilor economici;
 - 6) Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică;
 - 7) Capitolul VII. Declarații finale.
6. Prezentarea formularului DUAЕ la depunerea ofertei care nu este conform cu cerințele stabilite în Documentația de atribuire duce la respingerea ofertei.

Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă

Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Informații despre publicare		
1A.1	Numărul anunțului/invitației publicate în Buletinul achizițiilor publice, și după caz numărul anunțului publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene	Conform SIA RSAP
B. Identitatea autorității/entității contractante		
1B.1	Denumirea autorității/entității contractante	IMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii nr.1
1B.2	Număr unic de identificare (IDNO) a autorității/entității contractante	1003600152569

Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic

Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Informații privind operatorul economic		
2A.1	Denumirea operatorul economic	ICS,,Diamedix Impex” SRL
2A.2	Țara	Republica Moldova
2A.3	Cod poștal	MD4839
2A.4	Oraș/Localitate	Com. Stauceni
2A.5	Adresa juridică	Str. Chisinau nr.9
2A.6	Pagina web	diamedix.ro
2A.7	Persoana sau persoanele de contact	Savga Cristina
2A.7.1	Telefon	078883232
2A.7.2	Adresa de e-mail	cristina.savga@diamedix.ro
2A.8	Număr unic de identificare (IDNO/IDNP)	2007034017015
2A.9	Numărul cod TVA	0208491
2A.10	Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenariat	Proprietatea cetățenilor străini, a persoanelor juridice și a persoanelor fără cetățenie Diamedix SA, Societate cu Răspundere Limitată.
2A.11	Informația cu privire la numele acționarilor/asociaților/beneficiarului efectiv	
2A.11.1	Numele acționarilor / asociaților	Traian Marinescu
2A.11.2	Numele beneficiarului efectiv <i>[beneficiar efectiv – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară]</i>	Traian Marinescu
2A.11.3	Cetățenia beneficiarului efectiv (legătură juridico-politică permanentă a persoanei fizice definite conform poziției 2A.11.2)	RO
2A.12	Operatorul economic este: • întreprindere mică • întreprindere mijlocie	întreprindere mică

	• și altele	
2A.13	În cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o întreprindere socială, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată?	☐ Da ☒ Nu
2A.13.1	<i>Dacă da, care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați?</i>	număr
2A.13.2	<i>Specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?</i>	text
2A.14	Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici?	☐ Da ☒ Nu
2A.14.1	<i>Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc).</i>	text
2A.14.2	<i>Numiți operatorii economici care participă la procedura respectivă de achiziție publică.</i>	text
2A.14.3	<i>Specificați denumirea grupului participant.</i>	text
<i>Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2A.14, asigurați-vă ca operatorii economici menționați să prezinte un formular DUAE separat.</i>		
B. Informații privind reprezentanții operatorului economic		
Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică.		
2B.1	Nume și prenume	Savga Cristina
2B.2	Poziție/acționând în calitate de..	Reprezentant Vinzari
2B.3	Țară	MD
2B.4	Telefon	078883232
2B.5	Adresa de e-mail	cristina.savga@diamedix.ro
C. Informații privind utilizarea capacităților altor entități		
2C.1	Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în capitolul IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în capitolul V de mai jos?	☐ Da ☒ Nu
<i>Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2C.1, prezentați un formular DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din capitolul respectiv și din capitolul III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări,</i>		

tehnicienii sau organisme tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor. În măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, includeți informațiile prevăzute în capitolele IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.

D. Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează

2D.1	Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți operatori economici?	Da	√Nu
2D.1.1	Dacă Da, enumerați subcontractanții propuși.	text	

Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică

Compartimentul se completează de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
A. Motive referitoare la condamnări prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești		
1	2	3
3A.1	Participare la o organizație criminală. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la o organizație criminală, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Da √Nu
3A.2	Corupție. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru corupție pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere	Da √Nu

	prevăzută în mod direct în condamnare?	
3A.3	Fraude. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru fraudă pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Da ☒ Nu
3A.4	Infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activitățile teroriste. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Da ☒ Nu
3A.5	Spălare de bani sau finanțarea terorismului. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infracțiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Da ☒ Nu
3A.6	Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă	Da ☒ Nu

	pentru exploatare prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	
3A.7	În cazul că răspunsul este Da pentru cel puțin una din întrebările 3A.1 – 3A.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	Da ☒ Nu
3A.7.1	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
B. Motive privind plata impozitelor sau/și a contribuțiilor de asigurări sociale		
	Plata impozitelor	
3B.1	Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit?	☒ Da Nu
3B.1.1	<i>Dacă Nu, în ce mod a fost stabilită obligația cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale?</i>	text
3B.1.2	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă?</i>	Da ☒ Nu
3B.1.3	<i>În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, precizați data și numărul deciziei.</i>	text
3B.2	Operatorul economic beneficiază, în condițiile legii, de eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor?	Da ☒ Nu
	Notă: Se completează doar în cazul în care ați răspuns Nu, la întrebarea din 3B.1.	
3B.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze actul privind eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea</i>	Da Nu

	<i>plății acestora?</i>	
3B.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata impozitelor sau să furnizeze informații privind onorarea obligațiilor fiscale?	√Da Nu
3B.4	Informațiile privind lipsa/existența restanțelor față de bugetul public național sunt disponibile gratuit pentru autorități, prin accesarea unei baze de date naționale? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
C. Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici		
3C.1	Operatorul economic este înscris în lista de interdicție a operatorilor economici?	Da √Nu
3C.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3C.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	Da Nu
3C.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
D. Motive legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale		
	Obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale	
3D.1	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul mediului în ultimii 3 ani?	Da √Nu
3D.1.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	Da Nu
3D.1.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text
3D.2	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul social în ultimii 3 ani?	Da √Nu
3D.2.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.2, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	Da Nu
3D.2.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	text

3D.3	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul muncii în ultimii 3 ani?	Da	√Nu
3D.3.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.3, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	Da	Nu
3D.3.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>		text
	Insolvabilitatea		
3D.4	Operatorul economic este în situație de insolvabilitate sau de lichidare a activității antreprenoriale ca urmare a unei hotărâri judecătorești?	Da	√Nu
3D.4.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.4, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	Da	Nu
3D.4.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>		text
	Active administrate de lichidator		
3D.5	Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță?	Da	√Nu
3D.5.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.5, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	Da	Nu
3D.5.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>		text
	Activitățile economice sunt suspendate		
3D.6	Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate?	Da	√Nu
3D.6.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	Da	Nu
3D.6.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>		text
	Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței		
3D.7	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței, fapt constatat prin decizie a organului abilitat în acest sens?	Da	√Nu √Nu
3D.7.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea</i>	Da	Nu

	3D.7, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	
3D.7.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	text
	Conflict de interese	
3D.8	Operatorul economic se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată?	Da √Nu
3D.8.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.8, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	Da Nu
3D.8.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	text
	Etica profesională	
3D.9	Operatorul economic a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională?	Da √Nu
3D.9.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.9, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	Da Nu
3D.9.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	text
	Integritatea	
3D.10	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea?	Da √Nu
3D.10.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.10, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	Da Nu
3D.10.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	text

Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea (coloana nr.2) contractantă și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Capacitatea de exercitare a activității profesionale		

4A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra înregistrarea acestuia?	√Da Nu
4A.1.1	<i>Dacă Da, indicați actele de înregistrare a activității antreprenoriale și genul (genurile) de activitate determinate de legislație, aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în baza căreia întreprinderea are dreptul să execute viitorul contract de achiziție publică.</i>	4. Certificat de înregistrare nr.044345, seria A MMII din 15.06.2012 MD 0115405. Genurile de activitate: 1. Importul; 2. Comercializarea; 3. Verificarea și repararea dispozitivelor medicale.
4A.1.2	<i>Actele de înregistrare a activității antreprenoriale, sunt disponibile gratuit pentru autorități dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet: text Autoritatea sau organismul emitent(ă): text Referința exactă a documentației: text
4A.2	Activitatea antreprenorială deține o certificare și/sau o autorizare echivalentă aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în cadrul unui sistem național?	Da √Nu
4A.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra certificarea și/sau autorizarea activității acestuia?</i>	Da Nu
4A.2.3	<i>Actele privind certificarea sau autorizarea sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet: text Autoritatea sau organismul emitent(ă): text Referința exactă a documentației: text
4A.3	Genurile de activitate, și/sau certificarea, și/sau autorizarea privind activitatea de întreprinzător, acoperă criteriile de selecție impuse de autoritatea/entitatea contractantă în anunțul/invitația de participare?	√Da Nu
B. Capacitatea economică și financiară		
	Declarații bancare	
4B.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind	√Da Nu

	asigurarea riscului profesional în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire?	
4B.1.1	Informația menționată la punctul 4B.1 este disponibilă gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea ei.	Adresa de internet: Autoritatea sau organismul emitent(ă): Referința exactă a documentației:
	Cifra de afaceri anuală (volumul vânzărilor)	
4B.2	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră de afaceri anuală, după cum urmează: <u>Nu se aplică</u> <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>	Da Nu
4B.2.1	Specificați care este cifra de afaceri anuală, conform datelor din raportul financiar.	Valoarea [număr] Anul
	Cifra de afaceri medie anuală	
4B.3	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră medie anuală de afaceri, după cum urmează: <u>Nu se aplică</u> <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>	Da Nu
4B.3.1	Specificați cifra de afaceri, conform datelor din raportul financiar.	Valoarea [număr] Anul Valoarea [număr] Anul Valoarea [număr] Anul Valoarea medie totală [număr]
	Raport financiar	
4B.4	Operatorul economic este în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar?	√Da Nu
4B.5	Informațiile privind situația economică și financiară sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o	Adresa de internet:

	bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
C. Capacitatea tehnică și/sau profesională		
4C.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract.	√Da Nu
4C.1.1	<i>Informațiile privind capacitatea tehnică și/sau profesională sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
	Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității	
4C.2	Operatorul economic este în măsură să furnizeze detalii referitoare la tehnicieni sau organismele tehnice, specificate în anunțul de participare/documentația de atribuire, pe care autoritatea/entitatea contractantă le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziție publică?	√Da Nu
4C.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la sistemele de management și de trasabilitate utilizate în cadrul lanțului de aprovizionare?	√Da Nu
4C.3.1	<i>Informațiile sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text

	Utilaje, instalații și echipament tehnic	
4C.4	Operatorul economic dispune de utilaje și echipament necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de achiziție publică?	√Da ☐ Nu
4C.5	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	√Da ☐ Nu
	Pregătirea profesională și calificarea personalului	
4C.6	Operatorul economic are în cadrul întreprinderii personal calificat conform cerințelor stabilite în anunțul de participare sau în documentația de atribuire?	√Da ☐ Nu
4C.7	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație privind personalul de specialitate propus pentru executarea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	√Da ☐ Nu
4C.8	Indicați efectivele medii anuale de personal angajat din ultimii trei ani de activitate.	Anul 2020
		Angajați [10]
		Anul 2021
		Angajați [10]
		Anul 2022
		Angajați [14]
	Numărul membrilor personalului de conducere	
4C.9	Indicați numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic pe parcursul ultimilor trei ani.	Anul 2020
		Persoane [1]
		Anul 2021
		Persoane [1]
		Anul 2022
		Persoane [1]
	Mostre, descrieri, fotografii	
4C.10	Operatorul economic este în măsură să furnizeze eșantioane (mostre), descrieri și/sau fotografii ale produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, conform cerințelor stabilite în documentația de atribuire?	√Da ☐ Nu
	Pentru contractele de achiziție publică de lucrări	
4C.11	În perioada de referință, operatorul economic a îndeplinit lucrări specifice sau similare obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	Da √Nu

4C.11.1	Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea lucrărilor, valoarea lor, data de începere, data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, beneficiarul și altă informație relevantă.	text	
Pentru contractele de achiziție publică de bunuri			
4C.12	În perioada de referință, operatorul economic a efectuat livrări specifice obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	√Da	Nu
4C.12.1	Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea livrărilor, valoarea lor, data de începere, data furnizării, beneficiarul și altă informație relevantă.	text	
Pentru contractele de achiziție publică de servicii			
4C.13	În perioada de referință, operatorul economic a prestat servicii similare cu obiectul de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	Da	√Nu
4C.13.1	Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea serviciilor, valoarea lor, durata de execuție, data începerii, beneficiarul și altă informație relevantă.	text	
4C.14	În cazul că răspunsul este Da pentru una din întrebările 4C.11 – 4C.13, puteți furniza dovezi prin care se va demonstra îndeplinirea lucrărilor, livrarea bunurilor, prestarea serviciilor similare conform cerințelor documentației de atribuire?	Da	Nu
D. Standarde de asigurare a calității			
4D.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de asigurare a calității conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația atribuire?	√Da	Nu
4D.2	Informațiile privind standardele de asigurare a calității, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text	
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text	
		Referința exactă a	

		documentației: text
E. Standarde de protecție a mediului		
4E.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de protecție a mediului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	√Da Nu
4E.2	Informațiile privind standardele de protecția mediului, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text
F. Permiterea controalelor		
4F.1	Operatorul economic permite efectuarea verificărilor de către autoritatea/entitatea contractantă referitor la capacitățile economice și financiare, de producție sau tehnice privind executarea viitorului contract de achiziție publică?	√Da Nu

Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de calificare și selecție

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerințelor	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
5A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante: formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire? Termen 3 zile de la solicitare. <i>Notă. Numărul de zile se indică de către autoritatea</i>	√Da Nu

	<i>contractantă ținând cont de cantitatea și caracterul documentelor solicitate.</i>	
5A.2	Informațiile care să îi permită autorității/entității contractante să obțină documentele indicate în anunțul de participare și în documentația de atribuire, sunt disponibile gratuit și direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: text
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): text
		Referința exactă a documentației: text

Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Compartimentul se solicită de către autoritatea contractantă doar în cadrul procedurilor de achiziție publică: licitația restrânsă, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare.

Capitolul VII. Declarații finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în capitolele II – V (după caz II-VI) sunt exacte și corect furnizate, cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.

Operatorul economic declară în mod oficial, că poate să furnizeze la solicitarea autorității/entității contractante fără întârziere, certificatele și documentele justificative solicitate, cu excepția cazului în care autoritatea/entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei baze de date relevante, care este disponibilă gratuit, cu condiția că operatorul economic să fi furnizat informațiile necesare (adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința exactă a documentației) care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să facă acest lucru și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca IMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii nr.1, astfel cum este descrisă în capitolul I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest DUAE în scopul desfășurării procedurii de achiziție MTender ID ocde-b3wdp1-MD-1766490077288, nr. 21529845 din 07.ianuarie.2026, privind aplicarea procedurii Cererea ofertelor de prețuri (bunuri), pentru procurare de Reactivi și consumabile pentru analizoare de tip închis pentru anul 2026.

Nume: Traian Marinescu Alin

Funcția: Administrator

I.C.S. „Diamedix Implex S.R.L.”

Data: 31.12.2025

Adresa: comuna Săuceni, str. Chisinau nr. 9

Semnătura



Formularul ofertei (F3.1)

Data depunerii ofertei: 31 decembrie 2025

Licitația Nr. 21529845

Către: **IMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii nr. 1**

I.C.S. „Diamedix Impex” S.R.L. declară că:

- a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de atribuire.
- b) **I.C.S. „Diamedix Impex” S.R.L.** se angajează să furnizeze/presteze, în conformitate cu documentele de atribuire și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, următoarele bunuri și/sau servicii: reagenti si consumabile de laborator.
- c) Suma totală a ofertei fără TVA constituie:
557 728,00 lei (cinci sute cinizeci și șapte mii șapte sute douăzeci și opt lei 00 bani).
- d) Suma totală a ofertei cu TVA constituie:
609 589,68 lei (șase sute nouă mii cinci sute optzeci și nouă lei 68 bani).
- e) Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în **FDA4.8.**, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu **FDA5.2.**, va rămîne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade;
- f) În cazul acceptării prezentei oferte, **I.C.S. „Diamedix Impex” S.R.L.** se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate cu **FDA7**, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.
- g) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu punctul **IPO5.4**.
- h) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice, în conformitate cu punctul **IPO5.5**.

Semnat: _____

L.Ș.

Nume: **Cristina Savga**

În calitate de: **Reprezentant Vânzări**

Ofertantul: **I.C.S. „Diamedix Impex” S.R.L.**

Adresa: **com. Stăuceni, str. Chișinău nr.9**

Data: **31 decembrie 2025**



Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	21529845			Data: „31” decembrie 2025		Alternativa nr.: _____	
Denumirea licitației:	Reactivi și consumabile pentru analizoare de tip închis pentru anul 2026			Lot: Nr. 1; 2; 3; 4; 6; 7; 8.		Pagina: 1 din 9	
Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produ- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/Servicii:						
	Lot 1 Analizator de biochimie automat HORIBA Pentra 400 - Sistem Închis						
33600000-6	ABX Pentra ALT CP	ABX Pentra ALT CP	Franta	Horiba Medical	Reactivi de biochimie clinica pentru dozarea activitatii ALT in ser sau plasma; 250 teste/kit Test enzimatic cinetic in conformitate cu IFCC; Metoda fara piridoxal-fosfat; Liniaritate: 4-600 U/L; Lungime de unda: 340/420 nm; Volum proba: 20 µL Stabilitatea reactivului de lucru: 2-8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Interferente cu Bilirubina la valori mai mari de: 30 mg/dl; Interferente cu Trigliceridele la valori mai mari de: 600 mg/dl; Interferente cu Hemoglobina la valori mai mari de: 150 mg/dl;	Reactivi de biochimie clinica pentru dozarea activitatii ALT in ser sau plasma; 250 teste/kit Test enzimatic cinetic in conformitate cu IFCC; Metoda fara piridoxal-fosfat; Liniaritate: 4-600 U/L; Lungime de unda: 340/420 nm; Volum proba: 20 µL Stabilitatea reactivului de lucru: 2-8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Interferente cu Bilirubina la valori mai mari de: 30 mg/dl; Interferente cu Trigliceridele la valori mai mari de: 600 mg/dl; Interferente cu Hemoglobina la valori mai mari de: 150 mg/dl;	
33600000-6	ABX Pentra AST CP	ABX Pentra AST CP	Franta	Horiba Medical	Reactivi de biochimie clinica pentru dozarea activitatii AST in ser sau plasma; 250 teste/kit Test enzimatic cinetic in conformitate cu IFCC; Metoda fara piridoxal-fosfat; Liniaritate: 4-600 U/L; Lungime de unda: 340/420 nm; Volum proba: 20 µL Stabilitatea reactivului de lucru: 2-8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Interferente cu Bilirubina la valori mai mari de: 30 mg/dl; Interferente cu Trigliceridele la valori mai mari de: 600 mg/dl; Interferente cu Hemoglobina la valori mai mari de: 150 mg/dl;	Reactivi de biochimie clinica pentru dozarea activitatii AST in ser sau plasma; 250 teste/kit Test enzimatic cinetic in conformitate cu IFCC; Metoda fara piridoxal-fosfat; Liniaritate: 4-600 U/L; Lungime de unda: 340/420 nm; Volum proba: 20 µL Stabilitatea reactivului de lucru: 2-8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Interferente cu Bilirubina la valori mai mari de: 30 mg/dl; Interferente cu Trigliceridele la valori mai mari de: 600 mg/dl; Interferente cu Hemoglobina la valori mai mari de: 150 mg/dl;	

33600000-6	ABX Pentra Amylase CP	ABX Pentra Amylase CP	Franta	Horiba Medical	Reactivi de biochimie clinica pentru dozarea activitatii amilazei in ser, plasma sau urina; 125 teste/kit Test enzimatic cinetic in conformitate cu IFCC; Metoda cu EPS-G7; Linariate: 9 -2000 U/L; Lungime de unda: 405/660 nm; Volum proba: 4 µL Stabilitatea reactivului de lucru: 2- 8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Interferente cu Bilirubina la valori mai mari de: 30 mg/dL; Interferente cu Trigliceridele la valori mai mari de: 600 mg/dL; Interferente cu Hemoglobina la valori mai mari de: 150 mg/dL;	Reactivi de biochimie clinica pentru dozarea activitatii amilazei in ser, plasma sau urina; 125 teste/kit Test enzimatic cinetic in conformitate cu IFCC; Metoda cu EPS-G7; Linariate: 9 -2000 U/L; Lungime de unda: 405/660 nm; Volum proba: 4 µL Stabilitatea reactivului de lucru: 2- 8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Interferente cu Bilirubina la valori mai mari de: 30 mg/dL; Interferente cu Trigliceridele la valori mai mari de: 600 mg/dL; Interferente cu Hemoglobina la valori mai mari de: 150 mg/dL;	
33600000-6	ABX Pentra GGT CP	ABX Pentra GGT CP	Franta	Horiba Medical	Reactivi de biochimie clinica pentru dozarea activitatii gamma-glutamilttransferazei in ser, plasma; 250 teste/kit Test enzimatic; Metoda: Szasz modificata; Linariate: 4 -1000 U/L; Lungime de unda: 405/660 nm; Volum proba: 10 µL Stabilitatea reactivului de lucru: 2- 8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Interferente cu Bilirubina la valori mai mari de: 30 mg/dL; Interferente cu Hemoglobina la valori mai mari de: 150 mg/dL;	Reactivi de biochimie clinica pentru dozarea activitatii gamma-glutamini transferazei in ser, plasma; 250 teste/kit Test enzimatic; Metoda: Szasz modificata; Linariate: 4 -1000 U/L; Lungime de unda: 405/660 nm; Volum proba: 10 µL Stabilitatea reactivului de lucru: 2- 8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Interferente cu Bilirubina la valori mai mari de: 30 mg/dL; Interferente cu Hemoglobina la valori mai mari de: 150 mg/dL;	
33600000-6	ABX Pentra Bilirubin Direct CP	ABX Pentra Bilirubin Direct CP	Franta	Horiba Medical	Reactivi de biochimie clinica pentru determinarea bilirubinei directe in ser, plasma; 100 teste/kit Test colorimetric; Metoda: cu 2,4-dicloranilina (DCA) Linariate: <6.78 mg/dL; Lungime de unda: 550/660 nm; Volum proba: 25µL Stabilitatea reactivului de lucru: 2- 8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Interferente cu Hemoglobina la valori mai mari de: 150 mg/dL; Interferente cu Trigliceridele la valori mai mari de 612 mg/dL	Reactivi de biochimie clinica pentru determinarea bilirubinei directe in ser, plasma; 100 teste/kit Test colorimetric; Metoda: cu 2,4-dicloranilina (DCA) Linariate: <6.78 mg/dL; Lungime de unda: 550/660 nm; Volum proba: 25µL Stabilitatea reactivului de lucru: 2- 8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Interferente cu Hemoglobina la valori mai mari de: 150 mg/dL; Interferente cu Trigliceridele la valori mai mari de 612 mg/dL	

33600000-6	ABX Penta Bilirubin Total CP	ABX Penta Bilirubin Total CP	Franta	Horba Medical	Reactivi de biochimie clinica pentru determinarea bilirubinei totale in ser, plasma; 130 teste/kit Test colorimetric; Metoda: cu 2,4-dicloranilina (DCA) Linariitate: >20 mg/dL; Lungime de unda: 550/600nm; Volum proba: 5µL Stabilitatea reactivului de lucru: 2- 8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Interferente cu Hemoglobina la valori mai mari de: 150 mg/dL; Interferente cu Trigliceridele la valori mai mari de 612 mg/dL	Reactivi de biochimie clinica pentru determinarea bilirubinei totale in ser, plasma; 130 teste/kit Test colorimetric; Metoda: cu 2,4-dicloranilina (DCA) Linariitate: >20 mg/dL; Lungime de unda: 550/600nm; Volum proba: 5µL Stabilitatea reactivului de lucru: 2- 8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Interferente cu Hemoglobina la valori mai mari de: 150 mg/dL; Interferente cu Trigliceridele la valori mai mari de 612 mg/dL	
33600000-6	ALBUMINA ABX Penta Albumin CP	ABX Penta Albumin CP	Franta	Horba Medical	Reactivi de biochimie clinica pentru determinarea albuminei in ser, plasma (cu heparina) 327 teste/kit Test colorimetric; Metoda: cu brocresol green Linariitate: 2.9 µmol/L- 1818 µmol/L; Lungime de unda: 600-700nm; Volum proba: 2µL Stabilitatea reactivului de lucru: 2- 8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Interferente cu Bilirubina la valori mai mari de: 616 µmol/L; Interferente cu Hemoglobina la valori mai mari de: 232 µmol/L; Interferente cu Trigliceridele la valori mai mari de 7 mmol/L	Reactivi de biochimie clinica pentru determinarea albuminei in ser, plasma (cu heparina) 327 teste/kit Test colorimetric; Metoda: cu brocresol green Linariitate: 2.9 µmol/L- 1818 µmol/L; Lungime de unda: 600-700nm; Volum proba: 2µL Stabilitatea reactivului de lucru: 2- 8°C pana la expirarea termenului de pe etichet a flaconului Interferente cu Bilirubina la valori mai mari de: 616 µmol/L; Interferente cu Hemoglobina la valori mai mari de: 232 µmol/L; Interferente cu Trigliceridele la valori mai mari de 7 mmol/L	
33600000-6	ABX Penta Calcium AS CP	ABX Penta Calcium AS CP	Franta	Horba Medical	Reactivi de biochimie clinica pentru determinarea calciului in ser, plasma, urina; 250 teste/kit Test colorimetric; Metoda: Arsenazo Linariitate: 0.16- 20 mg/dL; Lungime de unda: 660-700nm; Volum proba: 4 µL Stabilitatea reactivului de lucru: 2-8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Interferente cu Bilirubina la valori mai mari de: 30 mg/dL; Interferente cu Hemoglobina la valori mai mari de: 150 mg/dL; Interferente cu Trigliceridele la valori mai mari de 612 mg/dL	Reactivi de biochimie clinica pentru determinarea calciului in ser, plasma, urina; 250 teste/kit Test colorimetric; Metoda: Arsenazo Linariitate: 0.16- 20 mg/dL; Lungime de unda: 660-700nm; Volum proba: 4 µL Stabilitatea reactivului de lucru: 2- 8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Interferente cu Bilirubina la valori mai mari de: 30 mg/dL; Interferente cu Hemoglobina la valori mai mari de: 150 mg/dL; Interferente cu Trigliceridele la valori mai mari de 612 mg/dL	

33600000-6	ABX Pentra Glucose PAP CP	ABX Pentra Glucose PAP CP	Franta	Horiba Medical	Reactiv de biochimie clinica pentru determinarea glucozei in ser, plasma si urina 295 teste/kit Test enzimatic colorimetric; Metoda: Trinder Linariata: 3.96- 430 mg/dL; Lungime de unda: 505/700 nm; Volum proba: 4 µL Stabilitatea reactivului de lucru: 2- 8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Interferente cu Bilirubina la valori mai mari de: 30 mg/dL; Interferente cu Hemoglobina la valori mai mari de: 150 mg/dL; Interferente cu Trigliceridele la valori mai mari de 612 mg/dL	Reactiv de biochimie clinica pentru determinarea glucozei in ser plasma si urina 295 teste/kit Test enzimatic colorimetric; Metoda: Trinder Linariata: 3.96- 430 mg/dL; Lungime de unda: 505/700 nm; Volum proba: 4 µL Stabilitatea reactivului de lucru: 2- 8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Interferente cu Bilirubina la valori mai mari de: 30 mg/dL; Interferente cu Hemoglobina la valori mai mari de: 150mg/dL; Interferente cu Trigliceridele la valori mai mari de 612 mg/dL	
33600000-6	MAGNEZIU ABX Pentra Magnesium RTU	ABX Pentra Magnesium RTU	Franta	Horiba Medical	Reactiv de biochimie clinica pentru determinarea magneziului in ser, plasma 2x100teste/kit Test colorimetric; Metoda: xylidyl blue Linariata: 0.17 – 4.6 mg/dL; Lungime de unda: 520/700 nm; Volum proba: 2.5 µL Stabilitatea reactivului de lucru: 2-8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Interferente cu Bilirubina la valori mai mari de: 30 mg/dL; Interferente cu Hemoglobina la valori mai mari de: 150 mg/dL; Interferente cu Trigliceridele la valori mai mari de 612 mg/dL	Reactiv de biochimie clinica pentru determinarea magneziului in ser, plasma 2x100teste/kit Test colorimetric; Metoda: xylidyl blue Linariata: 0.17 – 4.6 mg/dL; Lungime de unda: 520/700 nm; Volum proba: 2.5 µL Stabilitatea reactivului de lucru: 2- 8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Interferente cu Bilirubina la valori mai mari de: 30 mg/dL; Interferente cu Hemoglobina la valori mai mari de: 150 mg/dL; Interferente cu Trigliceridele la valori mai mari de 612 mg/dL	
33600000-6	ABX Pentra Total Protein 100	ABX Pentra Total Protein 100 CP	Franta	Horiba Medical	Reactiv de biochimie clinica pentru determinarea proteinelor totale in ser, plasma 100 teste/kit Test colorimetric; Metoda: biuret Linariata: 1.56- 160 g/L; Lungime de unda: 550/700 nm; Volum proba: 2µL Stabilitatea reactivului de lucru: 2- 8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului	Reactiv de biochimie clinica pentru determinarea proteinelor totale in ser, plasma 100 teste/kit Test colorimetric; Metoda: biuret Linariata: 1.56- 160 g/L; Lungime de unda: 550/700 nm; Volum proba: 2µL Stabilitatea reactivului de lucru: 2- 8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului	

				Reactivi de biochimie clinica pentru determinarea ureei in ser, plasma si urina; 220 teste/Kit Test colorimetric; Metoda: enzimatica cu GLDH Limariate: 300 mg/dL; Lungime de unda: 340/405 nm; Volum proba: 3 µL	Reactivi de biochimie clinica pentru determinarea ureei in ser, plasma si urina; 220 teste/Kit Test colorimetric; Metoda: enzimatica cu GLDH Limariate: 300 mg/dL; Lungime de unda: 340/405 nm; Volum proba: 3 µL	
33600000-6	ABX Pentra Urea CP	ABX Pentra Urea CP	Franta	Horiba Medical Stabilitatea reactivului de lucru: 2- 8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Interferente cu: Bilirubina Totala la valori mai mari de: 22.19 mg/dL; Bilirubina Directa la valori mai mari de: 23.36 mg/dL; Hemoglobina la valori mai mari de: 290 µmol/L; Trigliceridele la valori mai mari de 612 mg/dL	Stabilitatea reactivului de lucru: 2-8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Interferente cu: Bilirubina Totala la valori mai mari de: 22.19 mg/dL; Bilirubina Directa la valori mai mari de: 23.36 mg/dL; Hemoglobina la valori mai mari de: 290 µmol/L; Trigliceridele la valori mai mari de 612 mg/dL	
33600000-6	ABX Pentra Multical	ABX Pentra Multical	Franta	Horiba Medical Ser de calibrare liofilizat pentru calibrarea reactivilor de biochimie. Stabilitate: 1 luna de la reconstituire la -25-15°C. Stabilitate inainte de deschidere: pana la data expirarii inscrisa pe eticheta la 2-8°C sau la -20°C	Ser de calibrare liofilizat pentru calibrarea reactivilor de biochimie. Stabilitate: 1 luna de la reconstituire la -25-15°C. Stabilitate inainte de deschidere: pana la data expirarii inscrisa pe eticheta la 2-8°C sau la -20°C	
33600000-6	ABX Pentra N MultiControl	ABX Pentra N MultiControl	Franta	Horiba Medical Ser de control liofilizat – nivel normal pentru controlul reactivilor de biochimie, 42 parametri. Stabilitate: 2 saptamani de la reconstituire la -25-15°C. Stabilitate inainte de deschidere: pana la data expirarii inscrisa pe eticheta la 2-8°C Mod de prezentare 10 x 5 ml	Ser de control liofilizat – nivel normal pentru controlul reactivilor de biochimie, 42 parametri. Stabilitate: 2 saptamani de la reconstituire la -25-15°C. Stabilitate inainte de deschidere: pana la data expirarii inscrisa pe eticheta la 2-8°C Mod de prezentare 10 x 5 ml	
33600000-6	ABX Pentra P MultiControl	ABX Pentra P MultiControl	Franta	Horiba Medical Ser de control liofilizat – nivel patologic pentru controlul reactivilor de biochimie, 42 parametri Stabilitate: 2 saptamani de la reconstituire la -25-15°C. Stabilitate inainte de deschidere: pana la data expirarii inscrisa pe eticheta la 2-8°C Mod de prezentare 10 x 5 ml	Ser de control liofilizat – nivel patologic pentru controlul reactivilor de biochimie, 42 parametri Stabilitate: 2 saptamani de la reconstituire la -25-15°C. Stabilitate inainte de deschidere: pana la data expirarii inscrisa pe eticheta la 2-8°C Mod de prezentare 10 x 5 ml	
33600000-6	ABX Pentra Deproteinizer CP	ABX Pentra Deproteinizer CP	Franta	Horiba Medical Solutie de deproteinizare cu hipoclorit de sodiu (< 5 %) si hidroxid de sodiu (< 0.5 %) R: 30 mL Stabilitate: 1 luna de la deschidere . Stabilitate inainte de deschidere: pana la data expirarii inscrisa pe eticheta la 2-8°C	Solutie de deproteinizare cu hipoclorit de sodiu (< 0.5 %) si hidroxid de sodiu (< 0.5 %) R: 30 mL Stabilitate: 1 luna de la deschidere . Stabilitate inainte de deschidere: pana la data expirarii inscrisa pe eticheta la 2-8°C	
33600000-6	ABX Clean Chem	ABX Pentra Clean - Chem CP (4x99ml/kit)	Franta	Horiba Medical Solutie de spalare (NaOH > 2%) Volum caseta:99ml Stabilitate: 1 luna de la deschidere . Stabilitate inainte de deschidere: pana la data expirarii inscrisa pe eticheta la 2-8°C Mod prezentare: kit format din 4 casete	Solutie de spalare (NaOH > 2%) Volum caseta:99ml Stabilitate: 1 luna de la deschidere . Stabilitate inainte de deschidere: pana la data expirarii inscrisa pe eticheta la 2-8°C Mod prezentare: kit format din 4 casete	
33600000-6	Cuve citire – ABX Pentra Cuvette Segments Rack	ABX Pentra Cuvette Segments Rack	Franta	Horiba Medical Cuve de reactie de unica folosinta, compatibile cu ABX Pentra 400.	Cuve de reactie de unica folosinta, compatibile cu ABX Pentra 400.	
33600000-6	Cupe proba – Blue sample ABX Pentra Sample Cups	ABX Pentra Sample Cups	Franta	Horiba Medical Cupe proba albastre, compatibile cu analizorul ABX Pentra 400. Mod de prezentare punga 1000 bucati	Cupe proba albastre, compatibile cu analizorul ABX Pentra 400. Mod de prezentare punga 1000 bucati	

33600000-6	Proteina C-reactivă CRP	ABX Proteina C-reactivă CRP	Franta	Horiba Medical	Reactivi de biochimie clinica pentru determinarea proteinei C reactive in ser si plasma 200 teste/kit Test: turbidimetric Metoda: immunoturbidimetrica Linariate: 1600 mg/L; post dilutie 10 Lungime de unda: 560/700 nm; Volum proba: 4µL Stabilitatea reactivului de lucru: 2- 8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Interferente cu: Bilirubina Totala la valori mai mari de: 289 µmol/l Bilirubina Directa la valori mai mari de: 321 µmol/ Hemoglobina la valori mai mari de: 4.85g/L; Trigliceridele la valori mai mari de 7mmol/l	Reactivi de biochimie clinica pentru determinarea proteinei C reactive in ser si plasma 200 teste/kit Test: turbidimetric Metoda: immunoturbidimetrica Linariate: 1600 mg/L; postdilutie 10 Lungime de unda: 560/700 nm; Volum proba: 4µL Stabilitatea reactivului de lucru: 2- 8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Interferente cu: Bilirubina Totala la valori mai mari de: 289 µmol/l Bilirubina Directa la valori mai mari de: 321 µmol/ Hemoglobina la valori mai mari de: 4.85g/L; Trigliceridele la valori mai mari de 7mmol/l	
33600000-6	Calibrator pentru Proteina C-reactivă ABX Pentra CRP Cal	ABX Pentra CRP Cal	Franta	Horiba Medical	Ser de calibrare gata de folosire pentru calibrarea metodei CRP Stabilitate: 3 saptamani de la deschidere la 2-8°C. Stabilitate inainte de deschidere: pana la data expirarii inscrisa pe eticheta la 2-8°C Mod de prezentare flacon 5x1ml	Ser de calibrare gata de folosire pentru calibrarea metodei CRP Stabilitate: 3 saptamani de la deschidere la 2-8°C. Stabilitate inainte de deschidere: pana la data expirarii inscrisa pe eticheta la 2-8°C Mod de prezentare flacon 5x1 ml	
33600000-6	ABX Pentra creatinine 120 CP	ABX Pentra creatinine 120 CP	Franta	Horiba Medical	Reactiv de biochimie clinica pentru determinarea creatininei în ser, plasma și urina 120 teste /kit test colorimetric; Metoda: jaffe. Linariate: 0.11 – 18.1 mg/dL, lungime de undă: 505/580 nm; volum proba: 10 µL Stabilitatea reactivului de lucru: 2 - 8°C pînă la la expirarea termenului de pe eticheta flaconului interferente cu Bilirubina la valori mai mari de 30 mg/dL; Interferente cu Hemoglobina la valori mai mari de: 150 mg/dL; Interferente cu Trigliceridele	Reactiv de biochimie clinica pentru determinarea creatininei în ser, plasma și urina 120 teste /kit test colorimetric; Metoda: jaffe. Linariate: 0.11 – 18.1 mg/dL, lungime de undă: 505/580 nm; volum proba: 10 µL Stabilitatea reactivului de lucru: 2 - 8°C pînă la la expirarea termenului de pe eticheta flaconului interferente cu Bilirubina la valori mai mari de 30 mg/dL; Interferente cu Hemoglobina la valori mai mari de: 150 mg/dL; Interferente cu Trigliceridele	
33600000-6	ABX Pentra Iron CP	ABX Pentra Iron CP	Franta	Horiba Medical	Reactiv de biochimie clinica pentru determinarea fierului in ser si plasma 282 teste/kit Test colorimetric; Metoda: Ferene Linariate: 1.33-180µmol/L; Lungime de unda: 600/700 nm; Volum proba: 22µL Stabilitatea reactivului de lucru: 2- 8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconuluiInterferente cu Bilirubina la valori mai mari de: 321µmol/L; Interferente cu Hemoglobina la valori mai mari de: 104 µmol/L; Interferente cu trigliceridele la valori mai mari de: 7 mmol/L;	Reactiv de biochimie clinica pentru determinarea fierului in ser si plasma 282 teste/kit Test colorimetric; Metoda: Ferene Linariate: 1.33-180µmol/L; Lungime de unda: 600/700 nm; Volum proba: 22µL Stabilitatea reactivului de lucru: 2-8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconuluiInterferente cu Bilirubina la valori mai mari de: 321µmol/L; Interferente cu Hemoglobina la valori mai mari de: 104 µmol/L; Interferente cu trigliceridele la valori mai mari de: 7 mmol/L;	

				Reactiv de biochimie clinica pentru determinarea fosforului in ser, plasma si urina 100 teste/kit Test colorimetric; Metoda: UV cu fosfomolibdat Linariate: 0.09 - 7.8 mmol/L Volum proba: 2.8 µL/test Stabilitatea reactivului de lucru: 2-8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Interferente: Hemoglobina: > 125 mg/dL Trigliceride: concentratia intralipidelor > 262.5 mg/dL Total Bilirubina: > 6 mg/dL Direct Bilirubina: > 22.5 mg/dL Reactiv de biochimie clinica pentru determinarea fosforului in ser, plasma si urina 100 teste/kit Test colorimetric; Metoda: UV cu fosfomolibdat Linariate: 0.09 - 7.8 mmol/L. Volum proba: 2.8 µL/test Stabilitatea reactivului de lucru: 2-8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Interferente: Hemoglobina: > 125 mg/dL Trigliceride: concentratia intralipidelor > 262.5 mg/dL Total Bilirubina: > 6 mg/dL.Direct Bilirubina: > 22.5 mg/dL	Reactiv de biochimie clinica pentru determinarea fosforului in ser, plasma si urina 100 teste/kit Test colorimetric; Metoda: UV cu fosfomolibdat Linariate: 0.09 - 7.8 mmol/L Volum proba: 2.8 µL/test Stabilitatea reactivului de lucru: 2-8°C pana la expirarea termenului de pe eticheta flaconului Interferente: Hemoglobina: > 125 mg/dL Trigliceride: concentratia intralipidelor > 262.5 mg/dL Total Bilirubina: > 6 mg/dL Direct Bilirubina: > 22.5 mg/dL		
33600000-6	Phosphorus ABX Phosphorus CP	ABX Phosphorus CP	Franta	Horiba Medical			
33600000-6	ALP ABX ALP CP	ABX ALP CP	Franta	Horiba Medical	Reactivi de biochimie clinica pentru dozarea fosfatazei alcalina in ser sau plasma: 125 teste/kit. Test enzimatic cinetic. Stabilitatea reactivului de lucru 2-8 C, pina la expirarea termenului de pe eticheta flaconului.	Reactivi de biochimie clinica pentru dozarea fosfatazei alcalina in ser sau plasma: 125 teste/kit. Test enzimatic cinetic. Stabilitatea reactivului de lucru 2-8 C, pina la expirarea termenului de pe eticheta flaconului.	
	LOT II Analizator automat hematologic Horiba Yumizen H500 - sistem inchis						
33600000-6	ABX Diluent	ABX Diluent	Franta	Horiba Medical	Compozitie: - Tampon organic < 5 % - Conservanti < 0,1 % - Agenti tensiactivi < 0,1 % Stabilitate dupa deschidere: - 6 luni la 18 - 25°C Prezentare: Solutie apoasa limpede si necolorata la bidon de 20 L/kit Termen de valabilitate: pana la data inscrisa pe eticheta	Compozitie: - Tampon organic < 5 % - Conservanti < 0,1 % - Agenti tensiactivi < 0,1 % Stabilitate dupa deschidere: - 6 luni la 18 - 25°C Prezentare: Solutie apoasa limpede si necolorata la bidon de 20 L/kit Termen de valabilitate: pana la data inscrisa pe eticheta	
33600000-6	ABX WHITEDIF	ABX WHITEDIF	Franta	Horiba Medical	Compozitie: - Agent lizant< 5% - Surfactanti < 5% - Conservant i< 1% Stabilitate dupa deschidere: - 2 luni la 15 – 30°C.Prezentare: Solutie apoasa limpede, culoare galben pal, la bidon de 1 L/set Termen de valabilitate: pana la data inscrisa pe eticheta	Compozitie: - Agent lizant< 5% - Surfactanti < 5% - Conservant i< 1% Stabilitate dupa deschidere: - 2 luni la 15 – 30°C.Prezentare: Solutie apoasa limpede, culoare galben pal, la bidon de 1 L/set Termen de valabilitate: pana la data inscrisa pe eticheta	

33600000-6	ABX Cleaner	ABX Cleaner	Franta	Horiba Medical	Compozitie: - Tampon organic < 5 % - Enzima proteolitica < 1 % - Conservanti < 0,1 % Stabilitate dupa deschidere: - 3 luni la 18 - 25°C Prezentare: Solutie apoasa limpede si slab glabena, la bidon de 1 L/kit Termen de valabilitate: pana la data inscrisa pe eticheta	Compozitie: - Tampon organic < 5 % - Enzima proteolitica < 1 % - Conservanti < 0,1 % Stabilitate dupa deschidere: - 3 luni la 18 - 25°C Prezentare: Solutie apoasa limpede si slab glabena, la bidon de 1 L/kit Termen de valabilitate: pana la data inscrisa pe eticheta	
33600000-6	ABX Minoclair	ABX Minoclair	Franta	Horiba Medical	Compozitie: - Agent chimic de curatare < 5 % - Conservanti < 1 % Stabilitate dupa deschidere: - 6 luni la 18 - 25°C Prezentare: Solutie apoasa limpede si slab glabena, cu miros de inalbitor, la bidon de 0,5 L/kit Termen de valabilitate: pana la data inscrisa pe eticheta	Reactiv pentru intretinerea periodica a analizorului Compozitie: - Agent chimic de curatare < 5 % - Conservanti < 1 % Stabilitate dupa deschidere: - 6 luni la 18 - 25°C Prezentare: Solutie apoasa limpede si slab glabena, cu miros de inalbitor, la bidon de 0,5 L/kit Termen de valabilitate: pana la data inscrisa pe eticheta	
33600000-6	ABX Diffrol (P)	ABX Diffrol	Franta	Horiba Medical	Compozitie: - Leucocite de mamifere, eritrocite si trombocite suspendate intr-un lichid similar cu plasma. Stabilitate dupa deschidere: - 16 zile la 2 - 8°C Prezentare: Suspensie similara cu o proba de sange proaspata, 2 flacoane/kit Termen de valabilitate: pana la data inscrisa pe eticheta	Material de control patologic pentru verificarea valorilor patologice scazute ale controlului de calitate, pentru toti parametri, inclusiv 5 DIFP Compozitie: - Leucocite de mamifere, eritrocite si trombocite suspendate intr-un lichid similar cu plasma. Stabilitate dupa deschidere: - 16 zile la 2 - 8°C Prezentare: Suspensie similara cu o proba de sange proaspata, 2 flacoane/kit Termen de valabilitate: pana la data inscrisa pe eticheta	
33600000-6	ABX Diffrol (N)	ABX Diffrol	Franta	Horiba Medical	Compozitie: - Leucocite de mamifere, eritrocite si trombocite suspendate intr-un lichid similar cu plasma. Stabilitate dupa deschidere: - 16 zile la 2 - 8°C Prezentare: Suspensie similara cu o proba de sange proaspata, 2 flacoane/kit Termen de valabilitate: pana la data inscrisa pe eticheta	Material de control normal pentru verificarea valorilor normale ale controlului de calitate, pentru toti parametri, inclusiv 5 DIFP Compozitie: - Leucocite de mamifere, eritrocite si trombocite suspendate intr-un lichid similar cu plasma. Stabilitate dupa deschidere: - 16 zile la 2 - 8°C Prezentare: Suspensie similara cu o proba de sange proaspata, 2 flacoane/kit Termen de valabilitate: pana la data inscrisa pe eticheta	
33600000-6	ABX Diffrol (H)	ABX Diffrol	Franta	Horiba Medical	Compozitie: - Leucocite de mamifere, eritrocite si trombocite suspendate intr-un lichid similar cu plasma. Stabilitate dupa deschidere: - 16 zile la 2 - 8°C Prezentare: Suspensie similara cu o proba de sange proaspata, 2 flacoane/kit Termen de valabilitate: pana la data inscrisa pe eticheta	Material de control pentru verificarea valorilor patologice crescute ale controlului de calitate, pentru toti parametri, inclusiv 5 DIFP Compozitie: - Leucocite de mamifere, eritrocite si trombocite suspendate intr-un lichid similar cu plasma. Stabilitate dupa deschidere: - 16 zile la 2 - 8°C Prezentare: Suspensie similara cu o proba de sange proaspata, 2 flacoane/kit Termen de valabilitate: pana la data inscrisa pe eticheta	

LOT III Reactivi analizator biochimic Point of Care Seamaty SMT 120					
33600000-6	Rotoare Biochimice 11 Chemistry CRP kit, compatibile cu analizatorul Seamaty SMT 120	Rotoare 11 Chemistry CRP kit	China	Chengdu Seamaty Technology Co	Rotoare compatibile cu analizatorul de biochimie Point of care: Seamaty SMT 120. Fiecare rotor contine toti reactivii si controlul necesari analizei de TP, CREA, TBIL, AST, ALP, ALB, ALT, DBIL, GLU, CRP, UREA, U/C, A/G, GLOB
LOT IV Teste Epoc BGEM Test Card					
33600000-6	Epoc BGEM Test Card	Epoc BGEM Test Cards Crea&CHI	Germania	Siemens	Epoc BGEM Test Card, Amb: 1 set -50 teste(buc).Compatible cu analizatorul EPOC
Lot - VI Control Extern al Calitatii					
33600000-6	Seruri pentru evaluarea controlului extern de calitate. Program Biochimie	Clinical Chemistry 4. COD - CC4	Germania	ESTEOA GmbH	Program de control extern al calitatii Biochimie Control Clinical Chemistry , raportare trimestriala. Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Ser liofilizat 5 mL pentru control extern internatinal de calitate 4 ori pe an a câte 2 nivele de probe raportate Clinical Chemistry 37 parametri: Ureea, Creatinina, Proteina totala, Albumina, Acid uric, Bilirubina total/conjugata, Glucoza, ALT (GPT), AST (GOT), γ-GTP, Fosfataza alcalina, Alfa-Amilaza totala, Amilaza pancreatica, Calciu, LDH, Fier, Ammoniu, Lipase, Sodiu, Potasiu, CK, etc. (1 kit = 2 raportari /trimestru)
Lot VII Seruri pentru evaluarea controlului extern de calitate. Program Hematologie					
33600000-6	Seruri pentru evaluarea controlului extern de calitate. Program Hematologie	Hematology 4 COD - HEM4	Germania	ESTEOA GmbH	Program de control extern al calitatii. Control Hematologic. - Cerințele p/u articole: Cerințe generale*+Nota** Sînge roși integral uman stabilizat, volum minim 2 mL pentru evaluarea control extern internatinal de calitate Hematologic de 4 ori pe an a câte 2 nivele de probe raportate. (1 kit = 2 raportari/trimestru)
Lot - VIII Seruri pentru evaluarea controlului extern de calitate. Program biochimie urinara (strip)					
33600000-6	Seruri pentru evaluarea controlului extern de calitate. Program biochimie urinara (strip)	Qualitative Urine Analysis 4 COD USA4	Germania	ESTEOA GmbH	Program de Control extern de evaluare a calitatii Biochimie urinara, trimestrial - Probă lichidă de urină de origine umană cu adaos de conservanți și stabilizatori, p/u control extern internatinal de calitate European, trimestrial - 4 ori pe an a câte 2 nivele de raportare p/u: Bilirubina, glucoza, hCG, hemoglobina, leucocite, nitriti, pH, ketone, total proteine, urobilogen.

Semnăt:  Agent P. Savga Cristina În calitate de: Reprezentant vanzari

Ofertantul: I.C.S. S.A. MEDICA IMPEX S.R.L. Adresa: Mun Chisinau, Comuna Stauceni, Str. Chisinau nr. 9 MD – 4839



Specificații de preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]

Numărul licitației:	21529845	Data: „31” decembrie 2025	Alternativa nr.: _____	
Denumirea licitației :	Reactivi și consumabile pentru analizoare de tip închis pentru anul 2026	Lot: Nr. 1; 2; 3; 4; 6; 7; 8.	Pagina: 1 din 3	

Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fara TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Bunuri/Servicii:							
	Lot-1 Analizator de biochimie automat HORIBA Pentru 400- Sistem Inchis							
33600000-6	ALT ABX Pentru ALT CP	kit	14	386,00	416,88	5 404,00	5 836,32	
33600000-6	AST ABX Pentru AST CP	kit	14	381,00	411,48	5 334,00	5 760,72	
33600000-6	Amlaza ABX Pentru Amylase CP	kit	18	932,00	1 006,56	16 776,00	18 118,08	
33600000-6	GGT ABX Pentru GGT CP	kit	2	558,00	602,64	1 116,00	1 205,28	
33600000-6	ABX Pentru Bilirubin Direct CP	kit	25	197,00	212,76	4 925,00	5 319,00	
33600000-6	ABX Pentru Bilirubin Total CP	kit	23	263,00	284,04	6 049,00	6 532,92	
33600000-6	ALBUMINA ABX Pentru Albumin CP	kit	2	311,00	335,88	622,00	671,76	
33600000-6	ABX Pentru Calcium AS CP	kit	12	584,00	630,72	7 008,00	7 568,64	
33600000-6	ABX Pentru Glucose PAP CP	kit	12	287,00	309,96	3 444,00	3 719,52	
33600000-6	ABX Pentru Total Protein 100	kit	18	240,00	259,20	4 320,00	4 665,60	
33600000-6	UREA ABX Pentru Urea CP	kit	14	317,00	342,36	4 438,00	4 793,04	
33600000-6	MultiCal ABX Pentru Multical	kit	1,5	5 800,00	6 264,00	8 700,00	9 396,00	
33600000-6	ABX Pentru N Multicontrol	kit	1,5	7 100,00	7 668,00	10 650,00	11 502,00	

33600000-6	ABX Pentra P MultiControl	kit	1,5	7 100,00	7 668,00	10 650,00	11 502,00	
33600000-6	ABX Pentra Deproteinizer CP	kit	12	441,00	529,20	5 292,00	6 350,40	
33600000-6	ABX Pentra Clean - Chem	kit	3	2 200,00	2 640,00	6 600,00	7 920,00	
33600000-6	Cuve citire – ABX Pentra Cuvette Segments Rack	kit	7	5 300,00	6 360,00	37 100,00	44 520,00	
33600000-6	Cupe proba – Blue sample ABX Pentra Sample Cups	kit	5	690,00	828,00	3 450,00	4 140,00	
33600000-6	Proteina C-reactivă CRP	kit	20	2 100,00	2 268,00	42 000,00	45 360,00	
33600000-6	Calibrator pentru Proteina C-reactivă ABX Pentra CRP Cal	kit	2	6 600,00	7 128,00	13 200,00	14 256,00	
33600000-6	ABX Pentra creatinine 120 CP	kit	24	300,00	324,00	7 200,00	7 776,00	
33600000-6	ABX Pentra Iron CP	kit	3	650,00	702,00	1 950,00	2 106,00	
33600000-6	Phosphorus ABX Phosphorus CP	kit	12	240,00	259,20	2 880,00	3 110,40	
33600000-6	ABX Pentra ALP CP	kit	10	180,00	194,40	1 800,00	1 944,00	
				Total	210 908,00	234 073,68		
	Lot -II Analizator automat hematologic Horiba Yumizen H500 - sistem inchis							
33600000-6	ABX Diluent	buc	18	2 400,00	2 592,00	43 200,00	46 656,00	
33600000-6	ABX WHITEDIF	buc	25	4 500,00	4 860,00	112 500,00	121 500,00	
33600000-6	ABX Cleaner	buc	18	240,00	288,00	4 320,00	5 184,00	
33600000-6	ABX Minoclair	buc	8	450,00	540,00	3 600,00	4 320,00	
33600000-6	ABX Diffrol (P)	set	12	1 500,00	1 620,00	18 000,00	19 440,00	
33600000-6	ABX Diffrol (N)	set	12	1 500,00	1 620,00	18 000,00	19 440,00	
33600000-6	ABX Diffrol (H)	set	12	1 500,00	1 620,00	18 000,00	19 440,00	
				Total	217 620,00	235 980,00		
	Lot-III Reactivi analizator biochimic Point of Care Seamaty SMT 120							
33600000-6	Rotoare biochimice	buc	200	236,50	255,42	47 300,00	51 084,00	
				Total	47 300,00	51 084,00		

	Lot - IV Teste Epoc BGEM Test Card								
33600000-6	Epoc BGEM Test Card	buc	400	170,00	183,60	68 000,00	73 440,00		
					Total	68 000,00	73 440,00		
	Lot - VI Control extern al Calitatii								
33600000-6	Seruri pentru evaluarea controlului extern de calitate. Program Biochimie	kit	4	800,00	864,00	3 200,00	3 456,00		
					Total	3 200,00	3 456,00		
	Lot - VII Seruri pentru evaluarea controlului extern de calitate. Program Hematologie								
33600000-6	Seruri pentru evaluarea controlului extern de calitate. Program Hematologie	kit	4	1 425,00	1 539,00	5 700,00	6 156,00		
					Total	5 700,00	6 156,00		
33600000-6	Lot - VIII Seruri pentru evaluarea controlului extern de calitate. Program biochimie urinara								
	Seruri pentru evaluarea controlului extern de calitate. Program biochimie urinara (strip)	kit	4	1 250,00	1 350,00	5 000,00	5 400,00		
					Total	5 000,00	5 400,00		
					Total loturi	557 728,00	609 589,68		

Semnat: _____ Pnumele: Savga Cristina În calitate de: Reprezentant vanzari

Oferantul: I.C.S. "IMPEX" S.R.L. Adresa: Mun Chisinau, Comuna Stauceni, Str. Chisnau nr. 9 MD – 4839



DECLARAȚIE
privind situația personală a operatorului economic (F3.5)

Operator economic,
I.C.S. „Diamedix Impex” S.R.L.

Subsemnatul, **Savga Cristina** reprezentant împuternicit al **I.C.S. ”Diamedix Impex” S.R.L.**, în calitate de ofertant/ofertant asociat declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 18 din Legea privind achizițiile publice nr. 131 din 03.07.2015, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, **Savga Cristina** reprezentant împuternicit al **I.C.S. ”Diamedix Impex” S.R.L.**, în calitate de ofertant, la procedura de Cererea ofertelor de prețuri (bunuri) pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect Reactivi și consumabile pentru analizoare de tip închis pentru anul 2026, având codul CPV 33600000-6, la data de 07.ianuarie.2026, organizată de IMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii nr.1, declar pe propria răspundere că:

- a) nu am intrat în faliment ca urmare a hotărârii judecătorești;
- b) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale;
- c) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- d) toate informațiile și documentele prezentate pentru procedura de achiziție menționată mai sus sunt veridice și autentice;
- e) nu suntem incluși în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Înțeleg ca în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.

Data completării: 31 decembrie 2025

Operator economic,

I.C.S. „Diamedix Impex” S.R.L.

Semnătura



L.Ș.

DECLARAȚIA PRIVIND CONDUITA ETICĂ ȘI NEIMPLICAREA ÎN PRACTICI FRAUDULOASE ȘI DE CORUPERE (F3.4)

Data: 31.decembrie.2025

Numărul licitației: 21529845

Către: **IMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii nr. 1**

I.C.S. „Diamedix Impex” S.R.L. confirmă prin prezenta că:

1. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociați ai lor nu este în relații care ar fi putut considerate ca un conflict de interese, conform prevederilor din documentele de licitație, punctul IPO4.

2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potențial, vom raporta imediat informația respectivă către autoritatea contractantă.

3. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrângere sau alte practici anticoncurențiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitații, conform prevederilor din documentele de licitație, punctul IPO8.

4. În legătură cu procedura respectivă de licitație și cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plăți către angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele lor, care sînt implicați în achiziția publică, implementarea contractului și aprobarea plăților contractuale în numele autorității contractante.

Semnat: _____

Nume: **Traian Marinescu Alin**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei și semn: **I.C.S. „Diamedix Impex” S.R.L.**



Către: **IMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii nr. 1**
Adresa: MD2004, R. Moldova, mun. Chișinău, str. S. Lazo nr.7
(denumirea autorității/entității contractante și adresa completă)

DECLARAȚIE

Prin prezenta, **I.C.S. „Diamedix Impex” S.R.L.**, ne angajăm:

- Reagenții să dispună de certificate internaționale ISO, CE Marca;
- Reagenții să fie originali și compatibili cu analizatoarele complet automate;
- Recipientele (sub forma de casete) de reactivi trebuie să prezinte coduri de bare identificate automat de analizator, să poată fi înregistrate automat ca și caseta de back-up, atunci când acestea se afla în dublu exemplar, în inventarul analizatorului
- Distribuitorul să dispună de autorizare de la producător;
- Reagenții să fie obligatoriu în ambalajul original de la producător și de la un singur producător.
- Firma furnizor de reactivi să dispună de ingineri calificați, certificate de la producătorul echipamentului pentru deservirea gratis a echipamentului de laborator pe perioada de utilizare a reactivelor.
- Mentenanța să fie efectuată de către inginerii autorizați de producătorul analizorului.
- Prezența instrucțiunii de utilizare a produselor, inclusiv și traducerea în limba de stat .

Data completării: 31 decembrie 2025

Cu stimă, Ofertant/candidat
I.C.S. „Diamedix Impex” S.R.L.
Administrator: Traian Marinescu Alin

