



IDNO: 1007600044280;
adresa: mun. Chişinău, str. Decebal 82-90
tel. 022 808 002, 022 808 003
e-mail: oxivit.medical@gmail.com

Anexa nr. 7
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

CERERE DE PARTICIPARE

Către: CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
adresa: MD-2005, MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, mun. Chişinău MD-
2005, bd. Grigore Vieru, 22/2

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și/sau SIA RSAP MTender, nr. ocds-b3wdp1-MD-1779367218044 din 08.06.2026, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de Achiziționarea endoprotezelor conform necesităților IMSP Spitalul Clinic „Sfânta Treime” pentru anul 2026

noi, S.C. OXIVIT-MED S.R.L, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării: 04.06.2026

Cu stimă,

Ofertant/candidat

S.C. OXIVIT-MED S.R.L _____

(semnătura autorizată)



IDNO: 1007600044280;
adresa: mun. Chișinău, str. Decebal 82-90
tel. 022 808 002, 022 808 003
e-mail: oxivit.medical@gmail.com

Anexa nr. 7
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

DECLARAȚIE

privind valabilitatea ofertei

Către: CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
adresa: MD-2005, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, mun. Chișinău MD-2005, bd.
Grigore Vieru, 22/2

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea de:
"Achiziționarea endoprotezelor conform necesităților IMSP Spitalul Clinic „Sfânta Treime” pentru anul 2026"

prin procedura de achiziție - Licitatie deschisă Nr. ocds-b3wdp1-MD-1779367218044 din 08.06.2026

pentru o durată de 120 (una sută douăzeci) zile, respectiv până la data de 06.10.2026, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării: 04.06.2026

Cu stimă,

Ofertant/candidat

S.C. OXIVIT-MED S.R.L

(semnătura autorizată)

Specificații Tehnice

Numărul procedurii de achiziție:		ocds-b3wdp1-MD-1779367218044 din 08.06.2026						
Obiectul achiziției:		Achiziționarea endoprotezelor conform necesităților IMSP Spitalul Clinic „Sfânta Treime” pentru anul 2026						
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1.1	Sistem complex de revizie de sold cimentat si necimentat	TIJA FEMURALA MODULARA	67101527 67101535 67101627 67101635 67201008 67201158 67201258 67204009 67205008 67206508 67207508 67209008 67300025 67300125 67304021 67304321 67304121 67304221 67305121 67305221 67601212 67601215 67601415 67601615 67601815 67611220 67611420 67611620 67611820 67612014 67621512 67621514 67621516 67621518 67621520 67621521 67621522 67622012 67622013 67622014 67622015 67622016 67622017 67622018 67622019 67622020 67622021 67622022 67622514 67622515 67622516 67622517 67622518 67622519 67622520 67622521 67622522 67601514 67601516 67601518 67601520 67612014 67612016 67612018 67612020 67612516 67612518 67612520 MUTARS® RS proximal component MUTARS® RS screw MUTARS® RS extension piece MUTARS® RS metaphyseal component MUTARS® RS stem	Germania	IMPLANTCAST GMBH	<p>TIJA FEMURALA MODULARA COMPONENTA METAFIZARA:</p> <ul style="list-style-type: none"> -- Sa fie confectionata din aliaj de titan; - Sa fie compusa din 2 segmente: metafizar si diafizar; - Sa fie serile; - Conul 12 / 14mm 1. Segmentul metafizar: - Sa fie disponibile 3 lungimi cuprinse intre 50 – 70mm, increment 10mm - Sa fie disponibile varianta standard cu unghi de 130grd si varianta cu lateralizare cu unghi de 127grd; - Sa aiba inclus capacul de protectie; - Sa fie disponibil segment de extensie in doua diametre, cu lungimea de 30mm; - Sa fie disponibil un accesoriu trohanteric ; - Sa permita reglarea anteversiei la 360D; - Sa existe posibilitatea testarii pozitionarii ansamblului in situ; - Sa permita combinarea oricarei componente metafizare cu oricare componenta diafizar. Segmentul diafizar - Sa prezinte optiunea dreapta si curba pentru varianta necimentata si dreapta pentru varianta cimentata; Sa permita testarea pozitionarii in situ atat cu componenta protetica cit si cu componenta de proba metafizar; - Sa prezinte santuri longitudinale pentru imbunatarea osteointegrarii; - Sa permita combinarea oricarei componente diafizar cu oricare componenta metafizar; - Varianta necimentata sa prezinte 12 diametre intre 11 si 22mm, increment 1mm, varianta cimentata sa prezinte 3 diametre; - Varianta necimentata dreapta sa prezinte doua lungimi de 140 si 200mm, cea curba sa fie disponibila lungimea de 200mm - Varianta cimentata sa prezinte doua lungimi: 140mm – dreapta si 200mm – curba; - Fixarea sa se faca cu o cheie dinamometrica si surub de blocare disponibil in doua lungimi; Sa fie sterile. 	<p>TIJA FEMURALA MODULARA COMPONENTA METAFIZARA:</p> <ul style="list-style-type: none"> -- Sa fie confectionata din aliaj de titan = Product Description_MUTARS RS System, pag 14-16 - Sa fie compusa din 2 segmente: metafizar si diafizar = MUTARS® RS Revision System ST EN pag 6-7 - Sa fie serile = sterile.pdf; - Conul 12 / 14mm = Product Description_MUTARS RS System, pag 7; 1. Segmentul metafizar: - Sa fie disponibile 3 lungimi cuprinse intre 50 – 70mm, increment 10mm = Product Description_MUTARS RS System, pag 21 - Sa fie disponibile varianta standard cu unghi de 130grd si varianta cu lateralizare cu unghi de 127grd = Product Description_MUTARS RS System, pag 15; - Sa aiba inclus capacul de protectie = Product Description_MUTARS RS System, pag 5; - Sa fie disponibil segment de extensie in doua diametre, cu lungimea de 30mm ; - Sa fie disponibil un accesoriu trohanteric = Product Description_MUTARS RS System, pag 8; - Sa permita reglarea anteversiei la 360D= MUTARS® RS Revision System ST EN pag 6; - Sa prezinte filete interior pentru fixarea impactorului = MUTARS® RS Revision System ST EN; - Sa existe posibilitatea testarii pozitionarii ansamblului in situ = MUTARS® RS Revision System ST EN pag 12-13, 32-34; - Sa aiba suprafata rugoasa = Product Description_MUTARS RS System, pag 15-16.; - Sa permita combinarea oricarei componente metafizare cu oricare componenta diafizar = MUTARS® RS Revision System ST EN pag 6-7. Segmentul diafizar - Sa prezinte optiunea dreapta si curba pentru varianta necimentata si dreapta pentru varianta cimentata = curbe pentru varianta necimentata si cimentata = MUTARS® RS Revision System ST EN pag 6; - Sa permita testarea pozitionarii in situ atat cu componenta protetica cit si cu componenta de proba metafizar = MUTARS® RS Revision System ST EN pag 12-13, 32-34; - Sa prezinte santuri longitudinale pentru imbunatarea osteointegrarii = MUTARS® RS Revision System ST EN pag 26-27; - Sa permita combinarea oricarei componente diafizar cu oricare componenta metafizar= MUTARS® RS Revision System ST EN pag 6-7.; - Varianta necimentata prezinte 12 diametre intre 12 si 22mm, increment 1mm, varianta cimentata sa prezinte 3 diametre = MUTARS® RS Revision System ST EN pag 27, 28; - Varianta necimentata dreapta prezinta doua lungimi de 150 si 200mm = MUTARS® RS Revision System ST EN pag 27 - Varianta cimentata curb prezinte doua lungimi: 150mm si 200mm = MUTARS® RS Revision System ST EN pag 28; - Fixarea sa se faca cu o cheie dinamometrica si surub de blocare disponibil in doua lungimi = MUTARS® RS Revision System ST EN pag 23, MUTARS Torque Wrench M8 M10 ST.; Sa fie sterile = sterile.pdf.; 	<p>ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000731901 DM000731902 DM000731903 DM000731904 DM000732303 DM000732304 DM000732305 DM000732306 DM000732307 DM000732308 DM000732310 DM000731917 DM000731918 DM000731909 DM000731910 DM000731913 DM000731914 DM000731915 DM000731916 DM000732205 DM000732206 DM000732211 DM000732212 DM000732213 DM000732214 DM000732215 DM000732216 DM000732244 DM000732233 DM000732235 DM000732237 DM000732239 DM000732241 DM000732242 DM000732243 DM000732251 DM000732252 DM000732253 DM000732254 DM000732255 DM000732256 DM000732257 DM000732258 DM000732259 DM000732260 DM000732261 DM000732262 DM000732263 DM000732264 DM000732265 DM000732266 DM000732267 DM000732268 DM000732269 DM000732270 DM000732271 DM000732272 DM000732273 DM000732274 DM000732275 DM000732276 DM000732277 DM000732278 DM000732279 DM000732280 DM000732281 DM000732282 DM000732283 DM000732284 DM000732285 DM000732286 DM000732287 DM000732288 DM000732289 DM000732290 DM000732291 DM000732292 DM000732293 DM000732294 DM000732295</p>

1.2	Sistem complex de revizie de sold cimentat si necimentat	CAPUL PROTETIC	<p>23872800 23872805 23872810 23872815 23872820 23872825 23873200 23873205 23873210 23873215 23873220 23873225 23873600 23873605 23873610 23873615 23873620 23873625</p> <p>ic-head CoCr/Mo taper 12/14mm</p>	Germania	IMPLANTCAST GMBH	<p>CAPUL PROTETIC Confectionat din aliaj de CoCr; - Conul 12/14mm; - Sa prezinte si varianta de cap excentric cu diametrul de 32 si 36mm; - Disponibile diametre de 28, 32, 36mm; - Disponibile 4 lungimi pentru fiecare diametru; Sa fie steril.</p>	<p>Cap proteic, confectionat din aliaj CoCr =Product Description_ic-heads pag 7; -Con 12/14 mm =Product Description_ic-heads pag 7; - Diametre 28, 32, 36 mm = Product Description_ic-heads pag 8; -4 lungimi pentru fiecare diametru =Product Description_ic-heads pag 8; Sterile = Sterile.pdf</p>	<p>ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000437332 DM000437333 DM000437334 DM000437335 DM000437336 DM000437337 DM000437338 DM000437339 DM000437340 DM000437341 DM000437342 DM000437343 DM000437344 DM000437345 DM000437346 DM000437347 DM000437348 DM000437349</p>
1.3	Sistem complex de revizie de sold cimentat si necimentat	CUPA ACETABULARA NECIMENTATA DE REVIZIE	<p>02960052 02960056 02960060 02960064 02960068 02960072</p> <p>MUTARS® PRS incl. central hole cover threaded 2200642 2200644 2200646 2200648 2200650 2200652 2200654 2200656 2200658 2200660 2200662 2200664 2200666 2200668 2200670 2200672</p> <p>EcoFit® cup EPORE® multihole, cementless</p>	Germania	IMPLANTCAST GMBH	<p>CUPA ACETABULARA NECIMENTATA DE REVIZIE Confectionata din aliaj de titan printat 3D; - Acoperire titan poros cu structura 3D cu diametrul mediu al porilor de minim 630 microni; - Geometrie externa hemisferica; - Geometrie interna complexa; tronconico-hemisferica; - Sa prezinte sant intern cu rol antitrotor si de fixare suplimentara a insertului; - Sa permita convertirea in cupa cu dubla mobilitate prin utilizarea unui adaptor metallic; - Disponibile minim 10 dimensiuni, intre 50 – 80mm; - Sa prezinte o rama craniala prevazuta cu orificii pe care sa se fixeze augmenturi si flanse craniale acetabulare; - Sa prezinte orificii pe toata suprafata; - Sa prezinte orificii pentru fixarea augmenturilor acetabulare; - Sa permita atasarea unui carlig caudal; - Sa includa cirligul claudal;L10</p>	<p>CUPA ACETABULARA NECIMENTATA DE REVIZIE Confectionata din aliaj de titan printat 3D = Product Description_PRS cup_Rev.5, pag 10; - Acoperire titan poros cu structura 3D cu diametrul mediu al porilor de minim 630 microni = Product Description_PRS cup_Rev.5 pag 10, MUTARS PRS flyer GB, pag 2; - Geometrie externa hemisferica = Product Description_PRS cup_Rev.5, pag 10; - Geometrie interna complexa; tronconico-hemisferica = Product Description_PRS cup_Rev.5; - Sa prezinte sant intern cu rol antitrotor si de fixare suplimentara a insertului = MUTARS PRS ST EN; - Sa permita convertirea in cupa cu dubla mobilitate prin utilizarea unui adaptor metallic; - Disponibile 11 dimensiuni, intre 52 – 72mm = Product Description_PRS cup_Rev.5, pag 12 ; - Sa prezinte o rama craniala prevazuta cu orificii pe care sa se fixeze augmenturi si flanse craniale acetabulare = EPORE® acetabular spacer ST EN, EPORE Buttress_Shims ST; - Sa prezinte orificii pe toata suprafata = MUTARS PRS ST EN_pag 7; - Sa prezinte orificii pentru fixarea augmenturilor acetabulare = EPORE® acetabular spacer ST EN pag 9; - Sa permita atasarea unui carlig caudal = EPORE Buttress_Shims ST, Product Description_PRS cup_Rev.5, pag 4-5; - Sa includa cirligul claudal;L10</p>	<p>ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000892109 DM000892106 DM000892111 DM000892108 DM000892110 DM000732650 DM000732651 DM000732652 DM000732653 DM000732654 DM000732655 DM000732656 DM000732657 DM000732658 DM000732659 DM000732660 DM000732661 DM000732662 DM000732663 DM000732664 DM000732665</p>
1.4	Sistem complex de revizie de sold cimentat si necimentat	INSERTUL ACETABULAR	<p>2343239 2343244 2343248 2343252 2333239 2333244 2333248 2333252</p> <p>implacrose® E PE insert 0/10°</p>	Germania	IMPLANTCAST GMBH	<p>INSERTUL ACETABULAR Confectionat din polietilena UHMWPE, crosslinkat; - Sa contina vitamina E; - Disponibile 13 dimensiuni; - Disponibile variante neutra, antiluxatie 100 si 200; - Sa permita utilizarea capetelor articulare de 32 si 36mm; Sa fie steril</p>	<p>INSERTUL ACETABULAR Confectionat din polietilena UHMWPE, crosslinkat = Product Description_EcoFit Cup EPORE, pag 5; - Sa contina vitamina E = Product Description_EcoFit Cup EPORE pag 5; - Disponibile 13 dimensiuni = Product Description_EcoFit Cup EPORE, pag 5 table 4; - Disponibile variante neutra, antiluxatie 10° = Product Description_EcoFit Cup EPORE, pag 5 table 4; - Sa permita utilizarea capetelor articulare de 32 si 36mm = Product Description_EcoFit Cup EPORE, pag 5 table 4; Sa fie steril= sterile.pdf</p>	<p>ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000732493 DM000732494 DM000732495 DM000732496 DM000732485 DM000732486 DM000732487 DM000732488</p>
1.5	Sistem complex de revizie de sold cimentat si necimentat	SURUBURILE DE CUPA	<p>02801015 02801020 02801025 02801030 02801035 02801040 02801045 02801050</p> <p>spongiosa screw flat head Ø 6.5mm</p>	Germania	IMPLANTCAST GMBH	<p>SURUBURILE DE CUPA Confectionate din aliaj de titan; - Diametrul 6,5mm; - Disponibile 8 lungimi intre 20 – 60mm; - Sa fie sterile.</p>	<p>Șuruburi de cupă - Confectionate din aliaj de Titan = MUTARS PRS ST EN_pag 18. - Diametru de 6,5mm - mărimi disponibile 20-60 mm = MUTARS PRS ST EN_pag 18. - Sa fie sterile = sterile.pdf</p>	<p>ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000437920 DM000437921 DM000437922 DM000437923 DM000437924 DM000437925 DM000437926 DM000437927</p>

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Dmitrii Kojevnikov În calitate de: Administrator

Ofertantul: S.C. OXIVIT-MED S.R.L Adresa: mun. Chişinău, str. Decebal 82-90

Specificații de Preț

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1779367218044 din 08.06.2026												
Obiectul achiziției: Achiziționarea endoprotezelor conform necesităților IMSP Spitalul Clinic „Sfânta Treime” pentru anul 2026												
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/ prestare	Cod CPV	Clasificatie bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1	Sistem complex de revizie de sold cimentat si necimentat	TIJA FEMURALA MODULARA	bucată	5	52 334.20	52 334.20	261 671.00	261 671.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2025	33100000-1	-	-
1.2	Sistem complex de revizie de sold cimentat si necimentat	CAPUL PROTETIC	bucată	5	3 279.80	3 279.80	16 399.00	16 399.00	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2025	33100000-1	-	-
1.3	Sistem complex de revizie de sold cimentat si necimentat	CUPA ACETABULARA NECIMENTATA DE REVIZIE	bucată	5	23 279.45	23 279.45	116 397.25	116 397.25	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2025	33100000-1	-	-
1.4	Sistem complex de revizie de sold cimentat si necimentat	INSERTUL ACETABULAR	bucată	5	4 777.10	4 777.10	23 885.50	23 885.50	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2025	33100000-1	-	-
1.5	Sistem complex de revizie de sold cimentat si necimentat	SURUBURILE DE CUPA	bucată	5	926.90	926.90	4 634.50	4 634.50	DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, în termen de până la 30 de zile de la comanda scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2025	33100000-1	-	-
TOTAL Oferta							422 987.25	422 987.25				

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Dimitrii Kojevnikov** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **S.C. OXIVIT-MED S.R.L** Adresa: mun. Chişinău, str. Decebal 82-90

**Către Grupul de lucru pentru evaluarea
Procedurii de achiziție Nr:
ocds-b3wdp1-MD-1779367218044 din 08.06.2026
din cadrul CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE**

DECLARAȚIE

Prin prezenta, SRL „Oxivit-med”, declara ca:

-Termenul restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării

-Eșantioane (mostre) vor fi prezentate în 2 bucăți- în termen de 10 zile de la solicitarea autorității contractante, într-o cutie pe care se va indica denumirea operatorului economic și numărul procedurii de achiziție publică. Se va prezenta lista mostrelor incluse în cutie și numărul de lot al acestora cu scrisoare de însoțire semnată. Pe fiecare produs (mostră) în parte va fi indicat numărul lotului și denumirea operatorului economic. Eșantioane (mostre) vor fi prezentate pentru verificarea conformității documentelor ofertei tehnice cu realitatea. Mostrele vor fi ambalate și etichetate conform prevederilor HG 702/703/704 din 2018.

Obligatoriul vor fi indicate pe ambalaj mostrele date de identitate precum: denumirea, modelul articolului, producătorul, țara producerii, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de sterilizare și păstrare ale produsului. Informația indicată pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu eticheta produsului

Va asigura tot spectrul de marimi ale protezelor pina la epuizarea completa a stocului pentru a asigura selectarea exacta a marimii necesare si siguranta actului chirurgical. • Înlocuirea implantelor utilizate în maxim 72 ore. • Prezentarea studiilor clinice și statistice din registre internaționale - legate în special de rata de supraviețuire a implantelor respective (oferite). • În cazul unor implantate noi, va asiguram instruire cu personal calificat cu instrucțiunea scrisă detaliată sau workshop online, sau asistența în timpul intervențiilor chirurgicale (legat de utilizarea instrumentarului specific). • posibilitatea furnizării unor implantate in minim de timp posibil in cazul aparitiei unor situatii neprevazute intraoperator • Produsele oferite la fiecare poziție din lot vor fi de la un singur producător (cu excepția motoarelor oscilante, alizoare și lamele pentru motoare și restrictorul pentru canal femoral).

- Pentru produsele care sunt înregistrate la AMDM este indicat codul înregistrării în formularul specificațiilor tehnice, coloana "Standarde de Referință"

Data completării: 04.06.2026

Cu stimă,

Dmitrii Kojevnikov

Administrator

S.C. OXIVIT-MED S.R.L. _____
(semnătura)