

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: <b>ocds-b3wdp1-MD-1716968838939</b> din <b>04.06.2024</b>						
Obiectul achiziției: <b>Consumabile pentru injectomatul Stellant</b>						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină oferită	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Tub conector pacient in T,spiralat	42.02.90000	China	SCW Medicath	Tub conector pacient in T,spiralat -lungime 243 cm, cu conecitoare tip Luer-Lock, -rezistă la presiuni minim 350 psi, -permite conectarea la seringile injectorului prin intermediul conecitoarelor. -marcaj colorat diferențiat pentru conecitoarele de tip Luer-Lock în vederea identificării facile pentru operator a conectării la seringile de contrast,salina și la pacient (1 cut-50buc)	Tub conector pacient in T,spiralat -lungime 150 cm (in forma restransa), cu conecitoare tip Luer-Lock, -rezistă la presiuni minim 350 psi, -permite conectarea la seringile injectorului prin intermediul conecitoarelor. -marcaj colorat diferențiat pentru conecitoarele de tip Luer-Lock în vederea identificării facile pentru operator a conectării la seringile de contrast,salina și la pacient	CE
Kit consumabile unica folosință compatibile cu injectomatul Stellant	42.16.10003	China	SCW Medicath	Kit consumabile unica folosință compatibile cu injectomatul Stellant Dual CT, în ambalaj steril, cu următoarele componente: -2buc.seringi de 200ml -1 buc.tub conector pacient spiralat în T -1buc.tub de purjare aer, prevăzut cu sistem de retenție a excendentului d fluid din timpul operațiunii de purjare a aerului -2 spike-uri de umplere a seringilor	Kit consumabile unica folosință compatibile cu injectomatul Stellant Dual CT, în ambalaj steril, cu următoarele componente: -2buc.seringi de 200ml -1 buc.tub conector pacient spiralat în T -1buc.tub de purjare aer, prevăzut cu sistem de retenție a excendentului d fluid din timpul operațiunii de purjare a aerului -2 spike-uri de umplere a seringilor	CE

Semnat: \_\_\_\_\_

Numele, Prenumele: **Cojocaru Vera**

În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **ELECTEH S.R.L.** Adresa: **str. Mircea cel Batrin 40/1, Chisinau**