



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA  
**CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE  
CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE**

MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău, bld. Grigore Vieru 22/2,  
tel. 022 222 445, e-mail: office@capcs.md

Nr. 1002-4305 din "10" 12 2021

Imunotehnomed SRL  
Cavateh SRL  
GBG MLD SRL  
Oxivit Med SRL  
Biosistem MLD SRL  
Data Control SRL

**IMSP Institutul de Cardiologie**

Prin prezenta, grupul de lucru pentru achiziționarea dispozitivelor medicale din cadrul Centrului pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate (CAPCS), urmare examinării ofertelor depuse în cadrul procedurii de achiziție publică LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1628158934564 privind " Achiziționarea articolelor de uz medical pentru Serviciul de perfuziologie (cardiochirurgie) conform necesităților IMSP Institutul de Cardiologie pentru anul 2022", vă comunică că conform deciziei din 10.12.2021 au fost desemnate câștigătoare următoarele oferte:

Nr. Lot	Denumire Lot	cantitat ea	Pretul fără TVA	Pretul cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Câștigătorul
14	Valva aortică biologică constituită din pericard bovin N 21	3,00	42 061,25	42 061,25	126 183,75	126 183,75	VALVE 40021 AVALLUS AOR MMX U30 18M	SUA	Medtronic	Oxivit med

20	Inel incomplet pentru reconstructi e tricuspida (Contour 3D) N30	1,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	RING 690R30 CONTOUR 3D 26L MEX	SUA	Medtronic	Oxivi med
21	Inel incomplet pentru reconstructi e tricuspida (Contour 3D) N32	3,00	9 500,00	9 500,00	28 500,00	28 500,00	RING 690R32 CONTOUR 3D 26L MEX	SUA	Medtronic	Oxivi med
22	Inel incomplet pentru reconstructi e tricuspida (Contour 3D) N34	5,00	9 500,00	9 500,00	47 500,00	47 500,00	RING 690R34 CONTOUR 3D 26L MEX	SUA	Medtronic	Oxivi med
23	Inel incomplet pentru reconstructi e tricuspida (Contour 3D) N36	5,00	9 500,00	9 500,00	47 500,00	47 500,00	RING 690R36 CONTOUR 3D 26L MEX	SUA	Medtronic	Oxivi med
25	Proteze vasculare pentru aorta toracica tip Diametral (mm) -28 Lungimea (cm) -12-15	5,00	2 806,92	2 806,92	14 034,60	14 034,600	45ST1528	Germania	JOTEC GmbH	CAVATEH M SRL
26	Proteze vasculare pentru aorta toracica tip Diametral (mm) -30 Lungimea (cm) -12-15	5,00	2 806,92	2 806,92	14 034,60	14 034,600	45ST1530	Germania	JOTEC GmbH	CAVATEH M SRL
27	Proteze vasculare pentru aorta toracica tip Diametral (mm) -32 Lungimea (cm) -12-15	5,00	2 806,92	2 806,92	14 034,60	14 034,600	45ST1532	Germania	JOTEC GmbH	CAVATEH M SRL

31	Canula antegrada cardioplegica lunga pentru interventii minimal invazive 9 FR	5,00	513,00	554,04	2 565,00	2 770,20	CANNULA 11012L AR FLOWGUARD LNG 12GA 10P	SUA	Medtronic	Oxivit med
39	Canula aortică Mărima internă (Fr) - 20 Lungimea canulei, cm aprox.- 28 cm	20,00	973,75	1 051,65	19 475,00	21 033,00	CANNULA 77420 EOPA BLUNT 20FR 10PK 11L	SUA	Medtronic	Oxivit med
57	Canule pentru cardioplegia antegrada pentru adulti 11	120,00	273,49	295,49	32 832,00	35 458,80	CANNULA 10009 AORTIC ROOT 9GA 20PK 17L	SUA	Medtronic	Oxivit med
58	Canule pentru cardioplegia antegrada pentru adulti 9	60,00	174,96	188,96	10 497,60	11 337,60	CANNULA 10012 AORTIC ROOT 12GA 20PK 17L	SUA	Medtronic	Oxivit med
59	Canule pentru cardioplegia antegrada pentru adulti 7	40,00	174,96	188,96	6 998,40	7 558,40	CANNULA 10014 AORTIC ROOT 14GA 20PK 17L	SUA	Medtronic	Oxivit med
60	Canule pentru cardioplegie antegrada cu vent pentru adulti	140,00	279,57	301,93	39 139,10	42 270,200	ARC02	Belgia	ANDOCOR n.v.	CAVATEH M SRL
71	Adaptor cardioplegic de tip Y pentru livrarea cardioplegiei simultana in ambele coronare adulti si copii	100,00	111,93	134,31	11 193,00	13 431,00	ADAPTER 10005 Y TYPE VENTING 20PK 17L	SUA	Medtronic	Oxivit med

## Motivale de respingere/descalificare:

Operatorul economic **Data Control SRL se descalficã** pe întreaga ofertã în conformitate cu art. 69 alin (6) lit a) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit cãruia autoritatea contractantã nu acceptã oferta în cazul în care ofertantul nu îndeplinește cerințele de calificare și selecție, și anume garanția pentru ofertã sub formã de ordin de platã nr. 2000020033 din 09.09.2021 atașat în sistemul electronic Mtender a fost depusã pe contul IMSP Institutul de Cardiologie, dar în condițiile și cerințele obligatorii privind depunerea garanției de ofertã (**pct. 3.2 din FDA a Documentației Standard**) a fost indicat contul autorității contractante a Centrului pentru Achiziții Publice Centralizate în Sãnãtate.

Nr. Lot	Denumire Lot	cantitate	Pretul fãrã TVA	Pretul cu TVA	Suma fãrã TVA	Suma cu TVA	Modelul articolului	Tara de origine	Producãtorul	OE	Comentarii
1	Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea anitrombotica dimensiunile protezelor valvulare sunt orientative, care pot fi schimbate la necesitate si primite cu urmatoarea transa- N 27 Manjeã standard	10,00	9 260,00	9 260,00	92 600,00	92600	Masters mitral	USA	St. Jude Medical	GBG-MLD SRL	Se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit creia în formularul ofertei F4.1 lipsește modelul/ codul bunului și nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire. În catalog pentru bunul Masters sunt prezentate proteze valvulare (mitrale) de la mãmimea 19 pînã la 37 mm fiecare cu modelul și număr de catalog. Respectiv, lipsa codului/modelului în formularul ofertei F4.1 la încheierea contractului duce la riscul livrãrii unui bun ce nu corespunde cerințelor tehnice impuse în documentația de atribuire (art. 74 alin (4) a Legii nr. 131/15)
2	Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea anitrombotica dimensiunile protezelor valvulare sunt orientative, care pot fi schimbate la necesitate si primite cu urmatoarea transa- N 29	40,00	9 260,00	9 260,00	370 400,00	370400	Masters mitral	USA	St. Jude Medical	GBG-MLD SRL	Se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit creia în formularul ofertei F4.1 lipsește modelul/ codul bunului și nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire. În catalog pentru bunul Masters sunt prezentate proteze valvulare (mitrale) de la mãmimea 19 pînã la 37 mm fiecare cu modelul și număr de catalog. Respectiv, lipsa codului/modelului în

Manjetă standart										<p>formularul ofertei F4.1 la încheierea contractului duce la riscul livrării unui bun ce nu corespunde cerințelor tehnice impuse în documentația de atribuire (art. 74 alin (4) a Legii nr. 131/15)</p>
<p>3</p> <p>Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica</p> <p>dimensiunile protezelor valvulare sunt orientative, care pot fi schimbate la necesitate si primite cu urmatoarea transa- N 31</p> <p>Manjetă standart</p>	5,00	9 260,00	9 260,00	46 300,00	46300	Masters mitral	USA	St. Jude Medical	GBG-MLD SRL	<p>Se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit creia în formularul ofertei F4.1 lipsește modelul/ codul bunului și nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire. În catalog pentru bunul Masters sunt prezentate proteze valvulare (mitrale) de la mărimea 19 pînă la 37 mm fiecare cu modelul și număr de catalog. Respectiv, lipsa codului/modelului în formularul ofertei F4.1 la încheierea contractului duce la riscul livrării unui bun ce nu corespunde cerințelor tehnice impuse în documentația de atribuire (art. 74 alin (4) a Legii nr. 131/15)</p>
<p>3</p> <p>Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica</p> <p>dimensiunile protezelor valvulare sunt orientative, care pot fi schimbate la necesitate si primite cu urmatoarea transa- N 31</p> <p>Manjetă standart</p>	5,00	12 144,43	12 144,43	60 722,15	60 722,15	Carbomedics	Italia	Sorin Group / Livanova	SRL Biosistem MLD	<p>Se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit creia în formularul ofertei F4.1 lipsește modelul/ codul bunului și nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire. În catalog pentru Carbomedics sunt dispărute pe diferite categorii de proteze valvulare cu mărimi diferite fiecare cu modelul și număr de catalog. Respectiv, lipsa codului/modelului în formularul ofertei F4.1 la încheierea contractului duce la riscul livrării unui bun ce nu corespunde cerințelor tehnice impuse în documentația de atribuire (art. 74 alin (4) a Legii nr. 131/15)</p>

4	Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica Dimensiunile protezelor valvulare sunt orientative, care pot fi schimbate la necesitate si primite cu urmatoarea transa- N21	15,00	12 144,43	12 144,43	182 166,45	182 166,45	Carbomedi cs	italia	Sorin Group / Livanova	SRL Biosistem MLD	Oferta este una inacceptabila deoarece depăsește cu 30% valoarea estimată a lotului în cauză. Se anulează lotul în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) liniuța 6 a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice.
5	Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica Dimensiunile protezelor valvulare sunt orientative, care pot fi schimbate la necesitate si primite cu urmatoarea transa- N23 Manjeță standard	20,00	12 144,43	12 144,43	242 888,60	242 888,60	Carbomedi cs	italia	Sorin Group / Livanova	SRL Biosistem MLD	Oferta este una inacceptabila deoarece depăsește cu 30% valoarea estimată a lotului în cauză. Se anulează lotul în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) liniuța 6 a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice.
6	Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica Dimensiunile protezelor valvulare sunt orientative, care pot fi schimbate la necesitate si primite cu urmatoarea transa- N25 Manjeță standard	15,00	12 144,43	12 144,43	182 166,45	182 166,45	Carbomedi cs	italia	Sorin Group / Livanova	SRL Biosistem MLD	Oferta este una inacceptabila deoarece depăsește cu 30% valoarea estimată a lotului în cauză. Se anulează lotul în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) liniuța 6 a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice.
7	Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica Dimensiunile protezelor valvulare sunt orientative, care pot fi schimbate la	4,00	12 144,43	12 144,43	12 144,43	48 577,72	Carbomedi cs	italia	Sorin Group / Livanova	SRL Biosistem MLD	Se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit creta în formularul ofertei F4.1 lipsește modelul/ codul bunului și nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire. În catalog pentru bunul oferat se regăsește o mulțime de produse cu număr de

	necesitate și primite cu următoarea transa- N27 Manjeță standard												catalog și cu diferenți parametric tehnici. Respectiv, lipsa codului/modelului în formularul ofertei F4.1 la încheierea contractului duce la riscul livrării unui bun ce nu corespunde cerințelor tehnice impuse în documentația de atribuire (art. 74 alin (4) a Legii nr. 131/15)
8	Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica dimensiunel e protezelor valvulare sunt orientative, care pot fi schimbate la necesitate și primite cu următoarea transa- N 19 Manjeță redusă	5,00	9 260,00	9 260,00	46 300,00	46 300	Masters HP aortic	USA	St. Jude Medical	GBG-MLD SRL	Se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit creia în formularul ofertei F4.1 lipsește modelul/ codul bunului și nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire. În catalog pentru bunul Masters sunt prezentate proteze valvulare (mitrale) de la mărimea 19 până la 27 mm fiecare cu modelul și număr de catalog. Respectiv, lipsa codului/modelului în formularul ofertei F4.1 la încheierea contractului duce la riscul livrării unui bun ce nu corespunde cerințelor tehnice impuse în documentația de atribuire (art. 74 alin (4) a Legii nr. 131/15)		
9	Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica dimensiunel e protezelor valvulare sunt orientative, care pot fi schimbate la necesitate și primite cu următoarea transa- N 21 Manjeță redusă	15,00	9 260,00	9 260,00	138 900,00	138 900	Masters HP aortic	USA	St. Jude Medical	GBG-MLD SRL	Se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit creia în formularul ofertei F4.1 lipsește modelul/ codul bunului și nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire. În catalog pentru bunul Masters sunt prezentate proteze valvulare (mitrale) de la mărimea 19 până la 27 mm fiecare cu modelul și număr de catalog. Respectiv, lipsa codului/modelului în formularul ofertei F4.1 la încheierea contractului duce la riscul livrării unui bun ce nu corespunde cerințelor tehnice impuse în documentația de atribuire (art. 74 alin (4) a Legii nr. 131/15)		

9	Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea anitrombotica	15,00	12 986,66	12 986,66	194 799,90	194 799,90	Bicarbon	Italia	Sorin Group / Livanova	SRL Biosistem MLD	Oferta este una inacceptabila deoarece depaseste cu 30% valoarea estimata a lotului in cauza, in conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) limiuta 6 a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice.
10	Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea anitrombotica dimensiunile protezelor valvulare sunt orientative, care pot fi schimbate la necesitate si primite cu urmatoarea transa- N 23 Manjetă redusă	10,00	9 260,00	9 260,00	92 600,00	92 600	Masters HP aortic	USA	St. Jude Medical	GBG-MLD SRL	Se respinge in conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice, potrivit creia in formularul ofertei F4.1 lipseste modelul/ codul bunului si nu corespunde cerintelor expuse in documentatia de atribuire. In catalog pentru bunul Masters sunt prezentate proteze valvulare (mitrale) de la marimea 19 pina la 27 mm fiecare cu modelul si numar de catalog. Respectiv, lipsa codului/modelului in formularul ofertei F4.1 la incheierea contractului duce la riscul livrării unui bun ce nu corespunde cerințelor tehnice impuse în documentația de atribuire (art. 74 alin (4) a Legii nr. 131/15)
10	Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea anitrombotica dimensiunile protezelor valvulare sunt orientative, care pot fi schimbate la necesitate si primite cu urmatoarea transa- N 23 Manjetă redusă	10,00	12 986,66	12 986,66	129 866,60	129 866,60	Bicarbon	Italia	Sorin Group / Livanova	SRL Biosistem MLD	Oferta este una inacceptabila deoarece depaseste cu 30% valoarea estimata a lotului in cauza, in conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) limiuta 6 a Legii nr. 131/15 privind achizitiile publice.



11	Proteze valvulare cardiace biologice- N 27	5,00	15 200,00	15 200,00	76 000,00	76000	Epic mitral	USA	St. Jude Medical	GBG-MLD SRL	Se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit creia în formularul ofertei F4.1 lipsește modelul/ codul bunului și nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire. În catalog pentru bunul Epic sunt prezentate proteze valvulare de la mărimea 25 până la 33 mm fiecare cu modelul și număr de catalog. Respectiv, lipsa codului/modelului în formularul ofertei F4.1 la încheierea contractului duce la riscul livrării unui bun ce nu corespunde cerințelor tehnice impuse în documentația de atribuire (art. 74 alin (4) a Legii nr. 131/15)
11	Proteze valvulare cardiace biologice- N 27	5,00	21422,50	21 422,50	107 112,50	107 112,50	VLV T510C27 HKII MIT CINCH OUS	SUA	Medtronic	Oxivit med	Oferta este una inacceptabilă deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a lotului în cauză, în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) liniuța 6 a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice.
12	Proteze valvulare cardiace biologice- N 29	13,0 0	15 200,00	15 200,00	197 600,00	197 600	Epic mitral	USA	St. Jude Medical	GBG-MLD SRL	Se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit creia în formularul ofertei F4.1 lipsește modelul/ codul bunului și nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire. În catalog pentru bunul Epic sunt prezentate proteze valvulare de la mărimea 25 până la 33 mm fiecare cu modelul și număr de catalog. Respectiv, lipsa codului/modelului în formularul ofertei F4.1 la încheierea contractului duce la riscul livrării unui bun ce nu corespunde cerințelor tehnice impuse în documentația de atribuire (art. 74 alin (4) a Legii nr. 131/15)

12	Proteze valvulare cardiace biologice- N 29	13,000	21422,50	21422,50	278492,50	278492,50	VLV T510CC29 HKII MIT CINCH OUS TEMP IND	SUA	Medtronic	Oxivit med	Oferta este una inacceptabila deoarece depăsește cu 30% valoarea estimată a lotului în cauză, în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) liniuța 6 a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice.
13	Proteze valvulare cardiace biologice- N 31	3,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15200	Epic mitral	USA	St. Jude Medical	GBG-MLD SRL	Se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit creia în formularul ofertei F4.1 lipsește modelul/ codul bunului și nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire. În catalog pentru bunul Epic sunt prezentate proteze valvulare de la mărimea 25 până la 33 mm fiecare cu modelul și număr de catalog. Respectiv, lipsa codului/modelului în formularul ofertei F4.1 la încheierea contractului duce la riscul livrării unui bun ce nu corespunde cerințelor tehnice impuse în documentația de atribuire (art. 74 alin (4) a Legii nr. 131/15)
13	Proteze valvulare cardiace biologice- N 31	3,00	21422,50	21422,50	64267,50	64267,50	VLV T510CC31 HKII MIT CINCH OUS	SUA	Medtronic	Oxivit med	Oferta este una inacceptabila deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a lotului în cauză, în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) liniuța 6 a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice.
14	Valva aortica biologica constituita din pericard bovin N 21	3,00	15 200,00	15 200,00	45 600,00	45 600	Epic mitral	USA	St. Jude Medical	GBG-MLD SRL	Se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit creia în formularul ofertei F4.1 lipsește modelul/ codul bunului și nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire. În catalog pentru bunul Epic sunt prezentate proteze valvulare de la mărimea 25 până la 33 mm fiecare cu modelul și număr de catalog. Respectiv, lipsa codului/modelului în formularul ofertei F4.1 la încheierea contractului duce la riscul livrării unui bun ce nu corespunde cerințelor tehnice impuse

					în documentația de atribuire (art. 74 alin (4) a Legii nr. 131/15)						
15	Inel regid pentru anuloplasție N 28	5,00	7 392,00	7 392,00	36 960,00	36 960	Rigid saddle ring	USA	St. Jude Medical	GBG-MLD SRL	Se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit creia în formularul ofertei F4.1 lipsește modelul/ codul bunului și nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire. În catalog pentru Rigging saddle ring sunt prezentate 6 modele de inele de la mărimea 24 până la 34 mm fiecare cu modelul și număr de catalog. Respectiv, lipsa codului/modelului în formularul ofertei F4.1 la încheierea contractului duce la riscul livrării unui bun ce nu corespunde cerințelor tehnice impuse în documentația de atribuire (art. 74 alin (4) a Legii nr. 131/15)
15	Inel regid pentru anuloplasție N 28	5,00	9 500,00	9 500,00	47 500,00	47 500,00	RING 680R28 PROFILE 3D 26L MEXICO	SUA	Medtronic	Oxivit med	Oferta este una inacceptabilă deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a lotului în cauză, în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) liniua 6 a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice.
16	Inel regid pentru anuloplasție N 30	15,00	7 392,00	7 392,00	110 880,00	110 880	Rigid saddle ring	USA	St. Jude Medical	GBG-MLD SRL	Se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit creia în formularul ofertei F4.1 lipsește modelul/ codul bunului și nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire. În catalog pentru Rigging saddle ring sunt prezentate 6 modele de inele de la mărimea 24 până la 34 mm fiecare cu modelul și număr de catalog. Respectiv, lipsa codului/modelului în formularul ofertei F4.1 la încheierea contractului duce la riscul livrării unui bun ce nu corespunde cerințelor tehnice

										impuse în documentația de atribuire (art. 74 alin (4) a Legii nr. 131/15)	
16	Inel rigid pentru anuloplastie N 30	15,00	9 500,00	9 500,00	142 500,00	142 500,00	RING 680R30 PROFILE 3D 26L MEXICO	SUA	Medtronic	Oxivit med	Oferta este una inacceptabilă deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a lotului în cauză, în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) linia 6 a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice.
17	Inel rigid pentru anuloplastie N 32	15,00	7 392,00	7 392,00	110 880,00	110 880	Rigid saddle ring	USA	St. Jude Medical	GBG-MLD SRL	Se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit creației formularului ofertei F4.1 lipsește modelul/ codul bunului și nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire. În catalog pentru Rigging saddle ring sunt prezentate 6 modele de inele de la
17	Inel rigid pentru anuloplastie N 32	15,00	9 500,00	9 500,00	142 500,00	142 500,00	RING 680R32 PROFILE 3D 26L MEXICO	SUA	Medtronic	Oxivit med	Oferta este una inacceptabilă deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a lotului în cauză, în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) linia 6 a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice.
18	Inel rigid pentru anuloplastie N 34	5,00	7 392,00	7 392,00	36 960,00	36 960	Rigid saddle ring	USA	St. Jude Medical	GBG-MLD SRL	Se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit creației formularului ofertei F4.1 lipsește modelul/ codul bunului și nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire. În catalog pentru Rigging saddle ring sunt prezentate 6 modele de inele de la

										mărimea 24 până la 34 mm fiecare cu modelul și număr de catalog. Respectiv, lipsa codului/modelului în formularul ofertei F4.1 la încheierea contractului duce la riscul livrării unui bun ce nu corespunde cerințelor tehnice impuse în documentația de atribuire (art. 74 alin (4) a Legii nr. 131/15)	
18	Inel rigid pentru anuloplastie N 34	5,00	9 500,00	9 500,00	47 500,00	47 500,00	"RING 680R34 PROFILE 3D 26L	18	Inel rigid pentru anuloplastie N 34	5,00	Oferta este una inacceptabilă deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a lotului în cauză, în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) liniuța 6 a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice.
19	Inel rigid pentru anuloplastie N 36	1,00	7 392,00	7 392,00	7 392,00	7 392	Rigid saddle ring	USA	St. Jude Medical	GBG-MLD SRL	Se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit creia în formularul ofertei F4.1 lipsește modelul/ codul bunului și nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire. În catalog pentru Riggging saddle ring sunt prezentate 6 modele de inele de la mărimea 24 până la 34 mm fiecare cu modelul și număr de catalog. Respectiv, lipsa codului/modelului în formularul ofertei F4.1 la încheierea contractului duce la riscul livrării unui bun ce nu corespunde cerințelor tehnice impuse în documentația de atribuire (art. 74 alin (4) a Legii nr. 131/15)
24	Petic din Pericard bovin 10x10 cm	3,00	5 990,00	5 990,00	17 970,00	17 970	Pericard Patches	USA	St. Jude Medical	GBG-MLD SRL	Se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit creia în formularul ofertei F4.1 lipsește modelul/ codul bunului și nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire. În broșura se regăesc 3 modele pentru Pericard Patche. Respectiv, lipsa codului/modelului în formularul ofertei F4.1 la încheierea contractului duce la riscul livrării unui bun ce nu corespunde cerințelor tehnice impuse în documentația de atribuire (art. 74

											alin (4) a Legii nr. 131/15)
24	Petic din Pericard bovin 10x10 cm	3,00	7 689,55	7 689,55	23 068,65	23 068,650	8BV14	SUA	LeMaire Vascular	CAVATEH M SRL	Se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, astfel, oferta nu corespunde etnic, s-a solicitat 10x10 cm s-a oferit 80x140 mm
28	Clei biologic Bioglu Siringa 2,0 ml	5,00	7 312,64	8 775,16	36 563,20	43 875,80	BioGlue, of 2ml syringe	SUA	Cryolife	SRL Biosistem MLD	În specificația solicitată întocmită de beneficiar este indicat în denumirea lotului clei în siringa de 2 ml, dar în descrierea tehnică 5 ml, ceea ce duce în eroare operatorii economici și face imposibilă evaluarea tehnică. Se anulează lotul în conformitate cu art. 71 alin (1) lit g) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, conform cărui există abateri grave de la prevederile legale care afectează rezultatul procedurii de atribuire sau face imposibilă încheierea contractului. Prin abateri grave de la prevederile legale se înțelege faptul că pe parcursul analizei, evaluării și/sau finalizării procedurii de atribuire se constată erori sau omisiuni, autoritatea contractantă aflându-se în imposibilitatea de a adopta măsuri corective fără ca acestea să conducă la încălcarea principiilor prevăzute la art. 7
29	Clei biologic Bioglu Siringa 5,0 ml	12,00	10 154,93	12 185,91	121 859,16	146 230,92	BioGlue, of 5ml syringe	SUA	Cryolife	SRL Biosistem MLD	Se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit creia în formularul ofertei F4.1 lipsește modelul/ codul bunului și nu corespunde cerințelor expuse în documentația de atribuire. În broșura se regăsesc mai multe modele cu diferite dimensiuni. Respectiv, lipsa codului/modelului în formularul ofertei F4.1 la încheierea contractului duce la riscul livrării unui bun ce nu corespunde cerințelor tehnice impuse în documentația de atribuire (art. 74

											alin (4) a Legii nr. 131/15)	
30	Canula antegrada cardioplegica lunga pentru interventii minimal invazive 7 Fr	5,00	261,68	282,61	1 308,38	1	413,050	ARC14	Belgia	ANDOCOR n.v.	CAVATEH M SRL	Se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, astfel, s-a solicitat lungimea 31 cm, s-a oferit 28 cm
30	Canula antegrada cardioplegica lunga pentru interventii minimal invazive 7 Fr	5,00	513,00	554,04	2 565,00	2 770,20		CANNUL A 11014L AR FLOWGU ARD 14GA LONG 10P	SUA	Medtronic	Oxivit med	Oferta este una inacceptabilă deoarece depășește cu 30% valoarea estimată a lotului în cauză, în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) liniuța 6 a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice
32	Canula aortică Canula antegrada cardioplegica lunga pentru interventii minimal invazive 9 FR	150,00	353,18	381,44	52 977,45	57 215,700		A24162V / B24162V	Belgia	ANDOCOR n.v.	CAVATEH M SRL	Prin scrisoarea nr. 01-7/404 din 11.11.2021, instituția beneficiar a indicat că a fost comisă o eroare la cantitate, respectiv, a fost indicată a mai mare decât ceea ce urmează a fi procurată. Astfel, se anulează lotul în conformitate cu art. 71 alin (1) lit g) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit căruia există abateri grave de la prevederile legale care afectează rezultatul procedurii de atribuire sau face imposibilă încheierea contractului. Prin abateri grave de la prevederile legale se înțelege faptul că pe parcursul analizei, evaluării și/sau finalizării procedurii de atribuire se constată erori sau omisiuni, autoritatea contractantă aflându-se în imposibilitatea de a adopta măsuri corective fără ca acestea să conducă la încălcarea principiilor prevăzute la art. 7.
32	Canula aortică Canula antegrada cardioplegica lunga pentru interventii minimal invazive 9 FR	150,00	522,50	564,30	78 375,00	84 645,00		CANNUL A 87024 ART CUR TIP 24FR 10PK 17L	SUA	Medtronic	Oxivit med	Prin scrisoarea nr. 01-7/404 din 11.11.2021, instituția beneficiar a indicat că a fost comisă o eroare la cantitate, respectiv, a fost indicată a mai mare decât ceea ce urmează a fi procurată. Astfel, se anulează lotul în conformitate cu art. 71 alin (1) lit g) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile

										<p>publice, potrivit căruia există abateri grave de la prevederile legale care afectează rezultatul procedurii de atribuire sau face imposibilă încheierea contractului. Prin abateri grave de la prevederile legale se înțelege faptul că pe parcursul analizei, evaluării și/sau finalizării procedurii de atribuire se constată erori sau omisiuni, autoritatea contractantă aflându-se în imposibilitatea de a adopta măsuri corective fără ca acestea să conducă la încălcarea principiilor prevăzute la art. 7.</p>
<p>32 Canula aortică Canula antegrada cardioplegica lunga pentru interventii minimal invazive 9 FR</p>	<p>150,00</p>	<p>772,00</p>	<p>926,40</p>	<p>115 800,00</p>	<p>138 960,00</p>	<p>EZF24TA</p>	<p>SUA</p>	<p>Edwards Lifesciences LLC</p>	<p>DataControl SRL</p>	<p>Prin scrisoarea nr. 01-7/404 din 11.11.2021, instituția beneficiar a indicat că a fost comisă o eroare la cantitate, respectiv, a fost indicată una mai mare decât ceea ce urmează a fi procurată. Astfel, se anulează lotul în conformitate cu art. 71 alin (1) lit g) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit căruia există abateri grave de la prevederile legale care afectează rezultatul procedurii de atribuire sau face imposibilă încheierea contractului. Prin abateri grave de la prevederile legale se înțelege faptul că pe parcursul analizei, evaluării și/sau finalizării procedurii de atribuire se constată erori sau omisiuni, autoritatea contractantă aflându-se în imposibilitatea de a adopta măsuri corective fără ca acestea să conducă la încălcarea principiilor prevăzute la art. 7.</p>
<p>33 Canula aortică Mărimea internă (Fr) - 24 Lungimea canulei, aprox. - 28 cm</p>	<p>30,00</p>	<p>973,75</p>	<p>1 051,65</p>	<p>29 212,50</p>	<p>31 549,50</p>	<p>CANNUL A 77424 EOPA BLUNT 24FR 10PK 11L</p>	<p>SUA</p>	<p>Medtronic</p>	<p>Oxivit med</p>	<p>Prin scrisoarea nr. 01-7/404 din 11.11.2021, instituția beneficiar a indicat că a fost comisă o eroare la cantitate, respectiv, a fost indicată una mai mare decât ceea ce urmează a fi procurată. Astfel, se anulează lotul în conformitate cu art. 71 alin (1) lit g) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit căruia există abateri</p>



34	Canula aortică Mărimea internă (Fr) - 24 Lungimea canulei, aprox. – 30 cm	30,00	736,25	795,15	22 087,50	23 854,50	CANNUL A 72424 SELECT ART 45 24F 20P 17L	SUA	Medtronic	Oxivit med	Prin scrisoarea nr. 01-7/404 din 11.11.2021, instituția beneficiar a indicat că a fost comisă o eroare la cantitate, respectiv, a fost indicată una mai mare decât ceea ce urmează a fi procurată. Astfel, se anulează lotul în conformitate cu art. 71 alin (1) lit g) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit căruia există abateri grave de la prevederile legale care afectează rezultatul procedurii de atribuire sau face imposibilă încheierea contractului. Prin abateri grave de la prevederile legale se înțelege faptul că pe parcursul analizei, evaluării și/sau finalizării procedurii de atribuire se constată erori sau omisiuni, autoritatea contractantă aflându-se în imposibilitatea de a adopta măsuri corective fără ca acestea să conducă la încălcarea principiilor prevăzute la art. 7.
35	Canula aortică Mărimea internă (Fr) - 24 Lungimea canulei, aprox. – 36 cm	20,00	353,18	381,44	7 063,66	7 628,760	A22162V / B22162V	Belgia	ANDOCOR n.v.	CAVATEM M SRL	În specificația tehnică elaborată de către instituția beneficiar ca cerință tehnică mărimea canulei este indicată ca mărime <b>aproximativă</b> – 36 cm, fapt ce presupune ca mărimea este una ce nu poate fi definită și duce în eroare operatorii economici, iar evaluarea tehnică este imposibilă. Astfel, se anulează lotul în conformitate cu art. 71 alin (1) lit g) a Legii nr. 131/15

										<p>privind achizițiile publice, potrivit căruia există abateri grave de la prevederile legale care afectează rezultatul procedurii de atribuire sau face imposibilă încheierea contractului. Prin abateri grave de la prevederile legale se înțelege faptul că pe parcursul analizei, evaluării și/sau finalizării procedurii de atribuire se constată erori sau omisiuni, autoritatea contractantă aflându-se în imposibilitatea de a adopta măsuri corective fără ca acestea să conducă la încălcarea principiilor prevăzute la art. 7.</p> <p>În specificația tehnică elaborată de către instituția beneficiar ca cerință tehnică mărimea canulei este indicată ca mărime <b>aproximativă</b> – 36 cm, fapt ce presupune ca mărimea este una ce nu poate fi definită și duce în eroare operatorii economici, iar evaluarea</p>
<p>35 Canula aortică Mărimea internă (Fr) - 24 Lungimea canulei, aprox. – 36 cm</p>	<p>20,0 0</p>	<p>522,50</p>	<p>564,30</p>	<p>10 450,00</p>	<p>11 286,00</p>	<p>CANNUL A 87222 ART CUR TIP 22FR 10PK 17L</p>	<p>SUA</p>	<p>Medtronic</p>	<p>Oxivit med</p>	<p>cărui există abateri grave de la prevederile legale care afectează rezultatul procedurii de atribuire sau face imposibilă încheierea contractului. Prin abateri grave de la prevederile legale se înțelege faptul că pe parcursul analizei, evaluării și/sau finalizării procedurii de atribuire se constată erori sau omisiuni, autoritatea contractantă aflându-se în imposibilitatea de a adopta măsuri corective fără ca acestea să conducă la încălcarea principiilor prevăzute la art. 7.</p> <p>În specificația tehnică elaborată de către instituția beneficiar ca cerință tehnică mărimea canulei este indicată ca mărime <b>aproximativă</b> – 36 cm, fapt ce presupune ca mărimea este una ce nu poate fi definită și duce în eroare operatorii economici, iar evaluarea</p>
<p>36 Canula aortică Mărimea internă (Fr) - 22 Lungimea canulei, aprox. – 28 cm</p>	<p>30,0 0</p>	<p>973,75</p>	<p>1 051,65</p>	<p>29 212,50</p>	<p>31 549,50</p>	<p>CANNUL A 77422 EOPA BLUNT 22FR 10PK 11L</p>	<p>SUA</p>	<p>Medtronic</p>	<p>Oxivit med</p>	<p>cărui există abateri grave de la prevederile legale care afectează rezultatul procedurii de atribuire sau face imposibilă încheierea contractului. Prin abateri grave de la prevederile legale se înțelege faptul că pe parcursul analizei, evaluării și/sau finalizării procedurii de atribuire se constată erori sau omisiuni, autoritatea contractantă aflându-se în imposibilitatea de a adopta măsuri corective fără ca acestea să conducă la încălcarea principiilor prevăzute la art. 7.</p> <p>În specificația tehnică elaborată de către instituția beneficiar ca cerință tehnică mărimea canulei este indicată ca mărime <b>aproximativă</b> – 28 cm, fapt ce presupune ca mărimea este una ce nu poate fi definită și duce în eroare operatorii economici, iar evaluarea</p>

37	Canula aortică Mărimea internă (Fr) - 22 Lungimea canulei, aprox. – 30,5 cm	10,0 0	736,25	795,15	7 362,50	7 951,50	CANNUL A 72422 SELECT ART 45 22F 20P 17L	SUA	Medtronic	Oxivit med	<p>tehnică este imposibilă. Astfel, se anulează lotul în conformitate cu art. 71 alin (1) lit g) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit căruia există abateri grave de la prevederile legale care afectează rezultatul procedurii de atribuire sau face imposibilă încheierea contractului. Prin abateri grave de la prevederile legale se înțelege faptul că pe parcursul analizei, evaluării și/sau finalizării procedurii de atribuire se constată erori sau omisiuni, autoritatea contractantă aflându-se în imposibilitatea de a adopta măsuri corective fără ca acestea să conducă la încălcarea principiilor prevăzute la art. 7.</p> <p>În specificația tehnică elaborată de către instituția beneficiar ca cerință tehnică mărimea canulei este indicată ca mărime <b>aproximativă</b> – 30,5 cm, fapt ce presupune ca mărimea este una ce nu poate fi definită și duce în eroare operatorii economici, iar evaluarea tehnică este imposibilă. Astfel, se anulează lotul în conformitate cu art. 71 alin (1) lit g) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit căruia există abateri grave de la prevederile legale care afectează rezultatul procedurii de atribuire sau face imposibilă încheierea contractului. Prin abateri grave de la prevederile legale se înțelege faptul că pe parcursul analizei, evaluării și/sau finalizării procedurii de atribuire se constată erori sau omisiuni, autoritatea contractantă aflându-se în imposibilitatea de a adopta măsuri corective fără ca acestea să conducă la încălcarea principiilor prevăzute la art. 7.</p>
38	Canula aortică Mărimea internă (Fr) - 21 Lungimea canulei,	20,0 0	353,18	381,44	7 063,66	7 628,760	A20162V / B20162V	Belgia	ANDOCOR n.v.	CAVATEH M SRL	<p>În specificația tehnică elaborată de către instituția beneficiar ca cerință tehnică mărimea canulei este indicată ca mărime <b>aproximativă</b> – 36 cm, fapt</p>

	aprox. – 36 cm													ce presupune ca mărirea este una ce nu poate fi definită și duce în eroare operatorii economici, iar evaluarea tehnică este imposibilă. Astfel, se anulează lotul în conformitate cu art. 71 alin (1) lit g) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit căruia există abateri grave de la prevederile legale care afectează rezultatul procedurii de atribuire sau face imposibilă încheierea contractului. Prin abateri grave de la prevederile legale se înțelege faptul că pe parcursul analizei, evaluării și/sau finalizării procedurii de atribuire se constată erori sau omisiuni, autoritatea contractantă aflându-se în imposibilitatea de a adopta măsuri corective fără ca acestea să conducă la încălcarea principiilor prevăzute la art. 7.
38	Canula aortică Mărirea internă (Fr) - 21 Lungimea canulei, aprox. – 36 cm	20,0 0	522,50	564,30	10 450,00	11 286,00	CANNUL A 87220 ART CUR TIP 20FR 10PK 17L	SUA	Medtronic	Oxivit med				În specificația tehnică elaborată de către instituția beneficiar ca cerință tehnică mărirea canulei este indicată ca mărime <b>aproximativă</b> – 36 cm, fapt ce presupune ca mărirea este una ce nu poate fi definită și duce în eroare operatorii economici, iar evaluarea tehnică este imposibilă. Astfel, se anulează lotul în conformitate cu art. 71 alin (1) lit g) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit căruia există abateri grave de la prevederile legale care afectează rezultatul procedurii de atribuire sau face imposibilă încheierea contractului. Prin abateri grave de la prevederile legale se înțelege faptul că pe parcursul analizei, evaluării și/sau finalizării procedurii de atribuire se constată erori sau omisiuni, autoritatea contractantă aflându-se în imposibilitatea de a adopta măsuri corective fără ca acestea să conducă la încălcarea principiilor prevăzute la art. 7.

39	Canula aortică Mărimea internă (Fr) - 20 Lungimea canulei, cm aprox.- 28 cm	20,0 0	973,75	1 051,65	19 475,00	21 033,00	CANNUL A 77420 EOPA BLUNT 20FR 10PK 11L	SUA	Medtronic	Oxivit med	În specificația tehnică elaborată de către instituția beneficiar ca cerință tehnică mărimea canulei este indicată ca mărime <b>aproximativă</b> – 28 cm, fapt ce presupune ca mărimea este una ce nu poate fi definită și duce în eroare operatorii economici, iar evaluarea tehnică este imposibilă. Astfel, se anulează lotul în conformitate cu art. 71 alin (1) lit g) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit cărora există abateri grave de la prevederile legale care afectează rezultatul procedurii de atribuire sau face imposibilă încheierea contractului. Prin abateri grave de la prevederile legale se înțelege faptul că pe parcursul analizei, evaluării și/sau finalizării procedurii de atribuire se constată erori sau omisiuni, autoritatea contractantă aflându-se în imposibilitatea de a adopta măsuri corective fără ca acestea să conducă la încălcarea principiilor prevăzute la art. 7.
----	---	-----------	--------	----------	-----------	--------------	--	-----	-----------	------------	--

**Loturile anulate:**

**Loturile nr. 40 – 56, 61-70 și 72-74 se anulează** din motiv că IMSP Institutul de Cardiologie a indicat că stocurile existente sunt suficiente pentru anul 2022 pentru aceste bunuri (scrisoarea nr. 01-7/404 din 11.11.2021).

**Loturile nr. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 24, 29, 30,** se anulează în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) liniuța întâi, trei și șase după caz a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit cărora au fost depuse doar oferte neconforme, care nu au fost elaborate și prezentate în conformitate cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire și care depășesc cu 30% valoarea estimată.

**Lotul nr. 4, 5, 6** se anulează deoarece suma fiecărei oferte fără TVA depășește cu 30% valoarea estimată a lotului în cauză în conformitate cu art. 71 alin (1) lit d) liniuța 6 a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice.

**Lotul nr. 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 și 39** se anulează în conformitate cu art. art. 71 alin (1) lit g) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, din cauză specificăției tehnice eronate (conform tabelului), respectiv, evaluarea tehnică este imposibilă, conform cărora există abateri grave de la prevederile legale

care afectează rezultatul procedurii de atribuire sau face imposibilă încheierea contractului. Prin abateri grave de la prevederile legale se înțelege faptul că pe parcursul analizei, evaluării și/sau finalizării procedurii de atribuire se constată erori sau omisiuni, autoritatea contractantă aflându-se în imposibilitatea de a adopta măsuri corective fără ca acestea să conducă la încălcarea principiilor prevăzute la art. 7

**Pentru loturile anulate se va desfășura procedura de achiziție repetată doar după ce instituția beneficiar va revizui specificația tehnică, cantitatea și/sau valoarea estimată după caz a necesarului.**

*Totodată, în conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) din Legea nr. 131/2015 "privind achizițiile publice" – "contractele de achiziții publice care intră în sfera de aplicare a prezentei legi pot fi încheiate numai după împlinirea termenelor de așteptare".*

*Așfel, contractul de achiziție urmează a fi semnat începând cu data de 22.12.2021, numărul maxim de zile pentru semnarea și prezentarea contractului către CAPCS este de 10 zile după expirarea termenului de așteptare*

Director adjunct



Ala GOJAN

Executor: Irina Percium

Tel: 022 222-364