

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție:	Achizitii.md ID 21173970, MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1708345612984 din „14” martie 2024
Obiectul achiziției:	Consumabile de laborator și controlul extern de calitate pentru investigatiile de laborator (repetat)

Nr. d/o	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stan- darde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
Lot 11. Reagenți pentru analizatorul VIDAS bioMérieux, (sistem închis)							
11.1	Lime IgG	VIDAS® Lyme IgG (LYG). 30320	Franța	bioMérieux SA	Compatibil cu analizatorul VIDAS bioMérieux, (sistem închis)	Analiza VIDAS® Lyme IgG (LYG) este un test calitativ automat destinat utilizării împreună cu gama de instrumente VIDAS®, pentru detecția anticorpilor IgG specifici Borrelia burgdorferisensu lato (sl) în serul sau plasma umană, în sprijinul diagnosticării bolii Lyme. Reagenți gata de utilizare; calibrator, control, diluent - incluși în set. Ambalaj: 60 teste/set. Calibrare: la 28 de zile. Probe: ser sau plasmă. Studii de performanță prezente în specificațiile tehnice ale producătorului	CE, ISO
11.2	Lime IgM	VIDAS® Lyme IgM (LYM). 30319	Franța	bioMérieux SA	Compatibil cu analizatorul VIDAS bioMérieux, (sistem închis)	Analiza VIDAS® Lyme IgM (LYM) este un test calitativ automat destinat utilizării împreună cu gama de instrumente VIDAS®, pentru detecția anticorpilor IgM specifici Borrelia burgdorferisensu lato (sl) în serul sau plasma umană, în sprijinul diagnosticării bolii Lyme. Reagenți gata de utilizare; calibrator, control, diluent - incluși în set. Ambalaj: 60 teste/set. Calibrare: la 28 de zile. Probe: ser sau plasmă. Studii de performanță prezente în specificațiile tehnice ale producătorului	CE, ISO
11.3	CA 153	VIDAS® CA 15-3® (153). 30429	Franța	bioMérieux SA	Compatibil cu analizatorul VIDAS bioMérieux, (sistem închis)	VIDAS CA 15-3 este un test cantitativ automatizat pentru utilizarea pe instrumentele care fac parte din familia VIDAS pentru măsurarea cantitativă a nivelurilor de CA15-3 în serul sau plasmă umană (litii heparină sau EDTA) utilizând tehnica ELFA (testul de fluorescență legat de enzimă). Reagenți gata de utilizare; calibrator, control, diluent - incluși în set. Ambalaj: 30 teste/set. Calibrare: la 14 de zile. Probe: ser sau plasmă umană (litii heparină sau EDTA). Studii de performanță prezente în specificațiile tehnice ale producătorului	CE, ISO
11.4	Helicobacter pylori IgG	VIDAS® H.Pylori IgG (HPY). 30192	Franța	bioMérieux SA	Compatibil cu analizatorul VIDAS bioMérieux, (sistem închis)	VIDAS® H. pylori IgG (HPY) este un test calitativ automat destinat utilizării pe aparate din gama VIDAS®, în vederea detectării anticorpilor anti-Helicobacter pylori IgG în serul sau plasma umană (EDTA), utilizând tehnica ELFA (Enzyme Linked Fluorescent Assay - Analiza reacțiilor enzimactice în fluorescență). Reagenți gata de utilizare; calibrator, control, diluent - incluși în set. Ambalaj: 30 teste/set. Calibrare: la 14 de zile. Probe: ser sau plasmă (EDTA). Studii de performanță prezente în specificațiile tehnice ale producătorului	CE, ISO

Semnat:
Numele, Prenumele: Bondarciuc Roman
Ofertantul: S.R.L. Mediclim AM

În calitate de: Director
Adresa: MD-2005, mun. Chișinău, str. V. Alecsandri 141/A, et. 1