

		Specificații tehnice (F4.1)							
			[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]						
Numărul licitației:		LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1629286866654					Data: „01” Octombrie 2021	Alternativa nr.: _____	
Denumirea licitației:		Dispozitivelor medicale, conform necesităților beneficiarilor lista suplimentară 12, pentru anul 2021					Lot:6	Pagina: 1din 1	
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2		3	4	5	6		7	8
33100 00-1	6	Mașină de plasmofereză (caracteristici avansate)	Mașină de plasmofereză (caracteristici avansate)	DigiPla 80	China	Sichuan Nigale Biotechnology Co. Ltd.	Mașină de plasmofereză (caracteristici avansate) Descriere Mașina de plasmofereză este destinată procedurilor prin care se filtreaza sangele si se separa celulele plasmatice si sangvine Parametru Specificația Display mașina de anestezie ≥10", color TFT sau LCD Senzor optic Da Mecanisme de siguranță alarmă vizuală acustică, vizuală alarmă acustică da Dotari conectivitatea la internet da Scaner coduri de bare da Limba interfaței Multi Protecție împotriva paniei de curent UPS Debit Aspirație 20-90 ml/min Returnare 20-90 ml/min Viteza de centrifugare 7000 rpm Tensiune de alimentare 220 V, 50 Hz Accesorii Seturi de plasmofereza de unica folosință 100 buc.	Conform caietului de Sarcini	CE, ISO13485, GMP

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Eduard APOSTOL** În calitate de: **Director Adjunct**

Ofertantul: "**Pharmony**" SRL Adresa: **Str. Durlești 4, or. Durlești, mun. Chișinău, R. Moldova**