

Specificații tehnice										
			va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele							
Numărul licitației:			LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1768972359774					Data: „__” _____ 20__	Alternativa nr.: _____	
Denumirea licitației:			Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.1)					Pagina: __ din __		
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic		
33100000-1	51	Video Laringoscop Flexibil cu trolu	Video Laringoscop Flexibil cu trolu			Shenzhen HugeMed Medical Technical Development Co.,LTD	Descriere: Video Laringoscop Flexibil cu trolu, destinat utilizării în cadrul procedurilor medicale de diagnostic și tratament, care să asigure vizualizare optimă, siguranță și fiabilitate în utilizare. Cerințe tehnice minime Ecran și sistem de afișare : - Display color de minimum 8 inch - Memorie: Card SD de minimum 8 GB Funcții disponibile pe ecran: - Memorare imagine statică - Înregistrare video - Funcție balans (white balance) - Funcție freeze / revenire imagine - Ieșire video sincronă pentru conectare la monitor extern Corp endoscop - Iluminare: LED de intensitate ridicată - Diametru exterior articulație: maxim 2.8 mm - Diametru interior canal de lucru: 0 mm (fără canal de lucru) - Lungime de lucru: minimum 300 mm - Sistem anti-aburire activ la pornire, fără necesitatea preîncălzirii - Raport de cuplu real 1:1 pentru operare facilă și precisă Funcții suplimentare - Control unghiular flexibil, cu localizare precisă - Partea de inserție: rezistență ridicată la fracturi, structură fină, flexibilă și durabilă - Partea distală: diflecțiune dublă, luminozitate mare, cu amplitudine de mișcare: - 160° în sus - 130° în jos Cerințe generale buc 1 155000,00 IMSP SR UNGHENI - Echipamentul trebuie să fie nou, neutilizat, fabricat conform standardelor internaționale de calitate și siguranță medicală. Să fie livrat împreună cu trolu dedicat, compatibil și stabil. - Să fie însoțit de manual de utilizare în limba română sau engleză. - Să fie livrat cu garanție de minimum 24 luni. - Să fie asigurată instruirea personalului medical pentru utilizarea corectă a echipamentului. Trolu pentru video -laringoscop - Compatibil cu video -laringoscopul oferat, inclusiv unitate de afișare/tabletă. - Structură metalică stabilă, realizată din materiale rezistente la dezinfectanți medicali. - Capacitate de susținere minimă: 10 kg. - Bază mobilă prevăzută cu 4 roți medicale, dintre care minimum 2 cu sistem de frânare. - Reglaj pe înălțime pentru poziționare ergonomică a echipamentului. - Suport sigur pentru fixarea tabletei. - Sistem de organizare pentru cabluri și capul endoscopului. - Design compact, adecvat utilizării în cabinet sau sală de tratament. - Livrat nou, cu instrucțiuni de montaj și utilizare, instalarea realizată de furnizor. Livrarea se va face la sediul beneficiarului, în termenul stabilit prin contract. Instalarea și punerea în funcțiune vor fi realizate de către furnizor.	- Display color de minimum 8 inch – da -hugemed-vl3s-flexible-video-laryngoscope-241228_2b - Memorie: Card SD de minimum 8 GB – da -hugemed-vl3s-flexible-video-laryngoscope-241228_2b Funcții disponibile pe ecran: - Memorare imagine statică -da - Înregistrare video -da - Funcție balans (white balance) - da - Funcție freeze / revenire imagine -da - Ieșire video sincronă pentru conectare la monitor extern -da Corp endoscop - Iluminare: LED de intensitate ridicată -da - Diametru exterior articulație: maxim 2.8 mm -da - Diametru interior canal de lucru: 0 mm (fără canal de lucru) -da - Lungime de lucru: minimum 300 mm –da(650 mm) - Sistem anti-aburire activ la pornire, fără necesitatea preîncălzirii -da - Raport de cuplu real 1:1 pentru operare facilă și precisă -da Funcții suplimentare - Control unghiular flexibil, cu localizare precisă -da - Partea de inserție: rezistență ridicată la fracturi, structură fină, flexibilă și durabilă -da - Partea distală: diflecțiune dublă, luminozitate mare, cu amplitudine de mișcare: - 160° în sus -da - 130° în jos -da Cerințe generale - Echipamentul trebuie să fie nou, neutilizat, fabricat conform standardelor internaționale de calitate și siguranță medicală. -da - Să fie livrat împreună cu trolu dedicat, compatibil și stabil. -da - Să fie însoțit de manual de utilizare în limba română sau engleză. -da Trolu pentru video-laringoscop - Compatibil cu video-laringoscopul oferat, inclusiv unitate de afișare/tabletă. -da - Structură metalică stabilă, realizată din materiale rezistente la dezinfectanți medicali. -da ENG-EU-CATA-Trolley-202310V1.0 - Capacitate de susținere minimă: 10 kg. -da ENG-EU-CATA-Trolley-202310V1.0 - Bază mobilă prevăzută cu 4 roți medicale, dintre care minimum 2 cu sistem de frânare. -da ENG-EU-CATA-Trolley-202310V1.0 - Reglaj pe înălțime pentru poziționare ergonomică a echipamentului. - Suport sigur pentru fixarea tabletei. -da ENG-EU-CATA-Trolley-202310V1.0 - Sistem de organizare pentru cabluri și capul endoscopului. -da - Design compact, adecvat utilizării în cabinet sau sală de tratament. - da	VL3S 2025 pag 3 ,VL3S-Laryngoscope-register pag 2 Manualul utilizatorului 66 Brosura VL3S-Laryngoscopmanual.pdf, ENG-EU-CATA-Trolley-202310V1.0	

Semnat: _____

În calitate de: administrator

Numele, Prenumele: Andrei Timuș

Oftertantul: “Global Premier Group” SRL

Adresa: str. Sergiu Radautanu 7, of. 130, mun. Chisinau