

Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
LOT Nr. 2: Pat multifunctional pentru adulți (6-8 poziții) Pat multifunctional pentru adulți (6-8 poziții) Descriere Paturi motorizate pentru secții de ATI și secții de reanimare Parametrul Specificația Tip multifuncțional cu 6-8 poziții Tip pacient adult Controlul pacientului tip Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice Funcționalități poziționare sedentară poziționare Trendelenburg poziționare anti-Trendelenburg Controlul de către asistentă Blocarea control pacient da Greutatea maximă a pacientului Cu etichetă pe pat ≥ 220 kg Înălțime Ajustabilă ≥ 74 cm Rotile Diametru ≥ 12.5 cm Sistem de blocare la minim 2 rotile Parapete de protecție laterale da Extensia lungimii patului opțională Sectiunea spine să aibă cadru pentru detector radiologic $\geq 43 \times 43$ cm Cintar electronic pacient da Reglare manuală a părților importante în caz de lipsă de energie electrică opțională Alimentare 220 V, 50 Hz Saltele lavabile ortopedică inclusă antidecubit + accesorii inclusă Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de	MODEL PROPUȘ: GÖKLER MEDİKAL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. / NITROCARE, MODEL: SANTE NITRO HB 8140 + Accesorii/Optiuni necesare conform caietului de sarcini, Turcia Pat multifunctional pentru adulți (6-8 poziții) Descriere Paturi motorizate pentru secții de ATI și secții de reanimare Parametrul Specificația Tip multifuncțional cu 8 poziții – Corespunde Tip pacient adult – Corespunde Controlul pacientului tip Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice – Corespunde Funcționalități poziționare sedentară poziționare Trendelenburg – Corespunde poziționare anti-Trendelenburg – Corespunde Controlul de către asistentă Blocarea control pacient da – Corespunde Greutatea maximă a pacientului Cu etichetă pe pat ≥ 220 kg – Corespunde Înălțime Ajustabilă : min 37 cm, max 800 cm Rotile Diametru ≥ 12.5 cm – Corespunde Sistem de blocare la minim 2 rotile - Da Parapete de protecție laterale da – Corespunde Extensia lungimii patului opțională, - Da, inclus Sectiunea spine să aibă cadru pentru detector radiologic $\geq 43 \times 43$ cm – Corespunde Cintar electronic pacient - Da, inclus Reglare manuală a părților importante în caz de lipsă de energie electrică opțională – Corespunde Alimentare 220 V, 50 Hz – Corespunde Saltele lavabile ortopedică inclusă - Da, Corespunde antidecubit + accesorii inclusă - Da, Corespunde Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de

Înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (copie semnată și ștampilată de către participant)* Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - -copie- confirmată prin semnătura și ștampila participantului. Documente confirmative: *Manuale de service în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza) și manualul de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba de stat - copie– confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie sau în format electronic, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit.	Înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (copie semnată și ștampilată de către participant) - Da * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. - Da *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - -copie- confirmată prin semnătura și ștampila participantului. - Da Documente confirmative: *Manuale de service în una din limbile de circulație internațională (rusa/engleza) și manualul de utilizare cu prezentarea traducerii la momentul livrării în limba de stat - copie– confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. - Da *Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pe suport hârtie sau în format electronic, cu indicarea/marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit. - Da
---	--

Pozitiile patului



NITRO HB 8140

4 MOTORS INTENSIVE CARE PATIENT BED - SANTE (LOW BED)



NITRO HB 8140

WEIGHT SCALE SYSTEM



NITRO HB 8140

BATTERY




NITRO HB 8140

BACREST X-RAY



NITRO HB 8140

NURSE CONTROL PANEL



NITRO HB 8140

BED EXTENSION



NITRO HB 8140

MTVSC

