

IDNO: 1010600028048;
adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău
tel. +373-22-808719, fax +373-22-808519
e-mail: biosistem.mld@gmail.com

Anexa nr. 7
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

CERERE DE PARTICIPARE

Către: CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
adresa: MD-2005, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, mun. Chișinău MD-2005, bd.
Grigore Vieru, 22/2

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și/sau SIA RSAP MTender, nr. ocds-b3wdp1-MD-1749648390707 din 17.07.2025, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de Achiziționarea dispozitivelor medicale (analizatoare) conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice

noi, SRL Biosistem mld, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și exprimăm prin prezenta interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării: 16.07.2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL Biosistem mld _____

(semnătura autorizată)

IDNO: 1010600028048;
adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău
tel. +373-22-808719, fax +373-22-808519
e-mail: biosistem.mld@gmail.com

Anexa nr. 7
la Documentația standard
conform Ordin MF Nr. 115
din 15.09.2021

DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei

Către: CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE
adresa: MD-2005, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, mun. Chișinău MD-2005, bd.
Grigore Vieru, 22/2

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea de: "Achiziționarea dispozitivelor medicale (analizatoare) conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice "

prin procedura de achiziție - Licitație deschisă Nr. ocds-b3wdp1-MD-1749648390707
din 17.07.2025

pentru o durată de 160 (una sută șaizeci) zile, respectiv până la data de 24.12.2025, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării: 16.07.2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SRL Biosistem mld _____

(semnătura autorizată)

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție:					ocds-b3wdp1-MD-1749648390707 din 17.07.2025			
Obiectul achiziției:					Achiziționarea dispozitivelor medicale (analizatoare) conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice			
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>
		Analizator hematologic automat (5 diff)	BC-5150 Auto Hematology Analyzer (Analizator hematologic 5-diff)			Analizator hematologic, automat (5 diff) Cod 150530 Descriere: Analizator hematologic automat (5 diff) destinat analizei compunerii sanguine. Parametru Specificația optică (5 diff) Procedura de curățire automată Parametri determinați și calculați: WBC RBC Hgb Hct MCV MCH MCHC PLT LYM # MON# NEU# BAS# EOS# LYM% MON% NEU% BAS% EOS% RDW PDW MPV PCT Capacitate (probe/oră) ≥ 60 Diluarea automată Afișaj grafic Imprimantă color Introducerea datelor manual Interfața PC obligatoriu Afișarea histogramei obligatoriu Stocarea datelor obligatoriu Calibrarea automată manuală Grafice RBC (repartizarea eritrocitelor după volum) 140 000,00 2 300 000,00 PLT (repartizarea trombocitelor după volum) Scatergrame WBC - 5 diff Afișarea pe ecran a tuturor datelor- histograme rezultate grafice rezultate din arhivă date de servis Monitorizarea datelor pacientului nume pacient ID pacient sex vârsta Monitorizarea reactivelor numărul lotului data expirării volumul rămas Afișarea rezultatelor pe imprimantă		ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000371911
		M-52D DILUENT	M-52D DILUENT					ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000429566

3	Analizator hematologic automat (5 diff)	M-52D DIFF LYSE	M-52D DIFF LYSE	China	Mindray	Parametri determinați și calculați histograme pe parametrii de bază- RBC, WBC, PLT date despre pacient Indicatori de avertizare obligatoriu Control al calității ≥ 3 nivele Construirea tabelelor și graficelor Levey-Janings Memorie internă ≥ 1000 pacienți Alimentarea 220 V, 50 Hz Accesorii Vas pentru deșeuri tuburi pentru reagenți tuburi pentru spălare Limba de comunicare rom/rus Reagenți : Să fie inclus toți reagenții necesari cât și alte accesorii, piese necesare pentru efectuarea analizelor și buna funcționare ≥ 50 analize (pentru testare/insturare) Consumabile Sa fie incluse ≥ 1000 eprubete 2,5 ml cu anti-coagulant, pentru colectarea sângelui integru, compatibile cu analizorul oferit Perioada de valabilitate a reagentilor din momentul livrării ≥ 6 luni. Note: Oferta de preț trebuie să includă reactivii necesari pentru testele indicate, soluțiile QC și calibrare Cantitatea soluțiilor propuse trebuie să asigure efectuarea procedurilor de control al calității și calibrare, ori de câte ori este necesar. Furnizorul va asigura: Transmitera către spital documentația completă privind conectarea analizatorului la sistemul informatic (H3 SIA AMS/AMP) și să asigure suportul tehnic necesar echipei desemnate de spital sau firmei de software care realizează efectiv conectarea. Instruirea personalului. Mentenanța preventivă și corectivă gratuită pe o perioadă de 4 ani atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare). Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe o perioadă de 4 ani atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare apă). Toate consumabilele necesare gratuite pe o perioadă de 4 ani atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare apă), dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Timpul de intervenție în caz de defect: maxim 24 ore de la solicitarea telefonică. Preț pentru reactivi nemodificat pentru toată perioada de 4 ani. Perioada de valabilitate pentru reagenții livrați: La momentul livrării: Minim 6 luni, dar nu mai puțin de 80% din termenul total de valabilitate. Pentru materialele biologice de control și calibrare, având în vedere natura lor perisabilă, se acceptă un termen de valabilitate de minimum 1 lună la livrare, cu condiția livrării eşalonate conform necesarului. Să se indice timpul de stabilitate a reactivilor după deschidere. Operatorul Economic va include în prețul dispozitivului medical și prețurile prețurile pentru fiecare test considerând: - Efectuarea controlului calității pentru fiecare test în fiecare zi lucrătoare. - Efectuarea calibrării ori de cate ori va fi necesar (in baza rezultatului controlului calității). - Toate piesele si kiturile de mentenanță necesare bunei funcționării pe întreaga perioada de 4 ani - Sistemul de filtrare (stație purificare apa) și toate filtrele necesare pentru funcționarea stației de purificare al apei pe toată perioada de 4 ani. - UPS (Sursa neîntreruptibilă de alimentare) și costurile acumulatorilor necesare pe toata perioada de 4 ani. - Calculator (PC), monitor, tastatura, mouse cu garanție deplină și înlocuire în caz de defectare. - Toate consumabilele, inclusiv: soluții de spălare, soluții de buffer, electrozi/modul ISE, cuve/rotor pentru reacție, lămpi și tot spectrul de consumabile necesare bunei funcționări pentru efectuarea tuturor testelor solicitate de IMSP. - Toate serviciile de mentenanță preventivă și corectivă necesare bunei funcționări pe perioada contractului de 4 ani. Remarcă pentru cerințele: „Calculator (PC), monitor extern, tastatură și mouse, sistem de filtrare a apei.” În cazul analizatoarelor care dispun de interfață integrată cu ecran tactil color complet funcțional, care utilizează reactivi speciali (ex. soluție salină proprietară) și care nu necesită alimentare cu apă sau filtrare externă, aceste cerințe se consideră neaplicabile.	Vezi Anexa "LOT-3"	ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000429567
		M-52LH LYSE	M-52LH LYSE			ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000429568		
		M-68 Probe Cleanser	M-68 Probe Cleanser			ISO, CE Cod inregistrare AMDM: DM000661218		

		BC-5D Control 3 x 3.0ml Tri-pack(1L, 1N, 1H)	BC-5D Control 3 x 3.0ml Tri-pack(1L, 1N, 1H)					ISO, CE Cod inregistrare AMDMD: DM000429572
		Analizator semiautomat pentru proprietățile fizico-chimice ale urinei, cu rmdsurare continuă	Photometer H-100 (Analizator automat pentru urina H-100)	China	DIRUI	Analizator semi-automat, de urină Descriere: Analizator semi-automat de urină pentru efectuarea analizelor chimice ale urinei, care determină prezența anumitor substanțe și estimează concentrațiile lor într-o probă de urină. Productivitate în regim normal: ≥ 45 teste/oră Teste chimice: Bilirubin Sânge (hematii) Glucoză Corpi cetonici Leucocite Nitrați pH 19 200,00 635 200,00 Proteine Greutatea specifică Urobilinogen Albumina Creatina culoare claritate, Opțional Rezultate calculate automat- raport albumina: creatinine, Opțional Unități de măsură: convenționale, SI Programare probe: manuală, coduri de bare sau descărcate de la LIS Posibilitate de încercare continuă a probelor. Calibrare: automata, Opțional Diapazonul temperaturii de operare: +15°C to +32°C +/-2 grade Umiditatea de operare în diapazonul de: 20-80 % Timer inclus, Opțional Cititor de barcod	Analizator semi-automat, de urină Descriere: Analizator semi-automat de urină pentru efectuarea analizelor chimice ale urinei, care determină prezența anumitor substanțe și estimează concentrațiile lor într-o probă de urină. Productivitate în regim normal: ≥ 45 teste/oră- da, "H-100 User Manual" pagina 6: Technical Specifications /Test Speed /60 t/h or 120t/h - Analizatorul are 2 regimuri de functionare 30 secunde sau 60 secunde pentru 1 test. Respectiv în dependenta de regim analizatorul poate face sau 60 sau 120 teste pe ora. Teste chimice: Bilirubin- da, "H-100 User Manual" pagina 6: Technical Specifications /Test Items /BilirubiBIL Sânge (hematii) - da, "H-100 User Manual" pagina 6: Technical Specifications /Test Items /BloodBLD Glucoză- da, "H-100 User Manual" pagina 6: Technical Specifications /Test Items /GlucoseGLU Corpi cetonici- da, "H-100 User Manual" pagina 6: Technical Specifications /Test Items /KetoneKET Leucocite- da, "H-100 User Manual" pagina 6: Technical Specifications /Test Items /LeucocytesLEU Nitrați- da, "H-100 User Manual" pagina 6: Technical Specifications /Test Items /NitriteNIT pH- da, "H-100 User Manual" pagina 6: Technical Specifications /Test Items /pHpH Proteine- da, "H-100 User Manual" pagina 6: Technical Specifications /Test Items /ProteinPRO	ISO, CE Cod inregistrare AMDMD: DM000371883
		DIRUI H11 urine strips	DIRUI H11 DIRUI H11 urine strips	China	DIRUI	Timpul de măsurare a tuturor parametrilor constituie în suma ≤ 70 secunde Interfață LIS unidirecțională Memorie internă ≥ 1000 rezultate/măsurări Monitor LCD sau LED Imprimantă incorporată Alimentarea 220 V, 50 Hz Reagenți : Să fie inclus toți reagenții necesari cât și alte accesorii, piese necesare pentru efectuarea analizelor și buna funcționare ≥ 50 analize (pentru testare/instruire) Note: Oferta de preț trebuie să includă reactivii necesari pentru testele indicate, soluțiile QC și calibrare Cantitatea soluțiilor propuse trebuie să asigure efectuarea procedurilor de control al calității și calibrare, ori de câte ori este necesar. Furnizorul va asigura: Instruirea personalului. Menținerea preventivă și corectivă gratuită pe o perioadă de 4 ani atât pentru	Greutatea specifică- da, "H-100 User Manual" pagina 6: Technical Specifications /Test Items /Specific GravitySG Urobilinogen- da, "H-100 User Manual" pagina 6: Technical Specifications /Test Items /UrobilinogenUBG Albumina- da, "H-100 User Manual" pagina 6: Technical Specifications /Test Items /AlbuminALB Creatina- da, "H-100 User Manual" pagina 6: Technical Specifications /Test Items /CreatinCre Rezultate calculate automat Unități de măsură: convenționale, SI Programare probe: manuală, coduri de bare sau descărcate de la LIS Posibilitate de încercare continuă a probelor.	ISO, CE Cod inregistrare AMDMD: DM000371883

5	Analizator semiautomat pentru proprietățile fizico-chimice ale urinei, cu rmdsurare continuă	Urinalysis control(Negative)	Urinalysis Control (Negative)	China	DIRUI	analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator). Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe o perioadă de 4 ani atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator). Toate consumabilele necesare gratuite pe o perioadă de 4 ani atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator), dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Timpul de intervenție în caz de defect: maxim 24 ore de la solicitarea telefonică. Preț pentru reactivi nemodificat pentru toată perioada. Perioada de valabilitate pentru reagenții livrați: La momentul livrării: Minim 6 luni, dar nu mai puțin de 80% din termenul total de valabilitate. Să se indice timpul de stabilitate a reactivilor după deschidere. Operatorul Economic va include în prețul dispozitivului medical și prețurile pentru fiecare test considerând: - Efectuarea controlului calității ori de câte ori este necesar în conformitate cu recomandările producătorului. - Efectuarea calibrării ori de cate ori va fi necesar (în baza rezultatului controlului calității). - Toate piesele si kiturile de mentenanță necesare bunei funcționării pe întreaga perioada pe 4 ani - Calculator (PC), monitor, tastatura, mouse cu garanție deplină și înlocuire în caz de defectare. - Toate consumabilele, inclusiv: soluții de spălare, soluții de buffer, electrozi/modul ISE, cuve/rotor pentru reacție, lămpi și tot spectrul de consumabile necesare bunei funcționări pentru efectuarea tuturor testelor solicitate de IMSP. - Toate serviciile de mentenanță preventivă și corectivă necesare bunei funcționări pe perioada de 4 ani Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada pe 4 ani	Calibrare: automata, Diapazonul temperaturii de operare: +15°C to +32°C +2 grade Umiditatea de operare în diapazonul de: 20-80 % Cititor de barcod Timpul de măsurare a tuturor parametrilor constituie în suma ≤ 70 secunde Interfață LIS unidirecțională Memorie internă ≥ 1000 rezultate/măsurări Monitor LCD sau LED Imprimantă încorporată Alimentarea 220 V, 50 Hz Reagenți : Să fie inclus toți reagenții necesari cât și alte accesorii, piese necesare pentru efectuarea analizelor și buna funcționare ≥ 50 analize (pentru testare/insturare) Note: Oferta de preț trebuie să includă reactivii necesari pentru testele indicate, soluțiile QC și calibrare Cantitatea soluțiilor propuse trebuie să asigure efectuarea procedurilor de control al calității și calibrare, ori de câte ori este necesar. Furnizorul va asigura: Instruirea personalului. Mentenanța preventivă și corectivă gratuită pe o perioadă de 4 ani atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator). Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe o perioadă de 4 ani atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator). Toate consumabilele necesare gratuite pe o perioadă de 4 ani atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator), dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Timpul de intervenție în caz de defect: maxim 24 ore de la solicitarea telefonică. Preț pentru reactivi nemodificat pentru toată perioada. Perioada de valabilitate pentru reagenții livrați: La momentul livrării: Minim 6 luni, dar nu mai puțin de 80% din termenul total de valabilitate. Să se indice timpul de stabilitate a reactivilor după deschidere. Operatorul Economic va include în prețul dispozitivului medical și prețurile pentru fiecare test considerând: - Efectuarea controlului calității ori de câte ori este necesar în conformitate cu recomandările producătorului. - Efectuarea calibrării ori de cate ori va fi necesar (în baza rezultatului controlului calității). - Toate piesele si kiturile de mentenanță necesare bunei funcționării pe întreaga perioada pe 4 ani - Calculator (PC), monitor, tastatura, mouse cu garanție deplină și înlocuire în caz de defectare. - Toate consumabilele, inclusiv: soluții de spălare, soluții de buffer, electrozi/modul ISE, cuve/rotor pentru reacție, lămpi și tot spectrul de consumabile necesare bunei funcționări pentru efectuarea tuturor testelor solicitate de IMSP. - Toate serviciile de mentenanță preventivă și corectivă necesare bunei funcționări pe perioada de 4 ani Respectiv, se vor lua în calculul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada pe 4 ani	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000371883
		Urinalysis control(Positive)	Urinalysis Control (Positive)	China	DIRUI		ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000371883	

7	Analizator de urină semi-automat	Photometer H-100 (Analizator automat pentru urina H-100)	Photometer H-100 (Analizator automat pentru urina H-100)	China	DIRUI	Analizator semi-automat, de urină Descriere: Analizator semi-automat de urină pentru efectuarea analizelor chimice ale urinei, care determină prezența anumitor substanțe și estimează concentrațiile lor într-o probă de urină. Productivitate în regim normal: ≥ 45 teste/oră Teste chimice: Bilirubin Sânge (hematii) Glucoză 16 666,66 4 240 666,66 Corpi cetonici Leucocite Nitrați pH Proteine Greutatea specifică Urobilinogen Albumina Creatina culoare claritate, Opțional Rezultate calculate automat- raport albumina: creatinine, Opțional Unități de măsură: convenționale, SI Programare probe: manuală, coduri de bare sau descărcate de la LIS Calibrare: automata, Opțional Diapazonul temperaturii de operare: +15°C to +32°C +2 grade Umiditatea de operare în diapazonul de: 20-80 % Timer inclus, Opțional Cititor de barcod Timpul de măsurare a tuturor parametrilor constituie în suma ≤ 70 secunde Interfață LIS unidirecțională Memorie internă ≥ 1000 rezultate/măsurări Monitor LCD sau LED Imprimantă incorporată Alimentarea 220 V, 50 Hz Reagenți : Să fie inclus toți reagenții necesari cât și alte accesorii, piese necesare pentru efectuarea analizelor și buna funcționare ≥ 50 analize (pentru testare/însturare) Note: Oferta de preț trebuie să includă reactivii necesari pentru testele indicate, soluțiile QC și calibrare Cantitatea soluțiilor propuse trebuie să asigure efectuarea procedurilor de control al calității și calibrare, ori de câte ori este necesar. Furnizorul va asigura: Înstruirea personalului. Mentenanța preventivă și corectivă gratuită pe o perioadă de 4 ani atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator). Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe o perioadă de 4 ani atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator). Toate consumabilele necesare gratuite pe o perioadă de 4 ani atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator), dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Timpul de intervenție în caz de defect: maxim 24 ore de la solicitarea telefonică.	Analizator semi-automat, de urină Descriere: Analizator semi-automat de urină pentru efectuarea analizelor chimice ale urinei, care determină prezența anumitor substanțe și estimează concentrațiile lor într-o probă de urină. Productivitate în regim normal: ≥ 45 teste/oră- da, "H-100 User Manual" pagina 6: Technical Specifications /Test Speed /60 t/h or 120t/h - Analizatorul are 2 regimuri de funcționare 30 secunde sau 60 secunde pentru 1 test. Respectiv în dependenta de regim analizatorul poate face sau 60 sau 120 teste pe ora. Teste chimice: Bilirubin- da, "H-100 User Manual" pagina 6: Technical Specifications /Test Items /BilirubiBIL Sânge (hematii) – da, "H-100 User Manual" pagina 6: Technical Specifications /Test Items /BloodBLD Glucoză– da, "H-100 User Manual" pagina 6: Technical Specifications /Test Items /GlucoseGLU Corpi cetonici– da, "H-100 User Manual" pagina 6: Technical Specifications /Test Items /KetoneKET Leucocite– da, "H-100 User Manual" pagina 6: Technical Specifications /Test Items /LeucocytesLEU Nitrați– da, "H-100 User Manual" pagina 6: Technical Specifications /Test Items /NitriteNIT pH– da, "H-100 User Manual" pagina 6: Technical Specifications /Test Items /pHpH Proteine– da, "H-100 User Manual" pagina 6: Technical Specifications /Test Items /ProteinPRO Greutatea specifică– da, "H-100 User Manual" pagina 6: Technical Specifications /Test Items /Specific GravitySG Urobilinogen– da, "H-100 User Manual" pagina 6: Technical Specifications /Test Items /UrobilinogenUBG Albumina– da, "H-100 User Manual" pagina 6: Technical Specifications /Test Items /AlbuminALB Creatina– da, "H-100 User Manual" pagina 6: Technical Specifications /Test Items /CreatinCre Rezultate calculate automat Unități de măsură: convenționale, SI Programare probe: manuală, coduri de bare sau descărcate de la LIS Posibilitate de încercare continuă a probelor. Calibrare: automata, Diapazonul temperaturii de operare: +15°C to +32°C +2 grade Umiditatea de operare în diapazonul de: 20-80 % Cititor de barcod Timpul de măsurare a tuturor parametrilor constituie în suma ≤ 70 secunde Interfață LIS unidirecțională	ISO, CE Cod înregistrare AMDMDM000371883
		DIRUI H11 urine strips	DIRUI H11 DIRUI H11 urine strips	China	DIRUI		ISO, CE Cod înregistrare AMDMDM000371883	

		Urinalysis Control (Negative)	Urinalysis Control (Negative)	China	DIRUI	Preț pentru reactivi nemodificat pentru toată perioada. Perioada de valabilitate pentru reagenții livrați: La momentul livrării: Minim 6 luni, dar nu mai puțin de 80% din termenul total de valabilitate. Să se indice timpul de stabilitate a reactivilor după deschidere. Operatorul Economic va include în oferta prețul dispozitivului medical și prețurile pentru fiecare test considerând: - Efectuarea controlului calității ori de câte ori este necesar în conformitate cu recomandările producătorului. - Efectuarea calibrării ori de cate ori va fi necesar (în baza rezultatului controlului calității). - Toate piesele si kiturile de mentenanță necesare bunei funcționării pe întreaga perioada pe 4 ani - Calculator (PC), monitor, tastatura, mouse cu garanție deplină și înlocuire în caz de defectare. - Toate consumabilele, inclusiv: soluții de spălare, soluții de buffer, electrozi/modul ISE, cuve/rotor pentru reacție, lămpi și tot spectrul de consumabile necesare bunei funcționări pentru efectuarea tuturor testelor solicitate de IMSP. - Toate serviciile de mentenanță preventivă și corectivă necesare bunei funcționări pe perioada de 4 ani Respectiv, se vor lua în calcul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada pe 4 ani	Memorie internă ≥ 1000 rezultate/măsurări Monitor LCD sau LED Imprimantă incorporată Alimentarea 220 V, 50 Hz Reagenți : Să fie inclus toți reagenții necesari cât și alte accesorii, piese necesare pentru efectuarea analizelor și buna funcționare ≥ 50 analize (pentru testare/insturire) Note: Oferta de preț trebuie să includă reactivii necesari pentru testele indicate, soluțiile QC și calibrare Cantitatea soluțiilor propuse trebuie să asigure efectuarea procedurilor de control al calității și calibrare, ori de câte ori este necesar. Furnizorul va asigura: Instruirea personalului. Mentenanța preventivă și corectivă gratuită pe o perioadă de 4 ani atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator). Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe o perioadă de 4 ani atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator). Toate consumabilele necesare gratuite pe o perioadă de 4 ani atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator), dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială. Timpul de intervenție în caz de defect: maxim 24 ore de la solicitarea telefonică. Preț pentru reactivi nemodificat pentru toată perioada. Perioada de valabilitate pentru reagenții livrați: La momentul livrării: Minim 6 luni, dar nu mai puțin de 80% din termenul total de valabilitate. Să se indice timpul de stabilitate a reactivilor după deschidere. Operatorul Economic va include în prețul dispozitivului medical și prețurile pentru fiecare test considerând: - Efectuarea controlului calității ori de câte ori este necesar în conformitate cu recomandările producătorului. - Efectuarea calibrării ori de cate ori va fi necesar (în baza rezultatului controlului calității). - Toate piesele si kiturile de mentenanță necesare bunei funcționării pe întreaga perioada pe 4 ani - Calculator (PC), monitor, tastatura, mouse cu garanție deplină și înlocuire în caz de defectare. - Toate consumabilele, inclusiv: soluții de spălare, soluții de buffer, electrozi/modul ISE, cuve/rotor pentru reacție, lămpi și tot spectrul de consumabile necesare bunei funcționări pentru efectuarea tuturor testelor solicitate de IMSP. - Toate serviciile de mentenanță preventivă și corectivă necesare bunei funcționări pe perioada de 4 ani Respectiv, se vor lua în calcul toate cheltuielile care ar putea apărea în întreaga perioada pe 4 ani	ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000371883
		Urinalysis Control (Positive)	Urinalysis Control (Positive)	China	DIRUI		ISO, CE Cod înregistrare AMDM: DM000371883	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Poiata Vitalie În calitate de: Administrator
Ofertantul: SRL Biosistem mld Adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău

ANEXA LOT-3

Analizator hematologic, automat (5 diff), cu sistem de tip deschis			
Cod	150530		
Descriere	Analizator hematologic automat (5 diff) cu sistem de reactivi de tip deschis destinat analizei componentei sanguine		
Parametru	Specificația		
Tip sistem	deschis	DA	“BC-5150 User Manual”, la pagina 36 producatorul descrie tipul de reactivi utilizati. Producatorul face referinta la reagentii produsi de el, dar nu exclude utilizarea altor reactivi compatibili. + La pagina 36 in “BC-5150 User Manual”, / “Reagents, Controls and Calibrators”, producatorul atentioneaza doar despre faptul de a nu utiliza reactivi de la diferiti producatori (adica toti reagentii sa fie de la acelasi producator, posibil si de la alt producator decat producatorul analizatorului) din motiv ca analizatorul, reagentii, controalele, calibratorul sunt parte a unui sistem, iar performanta sistemului depinde de toate componentele
Metode de măsurare	impedansmetrică	DA	“BC-5150 Brochure” pagina 6: Principles / Impedance method for RBC and PLT counting Cyanide free reagent for hemoglobin test Flow Cytometry (FCM) + Tri-angle laser scatter + Chemical dye method for WBC 5-part differential analysis and WBC counting
	fotometrică	DA	“BC-5150 Brochure” pagina 6: Principles / Impedance method for RBC and PLT counting Cyanide free reagent for hemoglobin test Flow Cytometry (FCM) + Tri-angle laser scatter + Chemical dye method for WBC 5-part differential analysis and WBC counting
	optică (5 diff)	DA	“BC-5150 Brochure” pagina 6: Principles / Impedance method for RBC and PLT counting Cyanide free reagent for hemoglobin test Flow Cytometry (FCM) + Tri-angle laser scatter + Chemical dye method for WBC 5-part differential analysis and WBC counting

Procedura de curățire	automată	DA	“BC-5150 user manual” pagina 158-159: 10.2.2 Cleaning / Tap "Service" > "Maintenance", and select the "Cleaning" tab to enter the following screen. / The cleaning procedures are: / Tap the button of the component you want to clean. The message "Cleaning in process. Please wait..." will display. / When the progress ends, a message will display indicating "Cleaning finished!". – procedura de curatare este automata cu ajutorul reactivului Probe Clenaser dupa ce utilizatorul selecteaza "Cleaning" din meniul "Maintenance".
Parametri determinați și calculați:	WBC	DA	“BC-5150 Brochure” pagina 6: 25 parameters: WBC, Lym%, Mon%, Neu%, Bas%, Eos%, Lym#, Mon#, Neu#, Eos#, Bas#, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR, P-LCC. / 12 research parameters including LIC%, LIC#, ALY%, ALY#, PLT Clumps#, PLT Clumps%, Lip#, Lip%, NRBC#, NRBC%, Blast#, Blast% / 3 histograms for WBC, RBC and PLT / 3 scattergrams for WBC differential
	RBC		
	Hgb		
	Hct		
	MCV		
	MCH		
	MCHC		
	PLT		
	LYM #		
	MON#		
	NEU#		
	BAS#		
	EOS#		
	LYM%		
	MON%		
	NEU%		
	BAS%		
	EOS%		
	RDW		
	PDW		
	MPV		
	PCT		

Capacitate (probe/oră)	≥ 60	DA	“BC-5150 Brochure” pagina 6: Throughput / 60 samples per hour
Diluarea	automată	DA	“BC-5150 Brochure” pagina 6: Sample Volume / Prediluted mode 20 uL /Whole blood mode 15 uL / Capillary whole blood mode 15 uL – In “Whole blood mode” are loc diluarea automata
Afişaj	grafic	DA	“BC-5150 Brochure” pagina 6: Display / 10.4 inch TFT Touch Screen- unde sunt afisate si rezultatele si 3 histogramre
Imprimantă	color	DA	“BC-5150 Brochure” pagina 6: Printout / External Thermal printer / Laser printer / Inkjet printer, various / printout formats and user-de-ned formats - SRL Biosistem mld va furniza analizatorul in complectatie cu imprimanta color de tip inkjet
Introducerea datelor	manual	DA	“BC-5150 user manual” pagina 69: Entering the sample ID / Letters, numerics and all characters (including special characters) supported by the keyboard are allowed for sample ID entering. – utilizatorul poate introduce manual datele despre pacient / proba.
Interfața PC	da	DA	“BC-5150 user manual” pagina 188: B.7.1. External Computer (optional) – analizatorul poate fi conectat la calculator cu parametrii descrisi la pagina 188 din manualul de utilizare.
Afişarea histogramelor	da	DA	“BC-5150 user manual” pagina 83-84: 6.2.2. Graph Review / Tap "Graph Review" button at the table review screen, or tap the "Previous" button at the analysis screen to view the analysis results of samples. + imaginea de la inceputul paginii 84 – analizatorul afiseaza rezultatele, graficile, histogramele
Stocarea datelor	da	DA	“BC-5150 Brochure” pagina 6: Data Storage Capacity / Up to 250,000 results including numeric and graphical / information
Calibrarea	automată	DA	“BC-5150 user manual” pagina 112: 8.1. Introduction / There are three calibration programs available on this analyzer: manual calibration, auto / calibration using calibrators and auto calibration using fresh blood samples

Calibrarea	manuală	DA	“BC-5150 user manual” pagina 112: 8.1. Introduction / There are three calibration programs available on this analyzer: manual calibration, auto / calibration using calibrators and auto calibration using fresh blood samples
Grafice	RBC (repartizarea eritrocitelor după volum)	DA	“BC-5150 Brochure” pagina 6: 25 parameters: WBC, Lym%, Mon%, Neu%, Bas%, Eos%, Lym#, Mon#, Neu#, Eos#, Bas#, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR, P-LCC. / 12 research parameters including LIC%, LIC#, ALY%, ALY#, PLT Clumps#, PLT Clumps%, Lip#, Lip%, NRBC#, NRBC%, Blast#, Blast% / 3 histograms for WBC, RBC and PLT / 3 scattergrams for WBC differential
	PLT (repartizarea trombocitelor după volum)	DA	“BC-5150 Brochure” pagina 6: 25 parameters: WBC, Lym%, Mon%, Neu%, Bas%, Eos%, Lym#, Mon#, Neu#, Eos#, Bas#, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR, P-LCC. / 12 research parameters including LIC%, LIC#, ALY%, ALY#, PLT Clumps#, PLT Clumps%, Lip#, Lip%, NRBC#, NRBC%, Blast#, Blast% / 3 histograms for WBC, RBC and PLT / 3 scattergrams for WBC differential
Scatergrame	WBC - 5 diff	DA	“BC-5150 Brochure” pagina 6: 25 parameters: WBC, Lym%, Mon%, Neu%, Bas%, Eos%, Lym#, Mon#, Neu#, Eos#, Bas#, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT, MPV, PDW, PCT, P-LCR, P-LCC. / 12 research parameters including LIC%, LIC#, ALY%, ALY#, PLT Clumps#, PLT Clumps%, Lip#, Lip%, NRBC#, NRBC%, Blast#, Blast% / 3 histograms for WBC, RBC and PLT / 3 scattergrams for WBC differential
	histograme	DA	“BC-5150 user manual” pagina 83-84: 6.2.2. Graph Review / Tap "Graph Review" button at the table review screen, or tap the "Previous" button at the analysis screen to view the analysis results of samples. + imaginea de la inceputul paginii 84 – analizatorul afiseaza rezultatele, graficile, histogramele

Afișarea pe ecran a tuturor datelor-	rezultate	DA	“BC-5150 user manual” pagina 83-84: 6.2.2. Graph Review / Tap "Graph Review" button at the table review screen, or tap the "Previous" button at the analysis screen to view the analysis results of samples. + imaginea de la inceputul paginii 84 – analizatorul afiseaza rezultatele, graficile, histogramele
	grafice	DA	“BC-5150 user manual” pagina 83-84: 6.2.2. Graph Review / Tap "Graph Review" button at the table review screen, or tap the "Previous" button at the analysis screen to view the analysis results of samples. + imaginea de la inceputul paginii 84 – analizatorul afiseaza rezultatele, graficile, histogramele
	rezultate din arhivă	DA	“BC-5150 user manual” pagina 83-84: 6.2.2. Graph Review / Tap "Graph Review" button at the table review screen, or tap the "Previous" button at the analysis screen to view the analysis results of samples. + imaginea de la inceputul paginii 84 – analizatorul afiseaza rezultatele, graficile, histogramele + “BC-5150 user manual” pagina 81: 6.1. Introduction / You can review all the analysis results, scattergrams and histograms either in table or graph mode.
	date de servis	DA	“BC-5150 user manual” pagina 148: 9.2.5 Maintenance Setup (for administrators only) / Tap "Setup" > "Maintenance" in the menu to enter the following screen. You can set up the following contents: + imaginea mai jos. – asa are loc accesarea meniului de mentenanta unde sunt afisate datele de service.
Monitorizarea datelor pacientului	nume pacient	DA	“BC-5150 user manual” pagina 68-69-70: Entering Patient Demographics / Entering the sample ID / Entering the medical record number / Entering the patient name / Selecting patient gender / Entering the date of birth / Entering the patient's age
	ID pacient	DA	“BC-5150 user manual” pagina 68-69-70: Entering Patient Demographics / Entering the sample ID / Entering the medical record number / Entering the patient name / Selecting patient gender / Entering the date of birth / Entering the patient's age

Monitorizarea datelor pacientului

sex	DA	“BC-5150 user manual” pagina 68-69-70: Entering Patient Demographics / Entering the sample ID / Entering the medical record number / Entering the patient name / Selecting patient gender / Entering the date of birth / Entering the patient’s age
vîrsta	DA	“BC-5150 user manual” pagina 68-69-70: Entering Patient Demographics / Entering the sample ID / Entering the medical record number / Entering the patient name / Selecting patient gender / Entering the date of birth / Entering the patient’s age
numărul lotului	DA	“BC-5150 user manual” pagina 148-149-150: 9.2.6 Reagent Setup / imaginea de la pagina 149 (inceput) / Tap the reagent you want to replace, and then tap "Setup" (pagina 150). / Enter reagent information at the screen. / Or scan in the barcode. If the barcode is valid, the corresponding reagent information will automatically display. – Monitorizarea reactivelor se incepe cu instalarea lor. La instalare fie utilizatorul introduce tipul reactivului, volumul reactivului, numarul lotului, volumul indicat pe ambalaj, data producerii, data expirarii. Acest proces poate fi automatizat prin citirea barcodului de reactivii compatibili care contin toata aceasta informatie in ordinea corespunzatoare. Dupa instalarea reactivelor, analizatorul monitorizeaza reactivii, volumul ramas, data expirarii si in caz de necesitatea atentioneaza utilizatorul daca reactivul a expirat sau s-a terminat.

Monitorizarea reactivelor	data expirării	DA	“BC-5150 user manual” pagina 148-149-150: 9.2.6 Reagent Setup / imaginea de la pagina 149 (inceput) / Tap the reagent you want to replace, and then tap "Setup" (pagina 150). / Enter reagent information at the screen. / Or scan in the barcode. If the barcode is valid, the corresponding reagent information will automatically display. – Monitorizarea reactivelor se incepe cu instalarea lor. La instalare fie utilizatorul introduce tipul reactivului, volumul reactivului, numarul lotului, volumul indicat pe ambalaj, data producerii, data expirarii. Acest proces poate fi automatizat prin citirea barcodului de reactivii compatibili care contin toata aceasta informatie in ordinea corespunzatoare. Dupa instalarea reactivelor, analizatorul monitorizeaza reactivii, volumul ramas, data expirarii si in caz de necesitatea atentioneaza utilizatorul daca reactivul a expirat sau s-a terminat.
	volumul rămas	DA	“BC-5150 user manual” pagina 148-149-150: 9.2.6 Reagent Setup / imaginea de la pagina 149 (inceput) / Tap the reagent you want to replace, and then tap "Setup" (pagina 150). / Enter reagent information at the screen. / Or scan in the barcode. If the barcode is valid, the corresponding reagent information will automatically display. – Monitorizarea reactivelor se incepe cu instalarea lor. La instalare fie utilizatorul introduce tipul reactivului, volumul reactivului, numarul lotului, volumul indicat pe ambalaj, data producerii, data expirarii. Acest proces poate fi automatizat prin citirea barcodului de reactivii compatibili care contin toata aceasta informatie in ordinea corespunzatoare. Dupa instalarea reactivelor, analizatorul monitorizeaza reactivii, volumul ramas, data expirarii si in caz de necesitatea atentioneaza utilizatorul daca reactivul a expirat sau s-a terminat.

Afișarea rezultatelor pe imprimantă	Parametri determinați și calculați	DA	“BC-5150 user manual” pagina 131: Report template /Applicable report templates for printer are shown as below : + imaginea mai jos – utilizatorul poate alege in ce mod sa fie printate rezultatele. Sunt 4 sabloane pe o pagina sau jumate de pagina / cu sau fara histograme. Toate datele masurate / calculate, inclusiv histogramele pot fi imprimate
	histograme pe parametrii de bază- RBC, WBC, PLT	DA	“BC-5150 user manual” pagina 131: Report template /Applicable report templates for printer are shown as below : + imaginea mai jos – utilizatorul poate alege in ce mod sa fie printate rezultatele. Sunt 4 sabloane pe o pagina sau jumate de pagina / cu sau fara histograme. Toate datele masurate / calculate, inclusiv histogramele pot fi imprimate
	date despre pacient	DA	“BC-5150 user manual” pagina 131: Report template /Applicable report templates for printer are shown as below : + imaginea mai jos – utilizatorul poate alege in ce mod sa fie printate rezultatele. Sunt 4 sabloane pe o pagina sau jumate de pagina / cu sau fara histograme. Toate datele masurate / calculate, inclusiv histogramele pot fi imprimate
Indicatori de avertizare	da	DA	“BC-5150 user manual” pagina 176: 11.2. Error Information and Handling / During the operation, if error(s) is detected, the analyzer will beep and display the corresponding error message in the error information area at the bottom right of the screen. Meanwhile, the indicator will turn red.

Control al calității

≥ 3 nivele

DA

“BC-5150 user manual” pagina 36-37: 2.7.2. Controls and Calibrators / The controls are commercially prepared whole-blood products used to verify that the analyzer is functioning properly. They are available in low, normal, and high levels. – controlul calitatii este in 3 niveluri: jos, normal, inalt
“BC-5150 user manual” pagina 92: 7 Using the QC Programs / This analyzer provides 2 QC programs: L-J QC and X-B QC. + “BC-5150 user manual” pagina 98: Tap "QC" > "L-J QC" > "Count" to enter the QC count screen – imaginea de mai jos care prezinta datele controlului sub form a de tabel si grafice + “BC-5150 user manual” pagina 98: L-J QC graph review / 1. Tap "Graph" button on the "L-J QC" screen to enter the L-J QC graph screen.+ imaginea de la inceputul paginii 100 – unde este prezentat graficul pentru rezultatele contrloului calitatii din memoria analizatorului. + “BC-5150 user manual” pagina 102: 1. Tap "Table" button on the "L-J QC" screen to enter the L-J QC table screen. Si imaginea de mai jos - unde analizatorul permite revizuirea datelor controlului sub forma de tabel

	Construirea tabelelor și graficelor Levey-Janings	DA	BC-5150 user manual” pagina 92: 7 Using the QC Programs / This analyzer provides 2 QC programs: L-J QC and X-B QC. + “BC-5150 user manual” pagina 98: Tap "QC" > "L-J QC" > "Count" to enter the QC count screen – imaginea de mai jos care prezinta datele controlului sub form a de tabel si grafice + “BC-5150 user manual” pagina 98: L-J QC graph review / 1. Tap "Graph" button on the "L-J QC" screen to enter the L-J QC graph screen.+ imaginea de la inceputul paginii 100 – unde este prezentat graficul pentru rezultatele contrloului calitatii din memoria analizatorului. + “BC-5150 user manual” pagina 102: 1. Tap "Table" button on the "L-J QC" screen to enter the L-J QC table screen. Si imaginea de mai jos - unde analizatorul permite revizuirea datelor controlului sub forma de tabel – Analizatorul are 2 tipuri de programe a controlului calitatii, unul fiind Levey-Janings (L-J). rezultatele controlului pot fi vizualizate atit sub forma de tabel cat si sub forma de grafice.
Memorie internă	> 1000 pacienți	DA	“BC-5150 Brochure” pagina 6: Data Storage Capacity / Up to 250,000 results including numeric and graphical / information
Alimentarea	220 V, 50 Hz	DA	“BC-5150 user manual” pagina 188: B.9 Power supply / Voltage (100V-240V~) ±10% / Frequency / (50/60Hz)±1Hz – analizatorul poate lucr la tensiunea intre 100 – 240V si frecventa 50/60Hz
Accesorii	Vas pentru deșeuri	DA	SRL Biosistem mld va furniza analizatorul cu accesoriiile necesare pentru buna functionare al analizatorului – vas pentru deseuri, tuburi pentru reagenti, tuburi pentru spalare / eliminarea deseurilor
	tuburi pentru reagenți	DA	SRL Biosistem mld va furniza analizatorul cu accesoriiile necesare pentru buna functionare al analizatorului – vas pentru deseuri, tuburi pentru reagenti, tuburi pentru spalare / eliminarea deseurilor

	tuburi pentru spălare	DA	SRL Biosistem mld va furniza analizatorul cu accesoriiile necesare pentru buna functionare al analizatorului – vas pentru deseuri, tuburi pentru reagenti, tuburi pentru spalare / eliminarea deseurilor
Limba de comunicare	rom/rus	DA	“BC-5150 Brochure” pagina 6: Multi-language / Chinese, English, Spanish, Portuguese, Russian, French, Bahasa Indonesia – Analizatorul are pre-instalate mai multe limbi printre care si rusa.
Reagenți			
Reagenți	Să fie inclus toți reagenții necesari pentru efectuarea analizelor și buna funcționare a ≥ 1000 analize	DA	SRL Biosistem mld va furniza analizatorul cu reagenti suficienți pentru a efectua cel puțin 1000 de teste
Consumabile	Sa fie incluse ≥ 1000 eprubete 2,5 ml cu anti-coagulant, pentru colectarea singelui integru, compatibile cu analizorul oferit	DA	SRL Biosistem mld va furniza analizatorul cu 1000 de eprubete cu anti-coagulant K3EDTA
Perioada de valabilitate a reagentilor din momentul livrării	≥ 6 luni	DA	SRL Biosistem mld va livra impreuna cu analizatorul reagenti cu un termen de valabiitate mai mare de 6 luni.

Note:

Oferta de preț trebuie să includă reactivii necesari pentru testele indicate, soluțiile QC și calibrare Cantitatea soluțiilor propuse trebuie să asigure efectuarea procedurilor de control al calității și calibrare, ori de câte ori este necesar.

Furnizorul va asigura: Transmiterea către spital documentația completă privind conectarea analizatorului la sistemul informatic (H3 SIA AMS/AMP) și să asigure suportul tehnic necesar echipei desemnate de spital sau firmei de software care realizează efectiv conectarea.

Instruirea personalului.

Mentenanța preventivă și corectivă gratuită pe o perioadă de 4 ani atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare).

Seturile de mentenanță și piesele de schimb gratuite pe o perioadă de 4 ani atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare apă).

Toate consumabilele necesare gratuite pe o perioadă de 4 ani atât pentru analizator cât și pentru dispozitivele auxiliare livrate (ex. Calculator, UPS, sistem filtrare apă), dacă acestea nu au fost incluse în oferta inițială.

Timpul de intervenție în caz de defect: maxim 24 ore de la solicitarea telefonică.

Preț pentru reactivi nemodificat pentru toată perioada de 4 ani.

Perioada de valabilitate pentru reagenții livrați:

La momentul livrării: Minim 6 luni, dar nu mai puțin de 80% din termenul total de valabilitate. Pentru materialele biologice de control și calibrare, având în vedere natura lor perisabilă, se acceptă un termen de valabilitate de minimum 1 lună la livrare, cu condiția livrării eșalonate conform necesarului.

Să se indice timpul de stabilitate a reactivilor după deschidere.

Operatorul Economic va include în prețul dispozitivului medical și prețurile prețurile pentru fiecare test considerând:

- Efectuarea controlului calității pentru fiecare test în fiecare zi lucrătoare.

- Efectuarea calibrării ori de câte ori va fi necesar (în baza rezultatului controlului calității).

- Toate piesele și kiturile de mentenanță necesare bunei funcționării pe întreaga perioadă de 4 ani

- Sistemul de filtrare (stație purificare apă) și toate filtrele necesare pentru funcționarea stației de purificare al apei pe toată perioada de 4 ani.

- UPS (Sursa neîntreruptibilă de alimentare) și costurile acumulatorilor necesare pe toată perioada de 4 ani.

- Calculator (PC), monitor, tastatură, mouse cu garanție deplină și înlocuire în caz de defectare.

- Toate consumabilele, inclusiv: soluții de spălare, soluții de buffer, electrozi/modul ISE, cuve/rotor pentru reacție, lămpi și tot spectrul de consumabile necesare bunei funcționări pentru efectuarea tuturor testelor solicitate de IMSP.

- Toate serviciile de mentenanță preventivă și corectivă necesare bunei funcționări pe perioada contractului de 4 ani. Remarcă pentru cerințele: „Calculator (PC), monitor extern, tastatură și mouse, sistem de filtrare a apei.” În cazul analizatoarelor care dispun de interfață integrată cu ecran tactil color complet funcțional, care utilizează reactivi speciali (ex. soluție salină proprietară) și care nu necesită alimentare cu apă sau filtrare externă, aceste cerințe se consideră neaplicabile.

Specificații de preț

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1749648390707 din 17.07.2025												
Obiectul achiziției: Achiziționarea dispozitivelor medicale (analizatoare) conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice												
Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/ prestare	Cod CPV	Clasificare bugetară (IBAN)	Discount %
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>	<u>12</u>	<u>13</u>
3	Analizator hematologic automat (5 diff)	Analizator hematologic automat (5 diff)	bucată	1	140 000.00	168 000.00	140 000.00	168 000.00	11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS	33100000-1	-	-
		M-52D DILUENT	set	40	757.94	818.58	30 317.60	32 743.20			-	-
		M-52D DIFF LYSE	set	60	5 242.45	5 661.85	314 547.00	339 711.00			-	-
		M-52LH LYSE	set	60	3 473.91	3 751.82	208 434.60	225 109.20			-	-
		M-68 Probe Cleanser	set	48	368.28	441.94	17 677.44	21 213.12			-	-
		BC-5D Control 3 x 3.0ml Tri-pack(1L, 1N, 1H)	set	24	2 470.37	2 668.00	59 288.88	64 032.00			-	-
						TOTAL LOT	770 265.52	850 808.52				
5	Analizator semiautomat pentru proprietățile fizico-chimice ale urinei, cu rîndsurare continuă	Analizator semiautomat pentru proprietățile fizico-chimice ale urinei, cu rîndsurare continuă	bucată	2	5 000.00	5 400.00	10 000.00	10 800.00	11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS	33100000-1	-	-
		DIRUI H11 urine strips	bucată	220000	1.64	1.77	360 800.00	389 400.00			-	-

		Urinalysis control(Negative)	flacon	48	224.51	242.47	10 776.48	11 638.56			-	-
		Urinalysis control(Positive)	flacon	48	224.51	242.47	10 776.48	11 638.56			-	-
						TOTAL LOT	392 352.96	423 477.12				
7	Analizator de urină semi-automat	Photometer H-100 (Analizator automat pentru urina H-100)	bucată	2	5 000.00	10 060.20	10 000.00	20 120.40	11. Termenul de livrare/prestare/executare/instalare, instruire și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS	33100000-1	-	-
		DIRUI H11 urine strips	bucată	96000	1.64	1.77	157 440.00	169 920.00			-	-
		Urinalysis Control (Negative)	bucată	48	224.51	242.47	10 776.48	11 638.56			-	-
		Urinalysis Control (Positive)	bucată	48	224.51	242.47	10 776.48	11 638.56			-	-
						TOTAL LOT	188 992.96	213 317.52				
						TOTAL Oferta	1 351 611.44	1 487 603.16				

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Poiata Vitalie În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Biosistem mld Adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău

IDNO: 1010600028048;
adresa: str. Albișoara 16/1 of.7, or. Chișinău
tel. +373-22-808719, fax +373-22-808519
e-mail: biosistem.mld@gmail.com

**Către Grupul de lucru pentru evaluarea
Procedurii de achiziție Nr:
ocds-b3wdp1-MD-1749648390707 din 17.07.2025
din cadrul CENTRUL PENTRU ACHIZITII PUBLICE CENTRALIZATE IN SANATATE**

DECLARAȚIE

Prin prezenta, SRL „Biosistem mld”, declara ca:

- Instalarea și instruirea personalului beneficiarului privind utilizarea echipamentelor livrate, organizate la sediul beneficiarului de către personalul autorizat
- Termenul de garanție pentru echipament este 48 luni
- Va garanta perioada de reacție, jumătate de oră sau mai puțin la telefon și 24 ore sau mai puțin la locul beneficiarului în cazul apariției defecțiunilor tehnice
- Anul producerii produsului este nu mai vechi de anul 2024
- Va organiza pe perioada garanției a inspecțiilor planificate/întreținere profilactică și calibrare conform programului stabilit și mentenanța dispozitivului medical pe durata perioadei de garanție efectuat de către un inginer calificat
- Este înregistrat în lista producătorilor de Echipamente Electronice si Electrice, conform prevederilor HG 212/2018 privind gestionarea Echipamentelor Electrice si Electronice (EEE) cu numărul - MD2024-10-EEE-049
- Produsele sunt înregistrate la AMDM, codul înregistrării este indicat în formularul specificațiilor tehnice, coloana "Standarde de Referință"
- Componentele sistemului vor fi noi (nefolosite).
- Nu va modifica prețul reagenților, inclusiv toate componentele necesare, pe un termen de cel puțin 48 luni, în perioada de garanție a dispozitivului medical
- Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui nu mai puțin de 80% din termenul total al produsului

SRL Biosistem mld va respecta toate cerințele indicate în compartimentul "NOTE" din fiecare specificație tehnică considerând specificul analizatoarelor oferite. Toate analizatoarele vor fi livrate în complectare cu totul ce este necesar pentru buna funcționare a dispozitivelor. În afara de reactivii indicați în oferta, IMSP nu trebuie să achiziționeze ceva suplimentar.

Data completării: 16.07.2025

Cu stimă,

Poiana Vitalie

Administrator

SRL Biosistem mld _____

(semnătura)