

Specificații preț (F4.2)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9]

Numărul licitației:	21408978		Data: „18” aprilie 2025	Alternativa nr.: _____
Denumirea licitației:	Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților insituțiilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.9)	Lot: 11	Pagina:1 din 1	

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma (fără TVA)	Suma (cu TVA)	Termenul de livrare/prestare	valoarea estimată
1	2			3	4	5	6	7	8	9	
33100000-1	11	Hotă cu flux laminar	Hotă cu flux laminar	buc	1	99 244,60	119 093,52	99 244,60	119 093,52	până la 90 de zile de la înregistrarea contractului de către CAPCS	100000,00
						TOTAL Oferta		99 244,60	119 093,52	X	X

Semnat:_____

Numele, Prenumele: **Gabriela Anghel**

În calitate de: **Directoare administrativă**

Ofertantul: **Medist Grup SRL**

Adresa: **mun. Chișinău, str. B. Bodoni, 25 of. 33**

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în

Numărul licitației:			21408978					Data: 18 aprilie 2025	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:			Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților insuțuilor medico-sanitare publice (listă suplimentară nr.9)					Lot: 11	Pagina: 1 din 1
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Produ cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2			3	4	5	6	7	8
33100000-1	11	Hotă cu flux laminar	Hotă cu flux laminar	BSC-IIA2-1100	China	Infitek	Descriere: Dulapuri biologice de siguranță care cuprind clasa II, folosite pentru ventilare în laboratorul clinic. Exclue clasa I, clasa III. Parametru Descriere Hotă Specificație microbiologică cu flux laminar vertical, clasa II tip A2 Control controlat de microprocesor Interior suprafața internă din oțel inoxidabil Ușa din sticlă anti ultraviolet acționat electric Filtre HEPA sau ULPA Eficiența filtre ≥99.99 % pentru particule de 0,12 microni Lumina interioară lumină rece, integrată, cu intensitatea de minim 800 lux lampa UV pentru sterilizare în interiorul hotei Nivelul de zgomot nu mai mare de ≥67dB Volumul fluxului de aer: De intrare ≥ 350 m3/h De evacuare ≥ 350 m3/h Afișaj digital, color, tactil Alimentarea 220V, 50 Hz Alarmer Acustică și Vizuală: viteza fluxului de aer anormal ușa deschisă Set de livrare: Hota cu filtre Lampă de iluminare LED lampă UV Priză 220V in interior standard european suport pentru amplasarea hotei (picioare) Dimensiuni interioare: Lungime - 100 ±10 cm Adâncime - 65±10 cm Înălțime 65±10 cm Dimensiuni exterioare: Lungime - 100 ±10 cm Adâncime - 70±10 cm Înălțime 220±10 cm.	Vezi atașat Anexa 1	ISO, CE

Semnat: _____

Numele, Prenumele: **Gabriela Anghel**

În calitate de: **Directoare administrativă**

Ofertantul: **Medist Grup SRL**

Adresa: **mun. Chișinău, str. B. Bodoni, 25 of. 33**

Anexa 1 la specificația tehnică

Lot 11 – Hotă cu flux laminar

Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
Dulapuri biologice de siguranță care cuprind clasa II, folosite pentru ventilare în laboratorul clinic. Excluse clasa I, clasa III	Da, hotă cu flux laminar clasa II, folosite pentru ventilare în laboratorul clinic. Vezi broșură Biological Safety Cabinets_RO atașată, pagina 7.
Hota microbiologica cu flux laminar vertical, clasa II tip A2	Da, Hota microbiologica cu flux laminar vertical, clasa II tip A2. Vezi broșură Biological Safety Cabinets_RO atașată, pagina 7.
Control controlat de microprocesor	Da, controlat de microprocesor. Vezi broșură Biological Safety Cabinets_RO atașată, pagina 7.
Interior suprafața internă din oțel inoxidabil	Da, zona de lucru din oțel inoxidabil 304 și corpul hotei din Oțel laminat la rece acoperit cu pulbere antibacteriană. Vezi broșură Biological Safety Cabinets_RO atașată, pagina 7.
Ușa din sticlă anti ultraviolet acționat electric	Da, ușă din sticlă securizată de 6 mm, laminată cu două straturi, motorizată, anti-UV Vezi broșură Biological Safety Cabinets_RO atașată, pagina 7.
Filtre HEPA sau ULPA	Da, dotat cu 2 filtre ULPA Vezi broșură Biological Safety Cabinets_RO atașată, pagina 7.
Eficiența filtre =99.99 % pentru particule de 0,12 microni	Da, eficiență filtre de 99,9995% la 0,12 μm, indicator de durată a filtrului Vezi broșură Biological Safety Cabinets_RO atașată, pagina 7.
Lumina interioară lumina rece, integrată, cu intensitatea de minim 800 lux	Da, Lumina interioară lumina rece, integrată, cu intensitatea ≥1000Lux Vezi broșură Biological Safety Cabinets_RO atașată, pagina 7.
lampa UV pentru sterilizare în interiorul hotei	Da, dotat cu lampa UV pentru sterilizare în interiorul hotei Vezi broșură Biological Safety Cabinets_RO atașată, pagina 7.
Nivelul de zgomot nu mai mare de =67dB	Da, Nivelul de zgomot ≤65dB Vezi broșură Biological Safety Cabinets_RO atașată, pagina 7.
Volumul fluxului de aer:	Vezi broșură Biological Safety Cabinets_RO atașată, pagina 7.
De intrare = 350 m ³ /h	0.53±0.025m/s (190,8 mc/h) Vezi broșură Biological Safety Cabinets_RO atașată, pagina 7.
De evacuare= 350 m ³ /h	0.33±0.025m/s (118,80 mc/h) Vezi broșură Biological Safety Cabinets_RO atașată, pagina 7.
Afișaj digital, color, tactil	Da, Afișaj digital, color, tactil Vezi broșură Biological Safety Cabinets_RO atașată, pagina 7.
Alimentarea 220V, 50 Hz	Da, Alimentarea 220V, 50 Hz Vezi broșură Biological Safety Cabinets_RO atașată, pagina 7.
Alarmer Acustica și Vizuala:	Vezi broșură Biological Safety Cabinets_RO atașată, pagina 7.

Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
viteza fluxului de aer anormal	Da, Viteză anormală a fluxului de aer, înlocuire filtru, geam frontal la o înălțime nesigură, alarmă de presiune ridicată a filtrului, pană de curent anormală Vezi broșură Biological Safety Cabinets RO atașată, pagina 7.
ușa deschisa	Da, Viteză anormală a fluxului de aer, înlocuire filtru, geam frontal la o înălțime nesigură, alarmă de presiune ridicată a filtrului, pană de curent anormală Vezi broșură Biological Safety Cabinets RO atașată, pagina 7.
Set de livrare:	
Hota cu filtre	Da Vezi broșură Biological Safety Cabinets RO atașată, pagina 7.
Lampa de iluminare LED	Da Vezi broșură Biological Safety Cabinets RO atașată, pagina 7.
lampa UV	Da Vezi broșură Biological Safety Cabinets RO atașată, pagina 7.
Priza 220V in interior standard european	Da Vezi broșură Biological Safety Cabinets RO atașată, pagina 7.
suport pentru amplasarea hotei (picioare)	Da Vezi broșură Biological Safety Cabinets RO atașată, pagina 7.
Dimensiuni interioare:	940*600*660 Vezi broșură Biological Safety Cabinets RO atașată, pagina 7.
Lungime - 100 ±10 cm	Da, 940 mm Vezi broșură Biological Safety Cabinets RO atașată, pagina 7.
Adâncime - 65±10 cm	Da, 60mm Vezi broșură Biological Safety Cabinets RO atașată, pagina 7.
Înălțime 65±10 cm	Da, 660 mm Vezi broșură Biological Safety Cabinets RO atașată, pagina 7.
Dimensiuni exterioare	1100*760*2200 Vezi broșură Biological Safety Cabinets RO atașată, pagina 7.
Lungime - 100 ±10 cm	Da, 1100 mm Vezi broșură Biological Safety Cabinets RO atașată, pagina 7.
Adâncime - 70±10 cm	Da, 760 mm Vezi broșură Biological Safety Cabinets RO atașată, pagina 7.
Înălțime 220±10 cm.	Da, 2200 mm. Vezi broșură Biological Safety Cabinets RO atașată, pagina 7.