

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii achiziție 21029729
IMSP spitalul clinic Balti
Denumirea procedurii de achiziție: <i>Dispozitiv medical aparat de ozon</i>

	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri						
	<i>Dispozitiv de ozon</i>	Ozonosan alpha plus	Germania	Dr. J. Hänsler GmbH	Descriere: unitate mobilă compactă formată din generator de ozon, conexiune de extracție a aspirației de ozon, container de ozonizare a apei, sistem de control fotometric. Rata de furnizare a ozonului: performanță maximă: 18 g ozon pe oră. Concentrație ozonă:	Descriere: unitate mobilă compactă formată din generator de ozon, conexiune de extracție a aspirației de ozon, container de ozonizare a apei, sistem de control fotometric. Rata de furnizare a ozonului: performanță maximă: 18 g ozon pe oră. Concentrație ozonă: reglabil continuu	CC

				reglabil continuu de la 1 la 100 pg / ml. Alimentare electrică: 220 V, 50 Hz Măsurări: măsurare continuă a ozonului cu resetare automată a zero. Oxigen: o clemă și un vas de coc pentru un balon de 10 litri de alimentare cu oxigen este încorporat în proiectare în carcasa fiecărei unități Fluxul și volumul: volumul / debitele sunt conform metodei de aplicare selectate și sunt de cca. 1-3-6 litri / minut . Sursa de aprovizionare cu ozon: gazul O3 este obținut din unitate printr-o supapă de 280 000,00 2 siguranță cu 3 căi care permite eliminarea și ozonul rezidual prin catalizator. Dispozitivul este o unitate complet mobilă cu balon integrat de oxigen și este astfel complet independentă → instruirea specialiștilor a instituției; → termenul de garanție minim 2	de la 1 la 100 pg / ml. Alimentare electrică: 220 V, 50 Hz Măsurări: măsurare continuă a ozonului cu resetare automată a zero. Oxigen: o clemă și un vas de coc pentru un balon de 10 litri de alimentare cu oxigen este încorporat în proiectare în carcasa fiecărei unități Fluxul și volumul: volumul / debitele sunt conform metodei de aplicare selectate și sunt de cca. 1-3-6 litri / minut . Sursa de aprovizionare cu ozon: gazul O3 este obținut din unitate printr-o supapă de 280 000,00 2 siguranță cu 3 căi care permite eliminarea și ozonul rezidual prin catalizator. Dispozitivul este o unitate complet mobilă cu balon integrat de oxigen și este astfel complet independentă → instruirea specialiștilor a instituției; → termenul de garanție minim 2	
--	--	--	--	---	---	--

--	--	--	--	--	--	--	--

Semnat:_____ Numele, Prenumele:Busuioc Anatol În calitate de: Director

Ofertantul: SRL”RESTMED” Adresa: Drumul viilor42/3

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de: _____
Ofertantul: _____ Adresa: _____
