

**DECIZIE**  
**de atribuire a contractului de achiziții publice**

**Nr. 97/26 din 28 aprilie 2026**

**1) Date cu privire la autoritatea contractantă:**

<b>Denumirea autorității contractante</b>	IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
<b>Localitate</b>	mun. Chișinău
<b>IDNO</b>	1003600150783
<b>Adresa</b>	mun. Chișinău, str. Testemițeanu, 29
<b>Număr de telefon</b>	022 403 697
<b>Număr de fax</b>	022 403 697
<b>E-mail oficial</b>	<a href="mailto:achizitiipublicescr@gmail.com">achizitiipublicescr@gmail.com</a>
<b>Adresa de internet</b>	<a href="http://www.scr.md">www.scr.md</a>
<b>Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)</b>	Ion Bivol, tel.022403697, email: achizitiipublicescr@gmail.com

**2) Date cu privire la procedura de atribuire:**

<b>Tipul procedurii de atribuire aplicate</b>	Licitație deschisă
<b>Procedura de achiziție repetată (după caz)</b>	
<b>Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru</b>	Bunuri
<b>Obiectul achiziției</b>	<b>Reagenți și consumabile pentru coagulometrul automat Mindray C-3100 pentru 2026 (lista suplimentară CAPCS)</b>
<b>Cod CPV</b>	33100000-1
<b>Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)</b>	
<b>Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a>)</b>	Nr: <a href="https://ocds-b3wdp1-MD-1774360897247">ocds-b3wdp1-MD-1774360897247</a> Link-ul: <a href="https://achizitii.md/ro/public/tender/21586373/">https://achizitii.md/ro/public/tender/21586373/</a> Data publicării: 24.03.2026
<b>Platforma de achiziții publice utilizată</b>	achizitii.md
<b>Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante</b>	Da <sup>v</sup> <a href="https://scr.md/wp-content/uploads/2026/04/Plan-de-achizitii-provizoriu-modificat-III.pdf">https://scr.md/wp-content/uploads/2026/04/Plan-de-achizitii-provizoriu-modificat-III.pdf</a>
<b>Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)</b>	Data: BAP nr.23 din. 20.03.2026 Link-ul: <a href="https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr._23_1.pdf">https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr._23_1.pdf</a>
<b>Tehnici și instrumente specifice de atribuire</b>	Licitație deschisă
<b>Sursa de finanțare</b>	Buget CNAM;
<b>Valoarea estimată (lei, fără TVA)</b>	<b>355.702,50</b>

- 3) Clarificări privind documentația de atribuire: Nu sunt;**
- 4) Modificări operate în documentația de atribuire: nu sunt;**
- 5) Invitația de participare și ofertele depuse:**

**5.2 Până la termenul - limită (data 10 aprilie 2026, ora 11:00), a depus oferta 1 ofertant:**

Nr.	Denumirea operatorului economic	IDNO	Asociații/ administratorii
1	Biosistem mld SRL	1010600028048	Alexandr Nasedchin, Dmitrii Kojevnikov, Vitalie Poiata

**6) Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:**

Denumire document	Denumirea operatorului economic
	Biosistem mld SRL
<b>Documentele ce constituie oferta</b> <i>(Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde)</i>	
DUAE	Prezentat
Garanția pentru ofertă – în valoare de 1% din suma ofertei fără TVA <b>*Rechizitele vezi la pct. 36</b>	Prezentat
Oferta tehnică	Prezentat
Oferta financiară	Prezentat
Cerere de participare	Prezentat
Declarație privind valabilitatea ofertelor	Prezentat
<b>Documente de calificare</b> <i>Se va consmna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde</i>	
Certificat de înregistrare (decizie de înregistrare)/ Extras de înregistrare	<i>Prezentat</i>
Declarație pe proprie răspundere precum că livrarea va avea loc cu respectarea lanțului condițiilor de păstrare și transportare	<i>Prezentat</i>
Declarație pe proprie răspundere privind termenul de valabilitate restant (la momentul livrării)	<i>Prezentat</i>
Criterii de calitate	<i>Prezentat</i>
Confirmarea înregistrării AMDM	<i>Prezentat</i>

**7) Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:**

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Prețul ofertei (fără TVA)*	Cantitate și unitate de măsură	Corespunderea cu cerințele de calificare	Corespunderea cu specificațiile tehnice
Lot 1 Reagenților și consumabilelor pentru coagulometrul automat Mindray C-3100	„Biosistem mld”SRL	451.811,68	1 lot	+	+

- 8) Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

Data solicitării	Operatorul economic	Informația solicitată	Rezumatul răspunsului operatorului economic
<u>14.04.2026</u>	„BIOSISTEMMLD” SRL	Pentru sublotul 1.10 Auto cuvettes și 1.11 Stiring în fișa privind confirmarea înregistrării la AMDM, este indicat un nr. de înregistrare, însă în registrul electronic al dispozitivelor medicale <a href="http://www.registru.dispozitive.amdm.gov.md">www.registru.dispozitive.amdm.gov.md</a> , la nr indicat este echipamentul Coagulometrul automat Mindray C-3100.	Pozițiile 1.10 și 1.11 nu sunt înregistrate separat la AMDM deoarece sunt piese/accesorii indispensabile, din componența analizatorului C-3100. Din acest motiv, în ofertă a fost indicat codul de înregistrare AMDM pentru dispozitiv.
<u>17.04.2026</u>	„BIOSISTEMMLD” SRL	Prezentarea cauzelor majorării esențiale a prețurilor unitare	A prezentat scrisoarea de argumentare din 17.04.2026

- 9) Ofertanții respinși/descalificați: Nu sunt

10) Modalitatea de evaluare a ofertelor:

- Pentru fiecare lot   
Pentru mai multe loturi cumulate   
Pentru toate loturile

11) Criteriul de atribuire aplicat:

- Prețul cel mai scăzut

12) Informația privind factorii de evaluare aplicați: nu se aplică

13) Reevaluarea ofertelor: -

- 14) În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:

Atribuirea contractului de achiziție publică:

Denumirea lotului	Denumire operator economic	U/M	Cant	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
<b>Lot 1 Reagenților și consumabilelor pentru coagulometrul automat Mindray C-3100</b>						
Lot 1.1 Prothrombin Time Reagent(PT)	„Biosistem mld” SRL	set	68	588,91	40045,88	43249,36
Lot 1.2 Fibrinogen Assay Kit (FIB)	„Biosistem mld” SRL	set	47	1570,43	73810,21	79714,82
Lot 1.3 Thrombin Time Reagent(TT)	„Biosistem mld” SRL	set	14	560,87	7852,18	8480,36
Lot 1.4 Activated Partial Thromboplastin Time (APTT)	„Biosistem mld” SRL	set	17	841,30	14302,1	15446,2

Lot 1.5 Calcium Chloride Solution	„Biosistem mld” SRL	set	9	364,56	3281,04	3543,48
Lot 1.6 Coagulation control (level 1)	„Biosistem mld” SRL	set	27	2804,34	75717,18	81774,63
Lot 1.7 Coagulation control (level 2)	„Biosistem mld” SRL	set	27	2804,34	75717,18	81774,63
Lot 1.8 Cleaning Solution I	„Biosistem mld” SRL	set	6	634,21	3805,26	4566,3
Lot 1.9 Cleaning Solution II	„Biosistem mld” SRL	set	33	513,41	16.942,53	20.330,97
Lot 1.10 Auto cuvettes	„Biosistem mld” SRL	Buc	36000	3,88	139.680,00	167.760,00
Lot 1.11 Stirer	„Biosistem mld” SRL	Buc	2	329,06	658,12	789,74
<b>Total</b>					<b>451.811,68</b>	<b>507.430,49</b>

**Notă:** În contextul asigurării funcționării optime a analizatorului, este esențial ca procurarea consumabilelor să fie realizată în strictă conformitate cu cerințele producătorului echipamentului, cu prioritate pentru consumabile originale, validate pentru utilizarea pe sistemul respectiv.

Utilizarea consumabilelor originale reprezintă o măsură critică de minimizare a riscurilor operaționale și clinice, întrucât acestea garantează compatibilitatea tehnică deplină, stabilitatea performanțelor analitice, precum și acuratețea și reproductibilitatea rezultatelor.

În schimb, utilizarea consumabilelor neoriginale (echivalente) implică o serie de riscuri semnificative, inclusiv:

- apariția erorilor de funcționare și a rezultatelor neconforme;
- creșterea frecvenței intervențiilor tehnice și a timpilor de nefuncționare;
- compromiterea proceselor de control al calității;
- necesitatea repetării analizelor, cu impact direct asupra consumului suplimentar de reagenți și consumabile;
- întâzieri în eliberarea rezultatelor, cu potențial impact asupra actului medical și siguranței pacientului.

În anii precedenți, Departamentul investigații de laborator a întâmpinat situații concrete în care utilizarea consumabilelor neoriginale a condus la imprecizia rezultatelor și necesitatea repetării analizelor, ceea ce a generat atât costuri suplimentare, cât și timp suplimentar pentru procedura repetată.

Prin urmare, din perspectiva gestionării eficiente a riscurilor și a optimizării costurilor, se impune achiziționarea consumabilelor originale. Această abordare contribuie la menținerea standardelor de calitate și la protejarea siguranței pacientului.

#### 15) Componența grupului de lucru:

Nr. d/o	Nume Prenume	Funcția în cadrul grupului	Semnătura
1	Zinaida Alexa	Președintele grupului de lucru	
2	Natalia Țurcanu	Secretar	
3	Nălea Demian	Membrul grupului de lucru	
4	Galina Gabuja	Membrul grupului de lucru	
5	Larisa Josan	Membrul grupului de lucru	
6	Carolina Lozan- Tîrșu	Specialist de profil – membru	
7	Andrei Berov	Specialist de profil – membru	
8	Svetlana Pelin	Specialist de profil – membru	