

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1711726749222 din 29.03.2024
Obiectul achiziției: Achiziționarea materialelor de consum și pieselor de schimb pentru hemodializă conform necesităților Serviciului de Dializă din Republica Moldova pentru anul 2024 (repetat 3)

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 12. Cateter Dublu Lumen, set vîrstnici, pentru cateterismul vaselor magistrale, 11-12 F, L-200 mm;	RSDC-1220-SS	Turcia	DLR MEDİKAL SAN. ve DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.	Compatibilitate cu dispozitivele aflate în utilizare Da Termen garanție ≥ 2 ani Condiții de fabricare material biocompatibil Condiții livrare Seturi sterile cu accesorii pentru instalarea cateterului, inclusiv seringă și bisturiu Cerințe specifice Diametru 11-12 F Lungimea 200 mm Radio-opac Da Conector Luer-Lock cu clame Ac pentru puncție 17/18 G Ø1,3-1,5 x 70 mm Ghid metalic de securitate Ø 0,89-0,95 x ≥500 mm Dilatator 12/11 F	RIVA SHORT TERM DUAL LUMEN CATHETER SET 12FR 20 cm SUBCLAVIAN 12 FR, 20cm, 2 Lumens Radiopaque Polyurethane Catheter (1) 0,33” 60cm Nitinol Guide Wire J (1) 10 FR Dilator (1) 12 FR Dilator (1) 18 G 7 cm Needle (1) “Y” Connector (1) Suture (1) 21G 4cm Needle (1) 5 ml Syringe (1) ID Card (1) Heparin Caps (2) Catheter Stabilizator Band (1)	ISO, CE

				Viteza fluxului sangvin $\geq$ 190 ml/min.		
--	--	--	--	---	--	--

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Andrei Capanji

În calitate de: Administrator

Ofertantul: Kayren Medical S.R.L.

Adresa: Moldova, UTA Gagauzia, Ceadır-Lunga, str. Dimitrov 3, ap.21