

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1657523712386 din: 20 iul 2022, 8:37 - 24 iul 2022, 8:37

Obiectul achiziției: Achiziționarea unui colonoscop video la IMSP CS Rezina

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului/bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință																												
	1	2	3	4	5	6	7																												
	Bunuri/servicii																																		
331000-00-1	Colonoscop video	CV-170 + CF-H170L + R4 + MD-27 + MB-155 + ASPEED2	Japonia	Olympus	Conform anunțului de participare	<table><tr><td>Diametrul tubuluide insertie(mm) 11.6-13.2</td><td>12.8mm</td></tr><tr><td>Diametrul canalului de instrumente(mm), 3.8</td><td>3.7mm</td></tr><tr><td>Lungimea de lucru(mm) 1700</td><td>1655mm</td></tr><tr><td>Lungimea totala (mm) 2016</td><td>2005mm</td></tr><tr><td>Unghi de vedere (grade) 140</td><td>140mm</td></tr><tr><td>Interval focal (mm) 3-100</td><td>2-100mm</td></tr><tr><td>Unghiul sus/jos: 180/180</td><td>180/180</td></tr><tr><td>dreapta/stanga: 160 / 160</td><td>160/160</td></tr><tr><td>Videoprocessor cu sursa de lumina integrata</td><td>CV-170</td></tr><tr><td>Videocolonoscop HDTV cu NBI</td><td>CF-H170L, NBI + HDTV</td></tr><tr><td>Trolley</td><td>R4</td></tr><tr><td>Monitor 27"</td><td>MD-27, Neovo</td></tr><tr><td>Tester automat de ermeticitate</td><td>MB-155</td></tr><tr><td>Aspirator endoscopic</td><td>ASPEED2, Gima/Italia</td></tr></table>	Diametrul tubuluide insertie(mm) 11.6-13.2	12.8mm	Diametrul canalului de instrumente(mm), 3.8	3.7mm	Lungimea de lucru(mm) 1700	1655mm	Lungimea totala (mm) 2016	2005mm	Unghi de vedere (grade) 140	140mm	Interval focal (mm) 3-100	2-100mm	Unghiul sus/jos: 180/180	180/180	dreapta/stanga: 160 / 160	160/160	Videoprocessor cu sursa de lumina integrata	CV-170	Videocolonoscop HDTV cu NBI	CF-H170L, NBI + HDTV	Trolley	R4	Monitor 27"	MD-27, Neovo	Tester automat de ermeticitate	MB-155	Aspirator endoscopic	ASPEED2, Gima/Italia	CE/ISO
Diametrul tubuluide insertie(mm) 11.6-13.2	12.8mm																																		
Diametrul canalului de instrumente(mm), 3.8	3.7mm																																		
Lungimea de lucru(mm) 1700	1655mm																																		
Lungimea totala (mm) 2016	2005mm																																		
Unghi de vedere (grade) 140	140mm																																		
Interval focal (mm) 3-100	2-100mm																																		
Unghiul sus/jos: 180/180	180/180																																		
dreapta/stanga: 160 / 160	160/160																																		
Videoprocessor cu sursa de lumina integrata	CV-170																																		
Videocolonoscop HDTV cu NBI	CF-H170L, NBI + HDTV																																		
Trolley	R4																																		
Monitor 27"	MD-27, Neovo																																		
Tester automat de ermeticitate	MB-155																																		
Aspirator endoscopic	ASPEED2, Gima/Italia																																		

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 17/6**