

Specificații tehnice

Specificații tehnice								
Numărul licitației:			LP nr. 21062785				Data: „19” septembrie 2022	Alternativa nr.: N/A
Denumirea licitației:			Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2022 (listă suplimentară 18)					
								Pagina: 1 din 1
Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Modelul articolului	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	
33100 00-1	1	Sistem radiografic digital (cu bucky vertical)	GXR-68SD + accesorii	Coreea de Sud	DRGEM	Conform „Anunțului de participare”	Conform Anexei nr. 1 „Confirmarea parametrilor tehnici”	ISO/CE
33100 00-1	2	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 100-200L	EKT175	Turcia	Emsaş	Descriere Frigidere proiectate pentru a stoca produse de laborator, culturi și probe la temperaturi de obicei între 2 și 8 grade Celsius. Aceste frigidere constau în mod obișnuit dintr-o cameră cu un interior rezistent la coroziune (oțel inoxidabil de obicei), minimizarea riscului de alterare, contaminare și / sau coroziune a conținutului. Parametrul Specificația Configurație mobil Capacitatea 100 - 200 l da Număr de rafturi ≥ 3 Ușa Număr 1 Transparentă da Mecanism blocare cu cheie Lumină interior da Construcție interioară materiale anti-bacterial prevazut pentru prelucrare Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă Afisaj temperatură digital Alarmer acustică vizuală Răcire ventilată Temperatura reglabilă 2 ... +8 °C Omogenitatea/ uniformitatea termică ±2 °C Alimentare 220 V, 50 Hz Refrigerent fără CFC / HCFC Zgomot < 48 dB Accesorii coșuri tip sertar, da	Descriere Frigidere proiectate pentru a stoca produse de laborator, culturi și probe la temperaturi de obicei între 2 și 8 grade Celsius. Aceste frigidere constau în mod obișnuit dintr-o cameră cu un interior rezistent la coroziune (oțel inoxidabil de obicei), minimizarea riscului de alterare, contaminare și / sau coroziune a conținutului. – corespunde descrierii; Parametrul Specificația Configurație mobil / da; Capacitatea 100 - 200 l da / 200 l volum net; Număr de rafturi ≥ 3 / 3 buc incluse; Ușa Număr 1 / 1 usa; Transparentă da / da; Mecanism blocare cu cheie / da; Lumină interior da / da; Construcție interioară materiale anti-bacteriale prevazut pentru prelucrare / corespunde; Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă / corespunde; Afisaj temperatură digital / da; Alarmer acustică, vizuală / da; Răcire ventilată / da; Temperatura reglabilă 2 ... +8 °C / 0 ... 15 °C; Omogenitatea/ uniformitatea termică ±2 °C / 4 °C Alimentare 220 V, 50 Hz / corespunde; Refrigerent fără CFC / HCFC / corespunde; Zgomot < 48 dB / corespunde; Accesorii coșuri tip sertar, da / 2 buc incluse.	ISO/CE
33100 00-1	3	Centrifugă, de laborator (8-12 tuburi), pentru singe	LMC-56 + rotor Ri-12/10	Biosan	Letonia	Centrifugă, de laborator (8-12 tuburi), pentru singe Cod 150910 Descriere Centrifugele de laborator sunt destinate pentru a centrifuga singele. Parametrul Specificația Viteza de rotație Minimală, rpm reglabilă Maximală, rpm ≥ 6000 Setări setarea vitezei Capacitatea Tipul tuburilor de 10 - 15 ml Numărul de tuburi 8-12 tuburi Timer Gama de timp 0 - ≥60 min Incrementarea ≤1 min Securitatea Blocarea capacului în timpul lucrului da Indicatori Indicatori vizuali și acustici da Debalansare da Pornire/oprire da Capac deschis da Display Digital da Nivelul de zgomot ≤70 dB da Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodică, conform normelor și standardelor în vigoare da	Centrifugă, de laborator (8-12 tuburi), pentru singe Cod 150910 Descriere Centrifugele de laborator sunt destinate pentru a centrifuga singele. / corespunde descrierii Parametrul Specificația Viteza de rotație Minimală, rpm reglabilă Maximală, rpm ≥ 6000 - corespunde, 100-6000 rpm Setări setarea vitezei – da, 100 rpm Capacitatea Tipul tuburilor de 10 - 15 ml / 10 - 15 ml Numărul de tuburi 8-12 tuburi / 12 tuburi Timer Gama de timp 0 - ≥60 min / 1 - 90 min Incrementarea ≤1 min / 1 min Securitatea Blocarea capacului în timpul lucrului da / da Indicatori Indicatori vizuali și acustici da / da Debalansare da / da Pornire/oprire da / da Capac deschis da / da Display Digital da / da Nivelul de zgomot ≤70 dB da / corespunde Fereastra, orificiu sau alt acces, necesar pentru efectuarea procedurii de verificare periodică,	ISO/CE
		Semnat:	Numele, prenumele: Petru BOLEA În calitate de: Șef Departament Comercial					
		Ofertantul: S.C. Imunotehnomed S.R.L. Adresa: Str. Gheorghe Asachi 42, MD-2028, Chisinau, Moldova						