

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție	ocds-b3wdp1-MD-1705666031432
Obiectul achiziției:	Achiziționare Tub X-ray pentru Computer Tomograf și Angiograf 2024

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri						
Tub X-ray pentru Computer Tomograf Aquilion Prime, Toshiba Lot 1	MCS-7178A	Japonia	Canon Medical Systems (ex - Toshiba)	Tub cu raze X Tub cu raze X și cablul de înaltă tensiune pentru scannerul TOSHIBA Aquilion PRIME . Specificațiile tubului cu raze X Specificație • Capacitate termică a anodului ≥ 7500 kHu • Max. răcirea anodului rata: ≥ 1386 kHU/min (16,5 kW) • Răcirea anodului efectiv rata ≥ 1008 kHU/min (12,0 kW) • Evaluări electrice Max. tensiune tub: 140 kV - Max. curent tub: 600 mA (120kV) • Filtrarea 1,0 mm Al sau mai mult • Dimensiunea spotului focal standard IEC, 0,9 mm $\times$ 0,8 mm (mic) 1,6 mm $\times$ 1,4 mm (mare) 1,6 mm $\times$ 1,4 mm (mare) Dispozitive de siguranță Comutator termic, comutator debit ulei, valvă de eliberare a presiunii Debit – 120 kV/600 mA - ± 15 s – 120 kV/500 mA - ± 20 s – 120 kV/400 mA - ± 40 s – 120 kV/300 mA - ± 60 s – 120 kV/200 mA - ± 100 s – 120 kV/180 mA - ± 100 s Cablu de inalta tensiune – 1 unitate Calitate: Certificate: CE / UL / MHW La livrarea Tubului să fie incluse toate licențele standard ce permit automat utilizarea aplicațiilor avansate bazate pe tub. Tubul să fie compatibil cu opțiunile de verificare și/sau reducere de doză (DOSE CHECK). Data producerii tubului - minim 2023	Tub cu raze X Tub cu raze X și cablul de înaltă tensiune pentru scannerul TOSHIBA Aquilion PRIME . Specificațiile tubului cu raze X Specificație • Capacitate termică a anodului ≥ 7500 kHu • Max. răcirea anodului rata: ≥ 1386 kHU/min (16,5 kW) • Răcirea anodului efectiv rata ≥ 1008 kHU/min (12,0 kW) • Evaluări electrice Max. tensiune tub: 140 kV - Max. curent tub: 600 mA (120kV) • Filtrarea 1,0 mm Al sau mai mult • Dimensiunea spotului focal standard IEC, 0,9 mm $\times$ 0,8 mm (mic) 1,6 mm $\times$ 1,4 mm (mare) 1,6 mm $\times$ 1,4 mm (mare) Dispozitive de siguranță Comutator termic, comutator debit ulei, valvă de eliberare a presiunii Debit – 120 kV/600 mA - ± 15 s – 120 kV/500 mA - ± 20 s – 120 kV/400 mA - ± 40 s – 120 kV/300 mA - ± 60 s – 120 kV/200 mA - ± 100 s – 120 kV/180 mA - ± 100 s Cablu de inalta tensiune – 1 unitate Calitate: Certificate: CE / UL / MHW La livrarea Tubului să fie incluse toate licențele standard ce permit automat utilizarea aplicațiilor avansate bazate pe tub. Tubul să fie compatibil cu opțiunile de verificare și/sau reducere de doză (DOSE CHECK). Data producerii tubului - minim 2023	CE, ISO

			Garanție: Garanția se va aplica de la data instalării Tubului și va fi minim de 12 luni, indiferent de cantitatea pacienților scanați sau scan/secundă. Nu se va admite tubul refurbished precum și tubul cu orice piesă refurbished din componența sa! Costul final al tubului va include toate lucrările de demontarea tubului defect cu eliberarea unui act de demontare precum și instalare, calibrare, testare la fel cu eliberarea unui raport de expunerea la radiații efectuat pe fantom în toate modurile. Pentru efectuarea lucrărilor enumerate se va lua în calcul și toată manopera necesară. Tubul v-a fi achiziționat doar în caz de necesitate la solicitare. În cazul lipsei necesități acesta nu v-a fi achiziționat.	Garanție: Garanția se va aplica de la data instalării Tubului și va fi minim de 12 luni, indiferent de cantitatea pacienților scanați sau scan/secundă. Nu se va admite tubul refurbished precum și tubul cu orice piesă refurbished din componența sa! Costul final al tubului va include toate lucrările de demontarea tubului defect cu eliberarea unui act de demontare precum și instalare, calibrare, testare la fel cu eliberarea unui raport de expunerea la radiații efectuat pe fantom în toate modurile. Pentru efectuarea lucrărilor enumerate se va lua în calcul și toată manopera necesară. Tubul v-a fi achiziționat doar în caz de necesitate la solicitare. În cazul lipsei necesități acesta nu v-a fi achiziționat.	
--	--	--	--	--	--

Semnat: _____

Nume: Vasile MATEI

În calitate de: Administrator

Ofertantul: Medexcom-Teh SRL

Adresa: Chișinău, str. Cuza Vodă 44 (of. 111)