

Numărul licitației:		ocds-b3wdp1-MD-1555057161354				Data: „16” mai 2019	Alternativa nr.: nu		
Denumirea licitației:		Echipamente medicale pentru cabinetul stomatologic și secția consultativ-diagnostică IMSP Policlینica CS				Lot: 1-2	Pagina: _1_ din _4_		
Cod CPV	N/no	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică propusă de către ofertant	Standarde de referință	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3310000-0-1		Lotul 1							
	1	Unit dentar	x9	China	FCMI	1.Cerințe pentru unit dentar:- Cu fotoliu instalat în blocul scui-pător cu mecanisme moderne să permită controlul șezutului și spătarului lin în mișcare- Sistem cu 5 furtuni pe sus- Să fie echipat cu ultima generație al sistemelor de siguranță, cu întrerupătoare de siguranță - Echipat cu 2 panouri de comandă (masa medicului și masa asistentului medical)- Dimensiunile unitului dentar: 1370 x 920 x 1290 cmFotoliu dentar: 1600 x 710 x 760 cm (lungime, lățime, înălțime)-Nivel de zgomot max -54 dB2. Unit dentar compus din: Masa de lucru a medicului: Poziționată pe un braț multiarticular, ce permite mișcări în toate cele 3 direcții Sistem cu 5 furtuni pe sus -Micromotor electric, fără perii cu LED împreună cu piesă unghi: turații 4000-40000; cu fibră optică; corpul piesei din titan -Furtuni pentru turbină cu fibră optică cu piesă : turații 60000-30000 RPM cu răcire în minim 4 găuri cu buton- Furtun pentru turbină fără fibră optică- Furtun apă /aer- Furtun Scaler cu ultrasunet cu funcție endo cu 6 tipsuri- Negatoscop- Sistem anti tracțiune pentru piese Fotoliu pacient- Să fie montat în bloc scui-pător cu mecanisme moderne, să permită controlul șezutului și spătarului lin în mișcare - Tapițeria standard, acoperită cu un material rezistent, antibacterian, fără cusături, ușor de curățat și întreținut,culoarea GRN 4* - Fotoliul să dispună de 2 poziții memorate, poziția „o” și de lucru- Pozițiile fotoliului să fie reglate prin butoanele încorporate în masa medicului și a asistentului medical- Tetiera dublu articulată cu control manual al reglajului- Dotat cu brațe pentru pacient, iar brațul din partea dreaptă să fie rabatabil Cutia pentru conexiuni- Unitul să fie dotat cu o cutie pentru realizarea conexiunilor la rețeaua de apă, canalizare, aer și alimentare cu curent. Bloc scui-pător- Cu mișcare manuală a vasului scui-pător- Vas ceramic, mobil cu posibilitatea îndepărtării și dezinfecției- Sistem apă la pahar cu temporizare și apa la vasul scui-pător, acțiune prin intermediul butoanelor de la masa medicului sau asistentului medical Pedala electrică pentru controlul instrumentelor- Pedală electrică - Permite activitatea și ajustarea progresivă a turației instrumentelor - Permite activitatea fluxului de aer și apă □ Lampa stomatologică - Lampa cu 2 intensități respectiv 8000 Lux-26000Lux - Lumina rece, fără umbre- Panou de protecție a lămpii- Să fie susținută de un braț multiarticular, pivotant ce permite mișcări fine și o poziționare ușoară□ Masa asistentului medical dotat cu : - Panou comandă pentru fotoliu, 19 umplerea paharului, clătire bol- Cu 2 aspiratoare (aspirație salivă pe apă, aspirație chirurgicală pe apă)□ Scaun medic - Scaun mobil cu 5 roți și cerc încorporat pentru picioare- Cu piston pentru reglarea înălțimii- Forma anatomică al spătarului cu suport pentru cot Tapițeria standard, acoperită cu un material rezistent, de culoarea fotoliului	1.Cerințe pentru unit dentar:- Cu fotoliu instalat în blocul scui-pător cu mecanisme moderne să permită controlul șezutului și spătarului lin în mișcare- Sistem cu 5 furtuni pe sus- Să fie echipat cu ultima generație al sistemelor de siguranță, cu întrerupătoare de siguranță - Echipat cu 2 panouri de comandă (masa medicului și masa asistentului medical)- Dimensiunile unitului dentar: 1370 x 920 x 1290 cmFotoliu dentar: 1600 x 710 x 760 cm (lungime, lățime, înălțime)-Nivel de zgomot max -54 dB2. Unit dentar compus din: Masa de lucru a medicului: Poziționată pe un braț multiarticular, ce permite mișcări în toate cele 3 direcții Sistem cu 5 furtuni pe sus -Micromotor electric, fără perii cu LED împreună cu piesă unghi: turații 4000-40000; cu fibră optică; corpul piesei din titan -Furtuni pentru turbină cu fibră optică cu piesă : turații 60000-30000 RPM cu răcire în minim 4 găuri cu buton- Furtun pentru turbină fără fibră optică- Furtun apă /aer- Furtun Scaler cu ultrasunet cu funcție endo cu 6 tipsuri- Negatoscop- Sistem anti tracțiune pentru piese Fotoliu pacient- Să fie montat în bloc scui-pător cu mecanisme moderne, să permită controlul șezutului și spătarului lin în mișcare - Tapițeria standard, acoperită cu un material rezistent, antibacterian, fără cusături, ușor de curățat și întreținut,culoarea GRN 4* - Fotoliul să dispună de 2 poziții memorate, poziția „o” și de lucru- Pozițiile fotoliului să fie reglate prin butoanele încorporate în masa medicului și a asistentului medical- Tetiera dublu articulată cu control manual al reglajului- Dotat cu brațe pentru pacient, iar brațul din partea dreaptă să fie rabatabil Cutia pentru conexiuni- Unitul să fie dotat cu o cutie pentru realizarea conexiunilor la rețeaua de apă, canalizare, aer și alimentare cu curent. Bloc scui-pător- Cu mișcare manuală a vasului scui-pător- Vas ceramic, mobil cu posibilitatea îndepărtării și dezinfecției- Sistem apă la pahar cu temporizare și apa la vasul scui-pător, acțiune prin intermediul butoanelor de la masa medicului sau asistentului medical Pedala electrică pentru controlul instrumentelor- Pedală electrică - Permite activitatea și ajustarea progresivă a turației instrumentelor - Permite activitatea fluxului de aer și apă □ Lampa stomatologică - Lampa cu 2 intensități respectiv 8000 Lux-26000Lux - Lumina rece, fără umbre- Panou de protecție a lămpii- Să fie susținută de un braț multiarticular, pivotant ce permite mișcări fine și o poziționare ușoară□ Masa asistentului medical dotat cu : - Panou comandă pentru fotoliu, 19 umplerea paharului, clătire bol- Cu 2 aspiratoare (aspirație salivă pe apă, aspirație chirurgicală pe apă)□ Scaun medic - Scaun mobil cu 5 roți și cerc încorporat pentru picioare- Cu piston pentru reglarea înălțimii- Forma anatomică al spătarului cu suport pentru cot Tapițeria standard, acoperită cu un material rezistent, de culoarea fotoliului	CE, ISO	
	2	Mobilier specializat pentru cabinetul stomatologic	MSPCS	China	FCMI	Cerințe set mobilă specializată: - Rezistență la razele ultraviolete - Rezistență la soluții dezinfectante Set de dulapuri suspendate 2 bucăți - Dulap cu lampă cuarț, pentru păstrarea instrumentelor sterile - Dulap pentru păstrarea medicamentelor închis(cu uși) Set dulapuri de bază 5 bucăți - Dulap cu chiuvetă - Dulap cu 3 sertare - Dulap cu 2 sertare - Dulap fără sertare cu poliță înăuntru - Masa medicului pe roțile cu 4 sertare - De culoarea fotoliului	Cerințe set mobilă specializată: - Rezistență la razele ultraviolete - Rezistență la soluții dezinfectante Set de dulapuri suspendate 2 bucăți - Dulap cu lampă cuarț, pentru păstrarea instrumentelor sterile - Dulap pentru păstrarea medicamentelor închis(cu uși) Set dulapuri de bază 5 bucăți - Dulap cu chiuvetă - Dulap cu 3 sertare - Dulap cu 2 sertare - Dulap fără sertare cu poliță înăuntru - Masa medicului pe roțile cu 4 sertare - De culoarea fotoliului	CE, ISO	
3310000-0-1		Lotul 2							CE, ISO

		Electrocardiograf cu 12 canale	Cardio 7	Bionet &Co	Korea	1.Cerințe:- Electrocardiograf cu 12 canale, care înregistrează, printează și/sau interpretează electrocardiograma.- Dispozitiv tip pacient adult, pediatric - Interpretează electrocardiograma (ECG) de la o singură sau mai multe derivații simultan display și bandă lată de imprimare.- Staționar - Suport pe roțile - Semnal de calibrare - Indicator de conectare electrod acustic sau vizual - Display grafic - Numărul de derivații afișate simultan 12 - Viteza de înscris 25,50 mm/s- Posibilitatea transmiterii datelor la un sistem de management al datelor ECG prin fir (să se indice interfață de transmitere) USB, RS-232, etc. - Date pacient: nume, ID, vârsta, sex, 20 greutatea, înălțimea - Măsurări: PR; PQ, QT, QTC; P, QRS; T; HR. - Identificarea aritmiei. Interpretarea. - Baterie internă – reîncărcabilă - Protecție defibrilator- Timp de operare autonomă $\geq 2,5$ h - Indicator vizual contact slab sau lipsă de contact - Statut al sistemului, deconectare alimentare rețea, baterie descărcată- Accesorii standard cablu pacient cu set de electrozi pectorali de tip pară (6 bucăți) și membranari de tip clește (4 bucăți) 2 unități - Hârtie termică 5 bucăți - Gel de contact 1 litru- Suport pe roțile 1 unitate - Geantă pentru transportare 1 unitate 1. Descrierea electrocardiografului: - Electrocardiograf cu 12 canale - Derivațiile tip înregistrare auto și manual - Sensivitatea 2.5; 5; 10; 20; 40 mm/mv - Gama de frecvență de diagnostic 0,05-165 Hz de filtrare musculară, de frecvență înaltă, de frecvență joasă, de rețea 50 Hz - Impedanța de intrare > 50 m Ohm, Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz > 120 dB - Imprimantă termică incorporată. Lățimea hârtie $> 210/216$ mm.	1.Cerințe:- Electrocardiograf cu 12 canale, care înregistrează, printează și/sau interpretează electrocardiograma.- Dispozitiv tip pacient adult, pediatric - Interpretează electrocardiograma (ECG) de la o singură sau mai multe derivații simultan display și bandă lată de imprimare.- Staționar - Suport pe roțile - Semnal de calibrare - Indicator de conectare electrod acustic sau vizual - Display grafic - Numărul de derivații afișate simultan 12 - Viteza de înscris 25,50 mm/s- Posibilitatea transmiterii datelor la un sistem de management al datelor ECG prin fir (să se indice interfață de transmitere) USB, RS-232, etc. - Date pacient: nume, ID, vârsta, sex, 20 greutatea, înălțimea - Măsurări: PR; PQ, QT, QTC; P, QRS; T; HR. - Identificarea aritmiei. Interpretarea. - Baterie internă – reîncărcabilă - Protecție defibrilator- Timp de operare autonomă $\geq 2,5$ h - Indicator vizual contact slab sau lipsă de contact - Statut al sistemului, deconectare alimentare rețea, baterie descărcată- Accesorii standard cablu pacient cu set de electrozi pectorali de tip pară (6 bucăți) și membranari de tip clește (4 bucăți) 2 unități - Hârtie termică 5 bucăți - Gel de contact 1 litru- Suport pe roțile 1 unitate - Geantă pentru transportare 1 unitate 1. Descrierea electrocardiografului: - Electrocardiograf cu 12 canale - Derivațiile tip înregistrare auto și manual - Sensivitatea 2.5; 5; 10; 20; 40 mm/mv - Gama de frecvență de diagnostic 0,05-165 Hz de filtrare musculară, de frecvență înaltă, de frecvență joasă, de rețea 50 Hz - Impedanța de intrare > 50 m Ohm, Gama de rejecție a modului comun la 50 Hz > 120 dB - Imprimantă termică incorporată. Lățimea hârtie $> 210/216$ mm.	CE, ISO
--	--	--------------------------------	----------	------------	-------	--	--	---------



Semnat: _____ Numele, Prenumele
calitate de: administrator Jighili Tatiana
Ofertantul: _____ SRL Triumph-Motiv _____ Adresa: _____ str. Grenoble 193 of 1301

În