

## Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție 21046297 din 16.11.2021

Denumirea procedurii de achiziție: *Achiziționarea Reagenților și consumabilelor de laborator pentru anul 2022, conform necesitatilor IMSP Spitalul Clinic Municipal Boli Contagioase de Copii*

| Denumirea bunurilor/serviciilor   | Modelul articolului | Țara de origine   | Producătorul   | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant   | Standarde de referință |
|---|---------------------|---|----------------|--|--|------------------------|
| <u>1</u>  | <u>2</u>            | <u>3</u>  | <u>4</u>       | <u>5</u>   | <u>6</u>   | <u>7</u>               |
| <b>Reagenți chimici pentru Analizatorul biochimic automat Random Acces „Selectra Pro M” (loturile 1-37)</b> |                     |   |                |  |  |                        |
| <b>Pentru loturile 1-28</b>   |                     | <p>Reagenții dispun de certificate internaționale ISO, TUV, CE Marca;<br/>                     Reagenții sunt adaptați la Analizatorul SELECTRA PRO M și SELECTRA PRO S;<br/>                     Distribuitorul dispune de autorizare de la producător;<br/>                     Reagenții sunt obligatoriu în ambalajul producătorului și de la un singur producător.<br/>                     Dispunem de ingineri calificați în domeniu pentru a face programarea reagenților și pentru a demonstra calitatea și compatibilitatea reagenților cu analizatorul SELECTRA PRO M și SELECTRA PRO S, la necesitate, maximum în 24h de la solicitare.<br/>                     Materialul de control este compatibil cu reactivele respective care sunt solicitate, sunt pe baza de ser uman, numărul de parametri nu este mai mic de 39.<br/> <b>Prezentarea mostrelor obligatoriu pentru verificarea compatibilității cu Analizatorul biochimic automat Random Acces „Selectra Pro M” și „Selectra Pro S”</b></p> |                |  |  |                        |
| <b>LOTUL 1</b>  |                     |   |                |  |  |                        |
| ALAT pentru Analizatorul biochimic automat Random Acces “Selectra Pro M”                                    | ALAT SL             | Franta  | Elitech /Vital | cinetic, factor 1746, reagenți lichizi, posibilitatea utilizării 0,2ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puțin de 18 luni ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: 50-150ml | cinetic, factor 1746, reagenți lichizi, posibilitatea utilizării 0,2ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puțin de 18 luni ISO-9001, BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: 125ml | ISO, CE                |
| <b>LOTUL 2</b>  |                     |   |                |  |  |                        |
| ASAT pentru Analizatorul biochimic automat Random Acces “Selectra Pro M”                                    | ASAT SL             | Franta  | Elitech /Vital | cinetic, factor 1746, reagenți lichizi, posibilitatea utilizării 0,2ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puțin de 18 luni ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: 50-150ml | cinetic, factor 1746, reagenți lichizi, posibilitatea utilizării 0,2ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puțin de 18 luni ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: 125ml  | ISO, CE                |
| <b>LOTUL 3</b>  |                     |   |                |  |  |                        |

|  |                             |        |                |  |   |         |
|--|-----------------------------|--------|----------------|--|---|---------|
| Albumina pentru Analizatorul biochimic automat Random Acces "Selectra Pro M"                 | Albumina SL                 | Franta | Elitech /Vital | cinetic;reagenti lichizi;concentratia 2.28mmol/l,linearitatea9,12mmol/l;valabilitatea nu mai puti de 18 luni ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca; ambalaj: 50-100ml  | cinetic;reagenti lichizi; posibilitatea utilizării 0,2ml de reagent la analizator biochimic, concentratia 2.28mmol/l, linearitatea 9,12 mmol/l; valabilitatea nu mai puti de 18 luni ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: 125ml | ISO, CE |
| <b>LOTUL 4</b>   |                             |        |                |  |   |         |
| Fosfataza alcalină pentru Analizatorul biochimic automat Random Acces "Selectra Pro M"       | Fosfataza alcalină (ALP) SL | Franta | Elitech /Vital | linearitatea 5mg/l;reagenti lichizi ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: 50-100ml  | linearitatea 5mg/l; posibilitatea utilizării 0,2ml de reagent la analizator biochimic, reagenti lichizi ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: 125ml  | ISO, CE |
| <b>LOTUL 5</b>   |                             |        |                |  |   |         |
| Alfa-Amilaza pentru Analizatorul biochimic automat Random Acces "Selectra Pro M"             | Alfa-Amilaza                | Franta | Elitech /Vital | Linearitatea 900U/L, factor 4640, reagenti lichizi, posibilitatea utilizării 0,2ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puțin de 18 luni ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: 50-100ml | Linearitatea 900U/L, factor 4640, reagenti lichizi, posibilitatea utilizării 0,2 ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puțin de 18 luni ISO-9001, BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: 50ml                        | ISO, CE |
| <b>LOTUL 6</b>   |                             |        |                |  |   |         |
| Alfa-Amilaza pancreatică pentru Analizatorul biochimic automat Random Acces "Selectra Pro M" | Alfa-Amilaza pancreatică    | Rusia  | Vector Best    | Linearitatea 900U/L, factor 4640, reagenti lichizi, posibilitatea utilizării 0,2ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puțin de 18 luni ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: 50-100ml | Linearitatea 900U/L, factor 4640, reagenti lichizi, posibilitatea utilizării 0,2 ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puțin de 18 luni ISO-9001, BS EN; ISO-9001:1994, ambalaj: 50ml                               | ISO, CE |
| <b>LOTUL 7</b>   |                             |        |                |  |   |         |
| Bilirubina totală pentru Analizatorul biochimic automat Random Acces "Selectra Pro M"        | Bilirubina totală           | Franta | Elitech /Vital | linearitatea 20mg/dL, reagenti lichizi, posibilitatea utilizării 0,2ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puțin de 18 luniISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 ENISO9ffl : 1994 ambalaj: 50-150ml      | linearitatea 20mg/dL, reagenti lichizi, posibilitatea utilizării 0,2 ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puțin de 18 luniISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 ENISO9ffl : 1994 ambalaj: 125ml                             | ISO, CE |
| <b>LOTUL 8</b>   |                             |        |                |  |   |         |
| Bilirubina directă pentru Analizatorul biochimic automat Random Acces "Selectra Pro M"       | Bilirubina directă          | Franta | Elitech /Vital | linearitatea 20mg/dL, reagenti lichizi, posibilitatea utilizării 0,2ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puțin de 18 luniISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 ENISO9ffl : 1994 ambalaj: 50-150ml      | linearitatea 20mg/dL, reagenti lichizi, posibilitatea utilizării 0,2ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puțin de 18 luniISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 ENISO9ffl : 1994 ambalaj: 125ml                              | ISO, CE |
| <b>LOTUL 9</b>   |                             |        |                |  |   |         |
| Creatinina pentru Analizatorul biochimic   | Creatinina JAFFE SL         | Franta | Elitech /Vital | linearitatea 5mg/dL reagenti lichizi, posibilitatea utilizării 0,2ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puțin de 18 luni ISO-9001,BS EN  | linearitatea 5mg/dL reagenti lichizi, posibilitatea utilizării 0,2ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puțin de 18 luni ISO-9001,  | ISO, CE |

|  |                      |        |                   |   |  |         |
|--|----------------------|--------|-------------------|---|--|---------|
| automat Random Acces<br>"Selectra Pro M"   |                      |        |                   | ISO-9001:1994 CE Marca; ambalaj: 50-150ml   | BS EN, ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: 125ml   |         |
| <b>LOTUL 10</b>  |                      |        |                   |   |  |         |
| Gamma-GT pentru<br>Analizatorul biochimic<br>automat Random Acces<br>"Selectra Pro M"        | Gamma-GT             | Franta | Elitech<br>/Vital | cinetic;reagenti lichizi;concentratia 2.28mmol/l,linearitatea9,12mmol/l;valabilitatea nu mai puti de 18 luni ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca; ambalaj: 50-100ml   | cinetic;reagenti lichizi; posibilitatea utilizării 0,2ml de reagent la analizator biochimic, concentratia 2.28mmol/l, linearitatea 9,12mmol/l; valabilitatea nu mai puti de 18 luni ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: 125ml | ISO, CE |
| <b>LOTUL 11</b>  |                      |        |                   |   |  |         |
| Glucosa pentru Analizatorul<br>biochimic automat Random<br>Acces "Selectra Pro M"            | Glucose SL           | Franta | Elitech<br>/Vital | concentratia 5,56mmol/l; linearitatea400 mg/dl ;reajenti lichizi,posibilitatea utilizarii 0,2ml la analizator, valabilitatea nu mai puțin de 18 luni; ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca; ambalaj: 250-500ml | concentratia 5,56mmol/l; linearitatea400 mg/dl ;reajenti lichizi,posibilitatea utilizarii 0,2 ml la analizator, valabilitatea nu mai puțin de 18 luni; ISO-9001, BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: 250ml                             | ISO, CE |
| <b>LOTUL 12</b>  |                      |        |                   |   |  |         |
| Calciu pentru Analizatorul<br>biochimic automat Random<br>Acces "Selectra Pro M"             | Calcium arsenazo     | Franta | Elitech<br>/Vital | linearitatea 4mmol/L, reagenti lichizi, posibilitatea utilizării 0,2ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puțin de 18 luni ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj:50-150ml         | linearitatea 4mmol/L, reagenti lichizi, posibilitatea utilizării 0,2ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puțin de 18 luni ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj:125ml                                     | ISO, CE |
| <b>LOTUL 13</b>  |                      |        |                   |   |  |         |
| Clor pentru Analizatorul<br>biochimic automat Random<br>Acces „Selectra Pro M”               | Chloride             | Franta | Elitech<br>/Vital | linearitatea 461,5mg/dL, reagenti lichizi, posibilitatea utilizării 0,2ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puțin18 luni ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca; ambalaj:50-150ml         | linearitatea 461,5mg/dL, reagenti lichizi, posibilitatea utilizării 0,2ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puțin18 luni ISO-9001,BS EN, CE Marca; ambalaj:125ml  | ISO, CE |
| <b>LOTUL 14</b>  |                      |        |                   |   |  |         |
| Fier Ferene pentru<br>Analizatorul biochimic<br>automat Random Acces<br>"Selectra Pro M"     | Fier Ferene          | Franta | Elitech<br>/Vital | linearitatea 100g/L, reagenti lichizi, posibilitatea utilizării 0,2ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puțin de 18 luniISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: 50-150ml          | linearitatea 100g/L, reagenti lichizi, posibilitatea utilizării 0,2 ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puțin de 18 luniISO-9001, BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: 100ml                                    | ISO, CE |
| <b>LOTUL 15</b>  |                      |        |                   |   |  |         |
| Proteina Totala pentru<br>Analizatorul biochimic<br>automat Random Acces<br>"Selectra Pro M" | Proteina Totala plus | Franta | Elitech<br>/Vital | linearitatea 100g/L, reagenti lichizi, posibilitatea utilizării 0,2ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puțin de 18 luniISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: 50-150ml          | linearitatea 100g/L, reagenti lichizi, posibilitatea utilizării 0,2ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puțin de 18 luniISO-9001, BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: 125ml                                     | ISO, CE |
| <b>LOTUL 16</b>  |                      |        |                   |   |  |         |

|  |  |        |                |  |  |         |
|--|--|--------|----------------|--|--|---------|
| Proteina C reactiva pentru Analizatorul biochimic automat Random Acces „Selectra Pro M”  | Proteina C reactiva IP   | Franta | Elitech /Vital | Certificat ISO al producătorului CE Marca  | Certificat ISO al producătorului CE Marca 2*25ml + 5ml   | ISO, CE |
| <b>LOTUL 17</b>  |  |        |                |  |  |         |
| Proteina totală în urină metoda cu Pirogalol roșu cu control și calibrator pentru Analizatorul biochimic automat Random Acces “Selectra Pro M” | Proteina totală în urină metoda cu Pirogalol roșu cu control și calibrator | Rusia  | Medlakor       | Certificat calitate de la producător   | Certificat calitate de la producător, 2*100ml+2ml  | ISO, CE |
| <b>LOTUL 18</b>  |  |        |                |  |  |         |
| ASL-O pentru Analizatorul biochimic automat Random Acces “Selectra Pro M”  | ASLO   | Franta | Elitech /Vital | Certificat ISO al producătorului CE Marca  | Certificat ISO al producătorului CE Marca; 2x25ml, +1x6ml +1x1ml   | ISO, CE |
| <b>LOTUL 19</b>  |  |        |                |  |  |         |
| Cholesterol total pentru Analizatorul biochimic automat Random Acces “Selectra Pro M”  | Cholesterol total  | Franta | Elitech /Vital | linearitatea 500mg/dL, reagenți lichizi, posibilitatea utilizării 0,2ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puțin de 18 luni ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca; ambalaj:50-250ml      | linearitatea 500mg/dL, reagenți lichizi, posibilitatea utilizării 0,2ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puțin de 18 luni ISO-9001, BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj:100ml     | ISO, CE |
| <b>LOTUL 20</b>  |  |        |                |  |  |         |
| Colesterol LDL pentru Analizatorul biochimic automat Random Acces „Selectra Pro M”   | Colesterol LDL SL  | Franta | Elitech /Vital | linearitatea 1487,5mmol/L, reagenți lichizi, posibilitatea utilizării 0,5ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puțin de 18 luni ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE Marca; ambalaj: 50-100ml | linearitatea 1487,5mmol/L, reagenți lichizi, posibilitatea utilizării 0,2ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puțin de 18 luni ISO-9001, BS EN ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: 80ml | ISO, CE |
| <b>LOTUL 21</b>  |  |        |                |  |  |         |
| Colesterol HDL   | Colesterol HDL   | Franta | Elitech /Vital | linearitatea 1487,5mmol/L, reagenți lichizi, posibilitatea utilizării 0,5ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puțin de 18 luni ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994                             | linearitatea 1487,5mmol/L, reagenți lichizi, posibilitatea utilizării 0,5ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puțin de 18 luni ISO-9001,BS EN ISO-9001:1994                         | ISO, CE |

|   |   |        |                   |  |  |         |
|---|---|--------|-------------------|--|--|---------|
|   |   |        |                   | CE Marca<br>ambalaj: 50-100ml  | CE Marca<br>ambalaj: 50-100ml  |         |
| <b>LOTUL 22</b>   |   |        |                   |  |  |         |
| Trigliceride pentru<br>Analizatorul biochimic<br>automat Random Acces<br>"Selectra Pro M"   | Trigliceride SL                             | Franta | Elitech<br>/Vital | cinetic;reagenti lichizi;concentratia<br>2.28mmol/l,linearitatea9,12mmol/l;valabilitat<br>ea nu mai puti de 18 luni ISO-9001,BS EN<br>ISO-9001:1994 CE Marca; ambalaj: 50-<br>100ml                                      | linearitatea 500mg/dL, reagenti lichizi,<br>posibilitatea utilizării 0,2ml de reagent la<br>analizator biochimic, valabilitatea nu mai puțin de<br>18 luni ISO-9001, BS EN ISO-9001:1994 CE<br>Marca ambalaj:100ml   | ISO, CE |
| <b>LOTUL 23</b>   |   |        |                   |  |  |         |
| Magneziu pentru<br>Analizatorul biochimic<br>automat Random Acces<br>"Selectra Pro M  | Magneziu xylydil                            | Franta | Elitech<br>/Vital | reagenti lichizi, posibilitatea utilizării 0,5ml<br>de reagent<br>la analizator biochimic, valabilitatea nu mai<br>puțin de 18 luni ISO-9001,BS EN<br>ISO-9001:1994 CE Marca; ambalaj: 50-<br>150ml                      | linearitatea 1487,5mmol/L, reagenti lichizi,<br>posibilitatea utilizării 0,2ml de reagent la<br>analizator biochimic, valabilitatea nu mai puțin de<br>18 luni ISO-9001, BS EN ISO-9001:1994 CE<br>Marca ambalaj: 80ml   | ISO, CE |
| <b>LOTUL 24</b>   |   |        |                   |  |  |         |
| Uree pentru Analizatorul<br>biochimic automat Random<br>Acces "Selectra Pro M"  | Uree UV SL                                  | Franta | Elitech<br>/Vital | linearitatea 50 mmol/l, reagenti lichizi,<br>posibilitatea utilizării 0,2ml de reagent la<br>analizator biochimic, valabilitatea nu mai<br>puțin de 18 luniISO-9001,BS EN<br>ISO-9001:1994<br>CE Marca ambalaj: 50-150ml | linearitatea 50 mmol/l, reagenti lichizi,<br>posibilitatea utilizării 0,2 ml de reagent la<br>analizator biochimic, valabilitatea nu mai puțin de<br>18 luniISO-9001,BS EN ISO-9001:1994 CE<br>Marca ambalaj: 125ml  | ISO, CE |
| <b>LOTUL 25</b>   |   |        |                   |  |  |         |
| Lactate metoda enzimatică-<br>colorimetrică, bireangeant<br>pentru Analizatorul<br>biochimic automat Random<br>Acces Selectra Pro<br>M+calibrator (volumul de<br>lucru 0,3 ml per test) | Lactate metoda enzimatică-<br>colorimetrică | Franta | Elitech<br>/Vital | linearitatea 50 mmol/l, reagenti lichizi,<br>posibilitatea utilizării 0,2ml de reagent la<br>analizator biochimic, valabilitatea nu mai<br>puțin de 18 luniISO-9001,BS EN<br>ISO-9001:1994 CE Marca<br>ambalaj: 50-150ml | linearitatea 50 mmol/l, reagenti lichizi,<br>posibilitatea utilizării 0,2ml de reagent la<br>analizator biochimic, valabilitatea nu mai puțin de<br>18 luniISO-9001,BS EN ISO-9001:1994; CE<br>Marca ambalaj: 1x103ml+10x10ml+1x1ml;<br>(volumul de lucru 0,3 ml per test) | ISO, CE |
| <b>LOTUL 26</b>   |   |        |                   |  |  |         |
| Acid uric pentru<br>Analizatorul biochimic<br>automat Random Acces<br>"Selectra Pro M"  | Acid uric SL                                | Franta | Elitech<br>/Vital | linearitatea 50 mmol/l, reagenti lichizi,<br>posibilitatea utilizării 0,2ml de reagent la<br>analizator biochimic, valabilitatea nu mai<br>puțin de 18 luniISO-9001,BS EN<br>ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: 50-150ml    | linearitatea 50 mmol/l, reagenti lichizi,<br>posibilitatea utilizării 0,2ml de reagent la<br>analizator biochimic, valabilitatea nu mai puțin de<br>18 luniISO-9001, BS EN ISO-9001:1994 CE<br>Marca ambalaj: 50-150ml   | ISO, CE |
| <b>LOTUL 27</b>   | LOTUL 26                                    |        |                   |  |  |         |
| Ferritin pentru Analizatorul<br>biochimic automat Random<br>Acces "Selectra Pro M"  | Ferritin                                    | Franta | Elitech<br>/Vital | linearitatea 50 mmol/l, reagenti lichizi,<br>posibilitatea utilizării 0,2ml de reagent la<br>analizator biochimic, valabilitatea nu mai<br>puțin de 18 luniISO-9001,BS EN<br>ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: 50-150ml    | linearitatea 50 mmol/l, reagenti lichizi,<br>posibilitatea utilizării 0,2ml de reagent la<br>analizator biochimic, valabilitatea nu mai puțin de<br>18 luniISO-9001,BS EN ISO-9001:1994; CE<br>Marca; ambalaj: 55ml  | ISO, CE |

|  |                     |  |                |   |  |         |
|--|---------------------|--|----------------|---|--|---------|
| <b>LOTUL 28</b>  |                     |  |                |   |  |         |
| Ferritin calibrator pentru Analizatorul biochimic automat Random Acces „Selectra Pro M“  | Ferritin calibrator | Franta   | Elitech /Vital | linearitatea 50 mmol/l, reagenți lichizi, posibilitatea utilizării 0,2ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puțin de 18 luni ISO-9001, BS EN ISO-9001:1994 CE Marca | linearitatea 50 mmol/l, reagenți lichizi, posibilitatea utilizării 0,2ml de reagent la analizator biochimic, valabilitatea nu mai puțin de 18 luni ISO-9001, BS EN ISO-9001:1994 CE Marca; 1x3ml | ISO, CE |
| <b>Pentru loturile 29-37</b>   |                     | <b>Consumabilele dispun de certificate internaționale ISO, TUV, CE Marca; Consumabilele sunt compatibile la Analizatorul SELECTRA PRO M ; Compania “GBG-MLD” SRL dispune de autorizare de la producător; Consumabilele sunt obligatoriu în ambalajul producătorului și de la un singur producător. Prezentarea mostrelor obligatoriu pentru verificarea compatibilității cu Analizatorul biochimic automat Random Acces „Selectra Pro M”</b> |                |   |  |         |
| <b>LOTUL 29</b>  |                     |  |                |   |  |         |
| Material de control biochimic normal pentru Analizatorul biochimic automat Random Acces „Selectra Pro M”                             | Elitrol I           | Franta   | Elitech /Vital | Certificat ISO al producătorului CE Marca ambalaj: Flacoane cu volumul de la 5 ml până la 10 ml   | Flx5ml, Certificat ISO al producătorului CE Marca Elitrol 1  | ISO, CE |
| <b>LOTUL 30</b>  |                     |  |                |   |  |         |
| Material de control biochimic patologic indicii înalți pentru Analizatorul biochimic automat Random Acces „Selectra Pro M”           | Elitrol II          | Franta   | Elitech /Vital | Certificat ISO al producătorului CE Marca ambalaj: Flacoane cu volumul de la 5 ml până la 10 ml   | Flx5ml, Certificat ISO al producătorului CE Marca Elitrol 2  | ISO, CE |
| <b>LOTUL 31</b>  |                     |  |                |   |  |         |
| Material de control pentru calibrarea investigațiilor biochimici pentru Analizatorul biochimic automat Random Acces „Selectra Pro M” | Elical 3            | Franta   | Elitech /Vital | Certificat ISO al producătorului CE Marca ambalaj: Flacoane cu volumul de la 3 ml până la 10 ml   | Flx3ml, Certificat ISO al producătorului CE Marca Elical   | ISO, CE |
| <b>LOTUL 32</b>  |                     |  |                |   |  |         |
| Soluție de spălare pentru Analizatorul biochimic automat Random Acces „Selectra Pro M”   | Soluție de spălare  | Franta   | Elitech /Vital | Certificat ISO al producătorului CE Marca Ambalaj: Flacoane cu volumul de la 0,5 L până la 1L   | Certificat ISO al producătorului CE Marca , 1L   | ISO, CE |
| <b>LOTUL 33</b>  |                     |  |                |   |  |         |

|   |  |        |                |  |   |         |
|---|--|--------|----------------|--|---|---------|
| Soluție de sistem pentru Analizatorul biochimic automat Random Acces „Selectra Pro M”                         | Soluție de sistema   | Franta | Elitech /Vital | Certificat ISO al producătorului CE Marca<br>Ambalaj: Flacoane cu volumul de la 0,5 L până la 1L | Certificat ISO al producătorului CE Marca, 1L                     | ISO, CE |
| <b>LOTUL 34</b>   |  |        |                |  |   |         |
| Eprubete pediatrice 2 ml pentru Analizatorul biochimic automat Random Acces „Selectra Pro M”                  | Eprubete pediatrice 2 ml   | Italia | Kima           | Certificat ISO al producătorului CE Marca  | Certificat ISO al producătorului CE Marca                         | ISO, CE |
| <b>LOTUL 35</b>   |  |        |                |  |   |         |
| Eprubete/Cuve 5 ml prelucrate cu anticoagulant pentru analizatorul Random Acces „Selectra Pro M”              | Eprubete/Cuve 5 ml prelucrate cu anticoagulant   | Italia | Kima           | Certificat ISO al producătorului CE Marca  | Certificat ISO al producătorului CE Marca                         | ISO, CE |
| <b>LOTUL 36</b>   |  |        |                |  |   |         |
| Rotor chiuvetă pentru 48 reactii pentru Analizatorul biochimic automat Random Acces „Selectra Pro M”          | Rotor chiuveta set   | Olanda | Elitech /Vital | Certificat ISO al producătorului CE Marca  | Certificat ISO al producătorului CE Marca                         | ISO, CE |
| <b>LOTUL 37</b>   |  |        |                |  |   |         |
| Set de mentenante pentru Analizatorul biochimic automat Random Acces „Selectra Pro M” PRO M /EL 200, 6003-383 | Set de mentenanta anuala   | Olanda | Elitech/ Vital | Set de mentenante pentru PRO M /EL 200, 6003-383   | Set de mentenante pentru PRO M /EL 200, 6003-383                  | ISO, CE |
| <b>LOTUL 39 Reagenți pentru Analizatorul hematologic CD EMRLD</b>   | <b>Reagenții dispun de certificate internaționale ISO, CE Marca; Reagenții sunt compatibili cu Analizatorul hematologic CD EMRLD; Distribuitorul dispune de autorizare de la producător; Reagenții sunt obligatoriu în ambalajul producătorului și de la un singur producator. Compania „GBG-MLD” SRL dispune de ingineri calificați, certificate de la producătorul echipamentului pentru deservirea gratis a echipamentului de laborator pe perioada de utilizare a reactivelor. Prezentarea mostrelor la cerința pentru verificarea compatibilitatii cu analizatorul. Mentenanța va fi efectuată de către inginerii autorizați de producătorul analizorului, inclusă în prețul ofertei.</b> |        |                |  |   |         |
| Soluție de diluare, 10L   | DILUENT RGT 10 L, 9H4802   | SUA    | Abbott         | Certificat ISO al producătorului, CE Marca, Ambalaj: Canistră 10L                                | Certificat ISO al producătorului, CE Marca, Ambalaj: Canistră 10L | ISO, CE |
| Soluție de spălare, 960 ml  | CLEANER RGT 960 ml, 9H4602   | SUA    | Abbott         | Certificat ISO al producătorului, CE Marca, Ambalaj: Flacon 960ml                                | Certificat ISO al producătorului, CE Marca, Ambalaj: Flacon 960ml | ISO, CE |
| Soluție de lizare, 960 ml   | HGB LYSE RGT 960 ml, 9H4702  | SUA    | Abbott         | Certificat ISO al producătorului, CE Marca, Ambalaj: Flacon 960ml                                | Certificat ISO al producătorului, CE Marca, Ambalaj: Flacon 960ml | ISO, CE |

|   |  |   |        |  |  |         |
|---|--|---|--------|--|--|---------|
| Soluție concentrată de hipoclorid 0,5 %, 1L   | Solutie concentrata de hipoclorid 0.5%, 1L                             | SUA   | Abbott | Certificat ISO al producătorului, CE Marca, Ambalaj: Flacon 1L   | Certificat ISO al producătorului, CE Marca, Ambalaj: Flacon 1L     | ISO, CE |
| Set de control hematologic, 3 niv x 2,5ml (L, N, H)   | Set de control hematologic, 3niv x 2.5ml, ( L,N,H) 02H40-01            | SUA   | Abbott | Certificat ISO al producătorului, CE Marca, Ambalaj: Flacon 2,5 ml   | Certificat ISO al producătorului, CE Marca, Ambalaj: Flacon 2,5 ml | ISO, CE |
| Calibrator  | C-D 16 Calibrator, 99110-01  | SUA   | Abbott | Certificat ISO al producătorului, CE Marca,  | Certificat ISO al producătorului, CE Marca,                        | ISO, CE |
| <b>LOTUL 41: Consumabile și reagenți pentru analizatorul ionoselectiv K, Na, Easy Lyte plus (sistema de tip închis)</b> |  | <b>Reagenții dispun de certificate internaționale ISO, TUV, CE Marca; Distribuitorul dispune de autorizare de la producător; Reagenții sunt obligatoriu în ambalajul producătorului și de la un singur producător. Compania „GBG-MLD” SR dispune de ingineri calificați în domeniu pentru a face programarea reagenților și pentru a demonstra calitatea și compatibilitatea reagenților cu analizatorul ionoselectiv K, Na, Easy Lyte plus (sistema de tip închis), la necesitate, maximum în 24h de la solicitare. Materialul de control este compatibil cu reactivele respective care sunt solicitate, să fie pe baza de ser uman, numărul de parametri să nu fie mai mic de 39.</b> |        |  |  |         |
| Electrod K  | Electrod K   | SUA   | Medica | CE Marca , UNI, EN ISO, TUV  | CE Marca , UNI, EN ISO, TUV  | ISO, CE |
| Electrod Na   | Electrod Na  | SUA   | Medica | CE Marca , UNI, EN ISO, TUV  | CE Marca , UNI, EN ISO, TUV  | ISO, CE |
| Soluție lichidă internă (K, Na) a electrolizilor  | Soluție lichidă internă (K, Na) a electrolizilor                       | SUA   | Medica | CE Marca , UNI, EN ISO, TUV  | CE Marca , UNI, EN ISO, TUV  | ISO, CE |
| Tub din silicon p-u reagenti, ser si deseuri  | Tub din silicon p-u reagenti, ser si deseuri                           | SUA   | Medica | CE Marca , UNI, EN ISO, TUV  | CE Marca , UNI, EN ISO, TUV  | ISO, CE |
| Valva p-u dozarea reagentului, serului si deseurilor  | Valva p-u dozarea reagentului, serului si deseurilor                   | SUA   | Medica | CE Marca , UNI, EN ISO, TUV  | CE Marca , UNI, EN ISO, TUV  | ISO, CE |
| Material de control 3 nivele (L,N,H)  | Material de control 3 nivele (L,N,H)                                   | SUA   | Medica | CE Marca , UNI, EN ISO, TUV  | CE Marca , UNI, EN ISO, TUV  | ISO, CE |
| Pachet de reactive ( Standart A, StandartB, solutie de spalare) 800 ml  | Pachet de reactive ( Standart A, StandartB, solutie de spalare) 800 ml | SUA   | Medica | CE Marca , UNI, EN ISO, TUV  | CE Marca , UNI, EN ISO, TUV  | ISO, CE |
| Solutie de spalare p-u fiecare zi (6*15 ml)   | Solutie de spalare p-u fiecare zi (100 ml)                             | SUA   | Medica | CE Marca , UNI, EN ISO, TUV  | CE Marca , UNI, EN ISO, TUV  | ISO, CE |
| Termohirtie p-u analizator K/Na   | Termohirtie p-u analizator K/Na  | SUA   | Medica | CE Marca , UNI, EN ISO, TUV  | CE Marca , UNI, EN ISO, TUV  | ISO, CE |
| <b>LOTUL 42: Consumabile pentru Analizatorul automat de urină LabUMAT 2 și UriSed 3 PRO</b>                             |  |   |        | Reagenții să dispun de certificate internaționale ISO, TUV, CE Marca; Distribuitorul dispune de autorizare de la producător; Reagenții sunt obligatoriu în ambalajul |  |         |

|  |  |  |                 |   |   |         |
|--|--|--|-----------------|---|---|---------|
|  |  |  |                 | producătorului si de la un singur producator.<br>Prezentarea mostrelor la cerința pentru verificarea compatibilitatii cu analizatorul.                        |   |         |
| Labstrip U11PLUS GL test strip 150 teste, ANA-9901GL-1 | Labstrip U11PLUS GL test strip 150 teste, ANA-9901GL-1 | Ungaria  | Elektroni ka 77 | Certificat ISO al producătorului; CE Marca  | Certificat ISO al producătorului; CE Marca  | ISO, CE |
| Cuvete pentru UriSed, 600 piese, URS-9961-1            | Cuvete pentru UriSed, 600 piese, URS-9961-1            | Ungaria  | Elektroni ka 77 | Certificat ISO al producătorului; CE Marca  | Certificat ISO al producătorului; CE Marca  | ISO, CE |
| <b>Pentru loturile 44-62</b>                           |  | Ofertantul prezinta certificatul CE,certificat de inregistrare si punere pe piata in tara de origine.Seturile vor fi livrate in ambalaj securizat,marcat si etichetat de producator. Date de identitate (denumirea,numarul lotului,termenii de valabilitate,conditii de pastrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie sa coincida in mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse in set.Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producator va fi nu mai mic de 12 luni. De la operatorul cistigator in timp de 5 zile din momentul luarii deciziei, ofertantul sa asigure prezenta specialistului la procedurile de testare a mostrelor.In set sunt prezenti toti reagentii necesari pentru reactie. Reagentii, solutiile din set sa fie lichizi si gata de lucru, in cazul cind nu sint liofilizati. Solutiile de lucru sa fie stabile mai mult de 30 zile. In instructiunea de folosire sa fie indicata specificitatea si sensibilitatea testelor, test sistemele sa fie cu sensibilitatea nu mai mica de 99.8%.Test sistemele contin nu mai putin de cinci calibratori pentru determinarea cantitativa a anticorpilor. Setul contine control pozitiv si negativ, calibrator pentru seturile cu determinare calitativa a antigenilor si anticorpilor. Seturile sunt detasabile, posibilitatea de a rupe stripuri si de a folosi cite un godeu.Sa fie posibil de a testa cite o proba. |                 |   |   |         |
| <b>LOTUL 44</b>  |  |  |                 |   |   |         |
| Anticorpilor la Epștein-Barr Virus EBV /EA IgG         | Anticorpilor la Epștein-Barr Virus EBV /EA IgG         | Rusia  | Vector Best     | ISO-9001,BS EN<br>ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: set   | ISO-9001,BS EN<br>ISO-9001:1994; CE Marca ambalaj: set<br>ELISA   | ISO, CE |
| Reacția imunoenzimatică la yersenioze IgM (ELISA)      | Reacția imunoenzimatică la yersenioze IgM (ELISA)      | Rusia  | Vector Best     | ISO-9001,BS EN<br>ISO-9001:1994 CE Marca ambalaj: set   | ISO-9001,BS EN<br>ISO-9001:1994; CE Marca ambalaj: set<br>ELISA   | ISO, CE |
| <b>LOTUL 46</b>  |  |  |                 |   |   |         |
| D-dimer, 96 teste (ELISA)                              | D-dimer, 96 teste (ELISA)                              | Marea Britanie   | MONOB IND       | <u>Seturile sa fie detasabile, posibilitatea de a rupe stripuri si de a folosi cite un godeu.</u><br>ISO-9001,BS EN<br>ISO-9001:1994<br>CE Marca ambalaj: set | <u>Seturile SUNT detasabile, posibilitatea de a rupe stripuri si de a folosi cite un godeu.</u><br>ISO-9001,BS EN<br>ISO-9001:1994<br>CE Marca ambalaj: set | ISO, CE |

|  |   |                |            |   |   |         |
|--|---|----------------|------------|---|---|---------|
| <b>LOTUL 47</b>  |   |                |            |   |   |         |
| Procalcitonin, 96 teste (ELISA)  | Procalcitonin, 96 teste (ELISA)   | Marea Britanie | MONOB IND  | <u>Seturile sa fie detasabile, posibilitatea de a rupe stripuri si de a folosi cite un godeu.</u><br>ISO-9001,BS EN<br>ISO-9001:1994<br>CE Marca ambalaj: set | <u>Seturile SUNT detasabile, posibilitatea de a rupe stripuri si de a folosi cite un godeu.</u><br>ISO-9001,BS EN<br>ISO-9001:1994<br>CE Marca ambalaj: set | ISO, CE |
| <b>LOTUL 49</b>  |   |                |            |   |   |         |
| Set pentru examinarea lichidului cefalo-rahiadian calitativ și cantitativ        | Set pentru examinarea lichidului cefalo-rahiadian calitativ                       | Rusia          | Abris Plus | ISO; CE Marca   | ISO   | ISO     |
| <b>LOTUL 50</b>  |   |                |            |   |   |         |
| Material Control calitate pentru determinarea proteinei în urina 3 nivele, 5x3ml | Material Control calitate pentru determinarea proteinei în urina 3 nivele, 8*10ml | Rusia          | Medlakor   | ISO; CE Marca   | ISO   | ISO     |
| <b>LOTUL 54</b>  |   |                |            |   |   |         |
| Set pentru determinarea ouălor de helmenți după metoda Katoh                     | Set pentru determinarea ouălor de helmenți după metoda Katoh                      | Rusia          | Abris Plus | ISO; CE Marca   | ISO, nr.500teste  | ISO     |
| <b>LOTUL 55</b>  |   |                |            |   |   |         |
| Containere pentru colectarea deșeurilor medicale 10 kg                           | Containere pentru colectarea deșeurilor medicale 10 kg                            | Italia         | APTAC A    | Certificat calitate de la producător  | Certificat calitate de la producător  | ISO, CE |
| <b>LOTUL 56</b>  |   |                |            |   |   |         |
| Containere pentru colectarea deșeurilor medicale 1 kg                            | Containere pentru colectarea deșeurilor medicale 1 kg                             | Italia         | APTAC A    | Certificat calitate de la producător  | Certificat calitate de la producător  | ISO, CE |
| <b>LOTUL 57</b>  |   |                |            |   |   |         |
| Eprubete 12 ml conică, 16x105, PS, 18159   | Eprubete 12 ml conică, 16x105, PS, 18159  | Italia         | KIMA       | Certificat ISO al producătorului;<br>CE Marca   | Certificat ISO al producătorului;<br>CE Marca   | ISO, CE |
| <b>LOTUL 58</b>  |   |                |            |   |   |         |
| Eprubete K3EDTA 1,0 ml capac de cauciuc cu valvă, cu etichetă                    | Eprubete K3EDTA 1,0 ml capac de cauciuc cu valvă, cu etichetă                     | Italia         | KIMA       | Certificat calitate de la producător  | Certificat ISO al producătorului;<br>CE Marca   | ISO, CE |

|  |  |        |         |                                      |   |         |
|--|--|--------|---------|--------------------------------------|---|---------|
| <b>LOTUL 59</b>  |  |        |         |                                      |   |         |
| Eprubete coagulogramă<br>Citrat Na 3,8% , volum singe<br>3ml | Eprubete coagulogramă<br>Citrat Na 3,8% , volum<br>singe 3ml | Italia | KIMA    | Certificat calitate de la producător | Certificat ISO al producătorului;<br>CE Marca | ISO, CE |
| <b>LOTUL 60</b>  |  |        |         |                                      |   |         |
| Eprubete plastic conice fără<br>capac, volum 10 ml           | Eprubete plastic conice<br>fără capac, volum 10 ml           | Italia | KIMA    | Certificat calitate de la producător | Certificat ISO al producătorului;<br>CE Marca | ISO, CE |
| <b>LOTUL 61</b>  |  |        |         |                                      |   |         |
| Eprubete borosilicate pentru<br>StaT Fax                     | Eprubete borosilicate<br>pentru Sta Fax                      | China  | BOEN    | Certificat calitate de la producător | Certificat calitate de la producător          | ISO, CE |
| <b>LOTUL 62</b>  |  |        |         |                                      |   |         |
| Hîrtie de filtru   | Hîrtie de filtru   | Rusia  | Minimed | Certificat calitate de la producător | Certificat calitate de la producător          | ISO     |

**Semnat: Numele, Prenumele: Tudor Ceaicovschi**

**În calitate de: director**

**Ofertantul: "GBG-MLD" SRL**

**Adresa: mun. Chisinau, str. Albisoara 64/2**