

Specificații de preț

Numărul ocds-b3wdp1-MD-1742480449012 din 07 aprilie 2025

Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea Consumabilelor pentru OMNI BBRAUN și alte Dispozitive Medicale conform necesităților IMSP – Beneficiare pentru anul 2025

Nr. Lot	Denumirea bunurilor	U/M	Cantitea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3		5	6			9	10
7	Filtru pentru circuite de respirație, tip HME, mecanic	Bucată	200	34,00	40,80	6800,00	8160,00	Conform declarației de livrare anexată	
8	Filtru antibacteriene de unica folosinta pu spirometru BTL-08 SPIRO	Bucată	12000	17,38	20,86	208560,00	250272,00	Conform declarației de livrare anexată	
9	Filtru pentru circuite de respirație, mecanic, adult	Bucată	1000	9,36	11,232	9360,00	11232,00	Conform declarației de livrare anexată	
10	Filtru pentru circuite de respirație, tip HME	Bucată	1000	11,98	14,376	11980,00	14376,00	Conform declarației de livrare anexată	
16	Manșeta NIBP adulți (pentru masurarea neinvaziva a tensiunii arteriale) 35-55 cm	Bucată	20	119,00	142,80	2380,00	2856,00	Conform declarației de livrare anexată	
18	Test-indicator sterilizare 121/20 min	Test	3000	0,1161	0,125388	348,30	376,16	Conform declarației de livrare anexată	
18	REGISTRU	Bucată	3	0	0	0	0	Conform declarației de livrare anexată	
20	Test-indicator sterilizare 132° / 20 min extern	Test	22000	0,129	0,13932	2838,00	3065,04	Conform declarației de livrare anexată	
20	REGISTRU	Bucată	22	0	0	0	0	Conform declarației de livrare anexată	
21	Test-indicator sterilizare 132°/ 20 min intern	Test	43000	0,129	0,13932	5547,00	5990,76	Conform declarației de livrare anexată	
21	REGISTRU	Bucată	43	0	0	0	0	Conform declarației de livrare anexată	
22	Test-indicator sterilizare 180° intern	Test	3000,00	0,129	0,13932	387,00	417,96	Conform declarației de livrare anexată	
22	REGISTRU	Bucată	3,00	0	0	0	0	Conform declarației de livrare anexată	
23	Test-indicator sterilizare 180°/60 min extern	Test	73000,00	0,129	0,13932	9417,00	10170,36	Conform declarației de livrare anexată	
23	REGISTRU	Bucată	63,00	0	0	0	0	Conform declarației de livrare anexată	
29	Spirometru pentru stimulare pulmonară	Bucată	100,00	51,59	61,908	5159,00	6190,80	Conform declarației de livrare anexată	
30	Conector respirator gofrat	Bucată	4000,00	9,90	10,692	39600,00	42768,00	Conform declarației de livrare anexată	
	TOTAL					302 376,30	355 875,08		

Specificații tehnice

Numărul ocds-b3wdp1-MD-1742480449012 din 07 aprilie 2025							
Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea Consumabilelor pentru OMNI BBRAUN și alte Dispozitive Medicale conform necesităților IMSP – Beneficiare pentru anul 2025							
	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
7	Filtru pentru circuite de respirație, tip HME, mecanic	GZ-GL-3(A)	China	NINGBO BOYA MEDICAL EQUIPMEN T CO., LTD	Filtru de tip HME Tip filtru: mecanic / HEPA Rata de filtrare $\geq 99,9999\%$ Rezistența la flux 30l/min $\leq 1,63$ cm H2O Pierdere de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≤ 11 mg/l Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≥ 29 mg/l Port CO2 luer lock obligatoriu Ambalaj individual	Filtru de tip HME Tip filtru: mecanic / HEPA Rata de filtrare $\geq 99,9999\%$ Rezistența la flux 30l/min $\leq 1,63$ cm H2O Pierdere de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≤ 11 mg/l Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≥ 29 mg/l Port CO2 luer lock obligatoriu Ambalaj individual	DM00065 9288
8	Filtru antibacteriene de unica folosinta pu spirometru BTL-08 SPIRO	09698	Spania	SIBEL, S.A.U.	Filtru antibacteriene de unica folosinta pu BTL-08 SPIRO Dimensiunile 33 mm	Filtru antibacteriene de unica folosinta pu BTL-08 SPIRO Dimensiunile 33 mm	CE/ISO
9	Filtru pentru circuite de respirație, mecanic, adult	140 201 ELITE	Turcia	PLASTİME D Plastik Medikal Ürünler Sanayi Ticaret Limited Şirketi	Tip pacient: Adult Tip filtru: mecanic / HEPA Rata de filtrare $\geq 99,999\%$ Rezistența la flux 30l/min $\leq 2,55$ cm H2O Volum compresibil ≤ 90 ml Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F-15M, 22M-15F Steril sau asamblat in conditii curate conform EN14644-1 Ambalaj individual	Tip pacient: Adult Tip filtru: mecanic / HEPA Rata de filtrare $\geq 99,999\%$ Rezistența la flux 30l/min $\leq 2,55$ cm H2O Volum compresibil ≤ 90 ml Port luer lock obligatoriu Conexiuni 22F-15M, 22M-15F Steril sau asamblat in conditii curate conform EN14644-1 Ambalaj individual	DM00037 1414
10	Filtru pentru circuite de respirație, tip HME	GZ-GL-5	China	NINGBO BOYA MEDICAL EQUIPMEN T CO., LTD	Filtru de tip HME Rata de filtrare $\geq 99,99\%$ Rezistența la flux 30l/min $\leq 1,63$ cm H2O Pierdere de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≤ 11 mg/l Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≥ 29 mg/l Port luer lock obligatoriu Ambalaj individual	Filtru de tip HME Rata de filtrare $\geq 99,99\%$ Rezistența la flux 30l/min $\leq 1,63$ cm H2O Pierdere de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≤ 11 mg/l Retur de umiditate (mg/l la VT = 500 ml) ≥ 29 mg/l Port luer lock obligatoriu Ambalaj individual	DM00065 9291
16	Manșeta NIBP adulți (pentru masurarea neinvaziva a tensiunii	V0016C Tight (45-56.5 CM)	China	Vistar Medical Supplies Co.,Ltd.	1. Cu un canal, un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitoarele din cadrul instituției 2. Marimea 35- 55 cm 3. Reutilizabile	1. Cu un canal, un tub cu conector la furtun NIBP compatibil cu monitoarele din cadrul instituției 2. Marimea 35- 55 cm 3. Reutilizabile	DM00081 5824

	arteriale) 35-55 cm				4. Materil nylon sau poliuretan sau material echivalent	4. Materil nylon sau poliuretan sau material echivalent	
18	Test-indicator sterilizare 121/20 min	STERIL AN UP 121/20/ STERIL AN 121/20	Ucraina	NORMA LLC	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 121 grade 20 min. nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru. .	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 121 grade 20 min. nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru. .	CE/Nu este dispozitiv medical
18	REGISTRU	STERIL AN UP 121/20/ STERIL AN 121/20	Ucraina	NORMA LLC	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	CE/Nu este dispozitiv medical
20	Test-indicator sterilizare 132° / 20 min extern	STERIL AN 132/20	Ucraina	NORMA LLC	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 132 grade 20 min. Extern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru.	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 132 grade 20 min. Extern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru.	CE/Nu este dispozitiv medical
20	REGISTRU	STERIL AN 132/20	Ucraina	NORMA LLC	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	CE/Nu este dispozitiv medical
21	Test-indicator sterilizare 132°/ 20 min intern	STERIL AN UP 132/20/	Ucraina	NORMA LLC	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 132 grade 20 min. Intern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru.	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 132 grade 20 min. Intern, nr. de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru.	CE/Nu este dispozitiv medical
21	REGISTRU	STERIL AN UP 132/20/	Ucraina	NORMA LLC	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	CE/Nu este dispozitiv medical
22	Test-indicator sterilizare 180° intern	STERIL AN UP 180/60	Ucraina	NORMA LLC	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 180 grade . Intern, nr.de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru.	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 180 grade . Intern, nr.de până la 1000 teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru.	CE/Nu este dispozitiv medical
22	REGISTRU	STERIL AN UP 180/60	Ucraina	NORMA LLC	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	CE/Nu este dispozitiv medical
23	Test-indicator sterilizare	STERIL AN	Ucraina	NORMA LLC	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 180 grade . Extern, nr. de până la 1000 teste pe bază	Indicator p/u controlul calității sterilizării la 180 grade . Extern, nr. de până la 1000	CE/Nu este dispozitiv

	180°/60 min extern	180/60			adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru.	teste pe bază adezivă, clasa 4, cu virarea culorii indicatorului. Termen de valabilitate nu mai puțin de 24 luni, instrucțiune de utilizare în limba română cu registru.	medical
23	REGISTRU	STERIL AN 180/60	Ucraina	NORMA LLC	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	Registru aprobat de M.S al RM, Ord nr 828 din 31.10.2011 F257/e.	CE/Nu este dispozitiv medical
29	Spirometru pentru stimulare pulmonară	LB1810	China	NINGBO MFLAB MEDICAL INSTRUMENTS CO.,LTD.	Spirometru pentru stimulare pulmonară	Spirometru pentru stimulare pulmonară	DM00050 1432
30	Conector respirator gofrat	CM-E	China	NINGBO LUKE MEDICAL DEVICES CO., LTD.,	Conector respirator gofrat	Conector respirator gofrat	DM00065 7744

Numele, Prenumele: Nerușceac Irina

În calitate de: Manager vânzări

Ofertantul: „Med-M” SRL Adresa: MD-3801,
mun.Comrat, str. Dobrovoliski, 2A, UTA Gagauzia