

Destinatar: Centrul Pentru Achizitii Publice Centralizate In Sanatate
Adresa: str. Cosmescu 3, mun.Chișinău, Republica Moldova, MD-2009

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1653490015179 din 25.05.2022

Denumirea procedurii de achiziție: Achiziționarea dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor medico- sanitare publice pentru anul 2022 (listă suplimentară 5)

Cod CPV	Nr lot	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Produs - cătoru l	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Bunuri/ servicii						
33100 00-1	1	Contaminometru pentru laboratorul de medicină nucleară	BaseLine HBT 11010111	Germania	Nuvia Tech Instruments	Contaminometru pentru laboratorul de medicina nucleara Descriere Monitor stationar pentru determinarea contaminarii a articolelor de	Contaminometru pentru laboratorul de medicina nucleara Descriere Monitor stationar pentru determinarea contaminarii a articolelor de	

							îmbrăcăminte, mâinilor, picioarelor, cu detectoare scintilatoare de suprafața Tipul detectorul ui Intervalul de energie măsurabil Radionuclizi măsurați: Numarul de canale Detector maini Detector picioare Detector haine Interfata utilizator Siguranta software Conexiune retea Temperatura de functionare		îmbrăcăminte, mâinilor, picioarelor, cu detectoare scintilatoare de suprafața Tipul detectorul ui Intervalul de energie măsurabil Radionuclizi măsurați: Numarul de canale Detector maini Detector picioare Detector haine Interfata utilizator Siguranta software Conexiune retea Temperatura de functionare	
							gamma, beta si alfa alpha > 2 MeV, beta > 100 keV, gamma, 5 keV...2.3 MeV Tc-99m, I-125, I-123, Ga-67, Re-186, Co-57, Co-60, Cs-137, Cr-51, I-131, Sr-90 si altele 2 cite 10000 cps Scintilator , cu suprafata minim de 160 cm2 pentru fiecare maina, sensibil Scintilator , cu suprafata minim de 1000 cm2 Detectorul mâini poate fi folosit ca detector haine LCD Protejat prin parola Ethernet 1 Gbps 0-40 °C		gamma, beta si alfa alpha > 2 MeV, beta > 100 keV, gamma, 5 keV...2.3 MeV Tc-99m, I-125, I-123, Ga-67, Re-186, Co-57, Co-60, Cs-137, Cr-51, I-131, Sr-90 si altele 2 cite 10000 cps pentru beta/gamma și 5000 cps pentru alfa. Scintilator , cu suprafata de 160 cm2 pentru fiecare maina, sensibil Scintilator , cu suprafata totală de 1180 cm2 (590 cm2 pentru fiecare picor) Detectorul mâini poate fi folosit ca detector haine LCD Protejat prin parola Ethernet RJ45 (10/100 MBit Twisted Pair) 10-40 °C	

						<table><tr><td>Umiditate a relativă</td><td>Max. 90% fără condens</td></tr><tr><td>Alimentarea electrică</td><td>220 (–15% / +10%)V, 50±1 Hz</td></tr><tr><td>Timpul de măsurare</td><td>Reglabil de la 1 până la 99 de secunde</td></tr><tr><td>Consum de energie</td><td>Nu mai mult de 20 VA</td></tr><tr><td>Numărări de fond</td><td>Media cu timpul măsurării ajustat (60-600 secunde)</td></tr><tr><td>Alarma minimă</td><td>Alarma minimă se produce atunci când niciunul dintre detectoare nu primește un impuls într-o perioadă de 10 secunde</td></tr><tr><td>Prag de alarmare</td><td>Reglabil pentru fiecare detector între: 1 - 9999 cps, 0,1 - 999 Bq / cm2 (setare implicită 4 Bq / cm2)</td></tr><tr><td>Greutate</td><td>Nu mai mare de 45 kg</td></tr><tr><td>Material carcasa</td><td>efectuat din metal</td></tr><tr><td>Tip montare</td><td>Pe podea</td></tr><tr><td>Instruire bioingineri</td><td>Da</td></tr><tr><td>Instruire utilizatori</td><td>Da</td></tr><tr><td>Garantie</td><td>minim 24 luni</td></tr><tr><td>Manual</td><td>Da, in limba</td></tr></table>	Umiditate a relativă	Max. 90% fără condens	Alimentarea electrică	220 (–15% / +10%)V, 50±1 Hz	Timpul de măsurare	Reglabil de la 1 până la 99 de secunde	Consum de energie	Nu mai mult de 20 VA	Numărări de fond	Media cu timpul măsurării ajustat (60-600 secunde)	Alarma minimă	Alarma minimă se produce atunci când niciunul dintre detectoare nu primește un impuls într-o perioadă de 10 secunde	Prag de alarmare	Reglabil pentru fiecare detector între: 1 - 9999 cps, 0,1 - 999 Bq / cm2 (setare implicită 4 Bq / cm2)	Greutate	Nu mai mare de 45 kg	Material carcasa	efectuat din metal	Tip montare	Pe podea	Instruire bioingineri	Da	Instruire utilizatori	Da	Garantie	minim 24 luni	Manual	Da, in limba	<table><tr><td>Umiditate a relativă</td><td>Max. 90% fără condens</td></tr><tr><td>Alimentarea electrică</td><td>220 (–15% / +10%)V, 50±1 Hz</td></tr><tr><td>Timpul de măsurare</td><td>Reglabil de la 1 până la 99 de secunde</td></tr><tr><td>Consum de energie</td><td>Nu mai mult de 66 VA</td></tr><tr><td>Numărări de fond</td><td>Media cu timpul măsurării ajustat (60-600 secunde)</td></tr><tr><td>Alarma minimă</td><td>Alarma minimă se produce atunci când niciunul dintre detectoare nu primește un impuls într-o perioadă de 10 secunde</td></tr><tr><td>Prag de alarmare</td><td>Reglabil pentru fiecare detector între: 1 - 99999999 Bq / cm2</td></tr><tr><td>Greutate</td><td>Nu mai mare de 45 kg</td></tr><tr><td>Material carcasa</td><td>efectuat din metal</td></tr><tr><td>Tip montare</td><td>Pe podea</td></tr><tr><td>Instruire bioingineri</td><td>Da</td></tr><tr><td>Instruire utilizatori</td><td>Da</td></tr><tr><td>Garantie</td><td>24 luni</td></tr><tr><td>Manual de service</td><td>Da, in una din limbile romana sau engleza</td></tr><tr><td>Manual de</td><td>Da, in una din limbile romana sau engleza</td></tr></table>	Umiditate a relativă	Max. 90% fără condens	Alimentarea electrică	220 (–15% / +10%)V, 50±1 Hz	Timpul de măsurare	Reglabil de la 1 până la 99 de secunde	Consum de energie	Nu mai mult de 66 VA	Numărări de fond	Media cu timpul măsurării ajustat (60-600 secunde)	Alarma minimă	Alarma minimă se produce atunci când niciunul dintre detectoare nu primește un impuls într-o perioadă de 10 secunde	Prag de alarmare	Reglabil pentru fiecare detector între: 1 - 99999999 Bq / cm2	Greutate	Nu mai mare de 45 kg	Material carcasa	efectuat din metal	Tip montare	Pe podea	Instruire bioingineri	Da	Instruire utilizatori	Da	Garantie	24 luni	Manual de service	Da, in una din limbile romana sau engleza	Manual de	Da, in una din limbile romana sau engleza	
Umiditate a relativă	Max. 90% fără condens																																																																	
Alimentarea electrică	220 (–15% / +10%)V, 50±1 Hz																																																																	
Timpul de măsurare	Reglabil de la 1 până la 99 de secunde																																																																	
Consum de energie	Nu mai mult de 20 VA																																																																	
Numărări de fond	Media cu timpul măsurării ajustat (60-600 secunde)																																																																	
Alarma minimă	Alarma minimă se produce atunci când niciunul dintre detectoare nu primește un impuls într-o perioadă de 10 secunde																																																																	
Prag de alarmare	Reglabil pentru fiecare detector între: 1 - 9999 cps, 0,1 - 999 Bq / cm2 (setare implicită 4 Bq / cm2)																																																																	
Greutate	Nu mai mare de 45 kg																																																																	
Material carcasa	efectuat din metal																																																																	
Tip montare	Pe podea																																																																	
Instruire bioingineri	Da																																																																	
Instruire utilizatori	Da																																																																	
Garantie	minim 24 luni																																																																	
Manual	Da, in limba																																																																	
Umiditate a relativă	Max. 90% fără condens																																																																	
Alimentarea electrică	220 (–15% / +10%)V, 50±1 Hz																																																																	
Timpul de măsurare	Reglabil de la 1 până la 99 de secunde																																																																	
Consum de energie	Nu mai mult de 66 VA																																																																	
Numărări de fond	Media cu timpul măsurării ajustat (60-600 secunde)																																																																	
Alarma minimă	Alarma minimă se produce atunci când niciunul dintre detectoare nu primește un impuls într-o perioadă de 10 secunde																																																																	
Prag de alarmare	Reglabil pentru fiecare detector între: 1 - 99999999 Bq / cm2																																																																	
Greutate	Nu mai mare de 45 kg																																																																	
Material carcasa	efectuat din metal																																																																	
Tip montare	Pe podea																																																																	
Instruire bioingineri	Da																																																																	
Instruire utilizatori	Da																																																																	
Garantie	24 luni																																																																	
Manual de service	Da, in una din limbile romana sau engleza																																																																	
Manual de	Da, in una din limbile romana sau engleza																																																																	

						de service	romana/engleza	utilizare		
						Manual de utilizare	Da, in limba romana/engleza	Certificat e	CE, ISO	
						Certificat e	CE, ISO	Metrologi e	Verificare in laborator national acreditat	
						Metrologi e	Verificare in laborator national acreditat			

Semnat Numele, prenumele: **Nicolai Iasîbaş** În calitate de: **Director**
 Ofertantul **Lokmera SRL** Adresa: **str. Mitropolit Gurie Grosu 9, Chişinău, MD-2028, Republica Moldova**