

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție : ocds-b3wdp1-MD-1626933406059 (21042195) din 11.08.2021							
Denumirea procedurii de achiziție: Kit de upgrade digital compatibil cu dispozitivul X-ray Siemens Sireskop CX							
Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Lotul 1						
33100 000-1	Kit de upgrade digital compatibil cu dispozitivul X-ray Siemens Sireskop CX	<i>X-Frame DR EZ@</i>	<i>Italia</i>	<i>ItalRay</i>	Conform Caracteristicilor tehnice din Anexa nr. 1	Conform Caracteristicilor tehnice din Anexa nr. 1	CE, ISO

Semnat:

Numele, Prenumele: *Trocin Caterina*

În calitate de: *Administrator*

Ofertantul: „*Health Medical Solutions*” S.R.L.

Adresa: *mun. Chișinău, str. Cetatea Alba 143/1, 37*

Data: *09.08.2021*

Dector Digital 1 BUC	Denumire sistem		X-Frame DR EZ@
	Producător		ItalRay
	Țară de origine		Italia
	Detector Mars 1717X		
	Dimensiune	Min 43x43 cm	Da, 43x43 cm
	Tip	Portabil	Da, portabil
	Transmitere date	WIFI	Da, tip WIFI
	Tehnologie	CsI	Da, CsI
	Rezoluție	Min. 4200x4200	Da, 4267x4267 pixeli
	Rezoluția spațială	Min 5 lp/mm	Da, 5 lp/mm
	Cuantificare	Min 16 biti	Da, 16 biți
	Dimensiune pixel	Min 110 um	Da, 100 um
	Baterie cu încărcător inclus	2 buc.	Da, 2 buc
	Autonomie baterie	Min 7 ore	Da, 8 ore
	Greutatea de susținerea a pacientului	Min 300 kg	Da, 300 kg
	Memoria internă	Min 100 imagini	Da, 100 imagini
	Timp de achiziție imagine	Max 4 s	Da, 4 s
	Greutate cu baterie inclusă	Max 3,5 kg	Da, 3.4 kg
	Suprafață antibacterială	Da	Da, Suprafață antibacterială
		Monitor Jusha C350	
Monitor medical 2 BUC	Tip medical: Da		Da, tip medical
	Dimensiune : 21 inch		Da, 21.3
	Tip Matrice: IPS Led		Da, IPS Led
	Rezoluție: min. 2048x1536 pixeli		Da, 2048x1536 pixeli
	Unghi de vizualizare: min 178° / 178°		Da, 178° / 178°
	Luminozitate: min 800 cd/m ²		Da, 900 cd/m ²
	Raport Contrast: min 1400:1		Da, 1400:1
	Timp de răspuns: min. 20 ms		Da, 20 ms
	Nuanțe color 16 biti		Da, 48 biti
	Porturi de intrare: DVI, DP		Da, DVI, DP
	Funcții	Senzor de prezență	Da, Senzor de prezență
		Senzor de lumină	Da, Senzor de lumină
Reglarea automata a luminozității		Da, Reglarea automata a luminozității	
Reglarea automata a temperaturii culorii		Da, Reglarea automata a temperaturii culorii	
	X-Frame DR EZ@		
Unitate de lucru	Cheie Windows 10 licențiat		Da, Cheie Windows 10 licențiat
	RAM; min. 16 GB;		Da, 16 GB
	HDD: ≥1 TB;		Da, 1 TB
	CPU: ≥4 nuclee;		Da, Intel Core i5 Quad

1 BUC	Video Cartelă:	compatibilă cu monitorul medical	Da, compatibilă cu monitorul medical
	CD/DVD-RW extern	inclus	Da, CD/DVD-RW extern
	WIFI pentru conexiune detector	inclus	Da, WIFI pentru conexiune detector
	UPS	Smart	Da, Smart
		Min . 600 VA	Da, 600 VA
Soft de achiziție și postprocesare imagini X-ray 1 BUC	Bază de date pacient	Da	Da, Bază de date pacient
	Post procesare imaginii X-ray	Da	Da, Post procesare imaginii X-ray everest-X
	Funcție imagine	Stinga/Dreaptă	Da, Stinga/Dreaptă
		Zonă de interes	Da, Zonă de interes
		Inversare imagine gri	Da, Inversare imagine gri
		Măsurăei liniare și angulare	Da, Măsurăei liniare și angulare
		Rotire imagine	Da, Rotire imagine
		Abnotări	Da ,Abnotări
		Colimare electronică	Da, Colimare electronică
		Filtrare spațială	Da, Filtrare spațială
		Auto Window/level	Da, Auto Window/level
		Pan/Zoom	Da, Pan/Zoom
	Limbă de operare	Engleză/Rusă	Da, Engleză și Rusă
Lucrări adiționale	Calibrare detector cu tubul radiologic existent în diferite regimuri de funcționare	Da	Da, Calibrare detector cu tubul radiologic existent în diferite regimuri de funcționare
	Asigurarea conexiunii dintre stația de achiziție și locul de muncă a medicului	Da	Da, Asigurarea conexiunii dintre stația de achiziție și locul de muncă a medicului