



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII AL REPUBLICII MOLDOVA
**CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE
CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE**

MD-2005, Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Grigore Vieru 22/2,
tel./fax 022 222 445, e-mail: office@capcs.md

Nr. Rg 02-1417 din "17" 05 2022

OE participanți la procedura de achiziție

Beneficiar

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Prin prezenta, Grupul de lucru pentru achiziționarea dispozitivelor medicale, serviciilor medicale și transport medical din cadrul Centrului pentru achiziții publice centralizate în sănătate (CAPCS), urmare a desfășurării procedurii de achiziție publică nr. MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1640930785791 privind *Achiziționarea electrocardiostimulatorilor de implant și consumabilelor pentru electrofiziologie conform necesităților IMSP Institutul de Cardiologie pentru anul 2022 (repetat)*, Vă comunică decizia din 13.05.2022 cu privire la reevaluarea ofertelor pentru **lotul 3 Cardioverter-defibrilator implantabil bicameral de tip DR, inclusive cu electrod de socare de tip DF4**, după cum urmează:

Oferta operatorului economic Oxivit med SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice, potrivit căruia oferta nu corespunde cerințelor tehnice expuse în documentația de atribuire, și anume: S-a solicitat electrod ventricular de socare cu diametru între 6-7 F (inclusiv), s-a oferit electrod ventricular cu 8,6 F.

Astfel, lotul nr. 3 se anulează în temeiul art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice având în vedere că au fost depuse numai oferte neadecvate, inacceptabile sau neconforme, și anume nu au fost elaborate și prezentate în conformitate cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire.

Președintele grupului de lucru

Gheorghe GORCEAG