

 СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА	СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ	ЗАО «ОЭЗ «ВладМиВа» 308023, г. Белгород, ул. Студенческая, 19 тел.: 4722/34-56-85 факс: 4722/31-59-03 Internet: www.vladmiva.ru e-mail: postmaster@vladmiva.ru															
ИЗДЕЛИЕ	АПЕКСДЕНТ (с нодоформом/без нодоформа)																
УПАКОВКА	Паста (шприц) - 2 г																
ОПИСАНИЕ	Материал рентгеноконтрастный для пломбирования труднопроходимых корневых каналов зубов																
ПО ТРЕБОВАНИЯМ	В соответствии с ГОСТ Р 15013-94, ГОСТ Р 51609-2000, ГОСТ Р 51059-97 и директивой ЕЭС 93/42 ЕС																
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ И КАЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ <table border="1" data-bbox="212 1137 1485 1467"> <thead> <tr> <th>Материал (вещество)</th> <th>РЕГ. № CAS (Стомат. ассоц.)</th> <th>Кол. (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Иодоформ</td> <td>7681-82-5</td> <td>~40,0 %</td> </tr> <tr> <td>Полисорбат</td> <td>—</td> <td>~30,0 %</td> </tr> <tr> <td>Фосфаты кальция</td> <td>7758-87-4</td> <td>~5,0 %</td> </tr> <tr> <td>Пастообразователь</td> <td>—</td> <td>~25,0 %</td> </tr> </tbody> </table>			Материал (вещество)	РЕГ. № CAS (Стомат. ассоц.)	Кол. (%)	Иодоформ	7681-82-5	~40,0 %	Полисорбат	—	~30,0 %	Фосфаты кальция	7758-87-4	~5,0 %	Пастообразователь	—	~25,0 %
Материал (вещество)	РЕГ. № CAS (Стомат. ассоц.)	Кол. (%)															
Иодоформ	7681-82-5	~40,0 %															
Полисорбат	—	~30,0 %															
Фосфаты кальция	7758-87-4	~5,0 %															
Пастообразователь	—	~25,0 %															
ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА В СООТВЕТСТВИИ С УПОМЯНУТЫМ ГОСТ Р 51059-97																	
СЕРТИФИКАЦИИ	ГОССТАНДАРТ РОССИИ СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р																
Дата: 20/05/2011 СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА	Подпись, печать 																