

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1694789124093 din 25 sept 2023, 12:00 - 2 oct 2023, 12:00

Obiectul achiziției: Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Institutul de Cardiologie pentru anul 2023 (listă suplimentară 31)

Cod CP V	Nr. d/o	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
		1	2	3	4	5	6	7
		Bunuri/servicii						
3310 0000 -1	8	Pat multifunctional pentru adulti (6-8 pozitii) Cod 140400	Pioneer 4,2 Care	Turcia	Meissa	Pat multifunctional pentru adulți (6-8 poziții) Cod 140400 Descriere Paturi motorizate pentru secții de ATI și secții de reanimare Parametrul Specificația Tip multifuncțional cu 6-8 poziții Tip pacient adult Controlul pacientului tip Toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice Funcționalități poziționare sedentară poziționare Trendelenburg poziționare anti-Trendelenburg Controlul de către asistentă Blocarea control pacient da Greutatea maximă admisă de încărcare Cu etichetă pe pat ≥ 220 kg Înălțime Ajustabilă ≥ 74 cm Rotile Diametru ≥ 12.5 cm Sistem de blocare la minim 2 roțile Parapete de protecție laterale da Secțiunea spate să aibă cadru pentru detector radiologic $\geq 43 \times 43$ cm Reglare manuală a părților importante în caz de lipsă de energie electrică opțională Alimentare 220 V, 50 Hz Saltele lavabile ortopedică da	Pioneer 4,2 Care, Meissa, Turcia da da, 8 pozitii da da da da da da da, 230 kg da, 40-82cm da, 15 cm da da da da da	CE/ISO
3310 0000 -1	9	Brancarda sanitara (caracteristici avansate) Cod 140380	Movee 2.0	Turcia	Meissa	Brancarda sanitara (caracteristici avansate) Cod 140380 Descriere Brancardă destinată pentru transportarea pacienților Parametru Specificație Tip hidraulic Secțiuni ≥ 3 Poziționare Trendelenburg cu ajutorul unui amortizor ≥ 12 grade Antitrendelenburg cu ajutorul unui amortizor ≥ 12 grade Spătarul reglabil cu ajutorul unui amortizor cu gaz ≥ 80 grade Control manual da, din ambele părți Transparentă la razele x-ray (radiografie, braț C) da Nișe pentru casete x-ray minim 3 buc. Reglabilă pe înălțime 55 - 80 cm Bare laterale, pliabile da Roți Diametru ≥ 15 cm Frine cu blocare centrală la toate 4 roți da Posibilitatea de blocare a direcției roților da Material oțel inox vopsit electrostatic Sarcina maximă ≥ 230 kg	Movee 2.0, Meissa, Turcia da da da, 3 secțiuni da, 14 grade da, 14 grade da, 90 grade da da da da 66-85cm da da, 20 cm da da da da da, 230 kg	CE/ISO

					Dimensiuni $\geq 200 \times 75$ cm Minere pentru transportarea brancardei da Saltea, rezistentă la prelucrare și apă da, detașabilă Suport pentru balon de oxigen da Să fie dotată cu roțile/bamper de protecție în toate patru colțuri pentru evitarea lovirii de perete da	da, 205x85cm da da da da da	
--	--	--	--	--	---	--	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 17/6**