

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție : ocds-b3wdp1-MD-1621928913766 / 21039977 din 26.06.2021							
Denumirea procedurii de achiziție: LD ” Achiziția dispozitivelor medicale, conform necesităților beneficiarilor potrivit listei de distribuție, pentru anul 2021 (listă suplimentară 5)”							
Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Lotul 4						
3310 0000 -1	Unitate de radiografie, mobila (caracteristici medii), cod 210110	Corsix DR	Italia	Almax Imaging (Trade Mark: ItalRay)	Conform Caracteristicilor tehnice din Anexa nr.1	Conform Caracteristicilor tehnice din Anexa nr. 1	CE, ISO

Semnat:

Numele, Prenumele: *Trocin Caterina*

În calitate de: *Administrator*

Ofertantul: „*Health Medical Solutions*” S.R.L.

Adresa: *mun. Chișinău, str. Grenoble 128*

Data: *25.06.2021*

Denumire sistem	Corsix DR
Producător	Almax Imaging (Trade Mark: ItalRay)
Țară de origine	Italia
Unitate de radiografie, mobilă (caracteristici medii) Cod 210110 Descriere Sistem radiografic digital pe consolă mobilă Parametru Specificație Puterea generator ≥ 32 kW ANOD TUB Raze X Capacitate termică, HU ≥ 40000 kVp, Diapazon ≥ 40 -125 mA Diapazon ≥ 50 -200 mAs Diapazon Ajustabil Pata focală, mm "Pata focală, mm 0.8 -1.3, ± 0.2 pata focala mica 0.6-0.8 pata focala mare 1.1-1.3" Timp de expunere 0,001-2,0 s SID DIAPAZON, cm ≥ 140 INDICATORI Tip Digital kVp Digital mAs Digital DETECTOR DIGITAL Tip CSI Rezoluție matrice $\geq 2300 \times 2800$ pixels Pixel ≤ 150 μ m Gradație ≥ 14 biti Dimensiune, cm $\geq 35 \times 43$ Timp pînă la apariția imaginii Max 5 sec Tip conectare la unitate Serial, USB, Eth, WiFi Baterii da Incarcator baterii da DAP-metru da CENTRARE PACIENT/ LUMINA COLIMATOR da CERINȚE ALIMENTARE Toate componentele echipamentului electric se vor conecta la priză prin fișă de rețea de tip F "Schuko" Electricitate: 220 Volți monofazic, Frecvența 50 Hz Cablu Minim 5 m Loc lucru (PC1) integrat in consola mobila Loc lucru laborant: PC cu accesorii, monitor si SW integrat pentru achizitie si prelucrare/stocare a imaginilor x-ray, interfata control generator da CPU $\geq$ Core i5, sau echivalent Sistem de operare Windows 10 sau echivalent Memorie operativa ≥ 4 Gb Memorie HDD ≥ 500 Gb Recorder DVD/RW da Accesorii claviatura, maus Monitor LCD medical, Touch screen, (IPS fara stralucire) ≥ 19 inch SW: Baza de date pacienti, posibilitate de vizualizare si redactare a imaginilor captate de pe detector da Detectare pozitionare corecta a grilei (conform APR) da Posibilitate de configurare a tabelelor APR da Legatura cu generatorul de raze -x prin intermediul tabelelor APR da	Unitate de radiografie, mobilă (caracteristici medii) Cod 210110 Descriere Da, Sistem radiografic digital pe consolă mobilă Parametru Specificație Da, Puterea generator 32 kW Da, ANOD TUB Raze X Capacitate termică, HU = 107 000 HU Da, kVp, Diapazon 40-125 Da, mA Diapazon 50-400 Da, mAs Diapazon Ajustabil Da, Pata focală, mm "Pata focală, mm 0.6 -1.3 Da, pata focala mica 0.6" Da, pata focala mare 1.3" Da, Timp de expunere 0,001-6,0 s Da, SID DIAPAZON, cm : 171 cm INDICATORI Da, Tip Digital Da, kVp Digital Da, mAs Digital DETECTOR DIGITAL Da, Tip CSI (iRay 4343V) Da, Rezoluție matrice : 3072x3072 pixels Da, Pixel : 139 μ m Da, Gradație : 16 biti Da, Dimensiune, cm : 43x43 Da, Timp pînă la apariția imaginii : 5 sec Da, Tip conectare la unitate Serial, USB, Eth, WiFi Da, Baterii Da, Incarcator baterii da Da, DAP-metru Da, CENTRARE PACIENT/ LUMINA COLIMATOR CERINȚE ALIMENTARE Da, Toate componentele echipamentului electric se vor conecta la priză prin fișă de rețea de tip F "Schuko" Da, Electricitate: 220 Volți monofazic, Frecvența 50 Hz Da, Cablu Minim 5 m Da, Loc lucru (PC1) integrat in consola mobila Loc lucru laborant: PC cu accesorii, monitor si SW integrat pentru achizitie si prelucrare/stocare a imaginilor x-ray, interfata control generator Da, CPU: Core i5 Da, Sistem de operare Windows 10 Da, Memorie operative: 4 Gb Da, Memorie HDD: 500 Gb + 64 GB MSATA Da, Recorder DVD/RW Da, Accesorii claviatura, maus Da, Monitor LCD medical, Touch screen, (IPS fara stralucire): 23.8 inch SW: Da, Baza de date pacienti, posibilitate de vizualizare si redactare a imaginilor captate de pe detector Da, Detectare pozitionare corecta a grilei (conform APR) da Da, Posibilitate de configurare a tabelelor APR Da, Legatura cu generatorul de raze -x prin intermediul tabelelor APR

Menegmentul dozei acumulate de pacient (legatura cu DAP-metru) da Legatura cu Server DICOM (DICOM MWL SCU) da Posibilitate de lucru cu multiple Servere (DICOM store SCU) da Posibilitate de conetare printer (DICOM print SCU) da Stocare pe purtator optic (CD, DVD) a imaginilor in format DICOM da Posibilitate diagnosticare ajustare SW de la distanta da WiFi $\geq 802.11b/g$ Compatibilitate totala DICOM 3.0 Loc lucru (PC2) medic Loc lucru medic imagist: PC cu accesorii, monitor si SW integrat pentru prelucrare/ stocare, schimb de date cu retea DICOM da Procesor $\geq$ Core i5, sau echivalent Sistem de operare Windows 7 sau echivalent Memorie operativa ≥ 4 Gb Memorie HDD ≥ 500 Gb Recorder DVD/RW da Accesorii claviatura, maus, UPS da Monitor LCD Medical IPS fara efect de stralucire ≥ 21 inch SW: Baza de date pacienti, posibilitate de vizualizare si redactare a imaginilor primite de la locu de lucru 1 si retea DICOM da Legatura cu Server DICOM (DICOM MWL SCU) da Posibilitate de lucru cu multiple Servere (DICOM store SCU) da Posibilitate de conectare printer (DICOM print SCU) da Stocare pe purtator optic (CD, DVD) a imaginilor in format DICOM da Posibilitate diagnosticare ajustare SW de la distanta da Compatibilitate totala DICOM 3.0 Alimentare electrica 220V, 50Hz cu impamintare da Accesorii Complect de procetie radiologic (guleras, sort, fusta) 1 set. Sirma mobila pe rotile de protectie x-ray a tehnicianului in timpul expunerii da Instalare/service Instalare inclusiv raport de evaluare a calitatii (Controlul calitatii sau raport de testare de la producator) da Existenta centru de deservire in RM cu ingineri locali acreditati de producator da Posibilitatea de service post garantie (contra plata) pe un termen de min 7 ani	Da, Menegmentul dozei acumulate de pacient (legatura cu DAP-metru) Da, Legatura cu Server DICOM (DICOM MWL SCU) da Da, Posibilitate de lucru cu multiple Servere (DICOM store SCU) Da, Posibilitate de conetare printer (DICOM print SCU) Da, Stocare pe purtator optic (CD, DVD) a imaginilor in format DICOM da Da, Posibilitate diagnosticare ajustare SW de la distanta Da, WiFi $\geq 802.11b/g$ Da, Compatibilitate totala DICOM 3.0 Da, Loc lucru (PC2) medic Loc lucru medic imagist: PC cu accesorii, monitor si SW (IQ-View) Da, integrat pentru prelucrare/ stocare, schimb de date cu retea DICOM Da, Procesor: Core i5 Da, Sistem de operare Windows 10 Da, Memorie operative: 8 Gb Da, Memorie: HDD: 1 TB Da, Recorder DVD/RW Da, Accesorii claviatura, maus, UPS Da, Monitor LCD Medical IPS Jusha C270G, fara efect de stralucire: 21.3 inch Da, SW (IQ-View): Baza de date pacienti, posibilitate de vizualizare si redactare a imaginilor primite de la locu de lucru 1 si retea DICOM da Da, Legatura cu Server DICOM (DICOM MWL SCU) Da, Posibilitate de lucru cu multiple Servere (DICOM store SCU) Da, Posibilitate de conectare printer (DICOM print SCU) Da, Stocare pe purtator optic (CD, DVD) a imaginilor in format DICOM Da, Posibilitate diagnosticare ajustare SW de la distanta Da, Compatibilitate totala DICOM 3.0 Da, Alimentare electrica 220V, 50Hz cu impamintare Accesorii: Da, Complect de procetie radiologic (guleras, sort, fusta) 1 set. Da, Sirma mobila pe rotile de protectie x-ray a tehnicianului in timpul expunerii Da, Instalare/service Instalare inclusiv raport de evaluare a calitatii (Controlul calitatii sau raport de testare de la producator) Da, Existenta centru de deservire in RM cu ingineri locali acreditati de producator Da, Posibilitatea de service post garantie (contra plata) pe un termen 7 ani
--	---