

## Specificații Tehnice

Numărul procedurii de achiziție: Licitatie deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1699619738481 din 15.12.2023

Obiectul de achiziție: Achiziționarea centralizată a Reagenților pentru Laboratorul Imunologic conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2024

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2		3		4	5	6	7	8
33100000-1	23	Test Anticorpilor anti-cardiolipini IgG/IgM	Test Anticorpilor anti-cardiolipini IgG/IgM	R97413	Austria	Dialab	Metoda ELISA, test cantitativ. Cerințe generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie incluși în set control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	Metoda ELISA, test cantitativ. Cerințe generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. În set sunt incluși control pozitiv-1fl, negativ-1fl, calibratori-6fl. Setul include 96 teste. Instrucțiunea se anexează.	Notificarea Nr.51 din 04.12.2023, acceptată de AMED Nr.8206 din 05.12.2023
33100000-1	24	Test Anticorpilor antifosfolipidici IgG/IgM	Test Anticorpilor antifosfolipidici IgG/IgM	R99449	Austria	Dialab	Metoda ELISA, test cantitativ. Cerințe generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. Să fie incluși în set control pozitiv, negativ, calibratori. Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	Metoda ELISA, test cantitativ. Cerințe generale , notă conform ord. MS RM nr. 701 din 18.10.2010. În set sunt incluși control pozitiv-1fl, negativ-1fl, calibratori-5fl. Setul include 96 teste. Instrucțiunea se anexează.	Notificarea Nr.51 din 04.12.2023, acceptată de AMED Nr.8206 din 05.12.2023
33100000-1	35	(Test) Helicobacter Pylory Antigen cu kit de extragere a materiilor fecale	(Test) Helicobacter Pylory Antigen cu kit de extragere a materiilor fecale	8.14.19.1.0096	Germania	ATLAS MEDICAL GMBH	Helicobacter Pylory Antigen cu kit de extragere a materiilor fecale. Metoda de determinare Elisa. Setul include 96 teste, Cu stripuri si godeuri ușor detașabile cu streptavidina , calibratori si reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite si fixate de producător. Sensivitatea minim 98% și specificitatea minim 95%.	Helicobacter Pylory Antigen cu kit de extragere a materiilor fecale. Metoda de determinare Elisa. Setul include 96 teste, Cu stripuri si godeuri ușor detașabile , calibratori-4fl si reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite si fixate de producător. Sensivitatea = 98,6% și specificitatea= 95,4%. Instrucțiunea se anexează.	DM000358165
33100000-1	37	AFP, cu calibratori	AFP, cu calibratori	K225	Ucraina	XEMA LLC	Cerințe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, calibratori, cu sau fără controale. Metoda de determinare ELISA, Setul include 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detașabile cu streptavidina , calibratori si reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite si fixate de producător	Cerințe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, calibratori 6 fl.+ control. Metoda de determinare ELISA, Setul include 96 teste, toți reagenți necesare pentru reacții, godeuri detașabile. Instrucțiunea se anexează.	DM000651087
33100000-1	46	Anti EBV EBNA IgG	Anti EBV EBNA IgG	EL054-96	Polonia	VITROTEST	Cerințe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, calibratori, cu sau fără controale. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	Cerințe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart+control 1fl.x0,5ml pozitiv si control 1fl.x0,5ml negativ. Metoda de determinare ELISA, Setul include 96 teste, toți reagenți necesare pentru reacții, godeuri detașabile. Instrucțiunea se anexează.	DM000358182
33100000-1	47	Anti EBV VCA IgG	Anti EBV VCA IgG	EL053-96	Polonia	VITROTEST	Cerințe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, calibratori, cu sau fără controale. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	Cerințe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart+control 1fl.x0,5ml pozitiv si control 1fl.x0,5ml negativ. Metoda de determinare ELISA, Setul include 96 teste, toți reagenți necesare pentru reacții, godeuri detașabile. Instrucțiunea se anexează.	DM000358180

33100000-1	48	Anti EBV VCA IgM	Anti EBV VCA IgM	EL052-96	Polonia	VITROTEST	Cerințe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, calibratori, cu sau fără controale. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	Cerințe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart+control 1fl.x0,5ml pozitiv si control 1fl.x0,5ml negativ. Metoda de determinare ELISA, Setul include 96 teste, toți reagenți necesare pentru reacții, godeuri detașabile. Instrucțiunea se anexează.	DM000358181
33100000-1	49	Anti Giardia lamblia sumar IgA, IgM, IgG	Anti Giardia lamblia sumar IgA, IgM, IgG	EI-606	Ucraina	EKVITEST LAB LLC	1. Cerințe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, calibratori, cu controale. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	Cerințe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, controale pozitiv și negativ, toți reagenți necesare pentru reacții, godeuri detașabile. Metoda de determinare ELISA, Setul include 96 teste, toți reagenți necesare pentru reacții, godeuri detașabile. Instrucțiunea se anexează.	DM000424909
33100000-1	50	Determinarea calitativă a anticorpilor IgG către Ascaris lumbricoide	Determinarea calitativă a anticorpilor IgG către Ascaris lumbricoide	EI-601	Ucraina	EKVITEST LAB LLC	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+"și "-" calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	Cerințe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, controale pozitiv și negativ, toți reagenți necesare pentru reacții, godeuri detașabile. Metoda de determinare ELISA, Setul include 96 teste, toți reagenți necesare pentru reacții, godeuri detașabile. Instrucțiunea se anexează.	DM000424908
33100000-1	51	Determinarea cantitativă a anticorpilor IgG către Toxocara canis	Determinarea cantitativă a anticorpilor IgG către Toxocara canis	EI-603	Ucraina	EKVITEST LAB LLC	Determinarea cantitativă a anticorpilor IgG către Toxocara canis. De adăugat cerințe generale*.În afară de controlul "+"și "-" calibratori pentru determinarea cantitativă. Metoda de determinare ELISA. Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	Cerințe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, controale pozitiv și negativ, toți reagenți necesare pentru reacții, godeuri detașabile. Metoda de determinare ELISA, Setul include 96 teste, toți reagenți necesare pentru reacții, godeuri detașabile. Instrucțiunea se anexează.	DM000424912
33100000-1	52	Anti HAV IgM	Anti HAV IgM	EI-031	Ucraina	EKVITEST LAB LLC	Cerințe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, controale, cu sau fără calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	Cerințe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, controale pozitiv și negativ, toți reagenți necesare pentru reacții, godeuri detașabile. Metoda de determinare ELISA, Setul include 96 teste, toți reagenți necesare pentru reacții, godeuri detașabile. Instrucțiunea se anexează.	DM000424919
33100000-1	54	Anti HCV sumar	Anti HCV sumar	071067	Italia	Adaltis	Cerințe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, controale, cu calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Stripuri si godeuri detasabile, reagenti lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător	Cerințe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, calibratori 2fl., controale pozitiv și negativ. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste. Certificat CE.Stripuri si godeuri detasabile, reagenti lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător. Instrucțiunea se anexează.	Notificarea Nr.51 din 04.12.2023
33100000-1	55	HBsAg, 96 teste ELISA	HBsAg, 96 teste ELISA	071011	Italia	Adaltis	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+"și "-" calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Stripuri si godeuri detasabile, reagenti lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător	Cerințe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, controale pozitiv și negativ. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste. Certificat CE. Stripuri si godeuri detasabile, reagenti lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător. Instrucțiunea se anexează.	Notificarea Nr.51 din 04.12.2023

33100000-1	58	Anti Helicobacter pylori IgA	Anti Helicobacter pylori IgA	EL099-96	Polonia	VITROTEST	Cerințe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, controale, calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	Cerințe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, controale pozitiv și negativ. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste. Certificat CE. Stripuri si godeuri detasabile, reagenti lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător. Instrucțiunea se anexează.	DM000358177
33100000-1	59	Anti Helicobacter pylori IgG	Anti Helicobacter pylori IgG	K119	Federația Rusă	XEMA CO., LTD.	1. Cerințe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, controale, calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	Cerințe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, controale pozitiv și negativ. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste. Certificat CE. Stripuri si godeuri detasabile, reagenti lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător. Instrucțiunea se anexează.	DM000376873
33100000-1	60	Anti Helicobacter pylori IgM	Anti Helicobacter pylori IgM	K119M	Federația Rusă	XEMA CO., LTD.	Cerințe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, controale, calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	Cerințe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, controale pozitiv și negativ. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste. Certificat CE. Stripuri si godeuri detasabile, reagenti lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător. Instrucțiunea se anexează.	DM000376874
33100000-1	61	Anti HSV (tip I,II) IgG	Anti HSV (tip I,II) IgG	K104	Federația Rusă	XEMA CO., LTD.	Cerințe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, controale, calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	Cerințe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, calibrator, controale pozitiv și negativ, Stripuri si godeuri detasabile, reagenti lichizi gata de lucru. Metoda de determinare ELISA, set de 96 teste. Instrucțiunea se anexează.	DM000376867
33100000-1	62	Anti HSV (tip I,II) IgM	Anti HSV (tip I,II) IgM	K104M	Federația Rusă	XEMA CO., LTD.	Cerințe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, controale, calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	Cerințe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, controale pozitiv și negativ, toți reagenți necesare pentru reacții sunt pregătite, godeuri detașabile. Metoda de determinare ELISA, set de 96 teste. Instrucțiunea se anexează.	DM000376868
33100000-1	65	Anti HSV tip II IgG	Anti HSV tip II IgG	K104B	Ucraina	XEMA LLC	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+" și "-" calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	Cerințe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, controale pozitiv și negativ, toți reagenți necesare pentru reacții sunt pregătite, godeuri detașabile.Stripuri si godeuri detasabile, reagenti lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător. Instrucțiunea se anexează.	DM000651048
33100000-1	68	Anti SARS-CoV-2 IgG (Quanti Spike)	Anti SARS-CoV-2 IgG (Quanti Spike)	EL040-96	Polonia	VITROTEST	Metoda ELISA; Cerințe generale* Set de 96 teste **Să fie inclus controlul N+P. Soluții conjugat, substrat+cromogenul intr-un singur flacon, pregătite de producător, gata pentru utilizare. Stripurile să fie detașabile, posibilitatea de a rupe și a folosi câte un godeu.	Cerințe generale*+Nota**, Componența kitului: set diagnostic standart, controale pozitiv și negativ, soluții conjugat, toți reagenți necesare pentru reacții, godeuri detașabile, 5 calibratori (CAL0 1x0.3 ml, CAL25 1x0.3 ml, CAL50 1x0.3 ml, CAL100 1x0.3 ml, CAL200 1x0.3 ml). Metoda de determinare ELISA, set de 96 teste. Stripurile detașabile, posibilitatea de a rupe și a folosi câte un godeu. Instrucțiunea se anexează.	DM000358186

33100000-1	69	Anti SARS-CoV-2 IgM	Anti SARS-CoV-2 IgM	EL034-96	Polonia	VITROTEST	Metoda ELISA; Cerințe generale* Set de 96 teste **Să fie inclus controlul N+P. Soluții conjugat, substrat+cromogenul intr-un singur flacon, pregătite de producător, gata pentru utilizare. Stripurile să fie detașabile, posibilitatea de a rupe și a folosi câte un godeu.	Cerințe generale*+Nota**, Componenta kitului: set diagnostic standart, controale pozitiv și negativ, soluții conjugat, toți reagenți necesare pentru reacții, godeuri detașabile. Metoda de determinare ELISA, set de 96 teste. Stripurile detașabile, posibilitatea de a rupe și a folosi câte un godeu. Instrucțiunea se anexează.	DM000358184
33100000-1	78	Anti-TPO cu calibratori, ELISA	Anti-TPO cu calibratori, ELISA	K131	Ucraina	XEMA LLC	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+"și "-" calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri și godeuri detașabile cu streptavidina, calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător	Cerințe generale*+Nota**, Componenta kitului: set diagnostic standart, controale pozitiv și negativ, calibratori 5 fl., toți reagenți necesare pentru reacții. Metoda de determinare ELISA, set de 96 teste. Certificat CE.Cu stripuri și godeuri detașabile cu streptavidina, calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător. Instrucțiunea se anexează.	DM000651054
33100000-1	79	Anti-Trichinella IgG	Anti-Trichinella IgG	EI-605	Ucraina	EKVITEST LAB LLC	Anti-Trichinella IgG. Metoda de determinare Elisa. Setul include 96 teste, control +, control - , diluant de probă, soluție conjugată, soluție TMB, spălare TWEEN 20X, stop – reagent	Cerințe generale*+Nota**, Componenta kitului: set diagnostic standart, controale pozitiv și negativ, toți reagenți necesare pentru reacții (diluant de probă, soluție conjugată, soluție TMB, spălare TWEEN 20X, stop – reagent), godeuri detașabile. Metoda de determinare ELISA, set de 96 teste. Instrucțiunea se anexează.	DM000424918
33100000-1	81	ASLO – LATEX	ASLO – LATEX	8.00.02.0.0100	Germania	ATLAS MEDICAL GMBH	Cerințe generale*, 1 ml și pozitiv -1 ml	Cerințe generale* Ambalaj = 4 ml; Metoda LATEX-TEST; Cerințe generale* + Notă** Metoda de determinare Latex-Test, Set (1 fl. X 4 ml LATEX reagent = 100 teste + inclus control pozitiv (1 fl.x 1ml) și negativ (1fl. x 1ml); planșet și baghete). Instrucțiunea se anexează.	DM000358145
33100000-1	82	AT/TG cu calibratori, ELISA	AT/TG cu calibratori, ELISA	K132	Ucraina	XEMA LLC	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+"și "-" calibratori. Metoda de determinare ELISA, sSet de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri și godeuri detașabile cu streptavidina, calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător	Cerințe generale*, de asemenea sunt incluși, în afară de controlul "+"și "-" 5fl. calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set 96 teste. Certificat CE.Cu stripuri și godeuri detașabile, calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător. Instrucțiunea se anexează.	DM000651055
33100000-1	83	CA 125, cu calibratori, ELISA	CA 125, cu calibratori, ELISA	K222	Ucraina	XEMA LLC	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+"și "-" calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE. Cu stripuri și godeuri detașabile,cu streptavidina, calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregatite si fixate de producator	Cerințe generale*, de asemenea sunt incluși, în afară de controlul "+"și "-" 6fl. calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set 96 teste. Certificat CE.Cu stripuri și godeuri detașabile, calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător. Instrucțiunea se anexează.	DM000651084

33100000-1	84	CA 15-3, cu calibratori, ELISA	CA 15-3, cu calibratori, ELISA	K226	Ucraina	XEMA LLC	Ceriințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+"și "-" calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregatite si fixate de producător	Ceriințe generale*, de asemenea sunt incluși, în afară de controlul "+"și "-" 5fl. calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set 96 teste. Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile, calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător. Instrucțiunea se anexează.	DM000651088
33100000-1	85	CA 19-9 cu calibratori	CA 19-9 cu calibratori	K223	Ucraina	XEMA LLC	Ceriințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+"și "-" calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile,cu streptavidina, calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregatite si fixate de producător	Ceriințe generale*, de asemenea sunt incluși, în afară de control serum + 5fl. calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set 96 teste. Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile, calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător. Instrucțiunea se anexează.	DM000651085
33100000-1	86	CA 724 cu calibratori	CA 724 cu calibratori	K244	Federația Rusă	XEMA CO., LTD.	Ceriințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+"și "-" calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	Ceriințe generale*, de asemenea sunt incluși, în afară de ser de control +5 fl calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set 96 teste. Instrucțiunea se anexează.	DM000376839
33100000-1	87	CA-242	CA-242	K243	Ucraina	XEMA LLC	Ceriințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+"și "-" calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	Ceriințe generale*, de asemenea sunt incluși, în afară de ser de control +5 fl calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set 96 teste. Instrucțiunea se anexează.	DM000651095
33100000-1	89	CEA , cu calibratori, ELISA	CEA , cu calibratori, ELISA	K224	Ucraina	XEMA LLC	Ceriințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+"și "-" calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detașabile cu streptavidina , calibratori si reagenti lichizi gata de lucru, standardele pregatite si fixate de producător	Ceriințe generale*, de asemenea sunt incluși, în afară de ser de control +5 fl calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set 96 teste. Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detașabile, calibratori si reagenti lichizi gata de lucru, standardele pregatite si fixate de producător.Instrucțiunea se anexează.	DM000651086
33100000-1	90	Cortizol cu calibratori, ELISA	Cortizol cu calibratori, ELISA	K210	Ucraina	XEMA LLC	Ceriințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+"și "-" calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina,calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător	Ceriințe generale*, de asemenea sunt incluși, în afară de ser de control +6 fl calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set 96 teste. Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile, calibratori si reagenti lichizi gata de lucru, standardele pregatite si fixate de producător.Instrucțiunea se anexează.	DM000651075
33100000-1	91	C-peptid	C-peptid	K267C	Federația Rusă	XEMA CO., LTD.	Ceriințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+"și "-" calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	Ceriințe generale*, de asemenea sunt incluși, în afară de ser de control +6 fl calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set 96 teste. Instrucțiunea se anexează.	DM000266618
33100000-1	92	CPR - LATEX	CPR - LATEX	8.00.00.0.0100	Germania	ATLAS MEDICAL GMBH	ambalaj maxim 5 ml; Metoda LATEX-TEST; Cerințe generale* + Notă** Metoda de determinare Latex-Test (10 fiole /set (15- 25 doze în fiolă) inclus control negativ	Ceriințe generale* Ambalaj = 4 ml; Metoda LATEX-TEST; Cerințe generale* + Notă** Metoda de determinare Latex-Test, Set (1 fl. X 4 ml LATEX reagent = 100 teste + inclus control pozitiv (1 fl.x 1ml) și negativ (1fl. x 1ml); planșet și baghete). Instrucțiunea se anexează.	DM000358144

33100000-1	93	Cyfra 21-1 cu calibratori	Cyfra 21-1 cu calibratori	K236	Ucraina	XEMA LLC	Ceriințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+"și "-" calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	Ceriințe generale*, de asemenea sunt incluși, în afară de ser de control +5 fl calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set 96 teste. Instrucțiunea se anexează.	DM000651091
33100000-1	95	DHEA-S ELISA	DHEA-S ELISA	K215	Ucraina	XEMA LLC	Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina,calibratori si reagenți lichizi gata de lucru de la producător setul sa contina 96 teste	Ceriințe generale*Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile 5fl. calibratori si reagenți lichizi gata de lucru de la producător Setul contine 96 teste. Instrucțiunea se anexează.	DM000651080
33100000-1	96	Estradiol, cu calibratori ELISA	Estradiol, cu calibratori ELISA	K208	Federația Rusă	XEMA CO., LTD.	Ceriințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+"și "-" calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina,calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător	Ceriințe generale*, de asemenea sunt incluși, în afară de ser de control+5 fl.calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set -96 teste. Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător. Instrucțiunea se anexează.	DM000376882
33100000-1	97	Feritina cu calibratori	Feritina cu calibratori	K01210	Austria	Dialab	Ceriințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+"și "-" calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	Ceriințe generale*, de asemenea sunt incluși, în afară de control +6 fl calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set 96 teste. Instrucțiunea se anexează.	Notificarea Nr.51 din 04.12.2023, acceptată de AMED Nr.8206 din 05.12.2023
33100000-1	100	HCG ELISA	HCG ELISA	K205	Federația Rusă	XEMA CO., LTD.	Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detașabile cu streptavidina , calibratori si reagenti lichizi gata de lucru de la producător. Nivelul gonadotropinei sa nu fie mai nic de 500 mIU/ml si Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detașabile , 6fl. calibratori si reagenti lichizi gata de lucru de la producător. Nivelul gonadotropinei este nu mai nic de 500 mIU/ml si Set 96 teste. Instrucțiunea se anexează.	DM000376840
33100000-1	101	Hemocult-test (IFOBT)	Hemocult-test (IFOBT)	GEFOB-602b	China	Zhejiang Orient Gene Biotech Co., Ltd	Teste pentru determinarea singelui ocult în mase fecale, cu o sensibilitate 99,0% și specificitate de 99,9%, ambalate individual, termen de valabilitate indicat, regeți și consumabile necesari pentru efectuare	Teste pentru determinarea singelui ocult în mase fecale. Sensibilitate - 99,6% și specificitate - 99,9%, ambalate individual, termen de valabilitate indicat, regeți și consumabile necesari pentru efectuare. Instrucțiunea se anexează.	DM000450628
33100000-1	103	Hormonul foliculostimulant (FSH) cu calibratori, ELISA	Hormonul foliculostimulant (FSH) cu calibratori, ELISA	K203	Ucraina	XEMA LLC	Ceriințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+"și "-" calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător	Ceriințe generale*, de asemenea sunt incluși, în afară de ser de control+ 5fl. calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set - 96 teste. Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile si reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător. Instrucțiunea se anexează.	DM000651068
33100000-1	104	Hormonul luteinizant (LH) cu calibratori, ELISA	Hormonul luteinizant (LH) cu calibratori, ELISA	K202	Ucraina	XEMA LLC	Ceriințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+"și "-" calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste e Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător	Ceriințe generale*, de asemenea sunt incluși, în afară de ser de control+ 5fl. calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set - 96 teste. Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile si reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător. Instrucțiunea se anexează.	DM000651067

33100000-1	105	Imunoglobulina A, cu calibratori, ELISA	Imunoglobulina A, cu calibratori, ELISA	K275	Federatia Rusa	XEMA CO., LTD.	Cerițe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+"și "-" calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Stripuri si godeuri detasabile, reagenti lichizi gata de lucru,standardele pregatite si fixate de producator	Cerițe generale*+Nota**, Componenta kitului: set diagnostic standart, calibratori 5 fl., control, toți reagenți necesare pentru reacții, godeuri detașabile. Metoda de determinare ELISA, set de 96 teste. Instrucțiunea se anexează.	DM000376855
33100000-1	106	Imunoglobulina E totală cu calibratori	Imunoglobulina E totală cu calibratori	K200	Ucraina	XEMA LLC	Cerițe generale* Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste , în set să fie inclus și material de control	Cerițe generale* Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste , în set este inclus și material de control+5 fl.calibratori. Instrucțiunea se anexează.	DM000651065
33100000-1	107	Imunoglobulina G, cu calibratori, ELISA,	Imunoglobulina G, cu calibratori, ELISA,	K271	Federatia Rusa	XEMA CO., LTD.	Cerițe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+"și "-" calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Stripuri si godeuri detasabile,reagenti lichizi gata de lucru, standardele pregatite si fixate de producator	Cerițe generale*, de asemenea sunt incluși, în afară de ser de control+5fl.calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste . Stripuri si godeuri detasabile,reagenti lichizi gata de lucru, standardele pregatite si fixate de producator. Instrucțiunea se anexează.	DM000376852
33100000-1	108	Imunoglobulina M, cu calibratori, ELISA	Imunoglobulina M, cu calibratori, ELISA	K277	Federatia Rusa	XEMA CO., LTD.	Cerițe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+"și "-" calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Stripuri si godeuri detasabile, reagenti lichizi gata de lucru, standardele pregatite si fixate de producator	Cerițe generale*, de asemenea sunt incluși, în afară de ser de control+5fl.calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste . Stripuri si godeuri detasabile,reagenti lichizi gata de lucru, standardele pregatite si fixate de producator. Instrucțiunea se anexează.	DM000376856
33100000-1	121	Progesteron, cu calibratori, ELISA	Progesteron, cu calibratori, ELISA	K207	Ucraina	XEMA LLC	Cerițe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+"și "-" calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina,calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător	Cerițe generale*, de asemenea sunt incluși, în afară de ser de control+ 7fl. calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set - 96 teste. Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile si reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător. Instrucțiunea se anexează.	DM000651072
33100000-1	122	Prolactina cu calibratori ELISA	Prolactina cu calibratori ELISA	K206	Ucraina	XEMA LLC	Cerițe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+"și "-" calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina,calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregatite si fixate de producător	Cerițe generale*, de asemenea sunt incluși, în afară de ser de control+ 5fl. calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set - 96 teste. Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile si reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător. Instrucțiunea se anexează.	DM000651071
33100000-1	124	PSA, cu calibratori, ELISA	PSA, cu calibratori, ELISA	Z00338	Austria	Dialab	Cerițe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+"și "-" calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile,cu streptavidina,calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător.	Cerițe generale*, de asemenea sunt incluși, în afară de controlul "+"și "-" +6 fl. calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set - 96 teste. Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile si reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător. Instrucțiunea se anexează.	Notificarea Nr.51 din 04.12.2023, acceptată de AMED Nr.8206 din 05.12.2023

33100000-1	126	RF - LATEX	RF - LATEX	8.00.04.0.0100	Germania	ATLAS MEDICAL GMBH	Metoda LATEX-TEST; ambalaj maxim 5 ml Cerințe generale* + Notă **	Cerințe generale* Ambalaj = 4 ml; Metoda LATEX-TEST; Cerințe generale* + Notă** Metoda de determinare Latex-Test, Set (1 fl. X 4 ml LATEX reagent = 100 teste + inclus control pozitiv (1 fl.x 1ml) și negativ (1fl. x 1ml); planșet și baghete). Instrucțiunea se anexează.	DM000358146
33100000-1	127	RPR-latex test	RPR-latex test	8.00.18.0.0100	Germania	ATLAS MEDICAL GMBH	Teste RPR care sunt bazate pe reacție de aglutinare (foculare) pe carduri de carbon. Test netreponemal destinat screening-ul sifilisului. Set până la 150 teste Componenta setului: 1. RPR reagent - Varianta macroscopica. 2. Carduri de unică folosință incluse în set pentru numărul de teste incluse în set (distanța între godeuri pe card minimum de 0,5cm). 3. Control negativ 4. Control pozitiv Sensibilitatea ≥ 99.0% Specificitatea ≥ 98.0%,	Teste RPR care sunt bazate pe reacție de aglutinare (foculare) pe carduri de carbon. Test netreponemal destinat screening-ul sifilisului. Set - 100 teste Componenta setului: 1. RPR reagent - Varianta macroscopica. 2. Carduri de unică folosință incluse în set pentru numărul de teste incluse în set (distanța între godeuri pe card minimum de 0,5cm). 3. Control negativ 4. Control pozitiv Sensibilitatea =100% Specificitatea =100%. Instrucțiunea se anexează.	DM000376818
33100000-1	128	SLE - LATEX	SLE - LATEX	8.00.11.0.0050	Germania	ATLAS MEDICAL GMBH	Flacoane de 2 ml, trebuie să conțină control N+P	Flacoane de 2 ml + control - 1 ml pozitiv+1 ml negativ. Instrucțiunea se anexează.	DM000358140
33100000-1	130	T 3 cu calibratori	T 3 cu calibratori	K211	Ucraina	XEMA LLC	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+"și "-" calibratori. Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile , calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător Metoda ELISA; Cerințe generale* + Notă ** Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	Cerințe generale*, de asemenea sunt incluși, în afară de ser de control+ 5fl. calibratori. Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile , calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător Metoda ELISA; Cerințe generale* + Notă ** Set de 96 teste. Instrucțiunea se anexează.	DM000651076
33100000-1	131	T 4 cu calibratori	T 4 cu calibratori	K212	Ucraina	XEMA LLC	Cerințe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+"și "-" calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile , calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător	Cerințe generale*, de asemenea sunt incluși, în afară de ser de control+ 5fl. calibratori. Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile , calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător Metoda ELISA; Cerințe generale* + Notă ** Set de 96 teste. Instrucțiunea se anexează.	DM000651077
33100000-1	134	Test expres p/u determinarea calitativă Malariei P.f / P.v Ag	Test expres p/u determinarea calitativă Malariei P.f / P.v Ag	GCMAL(pf/pv)- 402a	China	Zhejiang Orient Gene Biotech Co., Ltd	Test pentru determinarea Ag Malariei P.f / P.v în sânge, sensibilitatea 100%, specificitatea 98,7%, ambalate individual, termen de valabilitate indicat, reagenți și consumabile necesari pentru efectuare	Test pentru determinarea Ag Malariei P.f / P.v în sânge, sensibilitatea 100%, specificitatea 98,7%, ambalate individual, termen de valabilitate indicat, reagenți și consumabile necesari pentru efectuare. Instrucțiunea se anexează.	DM000557788
33100000-1	135	Test expres p/u determinarea calitativă Ag Helycobacter Pylori în mase fecale	Test expres p/u determinarea calitativă Ag Helycobacter Pylori în mase fecale	GCHP-602a	China	Zhejiang Orient Gene Biotech Co., Ltd	Metoda Imunocromatografică. Teste pentru determinarea Ag Helicobacter pylori în mase fecale, cu o sensibilitate și specificitate de peste 90%, ambalate individual, termen de valabilitate indicat, reagenți și consumabile necesari pentru efectuare.	Metoda Imunocromatografică. Teste pentru determinarea Ag Helicobacter pylori în mase fecale. Sensibilitate - 98.8% și specificitate - 100%, ambalate individual, termen de valabilitate indicat, reagenți și consumabile necesari pentru efectuare. Instrucțiunea se anexează.	DM000450668

33100000-1	136	Testosterone cu calibratori, ELISA	Testosterone cu calibratori, ELISA	K209	Ucraina	XEMA LLC	Cerițe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+"și "-" calibratori. Metoda de determinare ELISA, set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile,cu streptavidina ,calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător	Cerițe generale*, de asemenea sunt incluși, în afară de ser de control +6 fl. calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set - 96 teste. Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile si reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător. Instrucțiunea se anexează.	DM000651074
33100000-1	138	Tireoglobulina ELISA	Tireoglobulina ELISA	K232	Federația Rusă	XEMA CO., LTD.	Certificat CE.Cu stripuri și godeuri detasabile cu streptavidina,calibratori și reagenți lichizi gata de lucru de la producător, set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste	Cerițe generale*.Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile, ser de control+5 fl. calibratori și reagenți lichizi gata de lucru de la producător, set de 96 teste . Instrucțiunea se anexează.	DM000376837
33100000-1	139	TSH cu calibratori	TSH cu calibratori	K201	Ucraina	XEMA LLC	Cerițe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+"și "-" calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile cu streptavidina,calibratori si reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător	Cerițe generale*, de asemenea sunt incluși, în afară de ser de control +6 fl. calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set - 96 teste. Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile si reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător. Instrucțiunea se anexează.	DM000651066
33100000-1	140	T3 liber cu calibratori, 96 teste ELISA	T3 liber cu calibratori, 96 teste ELISA	K213	Ucraina	XEMA LLC	Cerițe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+"și "-" calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile , calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător	Cerițe generale*, de asemenea sunt incluși, în afară de ser de control+ 6fl.calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste. Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile , calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător. Instrucțiunea se anexează.	DM000651078
33100000-1	141	T4 liber cu calibratori, 96 teste ELISA	T4 liber cu calibratori, 96 teste ELISA	K214	Ucraina	XEMA LLC	Cerițe generale*, de asemenea să fie incluși, în afară de controlul "+"și "-" calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 6 sau 12 sau 24 sau 48 sau 96 teste Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile , calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător	Cerițe generale*, de asemenea sunt incluși, în afară de ser de control+ 6fl.calibratori. Metoda de determinare ELISA, Set de 96 teste. Certificat CE.Cu stripuri si godeuri detasabile , calibratori și reagenți lichizi gata de lucru, standardele pregătite și fixate de producător. Instrucțiunea se anexează.	DM000651079

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, prenumele: Goreacii Vitalie. În calitate de: Administrator

Ofertantul: SRL Sanmedico Adresa: Mun Chișinău, str. A.Corobceanu 7A, ap.9