

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1731658771734/ 21311382 din: 20.12.2024 conform SIARSAP Mtender
Obiectul achiziției: Piese de schimb pentru dispozitive medicale pentru anul 2025

Nr.	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	Bunuri/servicii						
49	Lot 49 Optica 0° pentru Uretrotom	RW403000	Turcia	QAMARA ENDOSKOPI MEDİKAL SİSTEMLER SAN. TİC. LTD. ŞTİ	Optica de 0°, Ø 0,4 mm pentru uretrotom, utilizare cu echipamentul R. Wolf disponibil, Cod de referință: 8650.414	Optica de 0°, Ø 0,4 mm pentru uretrotom, utilizare cu echipamentul R. Wolf disponibil, Cod de referință: 8650.414 (pag 18, Qamara endoscopes, catalog en)	CE/ISO
50	Lot 50 Optica 30° pentru Rezectoscop	KS403030	Turcia	QAMARA ENDOSKOPI MEDİKAL SİSTEMLER SAN. TİC. LTD. ŞTİ	Telescop oblic tip HOPKINS, 30°, Ø 0,4 mm pentru rezectoscop, lungime 30 cm, autoclavabil 134 grade, ransmisia luminii cu fibră optică încorporată, utilizare cu echipamentul K. Storz disponibil	Telescop oblic tip HOPKINS, 30°, Ø 0,4 mm pentru rezectoscop, lungime 30 cm, autoclavabil 134 grade, ransmisia luminii cu fibră optică încorporată, utilizare cu echipamentul K. Storz disponibil (pag 17, Qamara endoscopes, catalog en)	CE/ISO

Semnat: _____
Numele, Prenumele Jighili Tatiana
În calitate de: administrator
Ofertantul: SRL Triumf-Motiv
Adresa: str. Puskin 60/1, of. 4