

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: 21114426 din 27.11.2023

Obiectul de achiziție: Produse parafarmaceutice - 2023 (2)

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specific tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
1.Filtru cu filtrare eficientă și cu returnarea optimală a umidității și căldurii	43.009.05.708	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	Filtru cu returnare de umiditate și căldură, p/u circuite de respirație, antiviral antibacterial, electrostatic p/u protecția pacienților, personalului, echipamentelor de ventilare și anestezie, p/u adulți, cu port Luer Lock cu capac etanșator anti-pierdere, cu mecanism antiocluzional, cu lamele interne difuzoare p/u distribuirea fluxului, 22F/15M-22M/15F, eficacitatea filtrării cel puțin 99.999%, return H2O cel puțin 32,0 mg H2O/l, rezistența la flux 30l/min nu mai mult de 1,6cm H2O, volum compresibil nu mai mult de 57ml, greutate nu mai mult de 31g, volumul Tidal minim 150 ml. Timp efectiv de utilizare 24 ore. Material: polipropilenă, acril, ceramică. Ambalaj: individual, curat clinic. Port Luer p/proba de CO2.	Filtru bacterian/viral cu HME și port CO2. Scopul filtrului este de a proteja pacientul si de a umidifica aerul inhalat. Filtrul este plasat între tubul endotraheal/canula traheală și piesa Y a sistemului de respirație. Forma (filtru de ventilație): rotund Stilul ISO (sfârșit pacient): Masculin/Femeie Diametru interior (capăt pacient): 20/15 mm Diametru interior (capăt mașină) 22/13 mm Steril: Nu REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE DM000655206	CE
Total lot 1						
Lotul 2						
2.Filtru p/u utilizare în anestezie sau TI	43.009.05.096	Germania	P.J. Dahlhausen & Co. GmbH	Filtru p/u circuite de respirație, antiviral antibacterial, electrostatic p/u protecția pacienților, personalului, echipamentelor de ventilare și anestezie, p/u adulți, cu port Luer Lock cu capac etanșator anti-pierdere, cu mecanism antiocluzional, cu lamele interne difuzoare p/u distribuirea fluxului, 22F/15M-22M/15F, eficacitatea filtrării cel puțin 99.99%, rezistența la flux 30l/min nu mai puțin 0,9cm H2O, volum compresibil nu mai mult de 60ml, greutate nu mai mult de 28g, volumul Tidal minim 200 ml. Timp efectiv de utilizare 24 ore. Material: polipropilenă, acril, ceramică. Ambalaj: individual, curat clinic. Port Luer p/proba de CO2.	Filtru bacterian/viral cu port CO2. Forma (filtru de ventilație): rotund Stil ISO (sfârșit pacient): Masculin/Femeie Diametru interior (capăt pacient): 20/15 mm Steril: Nu Diametru interior (capăt mașină) 22/13 mm REGISTRUL DE STAT AL DISPOZITIVELOR MEDICALE DM000655207	CE
Total lot 2						
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, prenumele: Ermicev Alexandr în calitate de: Director

Ofertantul: **LABROMED LABORATOR SRL** Adresa: **MD 2038, Chișinău, str. Trandafirilor, 15, tel.022 00 08 24 , fax.022 00 08 23**