

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție de mică valoare ocds-b3wdp1-MD-1761564680225 din 27.10.2025

Obiectul de achiziției: Consumabile pentru laborator

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
11.Set de plăci filtrante cu 8 canale, 0,45μm, PTFE	PSFPL-HP25-045-050	Olanda	ProSense	850 -DS-8 Channel Filter Plate Disposable 8 Channel filter plate PTFE Filter Membrane Polypropylene Housing Plate Dimension: 146,00x62,4x6,2 mm Pore size – 0,45 μm Este necesar ca setul de placi filtrante să fie compatibil cu echipamentul Agilent 850-DS Dissolution Sampling Station 50 buc/set	Set de plăci filtrante cu 8 canale, 0,45μm, PTFE, ProSense 8-Channel Filter Plate 0.45 μm PTFE for 850-DS Disposable 8 Channel filter plate PTFE Filter Membrane Polypropylene Housing Plate Dimension: 146,00x62,4x6,2 mm Pore size – 0,45 μm Setul de placi filtrante este compatibil cu echipamentul Agilent 850-DS Dissolution Sampling Station 50 buc/set	

Semnat Numele, prenumele: Nicolai Iasîbaș În calitate de: **Director**

Ofertantul **Lokmera SRL** Adresa: **str. Mitropolit Gurie Grosu 9, Chișinău, MD-2028, Republica Moldova**