

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației: **LP nr. 21407596/ocds-b3wdp1-MD-1744791044600 din 07.05.2025**

Denumirea licitației: Achiziționarea dispozitivelor medicale conform necesităților IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificația tehnică propusă de operatorul economic	Standarde de referință
1	2		3		4	5	6	7	8
33100000-1	2	Teste pentru identificarea Troponinei-T.	Teste pentru identificarea Troponinei-T.	hs-cTnI BA0010	CHINA	Guangdong Wesail Biotech Co., Ltd.	Teste pentru identificarea Troponinei-T. termen de valabilitate cel puțin 2 ani." Operatorul economic va asigura cu 22 de Analizoare Imunofluorescent pentru identificarea Troponinei-T.cu titlu gratuit. Specificări tehnice pentru Analizator Imunofluorescent . Metodă utilizată: imunocromatografie fluorescentă cantitativă sau echivalentă. . Analiza Troponinei-T cu diapazonul de măsurare ≤ 50 ng/mL. . Să ghideze utilizatorului pas cu pas. . Să prezinte rezultatele timp de 15 minute maxim. „Capacitate de testare: test cu test, opțional”. . Memorie de stocare de cel puțin 1000 investigații. „Display LCD, TFT sau LED”. Împresantă încorporată termică sau cu posibilitatea de a conecta la o impresantă externă”. . Greutatea de până la 2 kg. . Potrivit pentru utilizarea în autoambulanțe. . Alimentare: Baterie reîncărabilă. . Încărcător de la rețea 220V, 50/60Hz. . Se includă teste pentru verificarea calității testării. „Dotat cu geantă/husă de transportare, opțional”. . Garanție de 12 luni. . Instruirea personalului de către persoane autorizate.	Teste pentru identificarea Troponinei-cTnI. termen de valabilitate cel puțin 2 ani." Operatorul economic va asigura cu 22 de Analizoare Imunofluorescent WS-Si1500 pentru identificarea Troponinei-cTnI cu titlu gratuit. Specificări tehnice pentru Analizator Imunofluorescent <u>WS-Si1500 (BROSURA și USER MANUAL):</u> . Metodă utilizată: imunocromatografie fluorescentă cantitativă -p.10 USER MANUAL . Analiza Troponinei-cTnI cu diapazonul de măsurare 0.020–100.000 ng/mL. Proba - sînge integru, plasama și ser. Testarea probei se utilizează într-un singur pas fara utilizarea diluantului.- instructia de utilizare High Sensitivity Cardiac Troponin I Test Kit, WESAIL. . ghideaza utilizatorul pas cu pas.- P.14-16 USER MANUAL . prezinta rezultatele timp de 8 minute - instructia de utilizare High Sensitivity Cardiac Troponin I Test Kit WESAIL. . Memorie de stocare 100 000 investigații. - BROSURA „Display LCD. Conexiune Wi-Fi cu LIS.- BROSURA Împresantă externă detasabila - p.8 USER MANUAL . Greutatea 1 kg.- BROSURA, p.3 USER MANUAL . Potrivit pentru utilizarea în autoambulanțe.- Da . Alimentare: Baterie reîncărabilă.- p.9 USER MANUAL,BROSURA . Încărcător de la rețea 220V, 50/60Hz. - p.9 USER MANUAL . include teste pentru verificarea calității testării - Da. Vor fi livrate 22 seturi de cTnI Control, BD0011(Instructia atasata), care se atribuie pentru 22 de Analizoare Imunofluorescente WS-Si1500 si care sunt suficiente pentru cantitatea de teste care va fi livrata. La p.18-20 USER MANUAL este indicat metoda de testare QC. „Dotat cu geanta de transportare”.- Da. Fiecare analizator va fi dotat cu geanta de transportare comoda în care va fi plasat analizatorul si kitul de testare. . Garanție de 12 luni. - Da . Instruirea personalului de către persoane autorizate.- Da	ISO,CE

Semnat:_____ Numele, Prenumele: Tudor Ceaicovschi În calitate de: Director
Ofertantul: GBG-MLD SRL, Adresa:mun. Chișinău, str. Albisoara, 64/2